



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.ΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
Αποκεντρωμένη Οργανική
Μονάδα Κυπαρισσίας

Κυπαρισσία 17/02/2026
Αρ. πρωτ. 1219

Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Αλ. Καλαντζακού 13
Κυπαρισσία, ΤΚ. 24 500
Τηλ. 2761360170

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς υλικών άκρως απαραίτητων για την λειτουργία Α.Ο.Μ.
Κυπαρισσίας

ΣΧΕΤ. α.4152/2013(ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013)

β. Ν 4250/2014

γ. Ν 4412/2016(ΥΕΚ 147/Α/2016)

δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα

ε. Το υπ΄αριθμ.1218/17-02-2026 έγγραφο του Διευθυντή της ορθοπεδικής κλινικής στο οποίο χαρακτηρίζετε ως επείγουσα η προμήθεια των παρακάτω υλικών.

Για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών η Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ.

1. Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν **έως και την Παρασκευή 20/02/2026 και ώρα 10:00** ηλεκτρονικά στη διεύθυνση promitheies@noskypar.gr & kalkavoura@noskypar.gr.
2. Οι προσφορές θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή της εταιρείας άλλως θα απορρίπτονται.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.
3. Κριτήριο για την ανάδειξη του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και θα είναι σύμφωνη με τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων ειδών.
4. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της.
5. Τόσο στην προσφορά όσο και κατά την τιμολόγηση των ζητούμενων ειδών θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός GMDN και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
6. Η πληρωμή θα είναι σύμφωνη με το Π.Δ. 80/05-08-2016.
7. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ζητούμενων ειδών αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣ/ΤΑ
1	<p><u>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ</u></p> <p>Στυλεοί βραχιονίου από τιτάνιο με τσιμέντο ή διπλή επικάλυψη υδροξυαπατίτη και πλάσματος τιτανίου χωρίς τσιμέντο με πτερύγια για αποφυγή περιστροφής. Διαθέσιμος σε γωνίες 132⁰ και 140⁰, που επιτρέπουν την επιλογή ανατομικής ή ανάστροφης πρόθεσης κατά την διάρκεια του χειρουργείου. Σύνδεση διπλού κώνου. Υψηλή θέση (standard) , χαμηλή θέση για πλάγια μετατόπιση του βραχιονίου. Κυπέλιο βραχιονίου σε 4 εκδόσεις. Επίκεντρο, έκκεντρο, με γωνία 8⁰ για την μετατροπή στυλεού από 132⁰ σε 140⁰ , και κυπέλιο HighOffset ύψους +10mm. Βάση της γλύνης διαμέτρων 25mm ή 28mm με κοντό , μακρύ στυλεό ή λεπίδα για να ταιριάζει στην ανατομία του ασθενούς και δυνατότητα τοποθέτησης 4 κοχλιών σε γωνίες +/- 15⁰ από το κάθετο επίπεδο στην επιφάνεια της βάσης. Σφαίρες γλύνης διαμέτρων 38mm ή 42mm, με ειδική ενταφιαζόμενη βίδα καθήλωσης που αποτρέπει την φθορά του ένθετου από πολυαιθυλένιο. Ένθετο πολυαιθυλενίου σε 2 διαμέτρους 38mm ή 42mm σε ύψη +6mm, +9mm & +12mm. Επίσης κλειδούμενο ένθετο +9mm για περιπτώσεις αστάθειας.</p> <p><u>ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ</u> δίσκος εργαλείων για όλες τις επιλογές. Ημιολική αρθροπλαστική ανατομική και ανάστροφη.</p>	1

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ