



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
 & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
 «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Αθήνα, 27-02-2026

Αρ. Πρωτ.: 1572

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ:

1. ΚΗΜΔΗΣ
2. ΔΙΑΥΓΕΙΑ
3. Ιστοσελίδα Νοσοκομείου

Ταχ. Δ/ση: Ίωνος Δραγούμη 5
 ΤΚ: 161 21, Αθήνα
 Πληροφορίες: Μ. Ελευθεριάδου
 Τηλέφωνο: 2107240044
 Ηλ. ταχυδρομείο: diagonismoι@syggros.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΡ. 6/2026

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (CPV: 33140000-3)

Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νοσημάτων «Ανδρέας Συγγρός» έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Α' 147).
2. Το ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α' 36).
3. του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
4. Το υπ' αριθ. Πρωτ.: 421/21-01-2025 Πρωτογενές Αίτημα του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού (ΑΔΑΜ: 26REQ018363519).
5. Την με αρ. πράξης 1875/17-02-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (Θέμα 10°, ΑΔΑ: 9ΑΑ046907Μ-ΧΙΗ), με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Α π ε υ θ ύ ν ε ι

**Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών
 για την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων (με κατάθεση δείγματος εις διπλούν)
 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
 αποκλειστικά βάσει της τιμής.**

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σε **17.652,46€**, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 3230203000, σχετικών πιστώσεων του Νοσοκομείου οικονομικών ετών 2026 και 2027.

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στον ακόλουθο Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Συνολική τιμή ανευ Φ.Π.Α.
1	211-00501	ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. Ν. 18	τεμάχιο	17.000	0,01 €	163,00 €
2	211-00601	ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ. Ν. 21	τεμάχιο	13.000	0,01 €	120,67 €
3	211-55501	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ Μ.ΧΡ. ΑΠΟΣΤ/ΝΑ	τεμάχιο	45.000	0,02 €	900,00 €
4	211-00101	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ Μ.Χ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ	τεμάχιο	5.000	0,11 €	525,30 €
5	211-07701	ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤ/ΝΟΙ (15 cm)	τεμάχιο	8.000	0,02 €	160,00 €
6	272-40101	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΙΜΑΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ	τεμάχιο	1.500	0,02 €	30,00 €
7	211-09901	ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ -3WAY - LUER LOCK	τεμάχιο	6.000	0,02 €	120,00 €
8	272-25401	ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ. (LARGE)	τεμάχιο	350	1,45 €	507,50 €
9	272-26501	ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ. (X-LARGE)	τεμάχιο	250	1,43 €	357,00 €
10	212-03901	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΕ ΤΡΟΜΠΑ (ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	τεμάχιο	700	3,80 €	2.660,00 €
11	213-18301	ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΑΖΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 130X356 mm	τεμάχιο	25.000	0,03 €	750,00 €
12	213-13601	ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΑΖΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 200X350 mm	τεμάχιο	10.000	0,04 €	400,00 €
13	272-29801	ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΑΖΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ 90X260 mm	τεμάχιο	30.000	0,02 €	600,00 €
14	272-56201	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (ΠΑΚ.250 ΦΥΛΛΩΝ)	σακουλα	100	18,25 €	1.825,00 €
15	212-03401	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ) 75X90 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ	τεμάχιο	11.000	0,17 €	1.870,00 €
16	213-13701	ΠΑΝΣ ΒΙΟΨΙΩΝ Μ.Χ Ν.6	τεμάχιο	100	1,24 €	124,00 €
17	212-00201	ΝΥΣΤΕΡΙΑ Μ.Χ Ν.11	τεμάχιο	12.000	0,03 €	360,00 €
18	212-00301	ΝΥΣΤΕΡΙΑ Μ.Χ Ν.15	τεμάχιο	200.000	0,03 €	6.000,00 €
19	212-00401	ΝΥΣΤΕΡΙΑ Μ.Χ Ν.20	τεμάχιο	6.000	0,03 €	180,00 €

Τα υπό προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο Κωδικό Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : **33140000-3 «Ιατρικά αναλώσιμα».**

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής ανά μονάδα μέτρησης (χαμηλότερη τιμή).

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα καταθέσουν προσφορά για κάθε τμήμα χωριστά και η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος (α/α) χωριστά. Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για μέρος αυτών, σε κάθε περίπτωση όμως για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε είδους. Η οικονομική προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Προϋπολογισθείσα τιμή ανά είδος.

Για την παρούσα απαιτείται επί ποινής απόρριψης και η αποστολή δειγμάτων εις διπλούν.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ: Όπως αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσης Διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα αυτής.

Οι **προσφορές** υποβάλλονται στο **Πρωτόκολλο** του Νοσοκομείου σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο και η **λήξη κατάθεσής** τους είναι στις **17/03/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ.**

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1. Τη λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ** με **ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ**.
2. Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.
3. Τον αριθμό της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
4. Τα στοιχεία του αποστολέα – οικονομικού φορέα (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, e-mail).

Η αποσφράγιση των προσφορών(δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική) θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα στο χώρο του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ιωνος Δραγούμη 5, 1^{ος} όροφος), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που έχει ορισθεί γι' αυτό το σκοπό.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τρεις ξεχωριστούς κλειστούς υποφακέλους όπως αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Όλοι οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις με μόνη διαφορά αντί της ένδειξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ή «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») και θα περιέχουν:

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:

1.Υπεύθυνη Δήλωση **εις διπλούν** του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:

1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
3. Τα προσφερόμενα προϊόντα ικανοποιούν τις τεχνικές απαιτήσεις-προδιαγραφές.
4. Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.
5. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
6. Είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του ΕΟΑΝ (παρ. 1 άρθρου 130 του ν.4412/2016).

7. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021.
8. Συναινεί στην εμφάνιση του e-mail μου που θα δηλώσω, στην αποστολή της απόφασης κατακύρωσης από την Αναθέτουσα Αρχή προς όλους του συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
9. Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας διακήρυξης

Β. «Φάκελος Τεχνικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:

Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, όπως αυτά απαιτούνται στο **Παράρτημα** που ακολουθεί, σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα.

Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις κλπ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά τα ενημερωτικά, τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο που μπορούν να υποβληθούν στην Αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους.

Γ. «Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:

Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα (εις διπλούν), υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα.

Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά

Χωριστά θα αναφέρεται και ο Φ.Π.Α.

Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός Φ.Π.Α.

Κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας οφείλει επι ποινής απόρριψης να αναγράφει τον κωδικό Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει η υπηρεσία καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς).

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει αναθεώρηση των ποσών των συμβάσεων, ακόμα και αν τύχει να μεταβληθούν οι σημερινές οικονομικές συνθήκες ή αυξηθεί η αξία των πάσης φύσεως υπηρεσιών, υλικών, μέσων και προϊόντων ή η αμοιβή των ημερομισθίων ή των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολουμένων προσώπων από τη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία των ανωτέρω αναφερομένων εντελώς ενδεικτικά, δεδομένου ότι η Εταιρεία δηλώνει ανεπιφύλακτα, ότι έχει λάβει σχετική πρόνοια για όλα τα προαναφερόμενα, το κέρδος, ως και τις τυχόν ζημίες, τα γενικά της έξοδα καθώς και όλες τις δαπάνες της, οποιασδήποτε φύσεως που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση της προκείμενης προμήθειας.

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ορισθείσα Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών,

μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο, την τεχνική προσφορά ανά φύλλο, την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτούς. Η Επιτροπή μπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που έγιναν τεχνικά αποδεκτές.

Εάν οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση της προμήθειας είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου.

Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η ορισθείσα Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με την παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης, το οποίο εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Νοσοκομείου.

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες κι έως εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων (και όχι πέραν των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης).

Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύμβασης σχετικού διαγωνισμού από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), υπό την ιδιότητά της ως Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) προς κάλυψη αναγκών των φορέων του άρθρου 7 του ν. 4865/2021, ή της 1^{ης} Υ.Π.Ε., σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 41 παρ. 3 του ν. 4412/2016, η σύμβαση πάυει να ισχύει αζημίως για το Νοσοκομείο.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021), καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. (Β' 2385/12-4-2023) ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Ο κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης του Νοσοκομείου «Α.ΣΥΓΓΡΟΣ είναι 1015.E00164.0001. Ο ανάδοχος συμπληρώνει στο πεδίο ΒΤ-11: Στοιχείο αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου την «ΑΔΑ Ανάληψης».

6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή των ειδών γίνεται από την ορισθείσα Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά εντός πέντε (5) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα με έξοδα και ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή **εντός της Αποθήκης του Νοσοκομείου (υπόγειο).**

7. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται.

8. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

A/A 1 & 2: -00501, -00601 ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Χ.

Οι προδιαγραφές των βελονών πρέπει να είναι καθ' όλα σύμφωνες με την υπουργική απόφαση Α6/6404 << Τεχνικές προδιαγραφές και Μέθοδοι Ελέγχου Πλαστικών Συριγγών και Βελονών μίας χρήσης >> (ΦΕΚ 681 τ.Β'8.8.1991).

Εκτός και αν αναφέρεται σαφώς, απαιτούνται επίσης:

- Να είναι μιας χρήσης σε ατομική, διαφανή συσκευασία με εύκολο άσηπτο άνοιγμα.
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης.
- Να είναι αποστειρωμένες (διάρκεια 3-5 έτη), μη τοξικές και απαλλαγμένες πυρετογόνων ουσιών.
- Το υλικό της βελόνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίς μαγνητικές ιδιότητες. Το αμβλύ άκρο της βελόνας να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και ελαττώματα.
- Η πλαστική κεφαλή της βελόνας να εφάπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luer lock. Η κωνική κεφαλή της βελόνης να είναι σύμφωνη με τον τύπο ISO 594/1. Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα, εύκολα αφαιρούμενο, από υλικό που θα πληρεί τη σύμβαση ISO 6009.
- Να είναι Latex Free.

A/A3: 211-55501 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ Μ.ΧΡ. ΑΠΟΣΤ/ΝΑ

Γλωσσοπίεστρα ξύλινα μιας χρήσεως, αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία, από υλικό που δεν προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις. Να έχουν λεία επιφάνεια εύκαμπτη και στιλπνή, να είναι

ανθεκτικά, να έχουν το μικρότερο δυνατό πάχος. Να αναγράφεται σε κάθε ατομική συσκευασία η αποστείρωση και η ημερομηνία λήξης τους.

A/A5 : 211-07701 ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤ/ΝΟΙ (15cm)

Οι στυλεοί να διαθέτουν ξύλινο στέλεχος 15 cm και καλά τυλιγμένο βαμβάκι στο ένα άκρο. Να είναι αποστειρωμένοι ανά έναν.

A/A6 : 211-04001 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΚΛΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 1,2μm ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ

Συσκευές ενδοφλέβιας έγχυσης μιας χρήσεως αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, μη τοξικές και ελεύθερες πυρετογόνων. Να φέρει ειδικό φίλτρο χαμηλής δέσμευσης πρωτεϊνών με μέγεθος πόρων $\leq 1,2\mu\text{m}$ για τη χορήγηση. Να φέρει αεροπαγίδα και κλειστό κύκλωμα εξαέρωσης. Το ρύγχος διάτρησης να έχει ικανό μήκος και αιχμηρό άκρο με σκληρότητα και κωνικότητα και να διαθέτει ενσωματωμένο αεραγωγό με καπάκι και αδιάβροχο μικροβιοκρατές φίλτρο 3μ για την κατακράτηση των μικροοργανισμών, προκειμένου να διατηρείται ανεμπόδιστη η ροή του υγρού.

Ο σταγονοθάλαμος να είναι διαφανής, από ιατρικού τύπου πλαστικό, μη τοξικός, και εύκολα πιεζόμενος όπου το 1ml ορού να αντιστοιχεί σε 20 μεγαλοσταγόνες. Ο κύριος σωλήνας των συσκευών να είναι εύκαμπτος, διάφανος, άχρωμος να μην τσακίζει και να έχει μήκος τουλάχιστον 180cm. Να φέρει ρυθμιστή ροής τύπου dial-a-flo (ρολόι, βαρελάκι) με βαθμό έγχυσης από 5 έως 250ml/h και να διαθέτει κλείστρο για άμεση διακοπή της ροής. Να καταλήγει σε σύνδεση luer με περιστρεφόμενο σημείο lock. Τα προστατευτικά καλύμματα να παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη χρήση της συσκευής και να απομακρύνονται εύκολα κατά τη χρήση αυτής.

Να φέρει σήμανση CE.

Οι συσκευές κατά τη χρήση τους :

- i. να μην εμφανίζουν διαρροή υγρού από τον αεραγωγό,
- ii. η σύνδεση/αποσύνδεση αυτών με τον καθετήρα να γίνεται εύκολα και να μην παρουσιάζει διαρροές,
- iii. να μην μεταβάλλεται αυθαίρετα ο επιλεγμένος από το χρήστη ρυθμός χορήγησης στο ρυθμιστή ροής, καθ' όλη τη διάρκεια της έγχυσης.

Σε κάθε συσκευασία να αναγράφεται: i) η ημερομηνία παραγωγής, λήξης και αποστείρωσης του προϊόντος, ii) στοιχεία κατασκευαστή – χώρα και εργοστάσιο κατασκευής, iii) οδηγίες χρήσης, iv) ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόπος αποστείρωσης, v) Αριθμός παρτίδας.

Να φέρει σήμανση CE.

A/A7: 211-09901 ΠΩΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ – 3WAY – LUER LOCK

Να είναι αποστειρωμένα και ατομικώς συσκευασμένα σε blister συσκευασία M.X.

Να είναι κατασκευασμένα από σκληρό, μη τοξικό πλαστικό, υψηλής ποιότητας και αντοχής, με περιφερειακές ραβδώσεις για σταθερή συγκράτηση με εσωτερική σπείρωση ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή και η πλήρης στεγανότητα των συσκευών. Να είναι τύπου Luer Lock βιδωτό και να διαθέτουν μεγάλη ασφάλεια κατά την περιστροφή του βιδώματος.

A/A 8,9: 272-25401, -26501 ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ M.X. LARGE & X-LARGE

- Να είναι κατασκευασμένα από αδιάβροχο, αεροδιαπερατό υλικό με αίσθηση υφάσματος.
- Να έχουν τσέπη στο πάνω μέρος αριστερά και στο κάτω δεξιά μέρος της μπλούζας.
- Να έχει δέσιμο στο παντελόνι με κορδόνι για αυξομείωση της μέσης.

Α/Α 10: 212-03901 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ- ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΣΠΡΕΥ ΜΕ ΤΡΟΜΠΙΑ (ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ - ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ κ.λ.π. (ΑΛΚΟΟΛΗ >70%)

1. Έτοιμο προς χρήση, σε μορφή σπρέι με το μικρότερο δυνατόν χρόνο επαφής.
2. Δραστικό έναντι ιών με & χωρίς περίβλημα, βακτηρίων, μυκήτων και μυκοβακτηριδίου.
3. Μέγιστος χρόνος δράσης 5 λεπτά, ο οποίος να πιστοποιείται από την επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστικού οίκου.
4. Να περιέχει στη σύνθεσή του αλκοόλες σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη ή ίση με 70%, όπως αναγράφεται στην άδεια του ΕΟΦ.
5. Να μην περιέχει φαινόλες και αλδεΐδες.
6. Να στεγνώνει χωρίς κατάλοιπα.
7. Να μην είναι οξειδωτικό για τις επιφάνειες.
8. Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό για το χρήστη.
9. Να έχει άδεια ΕΟΦ, καταχώρηση σε ΕΜΠΧ και επισήμανση CE.

Α/Α 15: 212-03401 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ) 75X90

Χειρουργικά πεδία χωρίς οπή 3 στρωμάτων αποστειρωμένα διαστάσεων 75x90 cm.

Α/Α 17,18,19: 212-00201, -00301, -00401 ΝΥΣΤΕΡΙΑ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ) Μ.Χ Νº. 11, Νº. 15 & Νº. 20

Λόγω της ανατομικής θέσης των βλαβών (επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής προσώπου) οι χειρουργικές λεπίδες/νυστέρια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ανθρακούχο χάλυβα βάση των αυστηρών προτύπων BS 2982:1992, ISO 7740:1985, ISO 7153-1:1991, EN 10088-3:2005, να είναι κατάλληλες για ακριβή σχεδιασμό πολλαπλών τομών.

Οι λεπίδες/νυστέρια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε λαβή μαχαιριδίου Νº 3.

Το μέγεθος της λεπίδας να είναι προσδιορισμένο στην οπίσθια πλευρά της ατομικής συσκευασίας.

Να παρέχονται σε κουτί συσκευασίας 100 αποστειρωμένων τεμαχίων (ατομική συσκευασία) και κάθε κουτί να φέρει χρωματική κωδικοποίηση.