



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η Υ.ΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Κυπαρισσία 04/03/2026
Αρ. πρωτ. 1695

Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Αλ. Καλαντζακού 13
Κυπαρισσία, ΤΚ. 24 500
Τηλ. 2761360170

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Κατάθεση προσφοράς υλικών άκρως απαραίτητων για την λειτουργία Α.Ο.Μ.
Κυπαρισσίας

ΣΧΕΤ. α.4152/2013(ΦΕΚ Α΄107/09-05-2013)

β. Ν 4250/2014

γ. Ν 4412/2016(ΥΕΚ 147/Α/2016)

δ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα

ε. Το υπ΄αριθμ.1694/04-03-2026 έγγραφο του Επιμελητή της γυναικολογικής κλινικής στο οποίο χαρακτηρίζετε ως επείγουσα η προμήθεια των παρακάτω υλικών.

Για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών η Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ.

1. Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν **έως και την Παρασκευή 06/03/2026 και ώρα 11:00** ηλεκτρονικά στη διεύθυνση promitheies@noskypar.gr & kalkavoura@noskypar.gr.
2. Οι προσφορές θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή της εταιρείας άλλως θα απορρίπτονται.
Προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.
3. Κριτήριο για την ανάδειξη του προμηθευτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ και θα είναι σύμφωνη με τεχνικά χαρακτηριστικά των ζητούμενων ειδών.
4. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της.
5. Τόσο στην προσφορά όσο και κατά την τιμολόγηση των ζητούμενων ειδών θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός ΓΜΔΝ και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
6. Η πληρωμή θα είναι σύμφωνη με το Π.Δ. 80/05-08-2016.
7. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ζητούμενων ειδών αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣ/ΤΑ
1	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ Σωλήνες αρθροσκοπικής αντλίας κατάλληλες για αντλία διπλής ενέργειας, inflow-outflow, αποτελούμενες από ένα σωλήνα	2

	<p>εισαγωγής με ειδική μεμβράνη μέτρησης πραγματικής ενδοαρθρικής πίεσης και έναν σωλήνα απαγωγής χωρίς τη χρήση αναρρόφησης του χειρουργείου, ο οποίος δίνεται να συνδεθεί με την αρθροσκοπική κάνουλα και ταυτόχρονα με την αναρρόφηση του shaver και της διαθερμίας.</p> <p>Οι σωλήνες να χρησιμοποιούνται με αντλία που διαθέτει μικροεπεξεργαστή, ώστε να διατηρεί σταθερή την επιθυμητή ενδοαρθρική πίεση.</p> <p>Οι σωλήνες να είναι κατάλληλοι για την λειτουργία wash, ελεγχόμενη είτε από τον ποδοδιακόπτη είτε από το τηλεχειριστήριο είτε και από την ψηφιακή οθόνη της συσκευής.</p> <p>Να δύναται να προεπιλεγούν τόσο η επιθυμητή πίεση όσο και η επιθυμητή ροή, με κατάλληλες ενδείξεις στην πρόσοψη της συσκευής, από ειδικούς διακόπτες αφής.</p> <p>Να δύναται να μεταβάλλεται η δυνατότητα της ροής από 0 έως 3000ml/min και της πίεσης από 0-200 mmHg.</p>	

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ