



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 2^{ΗΞ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Τ.Κ. 83100, ΣΑΜΟΣ
Τηλ.: 22733-51226
E-mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr

ΣΑΜΟΣ: 10-03-2026
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 3409

21/2026

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

1. Το Ν.2362/95 «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
2. Το Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των ΠΕΣΥΠ και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
4. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
7. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
8. Τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»
9. Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
10. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»
11. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
12. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία"

13. Τις διατάξεις του Π.Δ/του 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες
14. Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
15. Τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
16. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

Β. Τις αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθμ. 04^η/27-02-2026, απόφαση Δ.Σ με ΑΔΑ:ΨΩΑΦΤ46907Ξ-6ΩΚ που αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μίας ηλεκτροχειρουργικής γεννήτριας.
2. Την υπ' αριθμ. 04^η/27-02-2026, θέμα 3^ο Απόφαση Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της ηλεκτροχειρουργικής γεννήτριας.
3. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ.Ν Σάμου με ΑΔΑ : **P6P246907Ξ-ΤΨΛ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης **την χαμηλότερη οικονομική προσφορά βάσει τιμής** για την προμήθεια μίας ηλεκτροχειρουργικής γεννήτριας (CPV 33162100-4) για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, συνολικής δαπάνης **34.165,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 17%. **Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου στις 27/03/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. από την αρμόδια επιτροπή που θα ορισθεί για το σκοπό αυτό.**

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.	27/03/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα έως 10.00 π.μ.	Γενικό Νοσοκομείο Σάμου	27/03/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως τις **27/03/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.** και θα απευθύνονται στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, στην οδό Σ. Κεφαλοπούλου 17 Τ.Κ. 83100.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον τίτλο του διαγωνισμού.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται στον αποστολέα χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η **27/03/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.**

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή, η οποία θα οριστεί για το σκοπό αυτό.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το Τμήμα Προμηθειών ή από την ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις **10/03/2026.**

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Είναι η προμήθεια μίας ηλεκτροχειρουργικής γεννήτριας(CPV 33162100-4) προϋπολογισμού 34.165,00 € συμ/νου ΦΠΑ 17 % , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και το παράρτημα αυτής. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση που δοθεί εναλλακτική προσφορά αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (**180**) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με την εταιρεία.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με προϋπόθεση την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 περ. α' του άρθρου 95 του ν. 4412/2016)

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται δεκτές

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα παραρτήματα της παρούσας που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, είναι τα εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου και χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση έναντι του δημοσίου.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους, μετά από σχετική Απόφαση ή μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412.

Άρθρο 2

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Αναλογικά οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 -3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείσει οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016.

Άρθρο 3
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α) η λέξη Προσφορά
 - β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
 - γ) ο τίτλος της παρούσας
 - δ) η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
 - ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
 - Στ) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα κοινοποιούνται σχετικά έγγραφα
 - ζ) την ένδειξη « Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
- Στον φάκελο της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα παρακάτω:

3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Αποδεικτικά Μέσα»

1) Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν **Υπεύθυνη δήλωση** (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι:

α. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.

β. Δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό αναγκαστική διαχείριση, και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού ή προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον του ζητηθούν για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

γ. Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του πράξεις επιβολής προστίμου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

δ. Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία(Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία).

ε. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

στ. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Έχει λάβει γνώση για τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

ζ. Παραίτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

η. Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί.

θ. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

26PROC018614068-2026-03-10
 ι. Κατά τη διάρκεια της έκδοσης της σύμβασης θεωρείται ότι η επιπλέον τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ια. Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης .

2. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

- αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,

- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,

- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,

- Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με τη εταιρεία.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

5. Απόσπασμα ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών.

6. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων με έκδοση έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού (Ν.4412/2016, άρθρο 80 παρ.2γ και άρθρο 376 παρ.17 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

3.2 «Τεχνική Προσφορά»

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει τα έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται στο Παράρτημα ΙΙ.

3.3. «Οικονομική Προσφορά»

Θα κατατεθεί οικονομική προσφορά και η αναγραφή της τιμής θα είναι σε Ευρώ(€). Μαζί θα κατατεθεί και η αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή του προσφερόμενου είδους του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης).

3.3.1 Ισχύς Προσφορών:

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 4**ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών-Αποδεικτικών Μέσων, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), σε μία δημόσια συνεδρίαση την **27/03/2026 στις 11.00 π.μ.** από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης .

Η Επιτροπή αξιολογεί την υποβληθείσα προσφορά σε κλειστή συνεδρίαση της και συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Δ.Σ προκειμένου να εκδοθεί απόφαση οριστικού αναδόχου.

Άρθρο 5**ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά, ιδίως όταν:

1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών.
2. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
3. Η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη της τιμής του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει)

Άρθρο 6**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

Άρθρο 7**ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την ηλεκτροχειρουργικής γεννήτριας σε χρονικό διάστημα έως και έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης .

Η ηλεκτροχειρουργική γεννήτρια θα παραδοθεί με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου και σε πλήρη λειτουργία.

Άρθρο 8

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρα βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:

Πυρκαγιά

Πλημμύρα

Σεισμός

Πόλεμος

Τρομοκρατική ενέργεια

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 17%
1	33162100-4	ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	29.200,85
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ 17% ΦΠΑ					34.165,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

α/α	Τεχνικές Προδιαγραφές - Περιγραφή	Απαίτηση
1.	Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.	Ναι
2.	Να είναι κατάλληλη για χειρουργικές επεμβάσεις ανοικτές και λαπαροσκοπικές.	Ναι
3.	Να διαθέτει κύκλωμα ασθενή μονωμένο από γείωση.	Ναι
4.	Να διαθέτει 2 μονοπολικές εξόδους και μία διπολική.	Ναι
5.	Να λειτουργεί με τάση 100-240 VAC / 50-60 Hz.	Ναι
6.	Να διαθέτει ειδική προκαθορισμένη θέση αυτόματης λειτουργίας σε δύο επίπεδα (High – Low) για την ευκολία του χρήστη χωρίς να απαιτεί χειροκίνητη ρύθμιση, προηγμένης δράσης τομής, η οποία να ελέγχεται αυτόματα. Στην θέση αυτή να μην απαιτείται από τον χειρουργό η επιλογή της ισχύος αλλά να ελέγχεται αυτόματα. Στην θέση αυτή να επιτυγχάνεται αποτέλεσμα όμοιο με αυτό χειρουργικού νυστεριού με ελάχιστη θερμική νέκρωση των ιστών και δημιουργία ουλής. Στην θέση αυτή να επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου του χειρουργείου, να μειώνεται ή να εξαλείφεται η ανάγκη χρήσης κοινού νυστεριού αλλά και να προσφέρουν αποτέλεσμα επούλωσης αντίστοιχο με αυτό του νυστεριού. Στην θέση αυτή ο χειρουργός να έχει μεγαλύτερη ακρίβεια στην τομή απ'ότι με ένα νυστέρι χωρίς να χρειάζεται να ασκεί τάση στο δέρμα.	Ναι
7.	Να μπορεί στη θέση λειτουργίας προηγμένης δράσης τομής να συνδυάζεται με ηλεκτρόδια ειδικού τύπου με ειδική γεωμετρία που να επιτρέπουν τη τομή δέρματος σαν χειρουργικό νυστέρι χωρίς να διαθέτουν την κόψη του και να διαθέτουν αντικολλητική επίστρωση με πράσινο PTFE. Τα ηλεκτρόδια αυτά να είναι κατάλληλα για τομή δέρματος αιμόσταση και ανατομή μειώνοντας την ανάγκη νυστεριών και κοινών ηλεκτροδίων.	Ναι

8. Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά ισχύος εξόδου: ΑΔΑ: ΨΝΧΛ46907Ξ-ΡΟΙ
26PROC018614068 2026-03-10

Θέση λειτουργίας	Ισχύς (Watt)	Ανοχή εξόδου (Ονομαστικό φορτίο)	Ονομαστικό φορτίο Ohm	Μέγιστη ηλεκτρική τάση ανοικτού κυκλώματος Vp-p	Συχνότητα λειτουργίας (Ονομαστικό φορτίο)	Συντελεστής κορυφής Ονομαστικός στο βαθμονομημένο φορτίο	
Μονοπολική CUT (μονοπολική τομή)							
1	Λειτουργία αυτόματου ελέγχου τομής δράσης όμοιας με χειρουργικό νυστέρι (High - Low)	150	20%	200	1500	400kHz	1,4
2	Pure Cut (καθαρή τομή)	300	20%	300	3000	400kHz	1,4
3	Blend (ανάμιξη)	200	20%	300	4000	400kHz	3,0
Μονοπολική COAG (μονοπολική πήξη)							
1	Spray (ψεκασμός)	120	20%	500	6000	2,5μs Pulse @ 22kHz	8,0
2	Standard (στάνταρ) και	120	20%	500	5000	2,5μs Pulse @ 32kHz	6,9
3	Coag with Cut (πήξη με τομή)	120	20%	500	5000	2,5μs Pulse @ 30kHz	7,1
Bipolar (διπολική)							
1	Standard/ Micro (στάνταρ/ μικρό)	80	20%	100	360	400kHz	1,4
2	Macro (μάκρο)	80	20%	100	760	400kHz	1,4

Ναι

9. Να δοθούν τα γραφήματα ισχύος.

Ναι

10. Να διαθέτει ενδείξεις με κωδικούς σφαλμάτων στις οθόνες ενδείξεων

Ναι

11. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης (auto start- auto stop) στη διπολική λειτουργία.

Ναι

		ΑΔΑ: ΨΝΧΛ46907Ε-ΡΟΙ
12.	Να διαθέτει οπτική ενδειξη που θα επιφέρει αλλαγή στην χρησιμοποιείται ο διπολικός τρόπος λειτουργίας.	Ναι
13.	Να διαθέτει μόνιτορ παρακολούθησης της ποιότητας επαφής του ηλεκτροδίου επιστροφής του ασθενή, και σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού κακής επαφής, να διακόπτει την λειτουργία της.	Ναι
14.	Να υπάρχει δυνατότητα αύξησης και μείωσης της έντασης ήχου των ενεργών σημάτων για CUT, COAG και BIPOLAR. Η ελάχιστη ένταση ήχου τους να είναι 40 dB σε απόσταση ενός μέτρου. Η ένταση ήχου του συναγερμού να είναι σταθερή ώστε να μην υπερβαίνει τα 65 dB σε απόσταση ενός μέτρου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ANSI/AAMI HF-18.	Ναι
15.	Να διαθέτει μεγάλες ευανάγνωστες ενδείξεις και πλήκτρα αφής για όλες τις λειτουργίες της.	Ναι
16.	Να διαθέτει πλήκτρο ανάκλησης για την τελευταία ρύθμιση.	Ναι
17.	Να συνοδεύεται από δύο ποδοδιακόπτες, έναν για μονοπολική λειτουργία και έναν ποδοδιακόπτη για διπολική λειτουργία και από ειδικό εργοστασιακό τροχήλατο τραπεζίδιο μεταφοράς της και επιπλέον ένα καλώδιο διπολικής λειτουργίας πολλαπλών χρήσεων και ένα καλώδιο γείωσης πολλαπλών χρήσεων.	Ναι
18.	Να διαθέτει θύρα RS232 για επικοινωνία με ηλεκτρονικό υπολογιστή.	Ναι
19.	Επιπλέον, να συνοδεύεται από σύστημα απομάκρυνσης καπνού με τα εξής χαρακτηριστικά: <ol style="list-style-type: none"> 1. Η προσφερόμενη συσκευή να χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση του καπνού ο οποίος παράγεται κατά την χρήση ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας. 2. Η συσκευή να είναι όσο το δυνατόν πιο αθόρυβη αλλά ταυτόχρονα ισχυρή ώστε να μην αποσπά την προσοχή από την χειρουργική επέμβαση. 3. Η μέγιστη διάρκεια ζωής του φίλτρου να είναι τουλάχιστον 35 ώρες συνεχούς λειτουργίας 4. Το φίλτρο να περιβάλλεται πλήρως από κάλυμμα, για την προστασία του προσωπικού κατά την αλλαγή του. 5. Η συσκευή να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή στην λειτουργία της. 6. Η συσκευή να διαθέτει σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης ώστε να εξοικονομείται χρόνος ζωής του φίλτρου. 7. Να διαθέτει πνευματικό ποδοδιακόπτη. 8. Να διαθέτει τις παρακάτω ενδείξεις: <ul style="list-style-type: none"> • Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση • Κατάστασης αναμονής • Χρόνου ζωής του φίλτρου • Ανάγκης συντήρησης 9. Να διαθέτει τουλάχιστον τρεις ταχύτητες λειτουργίας. 10. Να διαθέτει ρυθμό ροής περίπου 25 cfm (708 lpm) 11. Το φίλτρο της προσφερόμενης συσκευής να κατακρατεί σωματίδια μεγέθους 0.1 έως 0.2 μm απόδοσης 99.999% και τεσσάρων σταδίων (προ-φίλτρο, ULPA, άνθρακα και μετά-φίλτρο) 12. Η προσφερόμενη συσκευή στην μέγιστη ένταση να παράγει ήχο μικρότερο από 55 dBa 	Ναι

	<p>13. Βάρος συσκευής λιγότερο από 5 kg</p> <p>14. Η προσφερόμενη συσκευή να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την παραπάνω ζητούμενη γεννήτρια ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας για πλήρη συμβατότητα και να τοποθετείται στο ίδιο εργοστασιακό τροχήλατο.</p>	ΑΔΑ: ΨΝΧΛ46907Ε-ΡΟΙ 26PROC018614068_2026-03-10
20.	Τα ανωτέρω να συνοδεύονται από : 10 τεμάχια στυλεό ηλεκτροχειρουργικής με ηλεκτρόδιο PTFE και ενσωματωμένη απομάκρυνση καπνού, με δυνατότητα τριών θέσεων συγκράτησης από το χειρουργό. Και 20 τεμάχια στυλεό ηλεκτροχειρουργικής με ηλεκτρόδιο PTFE και ενσωματωμένη απομάκρυνση καπνού, με τηλεσκοπικό άκρο.	Ναι
	ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	
1.	Εκπαίδευση προσωπικού (γιατρών, χειριστών, προσωπικού τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας). Να δοθεί το σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.	Ναι
2.	Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο έτη από την Παράδοσή του σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.	Ναι
3.	Κατά τη διάρκεια εγγύησης το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου συγκροτήματος, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κ.λ.π. εκτός των αναλωσίμων.	Ναι
4.	Διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον έτη.	Ναι
5.	Για να γίνει η παραλαβή του μηχανήματος ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά και οδηγιών συντήρησης στην Ελληνική ή Αγγλική.	Ναι
6.	Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 (ΦΕΚ 2198/Β`/2.10.2009) (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).	Ναι
7.	Η προμηθεύτρια εταιρεία να πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 37001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 27701 καθώς και τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (Υ.Α. Αριθ. ΔΥ8δ/ Γ.Π /οικ 1348/2004). Η εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004. (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).	Ναι
8.	Ο οίκος κατασκευής των προσφερόμενων ειδών πρέπει να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά EN ISO 13485:2016 (να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).	Ναι
9.	Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά), και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.	Ναι