

ΠΡ-ΔΔ08



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια  
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ  
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Ταχ. Δ/νση: Τσακάλωφ 1, 41221, Λάρισα ΠΡΟΣ:  
Γραφείο: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες: ΔΑΓΚΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
Τηλέφωνο: 2413 504379  
E-mail: [gnl-promithies@ghl.gr](mailto:gnl-promithies@ghl.gr)

Λάρισα: 09-03-2026

Αρ.Πρωτ.8320

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ** για την προμήθεια «Κύκλωμα αναπνευστήρα μιας χρήσης με αισθητήρα ροής για τους αναπνευστήρες Hamilton», CPV: 33196000-0 (ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ), ΑΛΕ 32302030000001 Υγειονομικό υλικό (ΚΑΕ 1311), για τις ανάγκες των ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας».

**Έχοντας υπόψη**

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α' /147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», προτίθεται να προβεί σε Ανοικτό Διαγωνισμό προμήθειας «Κύκλωμα αναπνευστήρα μιας χρήσης με αισθητήρα ροής για τους αναπνευστήρες Hamilton», CPV: 33196000-0 (ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ), ΑΛΕ 32302030000001 Υγειονομικό υλικό (ΚΑΕ 1311), σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6523/24-02-2026 (ΑΔΑ.93ΨΟ469066-9ΕΠ) απόφαση διοικητή την επαναπροκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας με νέα προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

**Και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΜΟΝΟ οικονομικές προσφορές με τιμές, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και η εξασφάλιση των οικονομικών πόρων.**

Θα θέλαμε **απαραιτήτως** να μας ενημερώσετε αν υπάρχει Π.Τ. για το είδος και αν όχι να αιτιολογήσετε από πού προκύπτει η τιμή.

Η παρούσα αναρτάται:

- στην ιστοσελίδα της 5<sup>ης</sup> ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας [www.dypethessaly.gr](http://www.dypethessaly.gr), στη διαδρομή : προμήθειες ► Προμήθειες 2025 ► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Πρόγραμμα Διαύγεια <http://et.dianveia.gov.gr>.

Κατάθεση προσφορών στο email: [gnl-promithies@ghl.gr](mailto:gnl-promithies@ghl.gr) έως 16-03-2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ**

α/α	Περιγραφή είδους	Ποσότητα/ Τεμ.
1	Για τις ανάγκες των ΤΕΠ Κύκλωμα αναπνευστήρα μιας χρήσης με αισθητήρα ροής για τους αναπνευστήρες HAMILTON	80

ΠΡ-ΔΔ08

	<p>Το αναπνευστικό κύκλωμα σωληνώσεων να είναι ομοαξονικού τύπου, μιας χρήσης, μήκους περίπου 180cm, η διάμετρος του σωλήνα εισπνοής να είναι 15mm(ID) και η διάμετρος του σωλήνα εκπνοής να είναι 26mm (ID). Να διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα ροής μιας χρήσης και η διάμετρος σύνδεσης προς τον αισθητήρα ροής να είναι 15 mm Female, ενώ η διάμετρος σύνδεσης προς τον αναπνευστήρα να είναι 22 mm Female. Η ενδοτικότητα του κυκλώματος σε πίεση 60 cmH<sub>2</sub>O να μην υπερβαίνει τα 1,75 ml/cmH<sub>2</sub>O. Οι αντιστάσεις εισπνοής-εκπνοής του κυκλώματος στα 30L/min να μην υπερβαίνουν τα 0,025cmH<sub>2</sub>O/l/min και 0,040cmH<sub>2</sub>O/l/min αντίστοιχα. Επίσης, το κύκλωμα μιας χρήσης να έχει την έγκριση του κατασκευαστικού οίκου Hamilton Medical AG</p>	
--	---	--

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας  
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ