



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**

**Αμαλιάδα : 13-03-2026
Αριθ. Πρωτ.: 2409**

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό – Γραφείο Προμηθειών
ΤΑΧ/ΚΗ. Δ/ΝΣΗ : Ευαγγελιστρίας 128
ΠΛΗΡΟΦ. Παπαδημητρίου Βασιλική
ΤΗΛ/ΦΑΞ :2622 360167
E-mail : grafiopromithion@yahoo.gr

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις των Ν. 3329/05, Ν.4152/2013, Ν.4250/2014 και Ν.4782/2021, άρθρο 50, την απόφαση με αριθμό 38661 ΕΞ 2025 τεύχος Β' με αρ. φύλλου 1104 και τις διατάξεις του Ν. 5129/2024(Α' 124) άρθρο 72.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των κάτωθι ειδών για τις ανάγκες των **Επισκεπτριών Υγείας**, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής :**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Παρατηρήσεις/Τεχνικές προδιαγραφές
1	Φορητό επαγγελματικό πιεσόμετρο μπράτσου με μετασχηματιστή και τρία (3) περιβραχιόνια: 1. 17-22 εκατοστά 2. 22-32 εκατοστά 3. 32-42 εκατοστά	1 τεμ.	Όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
2	Παλμικό οξύμετρο δακτύλου	1 τεμ.	

Προϋπολογισμός δαπάνης 600,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τμήμα που αιτείται το υλικό :Επισκέπτριες Υγείας.

CPV: 33141620-2.

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ): 1015.Ε00208.0001

Τρόπος υποβολής προσφορών :

Με κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Ανάλυση τιμής ανά είδος και υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου τα σχετικά πιστοποιητικά υλικών και επισκευών.

Για προσφορές άνω των 1.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α. να κατατίθεται ασφαλιστική – φορολογική ενημερότητα επί ποινή απόρριψης.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 20/03/2026 ώρα 14:00 μ.μ.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

Σημειώνεται ότι :

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα : α) κωδικό αιτήματος νοσοκομείου, β) κωδικό είδους εταιρείας, γ) κωδικό κατασκευαστή, δ) κατηγορία και περιγραφή υλικού, ε) REF number, στ) κατασκευαστικό οίκο.
2. Στην προσφορά να αναγράφονται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτά.
3. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
4. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης υλικών.
5. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
7. Η τιμή προσφοράς θα δίνεται αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το νοσοκομείο.
9. **Χρόνος ισχύος προσφορών :** Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
10. **Τρόπος παράδοσης - παραλαβής :**
 - Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια.
 - Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
 - Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της επιτροπής παραλαβής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
11. **Ειδικό όροι συμμετοχής :**
 - Ο προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
 - Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση/ανάθεση.

- Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Η Αν. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ & ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

1. Να μετράει την αναίμακτη πίεση, την οξυμετρία, τις αναπνοές και το ΚΠ σε ενήλικες παιδιά και νεογνά. Να μπορεί ο χρήστης να εισάγει τα στοιχεία του ασθενή (π.χ. Όνομα, επίθετο, τύπος ασθενή) ώστε το μόνιτορ αυτόματα να ρυθμίζει κάποιες παραμέτρους (π.χ. Όρια συναγερμών).
2. Η οθόνη να είναι έγχρωμη, αφής τύπου TFT8'' τουλάχιστον, και να απεικονίζει ταυτόχρονα:
 - Την συστολική, διαστολική και μέση πίεση
 - Την οξυμετρία και την αντίστοιχη πληθυσμογραφική κυματομορφή
 - Την καρδιακή συχνότητα
 - Τύπο ασθενή (ενήλικας, παιδί, νεογνό)
 - Trend προηγούμενων μετρήσεων
 - Μηνύματα συναγερμών (τεχνικών, φυσιολογικών παραμέτρων)
 - Κατάσταση μπαταρίας
 - Την ώρα, ημερομηνία

Ο χρήστης να δύναται να απενεργοποιήσει την οθόνη αφής για λόγους ασφαλείας.
3. Ο χρήστης να μπορεί να τροποποιήσει ποιες παραμέτρους θα απεικονίζονται στην οθόνη και να μπορεί να αποθηκεύσει 6 τουλάχιστον διαφορετικές διαμορφώσεις (configuratio).
4. Ο χειρισμός του μόνιτορ να επιτυγχάνεται μέσω περιστροφικό κομβίο αλλά και μέσω της οθόνης αφής. Να μπορεί να συνδεθεί και ποντίκι σε περίπτωση σφάλματος του κομβίου ή της οθόνης αφής.
5. Να λειτουργεί χωρίς ανεμιστήρα.
6. Να διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας συνεχούς παρακολούθησης ενός ασθενή και επίσκεψης τμήματος για την αποθήκευση μετρήσεων 100 ασθενών τουλάχιστον.
7. Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για όλες τις παραμέτρους οι οποίοι να απεικονίζονται συνεχόμενα στο μόνιτορ. Να διαθέτει κομβίο σίγασης. Να διαθέτει ενδεικτική λυχνία σε εμφανές σημείο η οποία να ενεργοποιείται σε περίπτωση συναγερμού.
8. Η μνήμη του να αποθηκεύει TRENDS μετρήσεων ανά ασθενή για 240 ώρες τουλάχιστον, 1200 μετρήσεων τουλάχιστον NIBP και 200 συναγερμών τουλάχιστον. Να δύναται να αναβαθμιστεί η μνήμη για την αποθήκευση 400 ωρών trends τουλάχιστον. Να απεικονίζει 120 ώρες TRENDS τουλάχιστον υπό μορφή γραφήματος και πίνακα, και να απεικονίζει 200 συναγερμούς τουλάχιστον.
9. Να διαθέτει λειτουργία νυκτός για να μην ενοχλούνται οι λοιποί ασθενείς σε περίπτωση μέτρησης κατά την διάρκεια της νύχτας.
10. Η σύνδεση με τον κεντρικό σταθμό να γίνεται ενσύρματα μέσω θύρας δικτύου. Να δύναται να αναβαθμιστεί με ενσωματωμένο ασύρματο δέκτη WIFI.
11. Να μεταφέρεται μέσω χειρολαβής.
12. Το βάρος του να είναι περίπου 2,5 kg και να είναι μικρών διαστάσεων
13. Να λειτουργεί με τάση δικτύου αλλά και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για 4,5 ώρες τουλάχιστον. Να δύναται να δεχτεί και 2^η μπαταρία με την οποία η αυτονομία να αυξάνεται σε 9 ώρες τουλάχιστον. Να προσφερθεί προς επιλογή η 2^η μπαταρία.
14. Να δύναται να διαθέτει μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας, καταγραφικό, ενσωματωμένο και εξωτερικό barcode scanner. Να προσφερθούν προς επιλογή.
15. Να δύναται να συνδεθεί με εξωτερική συσκευή μέτρησης ζαχάρου. Να προσφερθεί προς επιλογή.
16. Να προσφερθεί με του ίδιου κατασκευαστικού οίκου τροχήλατη βάση.

A. Αναίμακτη πίεση:

17. Η λήψη να γίνεται με την ταλαντωσυμμετρική μέθοδο.
18. Η λήψη να γίνεται χειροκίνητα, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα μεταξύ 1 λεπτού και για έως 8 ώρες τουλάχιστον και συνεχόμενα σε διάρκεια 5 λεπτών. Να διαθέτει επιπλέον λειτουργία μέσης τιμής με τον χρήστη να μπορεί να ρυθμίσει τον αριθμό των μετρήσεων υπολογισμού της (π.χ. 3 μετρήσεις).
19. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερπίεση.
20. Ο χρόνος μέτρησης να μην ξεπερνάει τα 15 sec μέσω ειδικού αλγόριθμου. Να αποδεικνύεται σε φυλλάδια ή εγχειρίδια χρήσης και όχι σε βεβαιώσεις του οίκου κατασκευής.
21. Να παραδοθεί περιχειρίδα ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων και σωλήνα σύνδεσης.
- Β. Οξυμετρία:**
22. Το εύρος μέτρησης να είναι μεταξύ 0-100%.
23. Να διαθέτει δείκτη ποιότητας σήματος.
24. Η ακρίβεια μέτρησης να είναι $\pm 2\%$ για ενήλικες και $\pm 3\%$ για παιδιά-νεογνά.
25. Να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει την απενεργοποίηση του συναγερμού λόγω πιθανής χαμηλής αιμάτωσης η οποία θα έχει προκληθεί λόγω της ταυτόχρονης μέτρησης της αναίμακτης πίεσης από το ίδιο χέρι.
26. Να παρακολουθείται και ο ρυθμός αναπνοών για ενήλικες τουλάχιστον μέσω της οξυμετρίας και όχι μέσω άλλης παραμέτρου (π.χ. ΗΚΓφημα, Καπνογράφο) για ελαχιστοποίηση χρήσης απαιτούμενων παρελκομένων.
27. Να παραδοθεί με αισθητήρα δακτύλου ενηλίκων, πολλαπλών χρήσεων.
28. Το οξυμετρο κατά προτίμηση να είναι ξεχωριστή, αυτόνομη συσκευή.

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015-Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 13845:2016 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Βεβαίωση περί Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π./οικ.1348/2004) για την Ορθή Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ή την τροποποίηση αυτής Υ.Α. Δ3(α)4822/2025, πιστοποίηση κατά ISO 14001:2015-Σύστημα Περιβαλλοντικής Ποιότητας, ISO 27001:2022-Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ISO 27701:2019-Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας, ISO 37001:2016-Σύστημα Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και ISO 45001: 2018-Σύστημα Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και ISO 45001:2018-Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Επιπλέον ο προμηθευτής να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4819/2021 και την Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103, όπως ισχύουν, και να είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Ο.ΑΝ.) βάσει της ΥΑ οικ. 181504/2016-ΦΕΚ2454/Β/2016, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, όπου θα προκύπτει η ένταξή του σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευασιών.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Σταματόπουλο Κωνσταντίνο (τηλέφωνο 2622360157).