



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
ΓΝ-Κ.Υ Καρύστου _ ΓΝ-Κ.Υ Κύμης

Ημερομηνία: 19/03/2026
Αρ. Πρωτ.: 5875

Ταχ. Δ/ση: Θέση Βαθροβουνίου (όπισθεν ΚΤΕΛ), Χαλκίδα
Διεύθυνση: Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Μπούρου Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 2221355882
E-mail: sup2@chalkidahospital.gr

Προς:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ARGILE, ΣΕΤ ΠΕΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.

Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ.: 5747/17-03-2026 αίτημα του Τμήματος Διαχείρισης Υλικού.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email: sup2@chalkidahospital.gr](mailto:sup2@chalkidahospital.gr) (με σφραγίδα και υπογραφή), για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	<u>ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΥΠΟΥ ARGILE ΜΕ ΡΥΓΧΟΣ</u> 1)Αποστειρωμένοι διαφανείς με αντοχή στο τσάκισμα με ελαστικά άκρα για ασφαλείς συνδέσεις. Με ενσωματωμένο ρύγχος με άκρο ατραυματικό. 2)Με συνδετικό στα δύο άκρα του να συνοδεύονται από κωνικό συνδετικό για σύνδεση Billow. 3)Μήκους 2m 4)Διαμέτρου 8mm	480 τμχ.
2	<u>ΣΕΤ ΠΕΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ</u> Σετ αδιάβροχων πεδίων πλήρους κάλυψης ασθενή και εξοπλισμού, τριών στρωμάτων απορροφητικό, αποστειρωμένο, για επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, αποτελούμενο από: - 1 κάλυμμα τραπεζιού χειρουργικών εργαλείων, με ενίσχυση, 140X190 cm - 1 κάλυμμα τραπεζιού εργαλειοδοσίας (μαγο), 80X145 cm - 2 χειρουργικά πεδία, αυτοκόλλητα, με ενίσχυση, 75X90cm - 1 χειρουργικό πεδίο, αυτοκόλλητο, με ενίσχυση, 175X200cm	300 τμχ

	- 1 χειρουργικό πεδίο, αυτοκόλλητο, με ενίσχυση, 150X240cm - 1 κολλητική ταινία χειρουργείου, 10X50cm - 4 πετσέτες κυτταρίνης, 33X33cm	
--	--	--

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την **Τρίτη 24-03-2026**.

Η τιμή να δίδεται ανά Τεμάχιο και ο ΦΠΑ να αναγράφεται χωριστά.

Να διατίθεται το είδος ετοιμοπαράδοτο.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν σήμανση CE, το οποίο θα αναγράφεται στην προσφορά σας.

Οι τιμές των υλικών στις προσφορές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν αυτές που υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ.

Στην προσφορά να αναγράφεται τον α/α του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ αν υπάρχει.

Σε περίπτωση που στην προσφορά σας αναγράφεται ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ θα καταθέσετε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες, το οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς όπως και ο χρόνος παράδοσης αυτών.

Η Διοικητική Διευθύντρια
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΑΡΑΚΗ