



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ.ΑΛΛΗΛ.
6^η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»

Ταχ. Δνση : Οδός Στυλιανού Τυπάλδου 91
 Ληξούρι ΤΚ28200
 Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία
 Πληρ.Β. Μπίρτσου , Μ.Κωστοπούλου
 ΤΗΛ. 2671360337 - 2671360336
 fax : 2671091975
 e-mail: promithieslixouri@1702.syzefxis.gov.gr

Ληξούρι. 03-04-2026
 Αρ.Πρωτ . 665

ΠΡΟΣ:
 ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ CPV 38434540-3
 ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια συσκευής αναρρόφησης CPV 38434540-3»

Σχετ.1. Τις διατάξεις του Ν.3329/05 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές Διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 άρθρο 6 παρ.3, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις των συναφών θεμάτων»

3. Τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Τομέα»

4. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007, Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του Ν.1861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) άρθρο 24 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών στο Διαδίκτυο οργάνων «Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις.

6. Τις διατάξεις του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 & 16, Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.

7. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες Διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις » .

9. Το άρθρο 27 παρ. 11 του Ν.3867 (μέχρι 45.000,00€) δεν χρειάζεται έγκριση από άλλο όργανο.

10. Του Ν.1585 με θέμα « Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2015, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές...».

11. Το Ν.4412/2016

12. Το Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και

άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

13. Το ΦΕΚ- ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ, αρ. φύλλου 989/5-8-2025, Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 33818 Λήξη της θητείας του προσωρινού κοινού Διοικητή των διασυνδεδεμένων Γ.Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και Γ.Ν. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ», ΜΑΡΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και εκ νέου διορισμός.

14. Το υπ' αριθμ 658/02-04-2026 αίτημα για την προμήθεια **συσσκευής αναρρόφησης** της νοσηλευτικής υπηρεσίας που αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τις ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει στο Νοσοκομείο.

15. Την υπ.αριθμ α/α 96/03-04-2026, ΑΔΑ ΨΟΝΧ4690Β8-ΡΑΣ δέσμευση.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ληξουρίου «Μαντζαβινάτειο» διενεργεί συλλογή προσφορών με βάση τις ελλείψεις που παρατηρούνται και για τα οποία δεν υπάρχει σύμβαση και χρήζουν άμεσης προμήθειας για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Εγκρίνεται από άποψη σκοπιμότητας και πίστωσης η προμήθεια των κατωτέρω ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στα παρακάτω Παράρτημα Α

Τα είδη αφορούν σε συσκευή αναρρόφησης και περιγράφονται στο Παραρτήματα Α κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και η τήρηση των ελάχιστων αναφερόμενων τεχνικών προδιαγραφών.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για έξι μήνες και να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, εφόσον υπάρχουν και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιμών (εάν υπάρχει).

Ο ΑΛΕ είναι ο 3120105000001 του Προϋπολογισμού και το προϋπολογιστικό κόστος ανέρχεται στα 1200,00 ευρώ (χίλια διακόσια ευρώ) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Τροχήλατη
2. Με διακόπτη και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, με κομβίο για την ρύθμιση της ισχύος καθώς και μανόμετρο για την ένδειξη του κενού
3. Με δύο φιάλες άθραυστες των 2lit ή 5lit η κάθε μία και να αποστειρώνονται σε κλίβανο
4. Με σωληνώσεις και ρύγχος από σιλικόνη που να αποστειρώνονται σε κλίβανο
5. Να διαθέτει σύστημα προστασίας από υπερχειλίση
6. Το περίβλημα της να είναι από ειδικό αντιστατικό και άθραυστο πλαστικό υλικό
7. Με αντλία με πιστόνια νέου τύπου χωρίς ιμάντες
8. Αντιμικροβιακό φίλτρο
9. Να μπορεί να λειτουργεί και με ποδοδιακόπτη με ρεύμα 220w

Οι παραγγελθείσες ποσότητες θα προσαρμόζονται στη συσκευασία του προμηθευτή μειοδότη.

Επίσης τα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα άμεσα από τον προμηθευτή προς την υπηρεσία μας.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι και Τετάρτη 15-04-2026 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Γ.Ν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & Γ.Ν ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ»

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ