



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
5^η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2
ΤΚ 36100
ΤΗΛ 2237350168
EMAIL: maparoutsas@1140.syzefxis.gov.gr

Αριθ. Πρωτ: 2846/07-04-2026

ΠΡΟΣ: ANACO ERGA
ΙΑΤΡΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ S.A.
ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΤ Μ.Ε.Π.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Γ.Ν. Καρπενησίου έχοντας υπόψη:

- Την με αρ. πρωτ.: 142/31-03-2026 (ΑΔΑ:ΡΟΣ44690ΒΘ-Φ1Κ) απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η αποστολή πρόσκλησης (απευθείας ανάθεσης άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 50 του Ν.4782/2021), το προσχέδιο της εν λόγω πρόσκλησης με τους κάτωθι όρους συμμετοχής και τις τεχνικές προδιαγραφές,

ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την προμήθεια «Ψυκτικού θαλάμου νεκρών, ανυψωτικού μηχανήματος νεκροτομείου και καταψύκτης παθολογοανατομικών αποβλήτων», εκτιμώμενου ενδεικτικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 32.302,00 € και αναλυτικά :

A/A	ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΕΚΡΩΝ	ΤΕΜ	1	16.100,00€	16.100,00€	19.964,00€
2	ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ	ΤΕΜ	1	7.100,00€	7.100,00€	8.804,00€
3	ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	ΤΕΜ	1	2.850,00€	2.850,00€	3.534,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ						26.050,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%						32.302,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ψυκτικός θάλαμος νεκρών να είναι πλήρης, καινούργιος, αμεταχείριστος, σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα τα οποία απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΝΕΚΡΩΝ

<p>2.1 Να είναι κατάλληλος για την συντήρηση δύο (2) ανθρώπινων σορών. Οι θάλαμοι να είναι εμπρόσθιας φόρτωσης με ξεχωριστές θύρες, χωρητικότητας ενός σώματος έκαστος.</p>	<p>ΝΑΙ Να αναγράφεται απαραίτητα ο αριθμός των ανθρώπινων σορών προκειμένου να είναι δυνατή η αξιολόγησή του και να αποδεικνύεται από τα πρωτότυπα εγχειρίδια παρουσίασης και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου.</p>
<p>2.2 Να είναι κατάλληλο για τη συντήρηση των σορών, με θερμοκρασία μεταξύ των ορίων 0° / +5°C.</p>	<p>ΝΑΙ</p>
<p>2.3 • Στιβαρή αυτό υποστηριζόμενη κατασκευή από ανοξείδωτα AISI 304, χαλύβδινα προκατασκευασμένα πάνελς με μόνωση-σάντουιτς πολυουρεθάνης πάχους 75 mm, υψηλής πυκνότητας και CFC free. Να συμπεριλαμβάνεται δάπεδο και οροφή.</p>	<p>ΝΑΙ</p>
<p>2.4 Τα πάνελς να είναι τύπου sandwich και η θερμομόνωση να είναι από αφρό πολυουρεθάνης με τιμή K για την θερμομόνωση 0,30 W/m² περίπου. Τα πάνελς οροφής και τοιχωμάτων να μην περιέχουν ξύλο. Η εξωτερική και η εσωτερική επιφάνεια των πάνελς να είναι από φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα ποιότητας AISI 304.</p>	<p>ΝΑΙ</p>
<p>2.5 Ο βαθμός ασφάλειας κατά της πυρκαγιάς να είναι M1.</p>	<p>ΝΑΙ</p>
<p>2.6 Τα πάνελς δαπέδου να διαθέτουν στην επάνω και στην κάτω επιφάνειά τους φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα ποιότητας AISI 304. Η συναρμογή των πάνελς να είναι άψογη και να μην επιτρέπει τη δημιουργία οξειδώσεων. Να εξηγηθεί ο τρόπος που αυτό επιτυγχάνεται..</p>	<p>ΝΑΙ</p>
<p>2.7 Κάθε θάλαμος να φέρει πλήρες σύστημα για την άκοπη και αθόρυβη φόρτωση και εκφόρτωση των φορείων φόρτωσης σωμάτων. Αυτό να αποτελείται από ανοξείδωτο σκελετό. Επιπλέον, κάθε θάλαμος να διαθέτει ένα τροχήλατο φορείο φόρτωσης σώματος κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, με ελαφρά εκβάθυνση, χωρίς συγκολλήσεις πλάτους 580 χιλ. τουλάχιστον και δύο (2) χειρολαβές, μία (1) σε κάθε άκρο (κεφάλι-πόδια).</p>	<p>ΝΑΙ</p>
<p>2.8 Το φορείο φόρτωσης σώματος να μπορεί να εξέρχεται του θαλάμου για την αναγνώριση του σώματος. Να έχει τη δυνατότητα να φέρει σώμα βάρους 200 κιλών περίπου.</p>	<p>ΝΑΙ</p>
<p>2.9 Δύο (2) θύρες διαστάσεων (ΠΧΥ) 650 x 550mm τουλάχιστον, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με σύστημα ασφάλισης (κλειδαριές), ελαστικά παρεμβύσματα στεγανοποίησης, εύκολα αντικαθιστάμενα και πινακίδες με τα στοιχεία των νεκρών.</p>	<p>ΝΑΙ</p>
<p>2.10 • Οι θύρες να είναι στερεωμένες με στιβαρούς μεντεσέδες Να φέρουν θερμομόνωση από αφρό πολυουρεθάνης όμοια με αυτή των τοιχωμάτων και πάχους 75mm.</p>	<p>ΝΑΙ</p>

2.11 • Να διαθέτει ψυκτικό σύστημα αθόρυβης λειτουργίας, τοποθετημένο στην οροφή του ψυκτικού θαλάμου, με αερόψυκτο συμπιεστή κλειστού τύπου (monoblock) που να χρησιμοποιεί ψυκτικό αέριο φιλικό προς το περιβάλλον CFC-FREE και αυτόματο σύστημα απόψυξης non-frost, η δε απόρριψη των συμπυκνωμάτων να γίνεται αυτόματα στην αποχέτευση	ΝΑΙ
2.12 • Να λειτουργεί με μονοφασική παροχή 230V/50Hz και να αποδίδει ψυκτική ισχύ 650W περίπου ικανή να διατηρήσει την εσωτερική θερμοκρασία του θαλάμου στα επιθυμητά όρια.	ΝΑΙ
2.13 • Να διαθέτει χειριστήριο με οθόνη για την ψηφιακή απεικόνιση των τιμών θερμοκρασίας και σφαλμάτων και την εύκολη πλοήγηση στο μενού των παραμέτρων της ψυκτικής μονάδας καθώς και alarm τα οποία να ενεργοποιούνται σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι εκτός των επιθυμητών ορίων.	ΝΑΙ
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΕΚΡΟΤΟΜΕΙΟΥ.	
3.1 Να είναι στιβαρής κατασκευής, εργονομικής σχεδίασης και κατασκευασμένο από χάλυβα βαμμένο με εποξική βαφή χρώματος γκρι.	ΝΑΙ
3.2 Να διαθέτει τέσσερις περιστροφικούς (swivel) (4)τροχούς , διαμέτρου 100mm περίπου, δύο εκ των οποίων να φέρουν φρένο. Οι τροχοί να φέρουν ελαστικούς προσκρουστήρες.	ΝΑΙ
3.3 Η ανύψωση/κατάβαση να γίνεται με υδραυλικό μηχανισμό ο οποίος να διαθέτει αντλία ενεργοποιούμενη με ποδομοχλό.	ΝΑΙ
3.4 Επιπλέον να διαθέτει διπλό σύστημα ψαλιδιών για την ασφαλή επίτευξη του επιδιωκόμενου ύψους φόρτωσης..	ΝΑΙ
3.5 Στην επάνω επιφάνεια να διαθέτει ράγες από ανοξείδωτο χάλυβα για την ασφαλή κύλιση των τροχών του φορείου σώματος.	ΝΑΙ
3.6 Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή προώθησης για τον χειριστή.	ΝΑΙ
3.7 Να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης 200 κιλών τουλάχιστον.	ΝΑΙ
3.8 Οι διαστάσεις του να είναι (ΜxΠxΥ) 2200x650x350-1950mm, περίπου.	ΝΑΙ
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	
4.1 Καταψύκτης μπουύλο – εργαστηρίου 155L	ΝΑΙ
4.2 Θερμοκρασία -5 / -45οC	ΝΑΙ
4.3 Ψυκτικό υγρό R404a	ΝΑΙ
4.4 Επίπεδο θορύβου 45db	ΝΑΙ
4.5 Ηλεκτρονικός θερμοστάτης & θερμοόμετρο	ΝΑΙ
4.6 734x705x945mm Περίπου	ΝΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας δυο (2) ετών τουλάχιστον με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και των αναλωσίμων της τακτικής προληπτικής συντήρησης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, με εξαίρεση τυχόν αναλωσίμων χρήσης. Ο χρόνος της εγγύησης θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του ψυκτικού θαλάμου νεκρών και του ανυψωτικού μηχανήματος νεκροτομείου πλήρως συναρμολογημένων,

εγκατεστημένων και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη από την διακήρυξη εκπαίδευση Χρηστών. Οριστική παραλαβή του ψυκτικού θαλάμου νεκρών και του ανυψωτικού μηχανήματος νεκροτομείου θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης, από την επιτροπή παραλαβής προς την υπηρεσία, του σχετικού πρωτοκόλλου.

Κατά το διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση βλαβών και στις απαιτούμενες εργασίες τακτικής προληπτικής συντήρησης που προβλέπονται από τον κατασκευαστή συμπεριλαμβανομένου του κόστους των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων προληπτικής συντήρησης (εξαιρουμένων των αναλωσίμων λειτουργίας-χρήσης). Στο τέλος της εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το είδος μετά από προληπτική συντήρηση ευρισκόμενο σε πλήρη λειτουργική κατάσταση, όπως κατά την έναρξή της (στην παραλαβή του είδους) και τούτο θα πιστοποιείται με αντίστοιχο δελτίο εργασίας (service report) αυτού.

2. Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεώνεται, εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του ψυκτικού θαλάμου νεκρών και του ανυψωτικού μηχανήματος νεκροτομείου (περιλαμβανομένου του παρελκόμενου εξοπλισμού) με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το χρονικό διάστημα της εγγύησης, μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών τουλάχιστον από την οριστική παραλαβή αυτού σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής που δεν θα ξεπερνάει το 10% της τιμής προμήθειας του εξοπλισμού, την οποία θα έχει καθορίσει οπωσδήποτε στην αρχική οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα κατατεθεί μετά της προσφοράς και θα αναφέρεται στην αντίστοιχη Διακήρυξη, ως και στο υφιστάμενο τεχνικό δυναμικό στην χώρα μας για service κλπ, με βάση το συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής, του προμηθευόμενου εξοπλισμού. Το εν λόγω κόστος που δεσμεύει με ρητή δήλωσή του τον ανάδοχο, σε μελλοντική σύναψη συμβάσεων και μέχρι την συμπλήρωση δεκαετούς λειτουργίας, δεν επιδέχεται άλλη αναπροσαρμογή πλην της τιμαριθμικής (δηλαδή του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ). Σημειώνεται ότι το ανωτέρω κόστος συμμετέχει στην διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής η οποία με τη σειρά της συνυπολογίζεται στον καθορισμό της συμφερότερης προσφοράς, όπου συμφερότερη προσφορά(Σπ) είναι εκείνη για την οποία προκύπτει η μικρότερη τιμή από την διαίρεση: συγκριτική τιμή / βαθμολογία.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πρόγραμμα τακτικής προληπτικής συντήρησης του προσφερόμενου είδους όπως αυτό ορίζεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή με κατάλογο των εργασιών και των υλικών συντήρησης, καταθέτοντας και τα αντίστοιχα φυλλάδια του οίκου επισημαίνοντας (με υπογράμμιση) τις σχετικές παραπομπές.

4. Διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος για τον ανωτέρω εξοπλισμό να καταθέσει λίστα με τυχόν αναλώσιμα χρήσης. Η λίστα των αναλωσίμων χρήσης για τα όποια πρέπει να υπάρχει έγκριση από τον οίκο κατασκευής και διατίθενται στην αγορά με αποκλειστικότητα αυτού, θα συμπεριλαμβάνει και τις τιμές, οι οποίες θα δύναται να ανανεώνεται ανά έτος, (εφόσον προκύψουν συνθήκες που το απαιτούν), κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Ειδικότερα για την περίπτωση όπου ο προμηθευτής και συντηρητής δεν είναι αντιπρόσωπος πώλησης των αναλωσίμων χρήσης, αλλά μόνον εξουσιοδοτημένος πάροχος των υπηρεσιών συντήρησης, τότε αυτός υποχρεούται να καταθέσει τον τιμοκατάλογο, εκ μέρους ή σε συνεργασία με τον αντιπρόσωπο πώλησης των εν λόγω υλικών, με σχετική βεβαίωση - δέσμευση του αντιπροσώπου.

Στην περίπτωση όπου τα αναλώσιμα χρήσης, βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή, δεν υπόκεινται σε αποκλειστικότητα και η διάθεσή τους μπορεί να γίνει από το ελεύθερο εμπόριο χωρίς αυτό να δημιουργεί πρόβλημα στην καλή λειτουργία του εξοπλισμού, θα αναφέρεται εγγράφως στην προσφορά του.

5.Ο προμηθευτής να διαθέτει, μόνιμα, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση και την επισκευή του προσφερόμενου εξοπλισμού.

6. Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή τη συντήρηση, τα οποία είναι στοιχεία που χαρακτηρίζονται απαραίτατοι όροι, οδηγούν σε απόρριψη των προσφορών.

7. Στην προσφορά να αναφέρεται με σαφήνεια αν στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τμήματα, τα οποία στα prospectus χαρακτηρίζονται ως option.

8. Θα πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν τα παρακάτω, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται:

α. Αναλυτική τεχνική περιγραφή των δυνατοτήτων του ψυκτικού θαλάμου νεκρών και του ανυψωτικού μηχανήματος νεκροτομείου.

β. Αναλυτική τεχνική περιγραφή του ψυκτικού θαλάμου νεκρών και του ανυψωτικού μηχανήματος νεκροτομείου, όπως προσφέρονται.

γ. ORIGINAL PROSPECTUS του κατασκευαστή.

δ. Φύλλο συμμόρφωσης (σύμφωνα με το υπόδειγμα 1), στο οποίο θα απαντώνται με κάθε λεπτομέρεια, όχι μονολεκτικά, και με τη σειρά που αναφέρονται, όλα τα αιτήματα των τεχνικών προδιαγραφών. Να υπάρχουν παραπομπές στα δικαιολογητικά προς απόδειξη των ζητούμενων στοιχείων, οι οποίες θα γίνονται με σαφή αναφορά στη σελίδα και την παράγραφο του δικαιολογητικού όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά με την εκεί αντίστοιχη επισήμανση. Πιο συγκεκριμένα, είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. δικαιολογητικό ή φυλλάδιο Νο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα, στο δικαιολογητικό ή στο φυλλάδιο αναφοράς, θα υπογραμμίζεται με ακρίβεια το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειώνεται η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ε. User Manual του οίκου κατασκευής στην Αγγλική και Ελληνική, ή εναλλακτικά ακριβής μετάφρασή του νομίμως επικυρωμένη.

στ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις ISO 13485/2016

ζ. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την σήμανση CE, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία ISO 13485/2016

η. Πιστοποιητικό ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί (ISO 9001, ISO 13485, ISO 27001, ISO 37001, ISO 45001 & ISO14001) .

9. Η τεχνική περιγραφή, το φύλλο συμμόρφωσης και τα original φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου θα πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους, διαφορετικά η προσφορά θα απορρίπτεται.

Παράδοση - Παραλαβή

1.Θα συνοδεύεται από κάθε τι απαραίτητο (για την εγκατάσταση και την πλήρη λειτουργία του) και θα παραδοθεί με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή σε πλήρη και κανονική λειτουργία μετά από επίδειξη στους χρήστες.

2.Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του ψυκτικού θαλάμου νεκρών και του ανυψωτικού μηχανήματος νεκροτομείου, θα ελεγχθούν από την επιτροπή παραλαβής σε συνεργασία με τους χρήστες και όπου αυτό είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες(αφορά την διαδικασία οριστικής παραλαβής).

3.Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο προμηθευτής για την εγκατάσταση και λειτουργία του υπό προμήθεια μηχανήματος, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχειρίστη χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

4.Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.

5.Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιαδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.

6.Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά καθορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε εξήντα (45) ημερολογιακές ημέρες.

7.Θα παραδοθεί στους χρήστες έντυπο εγχειρίδιο χρήσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και επίσημο εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα και οπωσδήποτε σε ηλεκτρονική μορφή.

8.Εάν κατά τη διαδικασία παράδοσης του ψυκτικού θαλάμου νεκρών και του ανυψωτικού μηχανήματος νεκροτομείου, σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ανακύψουν προβλήματα, ελλείψεις, ή αμφιβολίες ως προς τα ζητούμενα από τον διαγωνισμό, δεν θα συντάσσεται το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής, ωστόσο αυτά διευθετηθούν. Οι εργασίες, τυχόν ανταλλακτικά και υλικά που θα απαιτηθούν για την διευθέτηση, θα υλοποιηθούν με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Να κατατεθεί, επί ποινή αποκλεισμού, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ), έντυπα και λοιπά έγγραφα της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι αποδεκτή μια προσφορά θα είναι να αναφέρεται στο σύνολο των απαιτήσεων των τεχνικών προδιαγραφών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

α/α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
		ΝΑΙ		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» συμπληρώνεται η λέξη «ΝΑΙ», θεωρούμενη ως απαραίτητος όρος στην Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαραίτητους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά και επιπλέον τα στοιχεία που διαθέτει το προσφερόμενο είδος για εναρμόνιση σύμφωνα με την απαίτηση της προδιαγραφής (όπως π.χ. ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά). Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του Φύλλου Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» και η στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», όπως απαιτείται, για έστω και ένα από τους όρους στο φύλλο συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο και άρα η **τεχνική προσφορά θα θεωρείται ως μη αποδεκτή.**

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 31201890000001 και έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. : 360/26-03-2026 (ΑΔΑ:9ΓΓ44690ΒΘ-050), CPV 33945000-6 (Καταψύκτες – Θάλαμοι για Νεκροτομεία).

Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Π.Δ. 80/2016 και του Ν. 4782/2021.

Οι κρατήσεις για την εν λόγω προμήθεια είναι οι εξής:

ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	0,10%
ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2%
Φ.Ε %	4%

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχετικά :

α) Οικονομική προσφορά: Η προσφορά θα αναγράφει την τιμή χωρίς Φ.Π.Α και με Φ.Π.Α. και την ισχύ της η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

β) Δικαιολογητικά συμμετοχής :

- **Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ** εφόσον υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές στο ΓΕΜΗ: το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- **Αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ** εφόσον υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία , να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές στο ΓΕΜΗ: το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- **Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως : α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε), τους διαχειριστές , β) τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας για Α.Ε γ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς και δ) τον κατά περίπτωση νομικό εκπρόσωπο για τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων.

- **Φορολογική ενημερότητα** του νομικού προσώπου : η οποία θα πρέπει α) να φέρει ως αιτιολογία χορήγησης «για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)» και β) να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής.
- **Ασφαλιστική ενημερότητα** του νομικού προσώπου (από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται ο οικονομικός φορέας θα πρέπει α) εάν έχει εκδοθεί από τον e- ΕΦΚΑ να φέρει ως αιτιολογία χορήγησης « για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ» και β) να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής.
- **Υπεύθυνη Δήλωση** (με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016) του νομικού προσώπου/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, στην οποία να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, για την πληρωμή της, να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

Ο κωδικός του φορέα μας για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι : 1015.Ε00205.0001

έως και την Πέμπτη 23-04-2026 και ώρα 14:30 μμ

Σύνολο δαπάνης με Φ.Π.Α. : 32.302,00 €

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικοοικονομικών προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 24-04-2026 και ώρα 10:00 πμ. από το Γραφείο Προμηθειών σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα που αιτήθηκε την προμήθεια.

Η προσφορά σας θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mararoutsa@1140.syzefxis.gov.gr) με την υπογραφή και σφραγίδα σας.

Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Καρπενησίου

Κοντοπάνου Ουρανία