



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

9
ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 5183
Ημ/νία: 17/04/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agapidou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 14-04-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία **21-04-2026** (22 - 04 - 2026)
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

1. Επίθεμα γάζας 10cmx10cm 16ply

Η γάζα πρέπει να είναι από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, απορροφητική, λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης. Να έχει διπλωμένες άκρες που δεν ξεφτίζουν, ακόμα και αν χρειαστεί η γάζα να ξεδιπλωθεί πολλές φορές. Με αριθμό κλωστών 18 και βάρος σύμφωνα με τον 5ο τύπο του πίνακα Νο1 του προτύπου EN14079:2003. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με EN 14079:2003. Τα επιθέματα θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύονται από εξωγενείς παράγοντες.

(210601500015029)

2. Γάζα αποστειρωμένη ατομικά συσκευασμένη 5X5cm

(210601500015018)

3. ΓΑΖΑ ΔΙΠΛΩΜΕΝΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤ/ΜΕΝΗ 5 Χ5CM

Θ γάζα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, απορροφητική, λευκή, άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης, με αριθμό κλωστών δεκαοκτώ (18/+1) ανά τετραγωνικό εκατοστό και βάρους είκοσι τέσσερα γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (24gr/m²). Επίσης να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το EN14079:2003 και να φέρει σήμανση CE. Τα επιθέματα να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια. Θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύονται από εξωγενείς παράγοντες

(210601500015008)

4. Γάζα αποστειρωμένη ατομικά συσκευασμένη 10X10cm 8ply

Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι σύμφωνα με το EN 14079. Να έχει διπλωμένες άκρες που δεν ξεφτίζουν. Να διαθέτει 17 κλωστές ανά m² και βάρος 23-24g/m². Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία των δύο (2) γαζών.

(210601500015014)

5. ΚΟΜΠΡΕΣΣΑ ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗ 40cmX40cm 8-ply (Διπλωμένη)

Η γάζα πρέπει να είναι από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, απορροφητική, λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης. Το ύφασμα να έχει αριθμό κλωστών 18 και βάρος 24gr/m² σύμφωνα με τον 5ο τύπο του πίνακα Νο1 του προτύπου EN14079:2003. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με EN 14079:2003. Τα φύλλα γάζας θα πρέπει να είναι γαζωμένα περιμετρικά και χιαστή και να μην έχουν καθόλου ξέφτια. Να φέρουν υφασμάτιν βρόγχο μήκους τουλάχιστον 15 εκατοστών.

080108000010006

6. Ακτινοσκιερή γάζα 12-ply 10cm X 20cm (διπλωμένη)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Η γάζα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, απορροφητική, λευκή, άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης, με αριθμό κλωστών δεκαοκτώ (18/+1) ανά τετραγωνικό εκατοστό και βάρους είκοσι τέσσερα γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (24gr/m²). Επίσης να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το EN14079:2003 και να φέρει σήμανση CE. Να φέρουν ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου η οποία θα είναι υφασμένη ή καλά τοποθετημένη (κολλημένη) σε όλο το μήκος του επιθέματος. Τα επιθέματα να έχουν διπλωμένα εσωτερικά άκρα χωρίς καθόλου ξέφτια. Θα συσκευάζονται σε χάρτινο περιτύλιγμα κατά τρόπο που να προστατεύονται από εξωγενείς παράγοντες.

210601500015004

7. Ακτινοσκιερή κομπρέσα Λαπαροτομίας 40cm X 40cm 12- ply

Η γάζα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής, απορροφητική, λευκή, άοσμη απαλλαγμένη από κόλλες και ελαττώματα της ύφανσης, με αριθμό κλωστών δεκαοκτώ (18/+1) ανά τετραγωνικό εκατοστό και βάρους είκοσι τέσσερα γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (24gr/m²). Επίσης να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το EN14079:2003 και να φέρει σήμανση CE. Το ύφασμα θα φέρει υφασμένη ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου ανά φύλλο. Τα φύλλα γάζας θα πρέπει να είναι γαζωμένα περιμετρικά και χιαστί και να μην έχουν καθόλου ξέφτια. Θα φέρουν υφασμάτινο βρόγχο μήκους τουλάχιστον 15 εκατοστών και να έχει φαρδιά βαρειούχο ακτινοσκιερή ταινία σε όλο το μήκος της και στη συνέχεια του υφασμάτινου βρόγχου.
(210601500015005)

Επί του εξωτερικού περιβλήματος κα αναγράφονται τα παρακάτω:

1. τα στοιχεία του εργοστασίου παρασκευής
2. το είδος του περιεχομένου
3. η ημερομηνία παραγωγής
4. ο αριθμός παρτίδας
5. οι διαστάσεις (μήκος-πλάτος)
6. ο αριθμός της σύμβασης και ο Φορέας
7. η ένδειξη «κρατικό είδος» με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη.
8. Η σήμανση πιστότητας CE.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

17.04.2026 12:16:33
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

