



0000849836

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
"ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"

αίμοσυνα

ΓΝΘ "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Αριθμ. Πρωτ.: 5182
Ημ/νία: 17/04/2026

Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τμήμα Οικονομικό
Γραφείο Διαχείρισης Υλικού
Πληροφορίες Αγαπίδου Α
Τηλ: 2313304415
e-mail: a.agaridou@agpavlos.gr

Θεσσαλονίκη, 14-04-2026

Έρευνα αγοράς που αφορά

Προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες, το ΓΝΘ Άγιος Παύλος πρόκειται να προβεί στην προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και τη συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρέχον Παρατηρητήριο Τιμών του Ν.3846/2010 άρθρο 24.

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διεθνών & Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE. Στις προσφορές θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα οι αριθμοί Μητρώου του Παρατηρητηρίου με τους οποίους αντιστοιχίζονται τα αιτούμενα υλικά. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν επίσης τον κωδικό **GMDN** των προσφερόμενων ειδών, αλλά και το χρόνο παράδοσής τους.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο Διαχ/σης Υλικού μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς. Η ημερομηνία και ώρα παράδοσης θα προκύπτουν από την ημερομηνία e-mail και για προσφορές που κατατίθενται μέσω ταχυδρομείου, από την ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς που θα αναφέρει το αποδεικτικό επίδοσης του φακέλου. Οι προσφορές που θα προσκομίζονται ιδιοχείρως θα κατατίθενται προηγουμένως στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου. Οι προσφορές που θα κατατίθενται στην υπηρεσία πέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Σε περίπτωση που ζητηθεί δείγμα, κρίνεται απαραίτητη η προσκόμισή του.

Καταληκτική ημερομηνία 20-04-2026
Καταληκτική ώρα : 15.00

Οι προσφορές παρακαλούμε να έχουν ισχύ έως 6 μήνες

Περιγραφή

**1.ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
ΥΔΡΟΦΙΛΟ**

(210435700050038)

2 Οδηγό Σύρμα Αγγειοπλαστικής για σύμπλοκες βλάβες Fielder

Οδηγά σύρματα αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αγγείων, για σύμπλοκες βλάβες και χρόνιες ολικές αποφράξεις.

Να διαθέτουν: Σύνθετο πυρήνα πολλαπλών συρμάτων, τεχνολογίας ACTONE, Υδροφιλή επικάλυψη SLIP-COAT, Polymer jacket ή και Full Silicon, Υψηλή ανθεκτικότητα άκρου. Προηγμένη απόδοση στρέψης (απόκριση 1:1), αποτρέποντας το whip motion. Να καλύπτουν όλες τις ανατομικές ανάγκες και τύπους βλαβών. Να διατίθενται στην μέγιστη ποικιλία, με επικάλυψη διαβαθμισμένης ολισθηρότητας και βάρος άκρων από 0.5-12.0gf.

(210435700050193)

**3.ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΑΘΗΤΗΡΑ
ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΕ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 0,010"ΕΩΣ 0,021"**

(210435700050216)

4.ΣΥΡΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ 0,014-175cm

(210435700050187)

5. Υδροφιλο σύρμα στεφανιογραφίας τύπου M 180cm

ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΣΥΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ M-coat 0,035"

(210435700050136)

6.ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΡΤΟ 0,35X 150cm,180cm,260cm

(210435700050036/37/20, 210435700050045)

7. ΘΗΚΑΡΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

(ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ –F)

(ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ)ΕΚΤΟΣ ΤΟ 7F/10CM

Να διαθέτουν βαλβίδα σιλικόνης με καλή αιμόσταση χωρίς να εμποδίζει την περιστροφή και την προώθηση του καθετήρα. Να διαθέτουν ενσωματωμένο παράπλευρο σωληνίσκο 3way. Να διατίθενται με βελόνα εισαγωγής 21G, οδηγό σύρμα 0,018" με συσκευασία τύπου Holster. Με μήκος καθετήρα 7cm και 11cm.

(210435700050042...)

**8. ΘΗΚΑΡΙΑ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 7FR /10CM, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΤΣΑΚΙΣΜΑ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ,ΚΩΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ
,ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΟΠΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ
0,021" ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.**

Θηκάρια κερκιδικής αρτηρίας υψηλής αντοχής στο τσάκισμα με ακτινοσκιερή επικάλυψη, διαμέτρου 7F και μήκους 7 ή 10cm. Κωνικός διαστολέας.

Οδηγό σύρμα 0,018",0,021" και 0.

(210435700500001)

9 .ΘΗΚΑΡΙΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ**(ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ –F)****(ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ)**

Να διαθέτουν βαλβίδα σιλικόνης με καλή αιμόσταση χωρίς να εμποδίζει την περιστροφή και την προώθηση του καθετήρα. Να διαθέτουν ενσωματωμένο παράπλευρο σωληνίσκο 3way. Να διατίθενται με ή χωρίς βελόνα παρακέντησης. Να υπάρχει αντίστοιχο οδηγό σύρμα συμβατό με τη βελόνα παρακέντησης.

(210435700050018....)**10 .ΘΗΚΑΡΙΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ****(ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ –F)****(ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ)**

Θηκάρια εισαγωγής μεταλλικά. Να διαθέτουν αιμοστατική βαλβίδα και εξωτερικό μεταλλικό σπείρωμα με μεγάλη ευκαμψία ως 180ο. Προς αποφυγή επιπλοκών κατά την επέμβαση ο σχεδιασμός του σύρματος να επιτρέπει να λυγίσει σε οποιοδήποτε σημείο και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, χωρίς συστολή. Να επιτρέπει τη διαχείριση των ελικοειδών αγγείων επιτυχώς και την ενισχυμένη ορατότητα ακτινοσκοπικά. Να βελτιώνει και να μεγιστοποιεί την άνεση του ασθενούς καθώς θα του επιτρέπει να παραμείνει με το θηκάρι και μετά την επέμβαση χωρίς ενόχληση.

(210435700050031....)**11. Αιμοστατικό Πίεστρο Κερκιδικής με Περιβραχιόνιο**

Συσκευή αιμόστασης ασκούμενης εξωτερικής πίεσης για κερκιδική αρτηρία. Να διαθέτει αυτοκόλλητη επένδυση, διαφανές παράθυρο και μπαλόνι από πολυουρεθάνη το οποίο θα διευκολύνει την ορατότητα στην θέση της παρακέντησης. Με βαλβίδα luer lock στην άκρη του σωλήνα που επιτρέπει σε μια σύριγγα με ασφάλεια luer να συνδέεται για να προσθέτει και να αφαιρεί αέρα από το μπαλόνι ώστε να παρέχει συμπίεση στην κερκιδική θέση παρακέντησης. Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσης. Να διατίθεται σε μεγέθη: Medium 25cm περίπου, Large 27cm περίπου και XLarge 29cm περίπου

(210458700020055)**Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12 ΜΗΝΕΣ****Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

17.04.2026 12:15:58
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ