

№475 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ Μ.Ε.Θ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.4866/17-04-2026

A/A	Σειρά	Αριθμός	Τμήμα	Κωδικός	Ονομασία Είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Μικτή Αξία	Ημ/νια Κατάθεσης Προσφορών	Κριτήριο 1
1	Α	1017	Μ.Ε.Θ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ	300321-5	ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	ΤΕΜ	10,0000	409,20		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις : medium										
2	Α	1017	Μ.Ε.Θ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ	300321-6	ΡΙΝΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ	ΤΕΜ	10,0000	372,00		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις : συμβατά με τις συσκευές high flow ιδιοκτησίας του νοσοκομείου και πιστοποιημένα απο τον κατασκευαστικό οίκο της συσκευής										
3	Α	1017	Μ.Ε.Θ. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ	300321	ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ	ΤΕΜ	15,0000	1.674,00		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις :										

Το Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" για την κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για τα ανωτέρω είδη, για την επείγουσα προμήθεια με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 2 εργάσιμες μετά την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Τρόπος υποβολής προσφορών : prom_elpis@elpis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 20 39 112

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1) Η προσφορά πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, email, το συντελεστή ΦΠΑ (ιδίαιρα αν αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 24%) και να έχει την παρακάτω μορφή:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ
------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------	------	-------------------	---------------------------------------

2) Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται -επί ποινή απόρριψης - ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας το Νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

3) Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει αυτή του παρατηρητηρίου, η προσφορά υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στην στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Το Νοσοκομείο:

α) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται -επί ποινή απόρριψης - να το αποστείλουν άμεσα.

β) δεν δεσμεύεται στην μερική ή ολική προμήθεια των ποσοτήτων των ανωτέρω ειδών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 68ΩΘ46904Ν-7Τ6

Να κατατεθεί η Δήλωσης Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) των προσφερόμενων ειδών, που να αποδεικνύει ότι τα είδη φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 (MDR).

Η συμβατότητα να αποδεικνύεται με την κατάθεση των προβλεπόμενων δηλώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2017/745 (άρθρο 22 και συναφείς οδηγίες MDCG).

ΣΕΤ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Η συσκευασία να περιλαμβάνει:

- Θερμαινόμενο σωλήνα για την χορήγηση του μείγματος αερίων με ενσωματωμένη αντίσταση θέρμανσης περιμετρικά στο τοίχωμα του κυκλώματος και ενσωματωμένο αισθητήρα μέτρησης της θερμοκρασίας αερίων στον ασθενή.
- Θάλαμο νερού με σύστημα αυτόματης πλήρωσης με διπλό φλοτέρ ή ισοδύναμο, προς αποφυγή υπερβολικής πλήρωσης του θαλάμου με νερό και του κινδύνου εισροής νερού προς τους πνεύμονες του ασθενή.
- Ο θερμαινόμενος σωλήνας να διαθέτει σύστημα ασφάλισης/απασφάλισης πάνω στην συσκευή, προς αποφυγή ακούσιας αποσύνδεσης και διακοπής της θεραπείας.
- Να διαθέτει πρόσθετο σύστημα μόνωσης από τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος προς αποφυγή δημιουργίας συμπυκνωμάτων υγρασίας που είναι επικίνδυνα για την υγεία των ασθενών.
- Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες.

- Οι ρινικές κάνουλες να διαθέτουν κυρτά ακροφύσια έτσι ώστε να ακολουθείται η ανατομία της ρινικής κοιλότητας προς αποφυγή αποφράξεων, η διάμετρος των οποίων να είναι διαφορετική για κάθε ακροφύσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη παραγόμενη τελοεκπνευστική πίεση και ταυτόχρονη αποτελεσματικότερη έκπλυση του διοξειδίου του άνθρακα στον νεκρό ανατομικό χώρο του άνω αναπνευστικού συστήματος των ασθενών σε σύγκριση με τις κλασικές συμμετρικές κάνουλες και να αποδεικνύεται από δημοσιευμένη μελέτη.
- Ο σωλήνας σύνδεσης με το κύκλωμα, να είναι κατασκευασμένος από ειδικό υλικό προς αποφυγή συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων.
- Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα μεγέθη (Small, Medium & Large) με μαλακά επιθέματα σιλικόνης για ενίσχυση της σταθερότητας.
- Να είναι κατάλληλος για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες.

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

- Αντάπτορας τραχειοτομίας μιας χρήσης για διασωληνωμένους ασθενείς για εφαρμογή παροχής υψηλής ροής,
- Να είναι κατασκευασμένο το κομμάτι του αεραγωγού από ειδικό διαπνέον υλικό, που να διαχέει την υγρασία στην ατμόσφαιρα.
- Να είναι κατάλληλος για χρήση σε ένα ασθενή με μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης έως και δεκατέσσερις (14) ημέρες.