



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Τμήμα: Προμηθειών

Ταχ.Δ/νση: 25^{ης} Μαΐου 152

Πληροφ. : Δρυστέλλα Αντιγόννη

Τηλέφωνο: 25533-50329

Email:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια με λαβίδα περιπάσης (Purstring) και ραμμάτων».

Σας ενημερώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια με **μία (1) λαβίδα αυτόματης περιπάσης οισοφάγου-εντέρου 65mm αποστειρωμένη πολλαπλών χρήσεων και πενήντα (50) ράμματα, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- A.** Λαβίδα περιπάσης οισοφάγου – εντέρου πολλαπλών χρήσεων από ανοξείδωτο ατσάλι , μήκους συρραφής 6,5 cm και μήκους στείλεου 20cm. Το εργαλείο να δύναται να λειτουργεί με ράμμα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου και να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
- Διπλή βελόνη μήκους 70mm μεγέθους 2/0.
 - Μήκος ράμματος 75 mm (+-5mm) από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455 με περιεκτικότητα νικελίου από 7,5 έως 9,5% ώστε να αντιστέκεται σε κάμψη – στρέβλωση.
 - Βελόνα πεπλατυσμένου σώματος με εσωτερικές και εξωτερικές αυλακώσεις, έτσι ώστε να συγκρατείται καλύτερα από το βελονοκάτοχο και να αποφεύγονται έτσι ιστικοί τραυματισμοί.
 - Επικάλυψη ενισχυμένης σιλικόνης η οποία να εξασφαλίζει μέγιστη ολισθηρότητα και κοπτική ικανότητα .
 - Οι βελόνες να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου. Να προσφερθούν οι κωδικοί ραμμάτων προς επιλογή.

- Β.** Ράμμα συνθετικό μονόκλωνο μη απορροφήσιμο πολυπροπυλενίου διαμέτρου USP 2/0 , μήκους 75 εκ. με δύο (2) βελόνες 70 χιλ ευθείες στρογγυλές .

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε οικονομική - τεχνική σας προσφορά έως την **Παρασκευή 24-04-2026.** Η προσφορά σας θα αποσταλεί στο e-mail: promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ