



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

5^η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Γ.Ν Λιβαδειάς – Γ.Ν Θηβών
Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας
Ταχ. Δ/ση: Θέση Κουμέρκι,
Τ. Κ. 32200, Θήβα
Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Γραφείο Προμηθειών
Μ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Τηλέφωνο: 22623 - 50112

E-mail: gdy@thebeshospital.eu

Θήβα, 21/4/2026

Αριθ. Πρωτ. : 3136

ΠΡΟΣ: **ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

του Γ.Ν.Λιβαδειάς - Γ.Ν.Θήβας (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας) για την προμήθεια “ΑΝΑΙΘΣΩΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ” (CPV: **33140000-3**) του Αναισθησιολογικού Τμήματος ενδεικτικού προϋπολογισμού 10000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από άποψη οικονομική προσφορά στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος προμηθειών.

Τόπος Διαγωνισμού	Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού	Κριτήριο Κατακύρωσης	Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη
Γ.Ν.Λιβαδειάς - Γ.Ν.Θήβας (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας)	Ημέρα Τρίτη 5/5/2026 Ωρα 14.00 π.μ.	Ημέρα Τετάρτη 6/5/2026 Ωρα 11.00 π.μ.	κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από άποψη τεχνικών και από οικονομική άποψη προσφορά	10000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% & 24%

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ	60 ΛΙΤΡΑ
2	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ (για διασωλήνωση) μέγεθος Μ	10 ΤΜΧ
3	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΝΩ ΣΚΕΛΟΥΣ (να συνοδεύονται από μηχανήμα θέρμανσης)	100 ΤΜΧ
4	ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ (να συνοδεύονται από μηχανήμα θέρμανσης)	100ΤΜΧ
5	ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν6	20ΤΜΧ
6	ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν6,5	40 ΤΜΧ
7	ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν7	100 ΤΜΧ
8	ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν7,5	100 ΤΜΧ
9	ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν8	100 ΤΜΧ
10	ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν8,5	100 ΤΜΧ
11	ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Ν 9	10 ΤΜΧ
12	ΒΕΛΟΝΕΣ PENCIL POINT ΓΙΑ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Ν25	100 ΤΜΧ
13	ΒΕΛΟΝΕΣ LANCET POINT ΓΙΑ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ Ν25	100 ΤΜΧ
14	ΒΕΛΟΝΕΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ PENCIL POINT Ν 22 -120mm	30 ΤΜΧ
15	ΒΕΛΟΝΕΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ LANCET POINT POINT Ν 22 -120mm	30 ΤΜΧ
16	ΣΕΤ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ PENCIL POINT Ν 22	150 ΤΜΧ
17	ΣΕΤ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ PENCIL POINT Ν 25	50 ΤΜΧ

18	ΒΕΛΟΝΕΣ PENCIL POINT ΓΙΑ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ N22	150 ΤΜΧ
19	ΒΕΛΟΝΕΣ LANCET POINT ΓΙΑ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ N22	150 ΤΜΧ

σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, οικονομική με τεχνικά χαρακτηριστικά όπου χρειάζεται στο Γραφείο Προμηθειών λόγω του κατεπείγοντος της διαδικασίας σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του πρώην Γ.Ν Θηβών, έως τις 5/5/2026 ημέρα Τρίτη , και ώρα 14:00 π.μ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στις προσφορές τους να αναφέρουν το είδος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης στην οποία αιτούμαστε το αντίστοιχο υλικό. **Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ του άρθρου 24 του ν. 3846/2010** (παρακαλούμε να επισυνάψτε τον αντίστοιχο πίνακα)

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο τιμών δεν γίνονται αποδεκτές

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών να είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:

1.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

2.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ,ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ,Η ΑΛΛΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ Η ΠΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Η ΥΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια διαγωνιστικής διαδικασίας του ΠΠΥΥ για όμοιο προϊόν, ή σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή, ύστερα από αποστολή εγγράφου αιτήματος, **το αργότερο εντός (5) εργάσιμων ημερών από την λήψη του αιτήματος.**

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην διαπραγμάτευση μόνο και εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση (επί ποινή αποκλεισμού).

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκομείο.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (Web Site) www.dypethessaly.gr (προμήθειες), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (<http://www.eprocurement.gov.gr>) καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια <http://et.diavgeia.gov.gr>

**Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ –Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ**

ΒΛΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πλήρες σετ ραχιαίας αναισθησίας με βελόνες τύπου pencil point N. 22-25

Με βελόνα ραχιαίας ατραυματική , τύπου pencil point με κλειστό άκρο και ευρύ πλάγιο στόμιο με οδηγό 0,30-0,40mm.

Απαραιτήτως να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας στον στυλεό της (σε gauge και σε mm), για άμεση και ασφαλή αναγνώριση με σύριγγες 2ml & 5ml luer slip, δυο βελόνες έγχυσης 21g και 25g με βελόνα με φίλτρο 5mm. Με λαβίδα αυτοκόλλητο χειρουργικό πεδίο με οπή 60x75cm, 4 τμχ για τολύπια γάζας , 4 επιθέματα γάζας 7,5x7,5cm και μεγάλο δισκάκι με δυο χωριστά μέρη. Χωρίς latex και χωρίς φθάλειο.

Όλα τα παραπάνω να είναι τυλιγμένα σε κάλυμμα 75x60cm για άσηπτη τεχνική και σε ένα ενιαίο σετ. Να φέρει δίσκο διαχωρισμένο , με δυνατότητα πλήρους γέμισης με υγρά και στα δύο τμήματά του . Σε αποστειρωμένη συσκευασία από ανθεκτικό ιατρικό πλαστικό από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά από ανθεκτικό ιατρικό χαρτί που δε σκίζεται και δεν απελευθερώνει ίνες καθώς ανοίγει.

Σε μεγέθη βελόνας α)22gx90mm β) 25gx90mm

Απαιτείται κατάθεση δείγματος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΣ ΜΕ CUFF

ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ PROFILE SOFT-SEAL CUFF ΠΟΥ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΑΠΑΛΕΙΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ, ΑΛΛΑ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.

ΤΟ CUFF ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΔΙΟΔΟ ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.

ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ CUFF ΟΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ.

ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΜΕΘ. ΜΕ MURPHY EYE.

Απαιτείται κατάθεση δείγματος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Να είναι νέας γενιάς μη καυστική . Να αποτελείται από ομοιόμορφες στρογγυλές σφαίρες 3-4mm, με σκοπό την

ελαχιστοποίηση της σκόνης μέσα στο κάνιστρο , τη σωστή ροή και την εκμετάλλευση όλου του όγκου του

κάνιστρου .Να διατηρεί την αλλαγή στο χρώμα της όταν εξαντλείται για 15 ημέρες ώστε να αποφευχθεί η χρήση

της εκ νέου σε ασθενή με αποτέλεσμα την εισπνοή CO₂.

Να μην περιέχει υδροξείδια νατρίου , βαρίου ποτάσιου , σόδιου , να είναι μη καυστική (τοξική) .

Να περιέχει μη χημικό παράγοντα ή τεχνοτροπία που να συμβάλει ώστε να διατηρείται η σκληρότητα των

σφαιρών και να ελαχιστοποιείται η σκόνη μέσα στο κάνιστρο και στη βαλβίδα. Σκοπός η προστασία των

μηχανημάτων και η αποφυγή να εισχωρήσει η σκόνη στο κύκλωμα του ασθενούς.

Να διατηρεί την ωφέλιμη υγρασία της , ώστε να μην ξηραίνεται για να ελαχιστοποιεί το ρίσκο παραγωγής

συμπλόκου Α (COMPOUNT)

Α) και μονοξειδίου (CO) αλλά και επικίνδυνων τοξικών αερίων , όπως φορμαλδεΐδη κλπ, μέσω της

αποδόμησης των πτητικών ιζοφλουράνιο, δεσφλουράνιο, σεβοφλουράνιο.

Να μη σβολιάζει στην κορυφή του κάνιστρου που θα οδηγούσε στη μείωση της ικανότητας της για

απορρόφηση CO₂, ενώ όταν αδειάζει στο κάνιστρο οι κόκκοι να είναι αναλλοίωτοι και χωριστοί.

Μεγάλης ικανότητας απορρόφηση CO₂ (12 minimum L/Kg). Σε συσκευασία 5 λίτρων.

Δειγματισμός και προσπέκτους

ΒΕΛΟΝΕΣ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ (ΡΑΧΙΑΙΑΣ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ PENCIL POINT (WHITEACRE) ΜΗ ΤΟΞΙΚΕΣ. χωρίς latex)

Με λεία εξωτερική επιφάνεια που ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή.

Στυλεό από ανοξείδωτο ασάλι που κλείνει πλήρως τον αυλό της βελόνας και τη λοξότομήσή της για ευκολία στην προώθηση χωρίς παραμόρφωση.

Ο καινοτόμος σχεδιασμός τους επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ΕΝΥ, ελαχιστοποιώντας τις μετεπεμβατικές κεφαλαλγίες.

Φέρουν άκρο ακριβείας και ειδικά σχεδιασμένα οπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών.

Το μέγεθος και η θέση της πλάγιας οπής, ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες «διασκληρίδιου τοποθέτησης» (διαμέσου ή κατά μήκος της σκληράς μήνιγγας). Έτσι, εξασφαλίζεται η διάχυση αναισθητικού στον υπαραχνοειδή χώρο.

Φέρουν διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ΕΝΥ περιορίζοντας τις απώλειές του.

Φέρουν στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους.

Διατίθενται μαζί με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο.

Αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία (blister).

Μιας χρήσεως. Δεν περιέχουν Latex. Νούμερο 22 & 25 σε μήκος 110mm ΜΕ ΟΔΗΓΟ **Απαιτείται κατάθεση δείγματος**

Βελόνα ενδοραχιαίας αναισθησίας ανοικτού άκρου LANCET POINT ή QUINCKE (οσφυονωτιαίας παρακέντησης)

Προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα προς τα οριζόμενα από τη σχετική οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό τομέα.

ΜΕΓΕΘΗ : ,22, 25,

Τα μεγέθη από 22 & 25G να διαθέτουν οδηγό.

- Να είναι κατασκευασμένα από μεταλλικό υλικό μη τοξικό
- Να έχει λοξότμηση τύπου Quincke για να διηνίζει και όχι να τέμνει τις ίνες της μήνιγγας.
- Να παρέχει στο χειριστή καλή αίσθηση της διάτρησης της μήνιγγας.
- Ο στυλεός της να έχει άριστη εφαρμογή, ώστε να κλείνει τέλεια τον αυλό της Βελόνας κατά την εισαγωγή της.
- Να διαθέτει τραπεζοειδή εργονομική λαβή.
- Να διαθέτει μεταλλικό πρίσμα εντός της λαβής για τον άμεσο εντοπισμό του ΕΝΥ
- Να διαθέτει ειδική εγκοπή η οποία υποδεικνύει το σωστό προσανατολισμό της βελόνας κατά την διείσδυση της.
- Να φέρει στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους
- Να είναι Latex free
- Σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία CE και ISO προσόντα

Απαιτείται κατάθεση δείγματος

Πλήρες σετ ραχιαίας αναισθησίας με βελόνες N. 22-25

1. Να είναι δύο καταστρωμάτων

2. Να περιέχει:

- Βελόνα υπαραχνοειδούς (ραχιαίας) αναισθησίας lancet point μη τοξική (latex free)

Η βελόνα:

- . να έχει λεία εξωτερική επιφάνεια που να ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή
- . να φέρει στυλεό από ανοξείδωτο ατσάλι
- . να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλιδρόμηση του ΕΝΥ
- . να φέρει άκρο ακριβείας και οπή για ατραυματική εισαγωγή για ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών
- . το μέγεθος και η θέση της πλάγιας οπής να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες διασκληριδίου τοποθέτησης (δια μέσου ή κατά μήκος της σκληράς μήνιγγας).
- . να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που να επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλιδρόμησης του ΕΝΥ
- . να φέρει στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους.
- . να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο.
- . να είναι latex free
- . αντισηπτικό υγρό
- . τολύπιο διπλού καταστρώματος αυτοκόλλητο
- . να έχει δύο ειδικά δοχεία για την προετοιμασία του καθαρισμού
- . να έχει ειδικό φίλτρο Kwill
- . 3mi Luer Slip σύριγγα

Απαιτείται κατάθεση δείγματος

ΟΔΗΓΟΙ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ, ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ, ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ.ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΟΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ. Νομμερο medium