



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΦΜ: 999426853
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:
1015.Ε00226.0001
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ιωάννινα	22-04-2026
Αριθ. Πρωτ.	7749

Τμήμα	:	Προμηθειών		
Ταχ. Δ/ση	:	Λ. Στ. Νιάρχου		
	:	45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	ΠΡΟΣ:	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ uhi.gr
Τηλέφωνο	:	2651099855		
Πληροφορίες	:	Μ. Μπλέτσα	Κοιν. :	
e- mail	:	mmpletsa@uhi.gr		

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών για την προμήθεια Ροόμετρο Δύο παροχών τεσσάρων ρών με 13cm για τις ανάγκες της Διαχείρισης Πάγιου Εξοπλισμού.
---------------	--

	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 2286/ 199 5 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.3846/2012
	ε. Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
	στ. Τα άρθρα 43, 44 & 45 του Ν.4605/2019
	ζ. Το Ν. 4782/2021 όπως ισχύει
	Η. Το Ν. 4865/2025 όπως ισχύει
	Θ. Το Ν. 5218/2025 όπως ισχύει
	ι. Το με Α/Α 9/28-01-2026 αίτημα της Αποθήκης Παγίων του Νοσοκομείου

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί άμεσα στην προμήθεια Ροόμετρο Δύο παροχών τεσσάρων ρών με 13cm με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά έως την **28-04-2026 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00πμ.**

Σημειώνεται ότι :

Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη.

1. Οι τιμές να δοθούν , ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

2. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.
3. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έχει παραδοτέα την ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου για τις μηνιαίες παραγγελίας ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υγειονομικού υλικού στις οριζόμενες ημερομηνίες.
4. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
5. Η διάρκεια ισχύος
6. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
7. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
8. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

Υποχρεωτικά

- Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : 2.926,18

Πηγή χρηματοδότησης : Τακτικός Προϋπολογισμός

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
17022011	ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΔΥΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΟΩΝ ΜΕ 13 ΣΜΠΕΡΙΠΟΥΠΑΡΟΧΗ	ΤΕΜ	20,00	117,9900
2017022011000001	ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΔΥΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΟΩΝ ΜΕ 13ΣΜ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ	24,00	31201890000001	2.926,18

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

2.926,18

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΔΥΟ (2) ΕΞΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΩΝ**

ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

1. Ροόμετρο κατάλληλο για γενική νοσοκομειακή χρήση, το οποίο να συνδέεται σε λήψεις οξυγόνου με ειδικό μεταλλικό ταχυσύνδεσμο, ο οποίος να αποκλείει την τοποθέτησή του σε λήψη άλλου αερίου ή κενού.
2. Να διαθέτει ταχυσύνδεσμο οξυγόνου κατάλληλο για λήψεις οξυγόνου κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο **DIN 13260-2 μήκους 10 cm.**
3. Το ροόμετρο να διαθέτει κοχλιωτές εξόδους με σπείρωμα για την σύνδεση υγραντήρων και επιπλέον δύο μεταλλικές εξόδους με ακροφύσια διαμέτρου 5,5-6,5mm για τη σύνδεση μάσκας νεφελοποίησης. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής λειτουργίας των ανωτέρω με αντίστοιχους διακόπτες.
4. Να έχει την δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της ροής μέχρι 15 l/min με περιστροφικό διακόπτη (με ενδείξεις on-off).
5. Η μέτρηση της ροής να γίνεται με στήλη-μπίλια (γυαλάκι) από πολυκαρμπονικό υλικό με ευδιάκριτες ανεξίτηλες διαγραμμίσεις εις το εσωτερικό της ώστε να επιτυγχάνεται υψηλή ακρίβεια στην μέτρηση της ροής.
6. Η βαθμονόμηση της μετρητικής διάταξης του ροόμετρου να είναι σε l/min και να ξεκινάει από 0,5 l/min και συνεχίζει αυξανόμενη έως και 15 l/min.
7. Η ακρίβεια για την ροή αερίου να είναι σύμφωνα με το ISO 15002:2008 και η μέγιστη απόκλιση ένδειξης στην στήλη ροής (γυαλάκι) να είναι +/-10% ή +/-0,5 l/min.
8. Η πίεση λειτουργίας του ροόμετρου καθώς και η πίεση βαθμονόμησης της μετρητικής διάταξης να είναι 4-5 bar.
9. Το ροόμετρο οξυγόνου να διαθέτει μεταλλικό φίλτρο INOX κατά την είσοδο του αερίου οξυγόνου.
10. Να υποστηρίζεται με service και ανταλλακτικά.
11. Να διαθέτει και να φέρει πιστοποίηση CE mark.

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

1. Να είναι τύπου φυσαλίδων, πολλαπλών χρήσεων με δυνατότητα αποστείρωσης δια κλιβανισμού ή με χημικά μέσα.
2. Να συνδέεται σε ροόμετρα μέσω κοχλιωτού μεταλλικού συνδέσμου με σπείρωμα και να αποσπάται απ' αυτό εύκολα με το χέρι εξασφαλίζοντας στεγανότητα κατά τη σύσφιξη.
3. Η έξοδος του υγραντήρα να είναι διαμέτρου 6 έως 7,5mm και να περιστρέφεται ελεύθερα για ευκολότερη χρήση.
4. Η χωρητικότητα σε νερό να είναι 180-250 ml.
5. Η επιτρεπόμενη μέγιστη ροή αερίου να είναι άνω των 15 l/min και η μέγιστη τιμή πίεσης που θα μπορεί να δεχθεί να είναι 5 bar.
6. Η φιάλη του νερού να είναι διάφανη και να έχει ενδείξεις μέγιστης και ελάχιστης στάθμης.
7. Να υποστηρίζεται με service και ανταλλακτικά.
8. Διαθέτει και φέρει πιστοποίηση CE mark.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ