



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
5η Υγειονομική Περιφέρεια  
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας  
**Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας**  
**ΓΝ-Κ.Υ Καρύστου \_ ΓΝ-Κ.Υ Κύμης**

Ημερομηνία: 22/04/2026  
Αρ. Πρωτ.: 8193

Ταχ. Δ/ση: Θέση Βαθροβουνίου (όπισθεν ΚΤΕΛ), Χαλκίδα  
Διεύθυνση: Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία  
Τμήμα: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες: Μπούρου Αικατερίνη  
Τηλέφωνο: 2221355882  
E-mail: [sup2@chalkidahospital.gr](mailto:sup2@chalkidahospital.gr)

**Προς:**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΤΥΜΠΑΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ GENIUS3, & ΚΩΝΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.**

Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ.: 6577/31-03-2026 αίτημα του Τμήματος Διαχείρισης Υλικού.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email: sup2@chalkidahospital.gr](mailto:sup2@chalkidahospital.gr) (με σφραγίδα και υπογραφή), για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	<b>Αποσπώμενο, ανταλλακτικό, κωνικό κάλυμμα αισθητήρα τυμπανικού θερμομέτρου GENIUS3</b> Να είναι: <ul style="list-style-type: none"><li>• Αναλώσιμο μιας χρήσης</li><li>• Κατασκευασμένο από ανθεκτικό, αντι-αλλεργικό, λείο πλαστικό,</li><li>• Να είναι latex-free και DEHP-free</li><li>• Η κατασκευή του να φέρει διαφανή μεμβράνη στο ρύγχος για την ανίχνευση των υπερήθρων στον αισθητήρα του τυμπανικού θερμομέτρου GENIUS3</li><li>• Να είναι σε ειδική θήκη η οποία προσαρμόζεται στη βάση του τυμπανικού θερμομέτρου για την μη επεμβατική, από τον χρήστη, τοποθέτηση των καλυμμάτων στον αισθητήρα του θερμομέτρου προς αποφυγή επιμολύνσεων.</li><li>• Μετά τη λήψη της θερμοκρασίας το αποσπώμενο κάλυμμα να αποβάλλεται από το θερμομετρο πατώντας το κουμπί απόρριψης που βρίσκεται στο πάνω μέρος του θερμομέτρου.</li><li>• Ο εργονομικός σχεδιασμός των αποσπώμενων, ανταλλακτικών, κωνικών καλυμμάτων να έχει διάμετρο η οποία μικραίνει κατά μήκος ώστε να επιτρέπει την</li></ul>	4.224 τμχ.

	πλήρη εφαρμογή στο αυτί για να μην υπάρχουν απώλειες θερμοκρασίας ενώ ταυτόχρονα να είναι άνετο και ανώδυνο για τον ασθενή.	
2	<p><b>ΤΥΜΠΑΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ GENIUS3 (παρέχεται ως συνοδός εξοπλισμός) διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Λειτουργεί με υπέρυθρες και αλγορίθμους ώστε να δίνει τις ανάλογες θερμοκρασίες από την τυμπανική κοιλότητα (πυρήνα) με πλήρη ακρίβεια (+/- 0,3oC)</li> <li>• Στερεάς και ανθεκτικής κατασκευής, αντέχει σε πτώση από ύψος ενός μέτρου δίχως να σπάσει, αποκλειστικά για νοσοκομειακή χρήση σε ενήλικες, παιδιά, βρέφη.</li> <li>• Η κάμερα υπερήθρων είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό ρύγχος του θερμομέτρου και περιβάλλεται από ανθεκτικό νικέλιο για τον εύκολο καθαρισμό.</li> <li>• Γρήγορη, αυτοματοποιημένη λήψη της θερμοκρασίας του ασθενούς (1- 2 sec) η οποία ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα για ακρίβεια και ασφάλεια (+/-0,3°C)</li> <li>• Διαθέτει κλίμακα μέτρησης της θερμοκρασίας από 33°C έως 42°C</li> <li>• Λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου 16oC έως 33oC</li> <li>• Με ενσωματωμένο χρονόμετρο μέτρησης των παλμών καρδιάς ανά 15, 30, 45, 60 sec</li> <li>• Με ηχητική και οπτική ένδειξη, ολοκληρωμένης λήψης θερμοκρασίας μετά την πάροδο των 1-2 δευτερολέπτων</li> <li>• Με ευανάγνωστη οθόνη κρυστάλλων, με εικονίδια των διαφόρων χαρακτηριστικών</li> <li>• Λειτουργεί με μπαταρίες (3X AAA) με ικανότητα έως 15 000 θερμομετρήσεις.</li> <li>• Διαθέτει εικονίδιο ένδειξης χαμηλής ή άδειας μπαταρίας.</li> <li>• Η υποδοχή του θερμομέτρου μπορεί να καθαριστεί με τις συνήθεις μεθόδους καθαρισμού, δίχως εμβάπτιση σε υγρά οποιασδήποτε μορφής ή απορρυπαντικά.</li> <li>• Η υποδοχή (ρύγχος) του θερμομέτρου δέχεται αναλώσιμα κωνικά καλύμματα μιας χρήσης του Οίκου Cardinal Health, για την ασφαλή θερμομέτρηση των ασθενών και την αποφυγή πρόληψη επιμολύνσεων τόσο των ασθενών όσο και των νοσηλευτών.</li> <li>• Η βάση του τυμπανικού θερμομέτρου χρήζει ως διανεμητής των κωνικών καλυμμάτων για την αυτόματη τοποθέτηση στο ρύγχος του θερμομέτρου καθώς και την απόρριψη μετά την χρήση με το πάτημα του κουμπιού απόρριψης, διαθέτει χωρητικότητα 32 ανταλλακτικών κωνικών καλυμμάτων.</li> <li>• Πληρεί τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και στάνταρ σύμφωνα με: ISO 80601-2-56Q2017 IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 IEC 60601-1-2:2014 IEC 60601-1-11:2015 ASTM E1965-98,(American Society for Testing and Materials) και EN 12470-5:2003, (European Committee for Standardization)</li> <li>• Είναι latex-free &amp; DEHP-free</li> <li>• Παρέχεται 3 ετής εγγύηση του κατασκευαστή και είναι αποκλειστικά για επαγγελματική, νοσοκομειακή χρήση.</li> <li>• Η μειοδότης εταιρεία οφείλει να παρέχει, καινούργια, αχρησιμοποίητα τυμπανικά θερμομέτρα ως συνοδό εξοπλισμό, στον αριθμό τεμαχίων που θα ζητηθεί για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του Νοσοκομείου.</li> </ul>	4.224 τμχ.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την **Τρίτη 28-04-2026**.

Η τιμή να δίδεται ανά Τεμάχιο και ο ΦΠΑ να αναγράφεται χωριστά.

Να διατίθεται το είδος ετοιμοπαράδοτο.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν σήμανση CE, το οποίο θα αναγράφεται στην προσφορά σας.

Οι τιμές των υλικών στις προσφορές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν αυτές που υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ.

Στην προσφορά να αναγράφεται τον α/α του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ αν υπάρχει.

Σε περίπτωση που στην προσφορά σας αναγράφεται ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ θα καταθέσετε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες, το οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς όπως και ο χρόνος παράδοσης αυτών.

**Η Διοικητική Διευθύντρια  
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας**

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΑΡΑΚΗ**