



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
 Β΄ ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
 Ταχ/κή Δ/ση : 33053 Μαλανδρίνο
 Πληροφορίες : Διαχείριση
 Τηλέφωνο: 22660 53062
 e-mail : admn.mal@sofron.gov.gr

Μαλανδρίνο: 27-04-2026
 Αριθ.Πρωτ: 8344

ΠΡΟΣ
 ΕΜΟΔΕΝΤΑΛ
 Θ. ΔΕΣΥΝΙΩΤΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ
 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 174
 ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
(CPV: 33130000-0)

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Γ.Σ.Κ. Β΄ Τύπου Μαλανδρίνου

αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

- α) Του Ν.2286/95[ΦΕΚ.19/Α/95] Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
- β) Του Ν.2362/95[ΦΕΚ.247/95] Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
- γ) Του Ν4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- δ) του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων συμβάσεων...»
- ε) Του Ν.3861/2010 (Α 112) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις"
- στ) Του Ν. 2741/28-9-99 «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
- ζ) Το άρθρο 40 του Π. Δ/.τος173/90 [ΦΕΚ.62/Α/90] Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου.
- η) Το άρθρο 3 παραγρ. 1 του Ν.2218/94 [ΦΕΚ.90/Α/94].
- θ) Το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 [ΦΕΚ202/Α/94/19-8-2005].
- ι) Το Ν.3438/2006 [ΦΕΚ33/Α/14-2-2006].
- ια) Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης.

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την παρούσα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

2. Τη με αριθ.57654 (Β΄ 1781/23-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
3. Την αριθμ. 3050 οικ./18-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ορισμός επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ως Αναθετουσών Αρχών κατά το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016» ΦΕΚ Β΄ 904 (17-03-2020).
4. Την αριθμ. 4298 /20-03-2020 απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υφυπουργού" στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Καταστημάτων Κράτησης της Χώρας» ΦΕΚ Β΄938 (20-03-2020).
5. Το αριθμ. 2405/04-02-2026 (26REQ018425570) πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια οδοντιατρικού συγκροτήματος και παρελκόμενου εξοπλισμού για τις ανάγκες του οδοντιατρείου του Καταστήματος μας.

6. Την αριθ. 3284-1/23-04-2026 (ΑΔΑ: Ρ1Ι346ΜΤΛΒ-ΚΣΛ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αντ/κης Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ποσού 16.318,40 € για την προμήθεια οδοντιατρικού συγκροτήματος και παρελκόμενου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Καταστήματος μας.

7. Την αριθ. 3284-2/23-04-2026 (ΑΔΑ: 99ΡΛ46ΜΤΛΒ-ΜΘΨ) απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αντ/κης Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ποσού 620,00 € για εργασίες μεταφοράς οδοντιατρικού συγκροτήματος και παρελκόμενου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Καταστήματος μας.

8. Την έρευνα αγοράς που προηγήθηκε του πρωτογενούς αιτήματος

9. Την από 23-01-2026 προσφορά της εταιρίας ΕΜΟΔΕΝΤΑΛ Θ. ΔΕΣΥΝΙΩΤΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Προτίθεται

να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021 και ισχύει), για την προμήθεια οδοντιατρικού συγκροτήματος και παρελκόμενου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Καταστήματος μας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 16.938,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και εξόδων μεταφοράς, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης (άρθρο 120 παρ. 3^α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/2021).

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην ίδια υπηρεσία και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση admh.mal@sofron.gov.gr ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (συστημένη επιστολή) επί αποδείξει με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην παραπάνω υπηρεσία μέχρι τις **08-05-2026 και ώρα 09:00 π.μ.** (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) με ευθύνη του προσφέροντος.

➤ **Προσφορά με Γενικό Σύνολο άνω των 16.938,40 € (16.318,40 για τα μηχανήματα και 620,00 μεταφορικά) θα απορρίπτεται**

➤ **Η πληρωμή θα γίνει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με πίστωση**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής ορίζονται τα κάτωθι:

I. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του **Γ.Ε.Μ.Η.** των ως άνω Επιμελητηρίων για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας που να είναι συναφή με το αντικείμενο της ανάθεσης και που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

II. Αντίγραφο των δηλωμένων ΚΑΔ από το μητρώο TAXISNET.

III. Αναλυτικά πιστοποιητικά από το Γ.Ε.Μ.Η. στο οποίο να φαίνονται η νομική σύσταση, η ισχύουσα εκπροσώπηση και οι υπόχρεοι προσκόμισης ποινικών μητρώων, εκδόσεως έως τριάντα ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

IV. Οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον προμηθευτή σύμφωνα με το υπόδειγμα προσφορών στο Παράρτημα Β'.

Επιπρόσθετα, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να προσκομίζετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.2 κ'3 του Ν. 441/2016:

➤ για την παρ.1 του αρθ.73 του Ν.4412/16 **απόσπασμα ποινικού μητρώου**, ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ανωτέρω αποσπάσματος αφορά:

I. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών(ΑΕ) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

II. στις περιπτώσεις εταιρειών: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ,ΙΚΕ κατ' ελάχιστον τους διαχειριστές και για τις προσωπικές τους ίδιους.

III. στις περιπτώσεις εταιρειών φυσικών προσώπων το φυσικό πρόσωπο.

Το πιστοποιητικό αυτό να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

➤ **Πιστοποιητικό εκδόσεως** από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του

οικονομικού φορέα, όσον αφορά στη καταβολή φόρων (**φορολογική ενημερότητα**) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.

➤ **Πιστοποιητικό εκδόσεως** από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας το οποίο να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στη καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (**ασφαλιστική ενημερότητα**) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα.

➤ **Υπεύθυνη δήλωση** του ανά περίπτωση νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σας, στην οποία να δηλώνεται ότι το νομικό πρόσωπο/οντότητα (η εταιρία σας), το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ.1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν 5090/2024.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τα αδικήματα των ακόλουθων άρθρων του Ποινικού Κώδικα:

- 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων)
- 236 (δωροδοκία υπαλλήλου)
- 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), και
- 237 Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες)

Επισυνάπτονται : Παράρτημα Α' τεχνικές προδιαγραφές, Παράρτημα Β' υπόδειγμα προσφοράς τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα τις παρούσας.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με την ανωτέρω ανάθεση παρέχονται από την διαχείριση του Καταστήματος τηλ. 22660-53062, e-mail: admn.mal@sofron.gov.gr

“Με εντολή Υφυπουργού”
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ευθύμιος Παπαδήμας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όλα τα είδη να είναι καινούρια, σύγχρονης τεχνολογίας, στερεάς και ανθεκτικής εργοστασιακής κατασκευής, κατάλληλα για οδοντιατρική χρήση.

Όλα τα τμήματα που τα συγκροτούν να είναι σε σειρά παραγωγής.

Να πληρούν τους κανόνες ποιότητας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να υπόκειται στους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς γενικά κανονισμούς λειτουργίας και ασφαλείας, οι οποίοι θα κατονομάζονται.

Το συγκρότημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα και σε δεξιόχειρες αλλά και αριστερόχειρες οδοντιάτρους να εργάζονται με πλήρη άνεση και λειτουργικότητα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα από τον ίδιο το χρήστη να περιστρέφονται τα στοιχεία εκείνα το μηχανήματος ώστε σε πολύ λίγο χρόνο να μετατρέπεται σε έκδοση για αριστερόχειρα η δεξιόχειρα (αμφιδεξια παραλλαγή).

Να αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία:

- Οδοντιατρική Έδρα με τουλάχιστον 5 μνήμες, Πτυελοδοχείο, Προβολέα LED τουλάχιστον 35000 lux και κίτρινο λαμπτήρα για τις ρητίνες και Ποδοδιακόπτη.
- Να διαθέτει χειριστήριο και στο βοηθητικό ταμπλετάκι, στον ποδοδιακόπτη και στην ταμπλέτα Ιατρού.
- Να διαθέτει βοηθητικό ταμπλετάκι με: Μια (1) ΑΕΡΟΥΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 3 δρόμων και 2 ακροφύσια Φ11 σιελαντλίας και Φ17 χειρουργικής αναρρόφησης.
- Η ταμπλέτα ιατρού να έχει: 2^η ΑΕΡΟΥΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 3 δρόμων, 2 γραμμές αεροτορ, 1 γραμμή luft motor.
- Να είναι συμπαγών διαστάσεων, κατασκευασμένη από ανθεκτικό υλικό, ηλεκτρομηχανική ή ηλεκτροϋδραυλική με δυνατότητα βάρους φόρτωσης 180 KG κατ' ελάχιστο.
- Να είναι καλυμμένη με ανθεκτικό σε μηχανικές ή χημικές καταπονήσεις, υλικό (π.χ. δερματίνη) άριστης ποιότητας, χωρίς ραφές και πτυχές, ώστε να καθαρίζεται εύκολα. Να μπορούν εύκολα, επιτόπου στο οδοντιατρείο, τμηματικά να αντικαθίστανται τα φθαρμένα μέρη. Να διαθέτει επιπλέον προστατευτικό πλαστικό εξάρτημα α (όχι κάλυμμα σε ταπετσαρία) στο ύψος των ποδιών αντοχής σε τριβές.
- Να εκτελεί κινήσεις
 - α. Επάνω και κάτω(ελάχιστο εύρος κινήσεων περίπου 400-800 χιλιοστά)
 - β Από όρθια στάση πλάτης (900) έως πλήρη οριζοντίωση (1800).
 - γ. Ρύθμιση ύψους πλάτης ηλεκτρομηχανικά
- Τα εξαρτήματα νερού και αέρα (ηλεκτροβαλβίδες, ρυθμιστές, κ.λπ.) θα πρέπει να είναι από υλικό που δεν οξειδώνεται.

Το μοτέρ χειρουργικής αναρρόφησης να διαθέτει δύναμη απορρόφησης κατάλληλη για να συνδεθεί με μια οδοντιατρική έδρα με το ακροφύσιο χειρουργικής σιελαντλίας και αναρρόφησης. Να διαθέτει διαχωρισμό με κεντρόφυγο που να εγγυάται τον συνεχή, σωστό διαχωρισμό ακόμη και σε μεγάλα φορτία αφρού. Η αναρρόφηση να διαθέτει φίλτρο στερέων με εύκολη πρόσβαση από το προσωπικό του ιατρείου σε εμφανές σημείο.

Να διαθέτει σύστημα φυγοκεντρικού διαχωρισμού των λημμάτων.

Μέγιστη ροή 650lt/min, 61dB(A), συνεχούς λειτουργίας 100%,

Να είναι κατάλληλη για ιατρεία που δεν έχουν καθόλου χειρουργική αναρρόφηση ώστε α) να έχουμε δυνατότητα συλλογής του αμαλγάματος, β) να έχουμε μείωση της κατανάλωσης νερού γ) να

συμμορφώνονται με τους κανονισμούς όπου απαγορεύουν το ενδεχόμενο ανάστροφης λειτουργίας της σιελαντλίας νερού προς τον ασθενή.

Το επιτοίχιο ακτινογραφικό να παρέχει μειωμένο χρόνο έκθεσης, υψηλά πρότυπα ασφάλειας ακτινοβολίας και μεγάλη διάρκεια ζωής του σωλήνα. Το μηχάνημα να αποτελείται από την κεφαλή σωλήνα ακτινογραφιών, το χρονόμετρο και τους βραχίονες. Η ακτίνα να έχει απόσταση από την εστία στο δέρμα 22 cm. Η ακτινοβολία εξόδου (κύκλος) να έχει διάμετρο 6 cm.

Εγγενές φιλτράρισμα: $\geq 2,1$ mmAL Επιπλέον φιλτράρισμα: 1,5 mmAL Ολικό φιλτράρισμα: $\geq 2,1$ mmAL Ακτινοβολία διαρροής: 1 μέτρο $\leq 0,14$ mGy/h Χρόνος έκθεσης: 0,01-2,0 δευτ.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

2.1. Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, περιβάλλοντος. Επίσης στην προμήθεια συμπεριλαμβάνεται η απεγκατάσταση, μεταφορά και αποθήκευση των παλαιών ειδών σε χώρο των κτηρίων που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Ο Προμηθευτής θα υποβάλλει με την προσφορά του, τυχόν προαπαιτούμενες υποδομές (παροχές, συνδέσεις κ.λπ.) ή άλλες υποχρεώσεις της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να υλοποιηθεί η παράδοση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.

2.2. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον και πλήρη υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service για 5 χρόνια τουλάχιστον, με σχετική υπεύθυνη δήλωση. Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιμα ή εργασίες), θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν. Ημερομηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

2.3. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης θα γίνονται, με ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή, δωρεάν, όλοι οι προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, με επισκευή ή αντικατάσταση των τμημάτων που έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεμβαίνει επιτόπου, εντός 48 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση του.

2.4. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει πλήρες και οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα.

2.5. Να δοθούν βεβαιώσεις των κατασκευαστικών οίκων (οδοντιατρικού συγκροτήματος και όλων των περιφερειακών εξαρτημάτων), από τις οποίες να φαίνεται ότι ο προμηθευτής είναι εξουσιοδοτημένος ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης.

2.6. Να επισυναφθούν τα πιστοποιητικά CE των ειδών και ISO των οίκων καθώς και Βεβαίωση πιστοποιημένου φορέα περί συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές για την ορθή πρακτική διανομής και εξυπηρέτησης (service) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ./1348,ΦΕΚ32Α/16-01-04).

2.7 Ο προμηθευτής πρέπει να πληροί τις διατάξεις της Υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 32/Β/16.01.2004) και να έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001 και ISO 13485 για τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι όροι της παρούσας παραγράφου.

2.8. Να παρέχεται κατά την παράδοση του προϊόντος δωρεάν εκπαίδευση των χειριστών στη θεωρία, το χειρισμό και τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην επισκευή και συντήρηση και τα μέτρα ασφάλειας των χρηστών και του μηχανήματος (Νόμος 2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).

2.9. Να παραδοθούν, με την παράδοση του είδους, τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service, με τα κυκλωματικά διαγράμματα, τις οδηγίες επισκευής και συντήρησης και τους κωδικούς των ανταλλακτικών Ελληνικά ή έστω Αγγλικά.

2.10. Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το οποίο προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που

26PROC018896824 2026-04-27

πρέπει να κάνει ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος και ενδεχομένως ο χρήστης και να αναφερθούν αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα ή άλλα υλικά των συντηρήσεων, με τους κωδικούς, τις τιμές και το χρόνο ζωής τους.

2.11. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τις εξήντα μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

2.12. Η προσφορά να συνοδεύεται από φύλλο συμμόρφωσης στις τεχνικές προδιαγραφές, με σχετικές παραπομπές στα εγχειρίδια του μηχανήματος. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην προσφορά και στο φύλλο συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι ταυτόσημα, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β΄ ΤΥΠΟΥ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΩ ΚΟΡΔΟΝΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ: ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΜΕ 5 ΜΝΗΜΕΣ , ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ, ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED 35000 LUX ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΗΤΙΝΕΣ, ΚΑΙ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ . ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΕΤΑΚΙ, ΣΤΟΝ ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΙΑΤΡΟΥ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΕΤΑΚΙ ΜΕ: ΜΙΑ (1) ΑΕΡΟΥΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 3 ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ 2 ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ Φ11 ΣΙΕΛΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ Φ17 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. Η ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΙΑΤΡΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ: 2 ^η ΑΕΡΟΥΔΡΟΣΥΡΙΓΓΑ 3 ΔΡΟΜΩΝ, 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΕΡΟΤΟΡ, 1 ΓΡΑΜΜΗ LUFT MOTOR.	1		
2	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΕΡΟΤΟΡ ΔΥΟ (2) ΤΕΜΑΧΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ Γωνιακή 1:1 luft motor	4		
3	ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ CLASS B, 23LT	1		
4	ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ	1		
5	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	1		
6	ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕΝΣΟΡΑΣ	1		
7	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	1		
8	ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1		
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	
			Φ.Π.Α.	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

- Τα υλικά θα είναι καινούργια και σε άριστη κατάσταση, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται
- Η παράδοση και εγκατάσταση των ειδών θα γίνει στο Γ.Σ.Κ Β΄ Τύπου Μαλανδρίνου με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή εντός 60 ημερών από την σύμβαση.
- Εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη για όλα τα είδη
- Η πληρωμή θα γίνει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με πίστωση.
- Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν στις προμήθειες του Δημοσίου.

ΔΗΛΩΣΗ

Έλαβα γνώση των όρων της αριθμ. 8344 /27-04-2026 ανακοίνωσης τους οποίους και αποδέχομαι απόλυτα και ΣΥΜΦΩΝΩ

Ημερομηνία: / /2026

Ο Προσφέρων
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)