

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την προμήθεια τεστ γρίπης – κορωνοϊού ερν:33696500-0 για την τρίμηνη κάλυψη αναγκών Γ.Ν.Θήρας με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ.2463/28/04/2026 εισήγηση της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ. Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Δυο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Χαμηλότερη Τιμή	ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr	ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΜΑΙΟΥ 2026	13 ^η ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια τεστ γρίπης – κορωνοϊού ερν:33696500-0 για την τρίμηνη κάλυψη αναγκών Γ.Ν.Θήρας με την διαδικασία συλλογής προσφορών, όπως κάτωθι περιγράφεται:

3.000 TESTS

για ταχείες δοκιμές ανοσοχρωματογραφίας που χρησιμοποιούνται για γρίπη (Influenza A/B) ,SARS-CoV-2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να ανιχνεύουν αντιγόνα των ιών σε ρινοφαρυγγικό ή ρινικό επίχρισμα.

Ακολουθούν οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές που συνήθως πρέπει να πληρούν αυτά τα rapid tests για να είναι κατάλληλα για κλινική χρήση: Είδος τεστ • Τύπος: ανοσοχρωματογραφία (π.χ. combo test για COVID19/Influenza). • Δείγμα: Επίχρισμα ρινοφαρυγγικό ή ρινικό. • Ανιχνευόμενα αντιγόνα: ο Γρίπη: Νουκλεοπρωτεΐνη Influenza A και B ο SARS-CoV-2: Νουκλεοπρωτεΐνη

Χρόνος εκτέλεσης • Αποτελέσματα σε: 10–30 λεπτά • Σταθερότητα αναγνωσμένου αποτελέσματος: συνήθως έως 15 λεπτά από την ολοκλήρωση της δοκιμής. • Απαιτήσεις δείγματος • Όγκος δείγματος: 3–5 σταγόνες εκχυλίσματος δείγματος στο τεστ. • Τύπος μεταφοράς: Ειδικό διάλυμα εκχύλισης που συνοδεύει το kit (δεν συνιστάται χρήση κοινών VTM). • Να περιέχονται οι στυλεοί για τη λήψη ρινικού δείγματος. Αισθητικότητα & ειδικότητα (ενδεικτικά, μπορεί να διαφέρει ανά κατασκευαστή) • Γρίπη A/B: ευαισθησία 60–80%, ειδικότητα >95% • SARS-CoV-2: ευαισθησία 80–95% σε δείγματα με χαμηλό Ct (97%)

Σύμφωνα με ISO 13485 (διαχείριση ποιότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων) • Σαφείς οδηγίες χρήσης και ερμηνείας αποτελεσμάτων. Συνθήκες αποθήκευσης • 2–30°C (θερμοκρασία δωματίου) • Δεν απαιτείται κατάψυξη ή ειδική ψύξη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο -email: supplies@santorini-hospital.gr έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΜΑΙΟΥ 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 13^η ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
- Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.21.80 (Αντιδραστήρια-Αναλώσιμα Υλικά) του προϋπολογισμού έτους χρήσης 2026 του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .
- Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται στην έκδοση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 ΚΥΑ «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» ΦΕΚ 2385/τ. Β'/12.04.2023.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ

ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ