



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΠΕ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Τμήμα :Οικονομικό
Γραφείο:Προμηθειών
Ταχ. Δνση : Οδός Σουηδίας-
Αργοστόλι 28100
Τηλέφωνο :2671361123
Email: **prosklisis@1699.syzefxis.gov.gr**

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BiPAP

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΣΧΕΤ: α.Ν.4412/2016, (ΦΕΚ τ. Α' 147/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

β. Ν.4782/2021

γ. Το Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

δ. Το Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» & ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

ε. Το Ν.4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

ζ. Το Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,

η. Το Π.Δ.28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",

θ. Το Π.Δ.80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά , γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BiPAP, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να περιέχουν τιμές κατώτερες ή τουλάχιστον ίσες του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, για όσα υλικά υπάρχουν καταχωρημένα σε αυτό και να έχουν διάρκεια ισχύος προσφοράς για (3) μήνες.Η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015,13485:2016 και να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης με την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. ΟΙΚ.1348.Τα είδη να φέρουν σήμανση CE MARK.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

1.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BiPAP. ΤΕΜ.1

ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1.612,90€+ΦΠΑ 24

Τεχνικές Προδιαγραφές Αναπνευστικής συσκευής BiPAP

- Να διαθέτει δυνατότητα μη επεμβατικού αερισμού για ασθενείς >13 kg και >30 kg, σε λειτουργία εξασφαλισμένου κυψελιδικού αερισμού.
- Να είναι κατάλληλη για χρήση τόσο σε νοσοκομειακό περιβάλλον όσο και κατ' οίκον.
- Να διαθέτει μονό κύκλωμα και να είναι συμβατή με ρινικές και στοματορινικές μάσκες.
- Να διαθέτει λειτουργία S για αυτόματη μετάβαση IPAP/EPAP βάσει ροής.
- Να διαθέτει λειτουργία ST με ενίσχυση αυθόρμητης αναπνοής και παροχή εφεδρικών αναπνοών.
- Να διαθέτει λειτουργία T με σταθερή συχνότητα και χρόνο εισπνοής/εκπνοής.
- Να διαθέτει λειτουργία ελεγχόμενης υποβοήθησης πίεσης, με προκαθορισμένο χρόνο εισπνοής και χρονισμένη μετάβαση στην εκπνοή.
- Να διαθέτει λειτουργία CPAP με σταθερή πίεση.
- Να διαθέτει λειτουργία διατήρησης προκαθορισμένου κυψελιδικού αερισμού.
- Να διαθέτει λειτουργία ευφυούς υποστηρικτικής συχνότητας, η οποία ενεργοποιείται σε περίπτωση άπνοιας.
- Να διαθέτει λειτουργία αυτόματου καθορισμού θεραπευτικών στόχων μέσω εκμάθησης των αναπνευστικών χαρακτηριστικών του ασθενούς.
- Να διαθέτει AutoEPAP με αυτόματη προσαρμογή της εκπνευστικής πίεσης.
- Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης Min EPAP και Max EPAP.
- Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης IPAP και EPAP.
- Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης επιπέδου υποστήριξης πίεσης.
- Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης υποστηρικτικής αναπνευστικής συχνότητας.
- Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης Target Patient Rate.
- Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης Target Va.
- Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης Ti, Ti Min και Ti Max.
- Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης Rise Time.
- Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ευαισθησία Trigger και Cycle.
- Να διαθέτει αλγόριθμο αυτόματης αντιστάθμισης διαρροών.
- Να διαθέτει δυνατότητα παροχής συμπληρωματικού οξυγόνου.
- Να διαθέτει θερμαινόμενο υγραντήρα.
- Να διαθέτει σύστημα αυτόματης και χειροκίνητης ρύθμισης θερμοκρασίας και υγρασίας.
- Να είναι συμβατή με θερμαινόμενο σωλήνα.
- Να διαθέτει λειτουργία Ramp Time και Ramp Down.
- Να διαθέτει ασύρματη επικοινωνία για αποστολή δεδομένων.
- Να διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και αλλαγής ρυθμίσεων.
- Να διαθέτει προεγκατεστημένη κάρτα SD.
- Να διαθέτει οθόνη με ενδείξεις (πίεση, υγρασία, ασύρματο σήμα κ.λπ.).
- Να διαθέτει δυνατότητα καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων θεραπείας.

- Να διαθέτει λειτουργία ταχείας πλοήγησης στο μενού.
- Να διαθέτει λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο προμηθευτής θα πρέπει:

- Να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ΓΠ οικ. 1348/2004 για την εισαγωγή, εμπορία, διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- Να διαθέτει πιστοποιήσεις ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015 και ISO 37001.
- Να είναι ενταγμένος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σύμφωνα με τον Ν. 2939/2001 και το ΠΔ 117/2004.

Οι προσφορές θα αποστέλλονται μέχρι Τετάρτη 13-05-2026 και ώρα 14:00 στο email: **prosklisis@1699.syzefxis.gov.gr** Στο **θέμα** του μηνύματος να αναγράφουν τον **αρ.πρωτ.** της ανάρτησης, την επωνυμία της εταιρίας **και το email των παραγγελιών.**

Η Διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού

Μαριάννα Σαφή