



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
4η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γουμένισσα, 08/05/2026

Αρ. Πρωτ: 3044

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μαυροπούλου 9  
61300 Γουμένισσα  
Πληροφορίες : Πασχαλίνα Κιόση  
Τηλέφωνο : 23433 50338  
E-mail : [prom3@gngoum.gr](mailto:prom3@gngoum.gr)

### ΑΠΟΦΑΣΗ

**ΘΕΜΑ:** Έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, αποθήκευση και μεταφορά ιατρικών αερίων (ΚΑΕ:1614-CPV:24111500-0,ΚΑΕ:0817-CPV:63121110-7,ΚΑΕ:0829- CPV:60100000-9), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 36.533,62€ με ΦΠΑ,24% για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους για τις ανάγκες του ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας.

### Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το Π.Δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», άρθρο 9, παρ. 4 περί ανάληψης δέσμευσης ποσού.
2. Το Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Την υπ αριθ. πρωτ. Β2.α/Γ.Π.14799/14.04.2026 Απόφαση Υπουργείου Υγείας περί «Έγκρισης της 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς» (ΑΔΑ:Ρ2ΘΣ465ΦΥΟ-ΔΑ3)
5. Το υπ αριθμ. πρωτ. 2413/14.04.2026 αίτημα για την προμήθεια, αποθήκευση και μεταφορά ιατρικών αερίων του. Τμήματος Τεχνικού & Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
6. Η απόφαση με αριθ. θέματος 20ο της 17ης/29-04-2026 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση διενέργειας έρευνας αγοράς για την ανάθεση προμήθειας, αποθήκευσης και μεταφοράς ιατρικών αερίων του ΓΝ Κιλκίς-ΑΟΜ ΓΝ-ΚΥ Γουμένισσας (ΑΔΑ:Ψ8ΥΖ4690Β2-Ψ9Ν,ΑΔΑΜ:25REQ018970885).»
7. Την υπ αριθ. 151/05.05.2026 βεβαίωση έγκρισης πίστωσης για διενέργεια έρευνας αγοράς (ΑΔΑ:9Μ9Γ46904Ξ-ΖΙ8) με α/α 187.

### Αποφασίζει

τη διενέργεια έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια, αποθήκευση και μεταφορά ιατρικών αερίων (ΚΑΕ: 1614, CPV:24111500-0 ιατρικά αέρια, ΚΑΕ 0817,CPV:63121110-7 αποθήκευση αερίων& ΚΑΕ 0829,CPV:60100000-9 μεταφορά ιατρικών αερίων), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και συνολική εκτιμώμενη αξία 36,533,62€, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ως ακολούθως:

### ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας (Μαυροπούλου 9, Τ.Κ. 61300)	<b>20/05/2026</b> <b>Ημέρα Τετάρτη, ώρα 12:00μμ,</b> σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο	Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας (Μαυροπούλου 9, Τ.Κ. 61300)	<b>20/05/2026</b> <b>Ημέρα Τετάρτη</b> <b>και ώρα 14:00 μμ</b>

**ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ/ΤΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ 24%
1	Αέριο Ιατρικό Οξυγόνο αναγόμευση σε φιάλες 10,7 m <sup>3</sup>	m3ή φιάλη	15.418,70 m <sup>3</sup> ή 1.441 φιάλες	23.128,05€	28.678,780€
2	Αέριο Ιατρικό Οξυγόνο αναγόμευση σε φιάλες 1m <sup>3</sup>	φιάλη	25 φιάλες ή 25 m <sup>3</sup>	83,75€	103,85€
3	Αέριο Ιατρικό Οξυγόνο αναγόμευση σε φιάλες 2,1m <sup>3</sup>	φιάλη	20 φιάλες ή 42 m <sup>3</sup>	102,80€	127,47€
ΣΥΝΟΛΟ				23.314,60€	28.910,10€

**ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ/ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ**

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ 24%
1	Ενοικίαση φιαλών 10,7 m <sup>3</sup> αέριου Ιατρικού Οξυγόνο	φιάλες	60/μήνα	3.600,00€	4.464,00€
ΣΥΝΟΛΟ				3.600,00€	4.464,00€

**ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ**

ΠΡΟΪΟΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ	Μονάδα μέτρησης	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ/ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ	1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ	2.548,00€	3.159,52€

Και συνολικά ανά ΚΑΕ:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΚΑΕ/ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ	Προ/ισμός με ΦΠΑ
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ	1614 (ΑΛΕ:241089000001)	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ	24111500-0	23.314,60€	28.910,10€
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ	0817 (ΑΛΕ:2440201000001)	ΕΝΟΙΚΙΑ ΦΙΑΛΩΝ	63121110-7	3.600,00€	4.464,00€
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ	0829 (ΑΛΕ2420189000001)	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ	60100000-9	2.548,00€	3.159,52€
ΣΥΝΟΛΟ Α + Β + Γ				29.462,60€	36.533,62€

**ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ**

Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται :

- Στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
- Στο ΚΗΜΔΗΣ
- Στην ιστοσελίδα του φορέα [www.gngoum.gr](http://www.gngoum.gr)

**ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν:

**1. Υπεύθυνη δήλωση** (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι:

- Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
  - Τηρούν όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία).
  - Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
  - Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας Διακήρυξης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
  - Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.
  - Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
  - Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
  - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
  - Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.
  - Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγούν.
  - Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
  - Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύονται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  - Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί.
- 2. τεχνική προσφορά**, επί ποινή αποκλεισμού, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, δηλώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα, όπως αυτά απαιτούνται στο συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και επίσης να υποβάλει συμπληρωμένο το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, από το συνημμένο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ», για την υπηρεσία ή τις υπηρεσίες που συμμετέχει.

**3. Οικονομική προσφορά**, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

*Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύναται να ζητηθούν από τον μειοδότη, από το Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, σύμφωνα με την περί προμηθειών νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης.*

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

- Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
- Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.
- Στον φάκελο της προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος του να **καταθέσει την αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης προμήθειας του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τον διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν**

**υπάρχει η προμήθεια καταχωρημένη στο παρατηρητήριο τιμών** τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης).

Η προσφορά να σταλεί **έως 20/05/2026 Ημέρα Τετάρτη, ώρα 12:00μμ**, σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας (Μαυροπούλου 9, Τ.Κ. 61300) αναγράφοντας:

1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. Την περιγραφή τους είδους,
3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης
4. Την ημερομηνία διενέργειας της έρευνας αγοράς
5. Τα στοιχεία του αποστολέα
6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»

#### **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις **20/05/2026 Ημέρα Τετάρτη, ώρα 14:00μμ** στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς – Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας) επί της οδού Μαυροπούλου 9, Γουμένισσα.

#### **ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 240 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

#### **ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ**

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας **με ευθύνη και έξοδα του Προμηθευτή** κατόπιν γραπτής παραγγελίας, στους χώρους που θα υποδειχθούν, εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών.

#### **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 Ν.4412/2016)**

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλονται αποκλειστικά με **ηλεκτρονικό τρόπο** στην ηλεκτρονική διεύθυνση [prom3@gngoum.gr](mailto:prom3@gngoum.gr) και είναι τα εξής:

α. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

β. **Πιστοποιητικό** της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι ήταν και είναι ενήμεροι τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

γ. **Πιστοποιητικά αρμόδιας** δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση. Τα πιστοποιητικά να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

δ. **Πιστοποιητικό** του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, το οποίο μαζί με το Πρακτικό αξιολόγησης επικυρώνεται με σχετική Απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Νοσοκομείου.

**Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις εφόσον έχουν συνταχθεί μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.**

#### **ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην

περίπτωση μικρότερης ποσότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 25 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 103-105 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της και έως την απορρόφηση του φυσικού και οικονομικού αποτελέσματος της Σύμβασης, .Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.

#### **ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

1.Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης και υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής:

- i. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
  - ii. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
  - iii. Τις προς παροχή υπηρεσίες
  - iv. Την τιμή.
  - v. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών.
  - vi. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
  - vii. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
  - viii. Τον τόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
  - ix. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής.
  - x. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
- i. Εκτελεστούν όλες οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση υπηρεσίες
  - ii. Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
  - iii. Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

#### **ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η εκτέλεση της Σύμβασης διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 133 του ν. 4412/2016, σε αμφότερες δε τις περιπτώσεις εφόσον η εν λόγω εφαρμογή διατάξεων δεν έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ρητώς θεσπίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

#### **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο μηνών. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και αποδίδονται αρμοδίως.

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται, ενδεικτικά, στις ακόλουθες κρατήσεις:

- Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 36 του ν. 4413/2016.
- Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της ΕΑΔΗΣΥ( παρ. 3 του άρθ. 350 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 7 ου ν. 4912/2022) η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.
- Η ανωτέρω κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.
- Κράτηση 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545B/24-03-2009), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της κάθε σύμβασης αφαιρούμενων φόρων και κρατήσεων.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία. Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην καθαρή (πλην ΦΠΑ) αξία του τιμολογίου και σε αυτές (εκτός του φόρου) επιβάλλεται το νόμιμο χαρτόσημο.

**ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ**

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ**

Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α, 360 έως και 372 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

**ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ**

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη.

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

**Του Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ**

**Με αρμοδιότητα την Α.Ο.Μ.**

**Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας**

**ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**  
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Τα προσφερόμενα Ιατρικά Αέρια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία:

**Ιατρικό Οξυγόνο :**  $O_2 \geq 99,5\%$ ,  $CO_2 \leq 300ppm$ ,  $CO \leq 5ppm$ ,  $H_2O \leq 67ppm$

**ΦΙΑΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ**

1. Η καθαρότητα του Ιατρικών Αέριων θα είναι όπως καθορίζεται από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία (θα προσκομιστούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καθαρότητας)
2. Οι προμηθευτές φιαλών Ι.Α. θα πρέπει απαραίτητως να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
  1. Άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων που χορηγούνται από τον ΕΟΦ και τις αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής τους για κάθε ένα από τα προσφερόμενα ιατρικά αέρια, σύμφωνα με τις Αρχές και Κανόνες Καλής Παραγωγής όπως υπαγορεύονται από την απόφαση Δ.Σ. ΕΟΦ 62060 ΦΕΚ 1586/Β' /30-9-2010.
  2. Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ
  3. ISO 9001 για παραγωγή αερίων και ειδικότερα  $O_2$
  4. ISO 9001 για διανομή αερίων
3. Να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελληνικής Νομοθεσίας καθώς και τα προβλεπόμενα από την ΑΠ 10451/929/88 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 370/Β/9-6-88).
4. Η παράδοση των Ιατρικών Αερίων θα γίνεται εντός φιαλών κατά κανόνα εντός δύο εργάσιμων ημερών το αργότερο, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας, ενώ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης παράδοσης (εντός 24ώρου) με επιπλέον χρέωση.
5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τις άδειες φιάλες και να παραδίδει τις γεμάτες σε έναν συγκεκριμένο κατάλληλο και προσβάσιμο από όχημα του αναδόχου, χώρο που θα του υποδειχθεί εντός του Νοσοκομείου.
6. Η πίεση λειτουργίας των φιαλών πρέπει απαραίτητως να είναι 200 atm και η χωρητικότητα, διαφόρων μεγεθών για το οξυγόνο.
7. Οι φιάλες θα πρέπει να είναι χρωματισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ε.Λ.Ο.Τ. και της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 και του άρθρου 3 της Υ.Α. 1045/929/88 (ΦΕΚ 370Β/9-6-88) και τροποποίηση αυτής με την Υπ. Απόφ. 12502/206/89(ΦΕΚ 466/Β/13-6-89) και ειδικότερα:
  - Οξυγόνο: Άσπρο χρώμα λαιμός και σώμα με κλείστρο θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91mm και βήματος 1,814mm.
8. Οι φιάλες ιδιοκτησίας των Νοσοκομείων θα πρέπει να εμφιαλώνονται και να ελέγχονται κάθε φορά πριν την εμφιάλωση προκειμένου να διαπιστώνεται η καταλληλότητα τους, με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, σύμφωνα με τις οδηγίες της EBETAM και της ΑΠ β 10451/929/88 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 370Β/9-6-88. Στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες:
  5. Έλεγχος υδραυλικής δοκιμής
  6. Αντικατάσταση κλείστρου. Τα κλείστρα θα είναι καινούργια και θα πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ
  7. Αντικατάσταση καλύπτρου ασφαλείας κλείστρου φιάλης
  8. Χρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ
  9. Υποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλων φιαλών ιατρικών αερίων (βάσει της Υ.Α Αριθ. Α.Π Β 10451/929/88-Άρθρο 14<sup>ο</sup>), κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Νοσοκομείου ώστε να προβεί στις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών.
9. Ο ανάδοχος θα προβαίνει σε όλους τους αντίστοιχους ελέγχους για τις φιάλες ιδιοκτησίας του αχρεωστήτως.
10. Η τιμή που θα δοθεί για το αέριο οξυγόνο θα είναι ανά  $m^3$  ή ανά φιάλη, ανάλογα με το μέγεθος και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Όνομασία	Μέγεθος	Τιμή
Οξυγόνο ιατρικό	έως $1 m^3$	€/φιάλη
Οξυγόνο ιατρικό	Από $1,1 m^3$ έως και $2,1 m^3$	€/φιάλη
Οξυγόνο ιατρικό	Από $2,2 m^3$ έως και $3,2 m^3$	€/φιάλη
Οξυγόνο ιατρικό	Από $3,3 m^3$ έως και $4,3 m^3$	€/φιάλη
Οξυγόνο ιατρικό	Από $4,4 m^3$ έως και $10,7 m^3$	€/ $m^3$

11. Η τιμή του μισθώματος των φιαλών θα δοθεί σε €/μήνα /φιάλη

12. Ο προμηθευτής θα αναφέρει το αντίτιμο των παραπάνω εργασιών για τις φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου σε €/φιάλη ή σε €/τεμάχιο, ήτοι:

12.1. Υδραυλική δοκιμή €/φιάλη.

12.2. Αντικατάσταση κλείστρου €/φιάλη.

12.3. Βαφή φιάλης (Ηλεκτροστατική) €/φιάλη.

12.4. Υποχρεωτική αχρήστευση φιαλών €/φιάλη.

12.5. Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού καλύπτρου φιαλών €/φιάλη

12.6. Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού καλύπτρου φιαλών €/φιάλη.

13. Η διαδικασία παραλαβής των κενών φιαλών και παράδοσης γεμάτων θα είναι έγγραφη.

Στην περίπτωση φιαλών ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου, ο προμηθευτής θα παραλαμβάνει τις προς αναγόμευση κενές φιάλες, τις οποίες θα επιστρέφει γεμάτες ακριβώς τις ίδιες σε επόμενη παράδοση, εφόσον μετά τον απαιτούμενο κατά τον νόμο έλεγχο, κριθούν κατάλληλες προς αναγόμευση. Αν δεν είναι κατάλληλες, ο προμηθευτής ενημερώνει το Νοσοκομείο εγγράφως ότι απαιτείται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών, το δε Νοσοκομείο στη συνέχεια ενημερώνει εγγράφως τον προμηθευτή ότι δύναται να προχωρήσει στην καταστροφή τους.

Στην περίπτωση φιαλών ιδιοκτησίας του προμηθευτή, η παράδοση θα διενεργείται ώστε να τηρείται η αρχή της ίσης ανταλλαγής (ο αριθμός των κενών φιαλών που παραλαμβάνονται από το Γ. Ν. Κιλκίς, (Υγειονομική Μονάδα Γουμένισσας) θα είναι ίσος με αυτόν των γεμάτων φιαλών που παραδίδονται από τον προμηθευτή).

Το Νοσοκομείο θα παραδίδει τις φιάλες για αναγόμευση πάντα με το ειδικό κάλυπτρο ασφαλείας του κλείστρου. Διαφορετικά ο προμηθευτής, και αφού ενημερώσει το Νοσοκομείο θα προχωρά στην τοποθέτηση νέου καλύπτρου, με την αντίστοιχη χρέωση.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει εισάγει στις διαδικασίες πλήρωσης και διακίνησης των φιαλών ιδιοκτησίας του, σύστημα με δυνατότητα ιχνηλασιμότητας του αερίου προϊόντος και της συσκευασίας του (φιάλης) ώστε εάν κριθεί αναγκαίο, να διασφαλίζεται ο εντοπισμός, η άμεση ανάκληση και ο έλεγχος αυτής.

Ο προμηθευτής θα πρέπει σε κάθε παράδοση φιαλών του Νοσοκομείου, να μπορεί να γνωστοποιήσει στο Νοσοκομείο τον αριθμό των εμφιαλωμένων φιαλών αναφέροντας:

- ✓ Τον σειριακό αριθμό αυτών (serial number)
- ✓ Την ημερομηνία διενέργειας της τελευταίας υδραυλικής δοκιμής
- ✓ Ημερομηνία λήξης του περιεχόμενου ιατρικού αερίου.

## **Β) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ**

Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση:

- ✓ **β.1.** Ο προμηθευτής πρέπει επίσης να εγγυάται εγγράφως ότι καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτει επαρκή ποσότητα του είδους, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Τμημάτων του Νοσοκομείου, για τα οποία προορίζεται το υπό προμήθεια είδος.
- ✓ **β.2** Ο παραπάνω όρος θεωρείται δεσμευτικός, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του.
- ✓ **β.3.** Οι προμηθευτές θα πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν -επί ποινή αποκλεισμού- Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για την εμφιάλωση, διανομή και εμπορία ιατρικών αερίων.
- ✓ **β.4** Να διαθέτουν Πιστοποιητικό έγκρισης συστήματος ποιότητας από την EBETAM αναφορικά με τους περιοδικούς ελέγχους (υδραυλική δοκιμή) φιαλών, σύμφωνα με τις οδηγίες 2010/35/ΕΕ, και 2008/68/ΕΚ, αναφορικά με τη διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων (υδραυλικές δοκιμές) και εκτάκτων ελέγχων σε φιάλες ιατρικών αερίων.
- ✓ **β.5.** Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διαδικασίες μεταφοράς/φορτοεκφόρτωσης ADR επικίνδυνων υλικών και κυκλοφορίας (σύμφωνα με την ισχύουσα φαρμακευτική Νομοθεσία : Κοινοτική Οδηγία 2001/83/ΕΚ, όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει ΚΥΑ ΔΥΓ3α/32221/2013, ΦΕΚ Β 1049, όπως ισχύει σήμερα).
- ✓ **β.6.** Τα ζητούμενα είδη πρέπει να παραδίδονται το αργότερο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας του Νοσοκομείου προς τον προμηθευτή. Η παράδοση των ειδών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα παραδίδονται στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.
- ✓ **β.7.** Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, κατόπιν παραγγελιών που θα διαβιβάζονται στον προμηθευτή μέσω του αρμοδίου Τμήματος.
- ✓ **β.8.** Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**  
**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**Φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης.** Ο Προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης, μαζί με την τεχνική προσφορά να υποβάλει και φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει :

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαραίτητο όρο σύμφωνα με την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαραίτητους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.
4. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<u>ΦΙΑΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ</u>			
1	Η καθαρότητα του Ιατρικών Αέριων θα είναι όπως καθορίζεται από τον ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία (θα προσκομιστούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καθαρότητας)	ΝΑΙ		
2	Οι προμηθευτές φιαλών Ι.Α. θα πρέπει απαραίτητως να διαθέτουν τα ακόλουθα πιστοποιητικά: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων που χορηγούνται από τον ΕΟΦ και τις αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία των εργοστασίων παραγωγής τους για κάθε ένα από τα προσφερόμενα ιατρικά αέρια, σύμφωνα με τις Αρχές και Κανόνες Καλής Παραγωγής όπως υπαγορεύονται από την απόφαση Δ.Σ. ΕΟΦ 62060 ΦΕΚ 1586/Β'/30-9-2010.</li> <li>2. Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ</li> <li>3. ISO 9001 για παραγωγή αερίων και ειδικότερα O<sub>2</sub> ISO 9001για διανομή αερίων</li> </ol>	ΝΑΙ		
3	Να πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελληνικής Νομοθεσίας καθώς και τα προβλεπόμενα από την ΑΠ 10451/929/88 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 370/Β/9-6-88).	ΝΑΙ		
4	Η παράδοση των Ιατρικών Αερίων θα γίνεται εντός φιαλών κατά κανόνα εντός δύο εργάσιμων ημερών το αργότερο, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας, ενώ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης παράδοσης (εντός 24ώρου) με επιπλέον χρέωση.	ΝΑΙ		
5	Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τις άδειες φιάλες και να παραδίδει τις γεμάτες σε έναν συγκεκριμένο κατάλληλο και προσβάσιμο από όχημα του αναδόχου, χώρο που θα του υποδειχθεί εντός του Νοσοκομείου.	ΝΑΙ		
6	Η πίεση λειτουργίας των φιαλών πρέπει απαραίτητως να είναι 200 atm και η χωρητικότητα, διαφόρων μεγεθών για το οξυγόνο.	ΝΑΙ		
7	.Οι φιάλες θα πρέπει να είναι χρωματισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ε.Λ.Ο.Τ. και της Τ.Ο.ΤΕ.Ε. 2491/86 και του άρθρου 3 της Υ.Α. 1045/929/88 (ΦΕΚ 370Β/9-6-88) και τροποποίηση αυτής με την Υπ. Απόφ. 12502/206/89(ΦΕΚ 466/Β/13-6-89) και ειδικότερα: <input checked="" type="checkbox"/> Οξυγόνο: Άσπρο χρώμα λαιμός και σώμα με κλείστρο θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91mm και βήματος 1,814mm.	ΝΑΙ		
8	.Οι φιάλες ιδιοκτησίας των Νοσοκομείων θα πρέπει να εμφιαλώνονται και να ελέγχονται κάθε φορά πριν την εμφιάλωση προκειμένου να διαπιστώνεται η καταλληλότητά τους, με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, σύμφωνα με τις οδηγίες της EBETAM και της ΑΠ β 10451/929/88 Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 370Β/9-6-88. Στις	ΝΑΙ		

	<p>περιπτώσεις που απαιτείται, θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες:</p> <p>5. Έλεγχος υδραυλικής δοκιμής</p> <p>6. Αντικατάσταση κλείστρου. Τα κλείστρα θα είναι καινούργια και θα πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ</p> <p>7. Αντικατάσταση καλύπτρου ασφαλείας κλείστρου φιάλης</p> <p>8. Χρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ</p> <p>9. Υποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλων φιαλών ιατρικών αερίων (βάσει της Υ.Α Αριθ. Α.Π Β 10451/929/88-Άρθρο 14ο), κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του Νοσοκομείου ώστε να προβεί στις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών.</p>																					
9	Ο ανάδοχος θα προβαίνει σε όλους τους αντίστοιχους ελέγχους για τις φιάλες ιδιοκτησίας του αχρεωστήτως.	ΝΑΙ																				
10	<p>Η τιμή που θα δοθεί για το <u>αέριο οξυγόνο</u> θα είναι ανά <math>m^3</math> ή ανά φιάλη, ανάλογα με το μέγεθος και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Όνομασία</th> <th>Μέγεθος</th> <th>Τιμή</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Οξυγόνο ιατρικό</td> <td>έως <math>1 m^3</math></td> <td>€/φιάλη</td> </tr> <tr> <td>Οξυγόνο ιατρικό</td> <td>Από <math>1,1 m^3</math> έως και <math>2,1 m^3</math></td> <td>€/φιάλη</td> </tr> <tr> <td>Οξυγόνο ιατρικό</td> <td>Από <math>2,2 m^3</math> έως και <math>3,2 m^3</math></td> <td>€/φιάλη</td> </tr> <tr> <td>Οξυγόνο ιατρικό</td> <td>Από <math>3,3 m^3</math> έως και <math>4,3 m^3</math></td> <td>€/φιάλη</td> </tr> <tr> <td>Οξυγόνο ιατρικό</td> <td>Από <math>4,4 m^3</math> έως και <math>10,7 m^3</math></td> <td>€/ <math>m^3</math></td> </tr> </tbody> </table>	Όνομασία	Μέγεθος	Τιμή	Οξυγόνο ιατρικό	έως $1 m^3$	€/φιάλη	Οξυγόνο ιατρικό	Από $1,1 m^3$ έως και $2,1 m^3$	€/φιάλη	Οξυγόνο ιατρικό	Από $2,2 m^3$ έως και $3,2 m^3$	€/φιάλη	Οξυγόνο ιατρικό	Από $3,3 m^3$ έως και $4,3 m^3$	€/φιάλη	Οξυγόνο ιατρικό	Από $4,4 m^3$ έως και $10,7 m^3$	€/ $m^3$	ΝΑΙ		
Όνομασία	Μέγεθος	Τιμή																				
Οξυγόνο ιατρικό	έως $1 m^3$	€/φιάλη																				
Οξυγόνο ιατρικό	Από $1,1 m^3$ έως και $2,1 m^3$	€/φιάλη																				
Οξυγόνο ιατρικό	Από $2,2 m^3$ έως και $3,2 m^3$	€/φιάλη																				
Οξυγόνο ιατρικό	Από $3,3 m^3$ έως και $4,3 m^3$	€/φιάλη																				
Οξυγόνο ιατρικό	Από $4,4 m^3$ έως και $10,7 m^3$	€/ $m^3$																				
11	Η τιμή του μισθώματος των φιαλών θα δοθεί σε €/μήνα /φιάλη	ΝΑΙ																				
12	<p>Ο προμηθευτής θα αναφέρει το <u>αντίτιμο των παραπάνω εργασιών για τις φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου σε €/φιάλη ή σε €/τεμάχιο, ήτοι:</u></p> <p>12.1. <u>Υδραυλική δοκιμή €/φιάλη.</u></p> <p>12.2. <u>Αντικατάσταση κλείστρου €/φιάλη.</u></p> <p>12.3. <u>Βαφή φιάλης (Ηλεκτροστατική) €/φιάλη.</u></p> <p>12.4. <u>Υποχρεωτική αχρήστευση φιαλών €/φιάλη.</u></p> <p>12.5. <u>Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού καλύπτρου φιαλών €/φιάλη</u></p> <p>12.6. <u>Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού καλύπτρου φιαλών €/φιάλη.</u></p>	ΝΑΙ																				
13	Η διαδικασία παραλαβής των κενών φιαλών και παράδοσης γεμάτων θα είναι έγγραφη.	ΝΑΙ																				

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ	ΦΠΑ %	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ/ΕΙΔΟΣ

**Ημερομηνία, ...../...../2026**  
(Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου)