



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
5<sup>Η</sup>Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΜ/ΝΙΑ: 11.05.2026  
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4153

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ..... 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ  
ΠΛΗΡΟΦ. .... ΚΑΛΥΒΑ ΑΓΓ.  
ΤΗΛ. .... (22653) 50131  
E-MAIL ..... [diax2@gnamfissas.gr](mailto:diax2@gnamfissas.gr)

ΘΕΜΑ ➤ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ  
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
ΣΧΕΤ ➤ ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4074/08.05.2026 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και λοιπές τροποποιήσεις αυτού,
- το άρθρο 6 και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016,
- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Νοσοκομείου,

#### ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

#### ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν ενδεικτικές οικονομικές προσφορές, μέχρι την **ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026** στην ηλεκτρονική διεύθυνση [diax2@gnamfissas.gr](mailto:diax2@gnamfissas.gr) στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο έρευνας αγοράς, για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ**, (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι-CPV (1): 33168000-5 και ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ-CPV(2): 33162200-5.) σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Παρακαλούμε οι προσφορές να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών (εφόσον υπάρχει), και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον:

- Τιμή μονάδας και συνολική τιμή (πλέον ΦΠΑ)
- Διαθεσιμότητα και χρόνος παράδοσης
- Χρόνος ισχύος των προσφορών: τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες
- Πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 5<sup>ΗΣ</sup> ΥΠΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

#### Λοιπές διευκρινίσεις:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά τη διενέργεια έρευνας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την συλλογή στοιχείων και τον προσδιορισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού, και οι ενδεικτικές τιμές δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο ή για τον Οικονομικό φορέα.

Η μετέπειτα προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έχοντας ως κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής.

- 0 -  
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι - CPV (1) : 33168000-5

A/A	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΙΔΗ - CPV (1) : 33168000-5 ΕΙΔΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ.Μ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	<b>ΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΟΛΗΣ ΜΧ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ</b> Αυτόματος, μη αποσπώμενος ενδοσκοπικός σάκος για χρήση σε θύρα μεγαλύτερη των 10mm. Να διαθέτει βιολογικά φιλική ισχυρή σακούλα πολυουρεθάνης και εργονομικά σχεδιασμένη λαβή σε τυπικό άξονα διαμέτρου 10mm. Το υψηλής μνήμης υπερρεαλιστικό μεταλλικό σύρμα από Ni-Ti στο χείλος του σάκου εξασφαλίζει το μεγαλύτερο άνοιγμα του σάκου για να διευκολύνει την εύκολη ανάκτηση του δείγματος. Να διαθέτει αντιπεριστροφικό σχεδιασμό που αποτρέπει τη μετακίνηση του σάκου κατά την ανάκτηση του δείγματος. Να διαθέτει ματ μαύρο άξονα που αποτρέπει την παρεμβολή της αντανάκλασης. Να διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη : 100ml,200ml,400ml και 700ml, για την ανάκτηση ενδοσκοπικών δειγμάτων διαφορετικών ανατομικών μεγεθών στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Μήκος 330mm <b>(κωδ. 01-21-16-0001)</b>	65	TEM		- €
2	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ.</b> Ενδοσκοπική πλύση-αναρρόφηση σχεδιασμένη με οπτική και απτική ανατροφοδότηση κατά τη χρήση, με χρωματική κωδικοποίηση του σωλήνα, του συνδετικού εξαρτήματος και του εργαλείου χειρός. Το σύστημα να παράγεται με διπλή σύνδεση ακίδας σε δύο φιάλες/σακούλες. Να διαθέτει σχεδιασμό Flowquik για αδιάλειπτη ροή αναρρόφησης. Το σετ να είναι κατασκευασμένο από πλαστικούς σωλήνες μήκους 3m, χαμηλής μνήμης για να αποφεύγεται η συσπίρωση κατά τη χρήση. Το σετ σωλήνων να είναι 5 mm. <b>(κωδ.01-21-16-0002)</b>	65	TEM		- €
3	<b>ΛΑΒΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΚΤΗΡΕΣ Ti Μ.Χ. 20 (ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)</b> Ενδοσκοπικό εργαλείο απολίνωσης αγγείων χαμηλού προφίλ με 20 κλιπς τιτανίου medium/large με ειδική σχεδίαση για αποφυγή ολίσθησης του ιστού από το κλιπ και περιστρεφόμενο κατά 360° με στυλεό 10mm. Να διαθέτει ηχητική ένδειξη για τη σωστή σύγκλιση του κλιπ και η φόρτωση- πυροδότηση να γίνεται σε 2 στάδια. Να διαθέτει μετρητή χρησιμοποιημένων κλιπ. <b>(κωδ. 01-19-04-0035)</b>	85	TEM		- €
				ΣΥΝΟΛΟ	- €
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%</b>	- €

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ -CPV (2): 33162200-5

A/A	ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΙΔΗ CPV (2): 33162200-5 ΕΙΔΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤ Α	Μ.Μ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Η ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛ Ο ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	<b>ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΧ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</b> (Σωλήνας εμφύσησης CO2 με φίλτρο, θερμαινόμενος ) Το φίλτρο να είναι υδροφοβικό και από τις δυο πλευρές, να έχει ενσωματωμένο νήμα για τη θέρμανση του αερίου στους 37 °C ,να έχει δυνατότητα ροής αερίου έως 50L/min , να έχει μήκος 300cm , σε συσκευασία μιας χρήσης και να είναι πλήρως συμβατό για χρήση με τη συσκευή KARL STORZ ENDOFLATOR 50 <b>(κωδ. 01-19-05-0113)</b>	90	TEM		
2	<b>ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ ΛΕΠΤΩΝ ΙΣΤΩΝ 75mm.</b> <b>Ανταλλακτική κασέτα για τρία διαφορετικά πάχη ιστού στην ίδια κασέτα, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα, ισχυρά τρισδιάστατα (3D) κλιπ ύψους 4.3mm από κράμα τιτανίου και έξι γραμμές συρραφής 75mm. Να διαθέτει ύψος κλειστού κλιπ 1.5mm για κανονικούς/λεπτούς ιστούς, 1.8mm για ενδιάμεσους και 2.0mm για παχείς ιστούς.Να έχει 118 τρισδιάστατα κλιπ τιτανίου και μήκος 81mm.</b> <b>(κωδ.01-13-02-1018)</b>	30	TEM		
3	<b>ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ. Ευθύγραμμο, προφορτωμένο, επαναφορτιζόμενο εργαλείο</b> διατομής/αναστόμωσης μήκους 75mm με μήκος αναστόμωσης 76mm κα μήκος κασέτας 81mm. Να διαθέτει 118 τρισδιάστατα (3D) κλιπ ύψους 4.3mm από κράμα τιτανίου , με μηχανισμό ρύθμισης ύψους κλεισίματος κλιπ στην ίδια κασέτα.Να διαθέτει αντιολισθητική λαβή, ειδική προεξοχή στο εμπρόσθιο τμήμα του εργαλείου για την παράλληλη προ-συμπίεση των σιαγόνων του εργαλείου και δυνατότητα αμφίπλευρης πυροδότησης. Η εσωτερική πίεση της αναστόμωσης να μην είναι μικρότερη από 3.6 KPa. Να δέχεται κασέτες με έξι γραμμές συρραφής. Με μηχανισμό ασφαλείας μη πυροδότησης εάν δεν έχει ασφαλίσει ο μοχλός ευθυγράμμισης, χρησιμοποιημένης κασέτας ή λανθασμένης επαναπυροδότησης. <b>(κωδ.01-21-16-0004)</b>	15	TEM		
4	<b>ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΛΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕ 35 ΑΓΚΤΗΡΕΣ (κωδ.01-13-03-0007)</b>	500	TEM		
5	<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΧ Αποστειρωμένο.</b> Η ενεργοποίηση του να γίνεται μέσω ενός μεταλλικού δισκίου και να μην απαιτείται άλλη πηγή θέρμανσης. <b>Διαστάσεις 12*36cm (κωδ.01-19-05-0114)</b>	100	TEM		
				ΣΥΝΟΛΟ	- €
				<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%</b>	- €