



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ
«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ»
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
Τ.Κ 84100 ΣΥΡΟΣ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Γ. Παπανδρέου 2
Ερμούπολη-Σύρος Τ.Κ. 84100

Πληροφορίες : Α. Σιγάλα
Τηλ. : 2281360334
e-mail : asigala@vardakeio.gov.gr
Web Site : www.vardakeio.gov.gr

ΠΡΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ

Α. Ηρακλείου 424
14122 Ν. Ηράκλειο Αθήνα

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ**

Για τη σύναψη σύμβασης σε «Αποστειρωτικό Υλικό» (CPV38423100-7 Δείκτες πίεσης, 31682210-5 Όργανα και εξοπλισμός ελέγχου, 39831200-8 Απορρυπαντικά, 33198200-6 Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης, 35121300-1 Εξαρτήματα ασφαλείας, 30192800-9 Αυτοκόλλητες ετικέτες, 33198000-4 Νοσοκομειακά είδη από χαρτί, 30192110-5 Μελάνια, 44424200-0 Κολλητική ταινία, 33919000-5 Υποδοχές εργαλείων για χειρουργικά εργαλεία ή εξαρτήματα νεκρωσίας, 37442800-8 Λάστιχα και σχοινάκια αντίστασης & 39224000-8 Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη διαφόρων τύπων), προϋπολογιζόμενης **καθαρής αξίας €14.000,00**, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **μόνο βάσει τιμής**, δυνάμει του άρθ.118 του ν.4412/16, για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο».

Το Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο»

Έχοντας υπ' όψιν:

1. το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει. (Α' 147)
2. τη με Α.Π. 99864/15-12-2025 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 του ν. 4412/2016
3. τα υπ' αριθμ. 2, 3, 5 & 7/12-02-2026 Αιτήματα Αγοράς του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης για την προμήθεια «Αποστειρωτικού Υλικού» (ΑΔΑΜ: 26REQ018823722)

4. την με αριθ. πρωτ. 133/09-04-2026 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 68NM469070-71X ΑΔΑΜ: 26REQ018824038), με α/α 3644/09-04-2026, ως έγκριση των πρωτογενών αιτημάτων του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ.
5. την υπ' αριθμ. 54/395/10-02-2026 απόφαση της ΕΚΑΠΥ, για την έγκριση του ΕΠΣ 2026, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα αιτούμενα είδη
6. την έρευνα αγοράς που προηγήθηκε με κατάθεση προσφορών από τις εταιρείες V&L VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ, MEDIC PLAN ΑΕ & ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
7. την υπ' αριθ. 8/156/06-04-2026 Απόφαση ΔΣ Γενικού Νοσοκομείου Σύρου (ΑΔΑ: 9ΠΝΞ469070-ΑΓΕ), ως έγκριση για τη σκοπιμότητα & την αποστολή πρόσκλησης απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια σε «Αποστειρωτικό Υλικό» του Τμήματος Κεντρικής Αποστείρωσης του Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ στις ανωτέρω εταιρείες.
8. τη με αρ.πρωτ. 4305/04-05-2026 (ημ. αποστολής 24/04/2026) εκδήλωση ενδιαφέροντος της προαναφερόμενης εταιρείας για την αποστολή προσφοράς για την προμήθεια σε «Αποστειρωτικό Υλικό»

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για τους κάτωθι κωδικούς ειδών:

Α/Α	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΕΣ			
1	39748	1311	Εξωτερικός χημικός δείκτης ατμού	περίπου 2cm σύμφωνα με ISO 11140-1:2014 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Σήμανση σε εναρμονισμένη με κανονισμό MDR 2017/745	ταινία	20
2	32779	1311	Εσωτερικός χημικός δείκτης ατμού	121 C-134 C class 6 κινούμενη μελάνη, βάση ISO11140-1 σε MDR 2017/745 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Μήκος ταινίας περίπου ≥ 10 cm,ελεύθερος μόλυβδου και βαρέων μετάλλων	τεμ	2.000
3	33171	1311	Εσωτερικός χημικός δείκτης ελέγχου ποιότητας ατμού	Πολυπαραμετρικός τύπου class 4, ISO11140-1, σε MDR 2017/745 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Ελεύθερος μόλυβδου και βαρέων μετάλλων	τεμ	600
4	44257	1311	Βιολογικός δείκτης ωριαίας ερμηνείας	121-134 C ISO11138-1,3:2017 Συνοδεία επωαστήρα τουλάχιστον 8 θέσεων με ψηφιακό οπτικό σύστημα αντίστροφης μέτρησης για όλες τις θέσεις με οπτική και ηχητική ένδειξη αποτελεσμάτων και δυνατότητα εκτύπωσης αυτών ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Αμπούλες με σπόρους geobacillus-στεαροθερμόφιλους pH 1×10^6 , με αυτοκόλλητη ετικέτα χημικού δείκτη 1 ISO11140-1:2014	τεμ	650
5	45123	1311	Βιολογικός δείκτης 20λεπτης ερμηνείας	121-135-C σύμφωνα με ISO11138-1,3:2017 Συνοδεία επωαστήρα τουλάχιστον 8 θέσεων με ψηφιακό οπτικό σύστημα αντίστροφης μέτρησης για όλες τις θέσεις με οπτική και ηχητική ένδειξη αποτελεσμάτων και δυνατότητα εκτύπωσης αυτών ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Αμπούλες με σπόρους geobacillus-στεαροθερμόφιλους pH 1×10^6 , με αυτοκόλλητη ετικέτα χημικού δείκτη 1 ISO11140-1:2014	τεμ	300

26PROC019011985 2026-05-14

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΕΣ			
6	43880	1311	Δείκτης ελέγχου πλυντηρίου	Σύμφωνο με ISO15883-5 και πιστοποιητικό διασφάλισης κατασκευαστή κατά ISO13485 ή δυνατόν αυτοκόλλητος για εύκολη αρχειοθέτηση ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Να συνοδεύεται με ανοξειδωτη βάση τοποθέτησης στήριξης του δείκτη	τεμ	600
7	45124	1311	Γενικός δείκτης ελέγχου υγιεινής επιφανειών	Σύμφωνο με ISO15883-1 (2006) και πιστοποιητικό διασφάλισης κατασκευαστή ISO13485	τεμ	100
8	32780	1311	BOWIE and DICK test	Σύμφωνο με ISO11140-1,4 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Να ανήκει στους δείκτες τύπου 2 κατά ISO11140-1,4 Να αποτελείται από ένα φύλλο δείκτη σήμανσης και καταγραφής σημείων αποστείρωσης με χημική μελάνη χωρίς μόλυβδο και βαρέα μέταλλα στο μέσω μιας στοιβάδα ανακυκλώσιμο χαρτί με έλεγχο όλων των παραμέτρων κλιβανισμού	τεμ.	350
			ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ			
9	33058	1351	Απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων για πλυντήρια (υγρή μορφή) 5Λ.	Σύμφωνο με ISO9001,13485,14001 και οι απαιτούμενες βάση ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας εγκρίσεις(ce, ε.μ.χ.π,ΕΟΦ ΕΟΦ ή να υπάρχει δυνατότητα χρήσης του χωρίς ουδετεροποιητή ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Να είναι συμβατό με το ουδετεροποιητικό και το διαβρεχτικό πλύσεων.	λίτρα	50
10	35691	1311	Ουδετεροποιητικό	Σύμφωνο με ISO9001,13485,14001 και τις απαιτούμενες βάση ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας εγκρίσεις(ce, ε.μ.χ.π,ΕΟΦ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Υγρή μορφή 5Λ, να είναι συμβατό με το απορρυπαντικό και λαμπριντικό-στεγνωτικό.	λίτρα	15
11	44582	1381	Λαμπριντικό-στεγνωτικό	Σύμφωνο με το πρότυπο εν ευρωπαϊκής νομοθεσίας ISO10993-1, ISO9001,13485,14001 και οι απαιτούμενες βάση ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας εγκρίσεις(ce, ε.μ.χ.π, ΕΟΦ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Σε υγρή μορφή 5λ να είναι συμβατό με το απορρυπαντικό και το ουδετεροποιητικό	λίτρα	10
12	27194	1351	Απορρυπαντικό-απολυμαντικό χειρουργικών εργαλείων για πλύσιμο στο χέρι	υγρή μορφή 5Λ με δοσομετρική αντλία βάση ευρωπαϊκών προτύπων εν13727 και 14561 ως βακτηριοκτόνο, εν13624 μυκητοκτόνο, εν 14562 βιοκτόνο(HIV-HBV-HCV) σύμφωνα με εν 14476και εν 17111 σε χρόνο έως 15 λεπτά ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.	λίτρα	70
13	27198	1311	Λιπαντικό σπρέι χειρουργικών εργαλείων (600-750ml)	Λιπαντικό σε μορφή σπρέι για ψεκασμό των αρθρώσεων χειρουργικών εργαλείων υψηλή συγκέντρωση ≥25% σε ιατρικά λευκά έλαια φαρμακευτικής ποιότητας, να μην περιέχει σιλκόνη, σύμφωνα με το ISO10993-1 , ISO9001,13485,14001 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.	τεμ.	4
			ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	Συμφώνως προς BS EN ISO 11607-1 (EN 868) Ιατρικό χαρτί και πλαστικό διαφανές φιλμ		
			ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ			
14	35466	1311	Μάρτυρες ανά 15 cm. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί.	5cm X 200m	ρολλό	3

26PROC019011985 2026-05-14

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Συμφώνως προς BS EN ISO 11607-1 (EN 868) Ιατρικό χαρτί και πλαστικό διαφανές φιλμ		
			ΜΕ πιέτα			
15	36908	1311		75cm X 100m	ρολλό	25
16	35972	1311		10cm X 100m	ρολλό	30
17	35973	1311		15cm X 100m	ρολλό	100
18	18145	1311		20cm X 100m	ρολλό	20
19	23565	1311		25cm X 100m	ρολλό	3
20	23566	1311		30cm X 100m	ρολλό	2
21	35213	1311		40cm X 100m	ρολλό	2
			ΑΣΦΑΛΕΙΑ CONTAINERS - ΕΤΙΚΕΤΕΣ			
22	45127	1311	Ασφάλειες για κυτία αποστείρωσης Samo	Μήκος μπάρας 4,5 cm, από ισχυρό βιοσυμβατό πλαστικό ιατρικής ποιότητας ή πλαστικοποιημένο χαρτί υψηλής αντοχής με χημικό δείκτη ISO 11140, σύμφωνα με ευρωπαϊκή νομοθεσία 10993 και πιστοποιητικό ασφάλειας κατασκευαστή ISO13485	τεμ.	1.000
23	45128	1311	Ασφάλειες για container τύπου Martin	Σύμφωνα με ευρωπαϊκή νομοθεσία 10993 και πιστοποιητικό ασφάλειας κατά κατασκευαστή ISO13485 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Τάπα, από ισχυρό βιοσυμβατό πλαστικό ιατρικής ποιότητας	τεμ.	1.000
24	45129	1311	Ασφάλειες για containers martin συρταρωτό	Σύμφωνα με ευρωπαϊκή νομοθεσία 109923 και πιστοποιητικό ασφάλειας κατά κατασκευαστή ISO13485 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Από ισχυρό βιοσυμβατό πλαστικό ιατρικής ποιότητας	τεμ.	500
25	34975	1261	Ετικέτες κυτίων αποστείρωσης με δείκτη ατμού	Να εναρμονίζεται με την Ε.Ν 11140-1 και ISO 13485 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Διαστάσεως 4x67mm	τεμ.	1.000
26	45126	1261	Ετικέτες κυτίων αποστείρωσης με δείκτη ατμού αυτοκόλλητες	Διαστάσεως 45x60mm ±5mm, να εναρμονίζεται με το Ε.Ν 11140-1 και ISO13485 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Αυτοκόλλητη μη τοξική	τεμ.	1.000
			ΦΙΛΤΡΑ - ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ			
27	36545	1311	Φίλτρο χάρτινο στρογγυλό	Να είναι σύμφωνος με ISO11140-1, να έχει σήμανση ce και να φέρει τον ISO 13485 ασφάλειας κατά κατασκευαστή ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. 190mm με δείκτη ατμού που να αλλάζει χρώμα	τεμ.	1.000
28	34974	1311	Φίλτρο χάρτινο τετράγωνο	Να είναι σύμφωνος με ISO11140-1, να έχει σήμανση ce και να φέρει τον ISO13485 ασφάλειας κατά κατασκευαστή ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. 230mm x 230mm με δείκτη ατμού που να αλλάζει χρώμα	τεμ.	500
29	34972	1311	Φίλτρο χάρτινο τετράγωνο με 2 οπές	Να είναι σύμφωνος με ISO11140-1, να έχει σήμανση ce και να φέρει τον ISO ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. 230mmx230mm Με δυο οπές με δείκτη ατμού που να αλλάζει χρώμα	τεμ.	500

26PROC019011985 2026-05-14

Α/Α	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΦΙΛΤΡΑ - ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ			
30	35674	1311	Χαρτί non woven εναλλασσόμενο	Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές- συμφώνως προς ISO 11607-1 EN 868- και να διαθέτει CE. ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. 75x75cm Υδρόφοβο και αντιστατικό ελεύθερο χημικών ερεθιστικών ουσιών όπως λατέξ, μαλακό και ανθεκτικό στις καταπονήσεις.	τεμ.	2.500
31	31845	1311	Χαρτί non woven εναλλασσόμενο	Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές- συμφώνως προς ISO 11607-1 EN 868- και να διαθέτει CE ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. 100x100cm Υδρόφοβο και αντιστατικό ελεύθερο χημικών ερεθιστικών ουσιών όπως λατέξ, μαλακό και ανθεκτικό στις καταπονήσεις.	τεμ.	1.000
32	36900	1311	Χαρτί non woven εναλλασσόμενο	Πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές- συμφώνως προς ISO 11607-1 EN 868- και διαθέτει CE. ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. 120x120cm Υδρόφοβο και αντιστατικό ελεύθερο χημικών ερεθιστικών ουσιών όπως λατέξ, μαλακό και ανθεκτικό στις καταπονήσεις	τεμ.	800
33	47183	1311	Χαρτί non woven εναλλασσόμενο	Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές και να είναι σύμφωνος προς ISO 11607-1 EN 868- και να διαθέτει CE ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Υδρόφοβο και αντιστατικό ελεύθερο χημικών ερεθιστικών ουσιών όπως λατέξ, μαλακό και ανθεκτικό στις καταπονήσεις (βάρος 75gr) 140x140cm για βαριά φορτία.	φύλλα	240
34	33175	1311	Χαρτί επίστρωσης δίσκων trayliner	κατά EN ISO 11607-1 κατασκευαστικό ISO 13 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Αντιστατικό ελεύθερο latex με ταχεία και υψηλή απορροφητικότητα της υγρασίας κατάλληλο για κλιβάνους ατμού και πλάσματος 50cmx25cm	τεμ.	1.600
35	33172	1311	Κάρτα ελέγχου φορτίου αποστείρωσης με δείκτη ατμού	Σύμφωνα με ISO13485/16	καρτέλες	500
36	33173	1261	Ετικέτες ιχνηλασιμότητας τριών (3) γραμμών με χημικό δείκτη κατά ISO 11140	ISO9001 Να συνοδεύεται από ετικετογράφο με δωρεάν παραχώρηση	τεμ.	15
37	36697	1731	Μελάνι ετικετογράφου		τεμ.	1
			ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ			
			Ταινίες	ISO13485/16		
38	37671	1261	Ταινία μαρκαρίσματος εργαλείων (ανθεκτική στον κλιβάνο ατμού)	Συμβατές με 121Co – 134Co ISO13485 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Ελεύθερες φυσικού latex	καρτέλες	10
39	37672	1311	Θήκη προστασίας εργαλείων 3mm	Κατά ISO:13485	τεμ.	100
40	37673	1311	Θήκη προστασίας εργαλείων 4mm	Κατά ISO:13485	τεμ.	100
41	37674	1311	Θήκη προστασίας εργαλείων 5mm	Κατά ISO:13485	τεμ.	100
42	37675	1311	Θήκη προστασίας εργαλείων 6mm	Κατά ISO:13485	τεμ.	100
			Λάστιχα	Κατά ISO13485/16 του παραγωγού. Υψηλής αντοχής, ώστε να αντέχουν τις κοινές τεχνικές απολύμανσης και αποστείρωσης έως 134°C		
43	45130	1899	Λάστιχα σιλικόνης για περιέδση εργαλείων	μήκους 21cm	τεμ.	300
44	45131	1899	Λάστιχα σιλικόνης για περιέδση εργαλείων	μήκους 11cm	τεμ.	200

26PROC019011985 2026-05-14

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ			
			Βούρτσες καθαρισμού εργαλείων (τύπου οδοντόβουρτσας)	ISO13485/16, CE2017/745		
45	45138	1899		Μαλακή, Ανοξειδωτη τρίχα	τεμ.	3
			Βούρτσες καθαρισμού εργαλείων (τύπου οδοντόβουρτσας)	ISO13485/16, CE2017/745		
46	45139	1899		ορειχάλκινη τρίχα	τεμ.	3
47	45140	1899		Ανοξειδωτη τρίχα	τεμ.	3
			Βούρτσες καθαρισμού αυλωτών εργαλείων	με νάυλον τρίχες (ISO13485/16, CE2017/745)		
48	45134	1899	19ch	2mm x 19mm x 300mm	τεμ.	2
49	45135	1899	21ch	3mm x 70mm x 300mm	τεμ.	2
50	45136	1899		4mm x 19mm x 300mm	τεμ.	2
51	45137	1899	24ch	8mm x 76mm x 600-610mm	τεμ.	2
			Αναλώσιμα προστατευτικά/καθαριστικά	ISO13485/16		
52	45142	1381	Αφρός εργαλείων ενζυματικός	CE14001 για Rimmers	τεμ.	4
53	45141	1381	Spray αφαίρεσης υπλειμμάτων κόλλας		τεμ.	1
54	33933	1311	Σπρέι με λάδι για inox επιφάνειες	CE 14001 ISO9001-14001	ΤΕΜ ΤΩΝ 750ml	3

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΕΧΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ**ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΕΣ			
1	39748	1311	Εξωτερικός χημικός δείκτης ατμού	περίπου 2cm σύμφωνα με ISO 11140-1:2014 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Σήμανση σε εναρμονισμένη με κανονισμό MDR 2017/745	ταινία	20

Εξωτερική αυτοκόλλητη ταινία αποστείρωσης σε ατμό, με χημικό δείκτη, απότομης χρωματικής αλλαγής και πλάτους 20mm περίπου (¾ inc.).

Η ταινία να εναρμονίζεται με το πρότυπο EN ISO 11140-1:2014, που αφορά "δείκτες διαδικασίας" κατηγορία 1.

Να φέρει χημικό δείκτη τυπωμένο διαγώνια που θα αλλάζει ευκρινώς χρώμα κατά την διαδικασία αποστείρωσης.

Να μην αφήνει υπολείμματα κόλλας στο λινό ιματισμό.

Η κόλλα να είναι χωρίς διαλύτες, ο δείκτης να είναι ελεύθερος μόλυβδου και βαρέων μετάλλων και η ταινία να μην περιέχει φυσικό λάτεξ.

Το χαρτί κατασκευής να είναι κρεπ, για να μην ξεκολλά κατά την φάση του κενού στη διάγνωση του πακέτου.

Να ξετυλιγεται εύκολα από το ρολό, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας.

Να είναι τυπωμένη η ημερομηνία λήξης αποθήκευσης του προϊόντος και του αποστειρωτικού μέσου στο εσωτερικό κάθε ρολού.

Να φέρει σήμανση CE σε εναρμόνιση με τον κανονισμό MDR 2017/745 και να κατατεθεί αντίγραφο.

Κάθε ρολό να είναι συσκευασμένο ξεχωριστά για μεγαλύτερη προστασία.

Να αναγράφεται στην προσφορά το πλάτος και το μήκος της ταινίας ανά ρολό.

26PROC019011985 2026-05-14

Κάθε ρολό να φέρει τυπωμένα: Την ένδειξη για την μέθοδο αποστείρωση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί. Το όνομα του προϊόντος και τον κατασκευαστή.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΕΣ			
2	32779	1311	Εσωτερικός χημικός δείκτης ατμού	121 C-134 C Type 6 κινούμενη μελάνη, βάση ISO11140-1 ce MDR 2017/745 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Μήκος ταινίας περίπου $\geq 10\text{cm}$, ελεύθερος μολύβδου και βαρέων μετάλλων	τεμ.	2.000

Να είναι κατάλληλος για προγράμματα αποστείρωσης των κλιβάνων που διαθέτει η Κ. Αποστείρωση του νοσοκομείου στους 7min 134oC και 20min 121oC. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται με ακρίβεια στις καθορισμένες παραμέτρους χρόνου, θερμοκρασίας και κορεσμού του ατμού, προσομοιώνοντας τις συνθήκες αποστείρωσης σύμφωνα με την λειτουργία των κλιβάνων. Να είναι αυτοκόλλητος ώστε να μπορεί να αρχειοθετηθεί στον φάκελο του ασθενούς. Να φέρει πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα τρίτου μέρους, όπως π.χ BSI (British Standards Institution) ή ισοδύναμου ευρωπαϊκού ή διεθνούς φορέα πιστοποίησης. Η πιστοποίηση θα πρέπει να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με το πρότυπο ISO 11140-1 για δείκτες τύπου 6 (TYPE 6). Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό MDR 745/2017 και να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Να είναι ελεύθερος μολύβδου, βαρέων μετάλλων και latex.

Να κατατίθεται φυλλάδιο οδηγιών χρήσης του δείκτη.

Να κατατεθούν για την τεχνική αξιολόγηση του είδους, επί ποιινή απόρριψης σε περίπτωση μη προσκόμισης τους, τα εξής δικαιολογητικά: το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο του προϊόντος με την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, αντίγραφο του CE, αντίγραφο της ετικέτας, οδηγίες χρήσης, αντίγραφο της καταχώρησης στον Ε.Ο.Φ (μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων), αντίγραφο της εν ισχύ πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα τρίτου μέρους και το εν ισχύ πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας του κατασκευαστή και του διανομέα κατά ISO 13485:2016 καθώς και ότι άλλο ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΕΣ			
5	45123	1311	Βιολογικός δείκτης 20λεπτης ερμηνείας	121-135°C σύμφωνα με ISO11138-1,3:2017 Συνοδεία επωαστήρα τουλάχιστον 8 θέσεων με ψηφιακό οπτικό σύστημα αντίστροφης μέτρησης για όλες τις θέσεις με οπτική και ηχητική ένδειξη αποτελεσμάτων και δυνατότητα εκτύπωσης αυτών ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Αμπούλες με σπόρους geobacillus-στεαροθερμόφιλους pH 1x10 ⁶ , με αυτοκόλλητη ετικέτα χημικού δείκτη 1 ISO11140-1:2014	τεμ.	300

Βιολογικοί δείκτες ταχείας ερμηνείας για κύκλους σε κλιβάνους ατμού σε κλιβάνους ατμού με δυναμική αφαίρεση αέρα(κενού) στους 121oC έως 135oC . Να είναι άμεσης επώασης μετά την αποστείρωση και τα αποτελέσματα της επώασης να παρέχονται σε 15-20 λεπτά το μέγιστο. Οι βιολογικοί δείκτες να αποτελούνται από αμπούλες που περιέχουν σπόρους του γένους Geobacillus stearothermophilus σε πληθυσμό τουλάχιστον 1.0×10^6 . Εξωτερικώς να υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα με χημικό δείκτη τύπου 1 (TYPE 1) κατά το ISO 11140- 1:2014, με καταγεγραμμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του βιολογικού δείκτη για την ιχνηλάτηση του είδους. Για την ενεργοποίηση του βιολογικού δείκτη να μην απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός. Οι βιολογικοί δείκτες να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 11138-1:2017, EN ISO 11138-3:2017 και ISO 11140-1:2014 (για τον χημικό δείκτη) και να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό του κατασκευαστή. Ο παραγωγός να φέρει πιστοποίηση για την παραγωγή σύμφωνα με το ISO 9001:2015. Να συνοδεύεται από

26PROC019011985 2026-05-14

επωαστήρα που θα διαθέτει τουλάχιστον 8 θέσεις επώασης, με οθόνη LCD για γρήγορη και εύκολη ερμηνεία των αποτελεσμάτων, με ψηφιακό οπτικό σύστημα αντίστροφης μέτρησης του χρόνου για κάθε θέση επώασης και δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με εκτυπωτή. Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) τεχνικό φυλλάδιο του επωαστήρα με την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά. Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τον παρεχόμενο εξοπλισμό εντός 24ωρου στην οποία θα περιλαμβάνεται και η αντικατάστασή του, όταν χρειάζεται, το ανωτέρω να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση. Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους τα εξής: το ξενόγλωσσο φυλλάδιο του προϊόντος και οι οδηγίες χρήσης του προϊόντος με την μετάφραση τους στα Ελληνικά, το πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001:2015 και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΕΣ			
6	43880	1311	Δείκτης ελέγχου πλυντηρίου	Σύμφωνο με ISO15883-5 και πιστοποιητικό διασφάλισης κατασκευαστή κατά ISO13485 ή δυνατόν αυτοκόλλητος για εύκολη αρχειοθέτηση ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Να συνοδεύεται με ανοξείδωτη βάση τοποθέτησης στήριξης του δείκτη	τεμ.	600

Δείκτης ελέγχου της καθαρότητας των αντικειμένων πλύσης και της σωστής λειτουργίας των αυτόματων πλυντηρίων χειρουργικών εργαλείων. Να είναι μιας χρήσεως, αποτελούμενος από υποστρώματα – κηλίδες με ρύπο έντονου κόκκινου χρώματος που περιέχει πρωτεΐνες, λιπίδια και πολυσακχαρίτες ώστε να προσομοιώνει ρεαλιστικά οργανικά κατάλοιπα. Ο δείκτης να διαθέτει τέσσερις επιφάνειες πρόκλησης και σε συνδυασμό με την ανοξείδωτου χάλυβα βάση στήριξης, να προσομοιάζει τις συνθήκες απορρύπανσης των εύκολων αλλά και δύσκολων σημείων καθαρισμού των χειρουργικών εργαλείων π.χ. αρθρώσεις, αυλοί κτλ., παρέχοντας πρόκληση καθαρισμού από πολλαπλές κατευθύνσεις (τουλάχιστον τέσσερις). Οι δείκτες να παρακολουθούν όλες τις παραμέτρους όπως η μηχανική δράση, η αποτελεσματικότητα του απορρυπαντικού, ο χρόνος του κύκλου πλύσης και η θερμοκρασία και να είναι σύμφωνος με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN 15883-5 για τα test οργανικού ρύπου(test soils) σε πλυντήρια-απολυμαντές. Το προϊόν να μην περιέχει προϊόντα αίματος. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με Ευρωπαϊκό κανονισμό MDR 745/2017. Απαραίτητη η τεχνική υποστήριξη του υλικού από αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας, για συνεργασία με τους χρήστες και τους τεχνικούς των πλυντηρίων, για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων στα αποτελέσματα του δείκτη εντός 24 ωρών στον τόπο χρήσης –νοσοκομείο,(να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση). Να κατατεθούν για την τεχνική αξιολόγηση του είδους, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς σε μη προσκόμιση τους, τα εξής δικαιολογητικά: το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος με την ελληνική μετάφραση, δείγμα του προϊόντος και της βάσης, αντίγραφο του CE σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό MDR 2017/745 με σαφή αναφορά στον κωδικό του προσφερόμενου προϊόντος, αντίγραφο της καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ, οδηγίες χρήσης, το εν ισχύ πιστοποιητικό διαχείρισης της ποιότητας του κατασκευαστή και του διανομέα κατά ISO 13485 καθώς και ότι άλλο ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΕΣ			
7	45124	1311	Γενικός δείκτης ελέγχου υγιεινής επιφανειών	Σύμφωνο με ISO15883-1 (2006) και πιστοποιητικό διασφάλισης κατασκευαστή ISO13485	τεμ.	100

26PROC019011985 2026-05-14

Να είναι έτοιμος προς χρήση στυλεός με δυνατότητα ανίχνευσης υπολειμμάτων πρωτεΐνης. Να είναι άμεσου αποτελέσματος μετά την εφαρμογή, με τον χρόνο ανάδειξης του αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 sec. Να ανιχνεύει υπολείμματα ορατών αλλά και αόρατης πρωτεΐνης $\geq 1\mu\text{g}$. Να μην απαιτείται επώαση ή η χρήση πρόσθετου εξοπλισμού για την χρήση του στυλεού. Να συνοδεύεται από το τεχνικό φυλλάδιο και τις οδηγίες χρήσης του στα Ελληνικά

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΔΕΙΚΤΕΣ			
8	32780	1311	BOWIE and DICK test	Σύμφωνο με ISO11140-1,4 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Να ανήκει στους δείκτες τύπου 2 κατά ISO11140-1,4 Να αποτελείται από ένα φύλλο δείκτη σήμανσης και καταγραφής σημείων αποστείρωσης με χημική μελάνη χωρίς μόλυβδο και βαρέα μέταλλα στο μέσο μιας στοιβάδα ανακυκλώσιμο χαρτί με έλεγχο όλων των παραμέτρων κλιβανισμού	τεμ.	350

- Έτοιμο πακέτο ελέγχου Bowie & Dick, μιας χρήσεως, για τον έλεγχο σωστής λειτουργίας των κλιβάνων ατμού και της επίτευξης των παραμέτρων κλιβανισμού (χρόνος, θερμοκρασία, ατμός).
- Το πακέτο να έχει εξωτερικό χημικό δείκτη ένδειξης κλιβανισμού σε ατμό.
- Να αποτελείται από τουλάχιστον 300 φύλλα, στο ενδιάμεσο των οποίων να είναι ο δείκτης ελέγχου από ειδικό φύλλο σήμανσης .
- Η μελάνη να είναι ελεύθερη βαρέων μετάλλων, latex και φθαλικών ενώσεων.
- Ο δείκτης να ανήκει στους δείκτες τύπου 2 (TYPE 2) κατά ISO 11140-4 και να φέρει πιστοποίηση συμμόρφωσης από ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποίησης τρίτου μέρους, ο οποίος είναι διαπιστευμένος από αναγνωρισμένο εθνικό φορέα διαπίστευσης. Ο εν λόγω φορέας διαπίστευσης θα πρέπει να είναι διεθνώς αναγνωρισμένος, μέλος του IAF (International Accreditation Forum) ή/και του EA (European Cooperation for Accreditation). Επί ποινή απόρριψης να κατατεθεί αντίγραφο του εν ισχύ πιστοποιητικού για το είδος.
- Στο πακέτο εξωτερικά να αναγράφονται, οι συνθήκες για τον κύκλο ελέγχου, ημερομηνία παραγωγής/λήξης, αριθμός παρτίδας, ο ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης κ.α.
- Να συνοδεύεται από πίνακα σφαλμάτων και πιθανών αιτιών πρόκλησης αυτών. Απαραίτητη η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης του υλικού από αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας για επίλυση τυχόν προβλημάτων του δείκτη εντός 24 ωρών και στην έδρα των μηχανημάτων (να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση).
- Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό MDR 745/2017.
- Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το EN ISO 11140-4 Τύπου 2 (Type 2).
- Να κατατεθούν για την τεχνική αξιολόγηση του είδους, επί ποινή απόρριψης σε μη προσκόμιση τους τα εξής δικαιολογητικά στα Αγγλικά με την πιστή τους μετάφραση στα Ελληνικά : το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο του προϊόντος με την μετάφραση του στα Ελληνικά με αναφορά στους προσφερόμενους εργοστασιακούς κωδικούς, το CE του προϊόντος σε εναρμόνιση με τον κανονισμό MDR 2017/745, αντίγραφο της καταχώρησης του προϊόντος στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ., αντίγραφο της ετικέτας, το ισχύον πιστοποιητικό διαχείρισης της ποιότητας του κατασκευαστή και του διανομέα κατά ISO 13485:2016, δείγμα καθώς και ότι άλλο ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ			
9	33058	1351	Απορρυπαντικό χειρουργικών εργαλείων για πλυντήρια (υγρή μορφή) 5L.	Σύμφωνο με ISO9001,13485,14001 και οι απαιτούμενες βάση ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας εγκρίσεις (ce, ε.μ.χ.π.,ΕΟΦ ΕΟΦ ή να υπάρχει δυνατότητα χρήσης του χωρίς ουδετεροποιητή ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Να είναι συμβατό με το ουδετεροποιητικό και το διαβρεχτικό πλύσεων.	λίτρα	50

Να περιέχει ανιονικά και μη ιονικά τασιενεργά με την προσθήκη ενζύμων σε pH διαλύματος >10 (όχι μεγαλύτερο όμως του 12) ώστε να διαλύει το βιολογικό φορτίο σε λίγο χρόνο από τα δύσκολα σημεία των εργαλείων π.χ. από τις αρθρώσεις και τους αυλούς.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την χρήση ουδετεροποιητικού υγρού.

Να μην προκαλεί καμία είδους αλλοίωση σε πλυντήρια και εργαλεία (διαβρώσεις, αποχρωματισμούς κ.λπ) και να κατατεθούν για το προσφερόμενο προϊόν πιστοποιήσεις συμβατότητας επίσημων κατασκευαστών εργαλείων και πλυντηρίων επί ποινή απόρριψης.

Να είναι συμβατό με το διαβρεκτικό και το ουδετεροποιητικό χρήσης.

Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή με σαφή ονομασία των προϊόντων που είναι συμβατό.

Να διαθέτει σήμανση CE, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον απαιτείται βάση επισήμανσης και καταχώρηση στον Ε.Ο.Φ βάση της ισχύουσας νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Να δίνεται η τιμή πυκνού προϊόντος καθώς και η τιμή έτοιμου λίτρου διαλύματος μετά την προτεινόμενη κατασκευαστική αραιώση.

Να κατατεθούν επιπροσθέτως για την αξιολόγηση του είδους και επί ποινή απόρριψης σε μη κατάθεση τους τα εξής:

α) το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος (Αγγλικό με την πιστή Ελληνική μετάφραση)

β) το εν ισχύ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την Κανονισμό EC 1907/2006 και το CLP (Αγγλικό με την πιστή Ελληνική μετάφραση)

γ) τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή ISO 13485, ISO 14001(Αγγλικό με την πιστή Ελληνική μετάφραση)

δ) οι απαιτούμενες βάση Ελληνική και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας εγκρίσεις (CE, Ε.Μ.Χ.Π, Ε.Ο.Φ κ.λπ) καθώς και ότι άλλο ζητείτε από τις προδιαγραφές του είδους.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ	
			ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10	35691	1311	Ουδετεροποιητικό	Σύμφωνα με ISO9001,13485,14001 και τις απαιτούμενες βάση ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας εγκρίσεις (ce, ε.μ.χ.π,ΕΟΦ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Υγρή μορφή 5L, να είναι συμβατό με το απορρυπαντικό και λαμπριντικό-στεγνωτικό.	λίτρα	15	

Να είναι συμπυκνωμένο όξινο υγρό, κατάλληλο για την ουδετεροποίηση των αλκαλικών υπολειμμάτων.

Να περιέχει οργανικά οξέα άνω του 40%.

Χωρίς φωσφορικά και νιτρικά οξέα.

Χωρίς τασιενεργά για εύκολο ξέβγαλμα χωρίς υπολείμματα.

Να διαθέτει σήμανση CE και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον απαιτείται π.χ εάν επισημαίνεται .

Να είναι συμβατό με το απορρυπαντικό και το διαβρεκτικό χρήσης.

Να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή με σαφή ονομασία των προϊόντων που είναι συμβατό.

Να διαθέτει σήμανση CE, καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π εφόσον απαιτείται βάση επισήμανσης και καταχώρηση στον Ε.Ο.Φ βάση της ισχύουσας νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Να δίνεται η τιμή πυκνού προϊόντος καθώς και η τιμή έτοιμου λίτρου διαλύματος μετά την προτεινόμενη κατασκευαστική αραιώση.

Να κατατεθούν επιπροσθέτως για την αξιολόγηση του είδους και επί ποινή απόρριψης σε μη κατάθεση τους τα εξής:

α) το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος (Αγγλικό με την πιστή Ελληνική μετάφραση)

β) το εν ισχύ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την Κανονισμό EC 1907/2006 και το CLP (Αγγλικό με την πιστή Ελληνική μετάφραση)

γ) τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001(Αγγλικό με την πιστή Ελληνική μετάφραση)

δ) οι απαιτούμενες βάση Ελληνική και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας εγκρίσεις (CE, Ε.Μ.Χ.Π, Ε.Ο.Φ κ.λπ) καθώς και ότι άλλο ζητείτε από τις προδιαγραφές του είδους.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ			
11	44582	1381	Λαμπρυντικό-στεγνωτικό	Σύμφωνα με το πρότυπο εν ευρωπαϊκής νομοθεσίας ISO10993-1, ISO9001,13485,14001 και οι απαιτούμενες βάση ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας εγκρίσεις (σε, ε.μ.χ.π, ΕΟΦ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Σε υγρή μορφή 5λ να είναι συμβατό με το απορρυπαντικό και το ουδετεροποιητικό	λίτρα	10

Υγρό συμπυκνωμένο διαβρεκτικό για χειρουργικά εργαλεία που καθαρίζονται σε αυτόματα πλυντήρια.

Να περιέχει μίγμα μη ιονικών τασιενεργών σε υψηλή περιεκτικότητα 15-30%, με προσθήκη οργανικών οξέων σε ελαφρά όξινο pH διαλύματος ≈4, ώστε να βοηθάει στο στέγνωμα των χειρουργικών εργαλείων μειώνοντας τον χρόνο και την θερμοκρασία στεγνώματος ενώ ταυτόχρονα να ουδετεροποιεί τα πιθανά αλκαλικά υπολείμματα από την φάση της πλύσης.

Να ξεπλένεται εύκολα και να μην αφήνει στίγματα στα χειρουργικά εργαλεία, κατάλληλο για χρήση και με αποσκληρωμένο νερό.

Να διαθέτει σήμανση CE, καταχώρηση στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ και στο ΕΜΧΠ. Να κατατεθούν αντίγραφα των καταχωρήσεων.

Να είναι βιοσυμβατό σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 10993-1 και να μην επηρεάζει τα χειρουργικά εργαλεία και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Να κατατεθεί η τεκμηρίωση.

Να είναι συμβατό με το απορρυπαντικό και ουδετεροποιητικό χρήσης και να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή με τις ονομασίες των προϊόντων.

Να δίνεται η τιμή πυκνού προϊόντος καθώς και η τιμή έτοιμου λίτρου διαλύματος μετά την προτεινόμενη κατασκευαστική αραιώση.

Να κατατεθούν επιπροσθέτως για την αξιολόγηση του είδους και επί ποιινή απόρριψης σε μη κατάθεση τους τα εξής:

α) το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος (Αγγλικό με την πιστή Ελληνική μετάφραση)

β) το εν ισχύ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την Κανονισμό EC 1907/2006 και το CLP (Αγγλικό με την πιστή Ελληνική μετάφραση)

γ) τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001(Αγγλικό με την πιστή Ελληνική μετάφραση)

δ) οι απαιτούμενες βάση Ελληνική και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας εγκρίσεις (CE, Ε.Μ.Χ.Π, Ε.Ο.Φ κ.λπ) καθώς και ότι άλλο ζητείτε από τις προδιαγραφές του είδους.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ			
12	27194	1351	Απορρυπαντικό-απολυμαντικό χειρουργικών εργαλείων για πλύσιμο στο χέρι	ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. υγρή μορφή 5λ με δοσομετρική αντλία βάση ευρωπαϊκών προτύπων εν13727 και 14561 ως βακτηριοκτόνο, εν13624 μυκητοκτόνο, εν 14562 βιοκτόνο (HIV-HBV-HCV) σύμφωνα με εν 14476 και εν 17111 σε χρόνο έως 15 λεπτά	λίτρα	70

Να είναι υγρό, σε συμπυκνωμένη μορφή, κατάλληλο για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χειρουργικών εργαλείων με βυθισμό (στο χέρι).

Να είναι βακτηριοκτόνο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ελέγχου EN 13727 και EN 14561, μυκητοκτόνο με EN 13624 και EN 14562 και ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV) σύμφωνα με EN 14476 και EN 17111 σε χρόνο 5-15 λεπτά. Να υποβληθούν μελέτες αποτελεσματικότητας.

Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση σε αίμα, πρωτεΐνες και οργανικούς ρύπους.

Να συνοδεύεται από δοσομετρική αντλία.

Να φέρει σήμανση CE από κοινοποιημένο φορέα και να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό.

26PROC019011985 2026-05-14

Να δίνεται για την οικονομική αξιολόγηση του είδους το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος απολύμανσης σύμφωνα με τα ζητούμενα πρότυπα ελέγχου για δράση στα 15 λεπτά.

Να κατατεθούν για την τεχνική αξιολόγηση του είδους τα εξής δικαιολογητικά: Αγγλικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος με την πιστή μετάφραση του στα Ελληνικά, το επικαιροποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (Ελληνικό, Αγγλικό) , η σήμανση CE Mark του προϊόντος από κοινοποιημένο οργανισμό, η καταχώρηση στο PCN εφόσον απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η καταχώρηση στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ και τα ISO 13485 και ISO 14001 του παραγωγού και του διανομέα.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ	
			ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
				ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ.			
13	27198	1311	Λιπαντικό σπρέι χειρουργικών εργαλείων (600-750ml)	Λιπαντικό σε μορφή σπρέι για ψεκασμό των αρθρώσεων χειρουργικών εργαλείων υψηλή συγκέντρωση $\geq 25\%$ σε ιατρικά λευκά έλαια φαρμακευτικής ποιότητας, να μην περιέχει σιλικόνη, σύμφωνα με το ISO10993-1, ISO9001,13485,14001	τεμ.	4	

Λιπαντικό σε μορφή spray για χρήση με ψεκασμό των αρθρώσεων των χειρουργικών εργαλείων.

Να περιέχει στην σύσταση του υψηλή συγκέντρωση σε ιατρικά λευκά έλαια φαρμακευτικής ποιότητας, για χρήση σε χειρουργικά εργαλεία. Να μην περιέχει σιλικόνη.

Να είναι ασφαλές για τον ασθενή ως προς τα υπολείμματα του σύμφωνα με το ISO EN 10993-1 περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τοξικολογικά ελεγμένο (να κατατεθεί η τεκμηρίωση).

Πιστοποιημένα η χρήση του να μην επηρεάζει την αποστείρωση σε ξηρό και υγρό κλίβανο (επί ποινή απόρριψης να κατατεθεί μελέτη που το πιστοποιεί).

Συμβατό με τα υλικά κατασκευής των εργαλείων και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών (όρος επί ποινή απόρριψης σε μη συμμόρφωση).

Να μην περιέχει χλωροφθοράνθρακες ως προωθητικό μέσο.

Να διαθέτει μακρύ προσθαφαιρούμενο ρύγχος $\geq 10\text{cm}$, για δυνατότητα στοχευμένης λίπανσης στις αρθρώσεις των εργαλείων.

Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους και επί ποινή απόρριψης σε μη προσκόμιση τους τα εξής: το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, το Αγγλικό και Ελληνικό επικαιροποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό EC 1907/2006, αντίγραφο της σήμανσης CE, αντίγραφο της καταχώρησης στον ΕΟΦ (μητρώο ιατροτεχνολογικών), τα κατασκευαστικά ISO 13485, ISO 14001 και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ	
			ΦΙΛΤΡΑ - ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ				
27	36545	1311	Φίλτρο χάρτινο στρογγυλό	Να είναι σύμφωνος με ISO11140-1, να έχει σήμανση ce και να φέρει τον ISO 13485 ασφάλειας κατά κατασκευαστή ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. 190mm με δείκτη ατμού που να αλλάζει χρώμα	τεμ.	1.000	

- Το φίλτρο να είναι στρογγυλό διαμέτρου 190mm, κατασκευασμένο από non-woven υλικό, βάρους 70 g/m^2 -5%, υδρόφοβο, ανθεκτικό σε υγρή και στεγνή κατάσταση.
- Ο δείκτης ατμού να αλλάζει χρώμα και να είναι σύμφωνος με ISO 11140-1.
- Να φέρει δείκτη σε εναρμόνιση με το πρότυπο ISO 11140-1
- Να έχει σήμανση CE.
- Να μην περιέχουν φυσικό λάτεξ.

26PROC019011985 2026-05-14

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΦΙΛΤΡΑ - ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ			
28	34974	1311	Φίλτρο χάρτινο τετράγωνο	Να είναι σύμφωνος με ISO11140-1, να έχει σήμανση ce και να φέρει τον ISO13485 ασφάλειας κατά κατασκευαστή ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. 230mm x 230mm με δείκτη ατμού που να αλλάζει χρώμα	τεμ.	500

Φίλτρα χάρτινα για κυτία αποστείρωσης από χαρτί κρεπ βάρους 60 gr/m², διαστάσεων 230mm x 230mm

Να φέρουν ενσωματωμένο χημικό δείκτη αποστείρωσης ατμού, μη τοξικό ο οποίος να εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 11140-1 .

Να επιτρέπει την διείσδυση ατμού , να εμποδίζει τους μικροοργανισμούς και να είναι ελεύθερο latex. Να φέρει σήμανση CE.

Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, το ισχύον πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 13485 του εργοστασίου κατασκευής, αντίγραφο του CE σε εναρμόνιση με την 2017/745 (MDR) και αντίγραφο της καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του Ε.Ο.Φ.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΦΙΛΤΡΑ - ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ			
29	34972	1311	Φίλτρο χάρτινο τετράγωνο με 2 οπές	Να είναι σύμφωνος με ISO11140-1, να έχει σήμανση ce και να φέρει τον ISO ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. 230mmx230mm Με δυο οπές με δείκτη ατμού που να αλλάζει χρώμα	τεμ.	500

Φίλτρα μιας χρήσης κατασκευασμένα από μαλακό non woven υλικό βάρους 70gr/m² 2-5%, υδρόφοβο, ανθεκτικό σε υγρή και στεγνή κατάσταση, σύμφωνο με το EN 11607-1.

Να είναι τετράγωνο διαστάσεων 23X23cm ±0,5cm, με δείκτη ατμού και δυο οπές για containers Martin.

Να φέρει δείκτη σε εναρμόνιση με το πρότυπο ISO 11140-1

Να έχει σήμανση CE.

Να μην περιέχουν φυσικό λάτεξ.

Να κατατεθεί για την αξιολόγηση το τεχνικό φυλλάδιο του είδους, αντίγραφο της σήμανσης CE, αντίγραφο της καταχώρησης στον ΕΟΦ (μητρώο ιατροτεχνολογικών) και το ISO 13485 κατασκευαστή και διακινητή.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΦΙΛΤΡΑ - ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ			
30	35674	1311	Χαρτί non woven εναλλασσόμενο	Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές- συμφώνως προς ISO 11607-1 EN 868- και να διαθέτει CE. ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. 75x75cm Υδρόφοβο και αντιστατικό ελεύθερο χημικών ερεθιστικών ουσιών όπως λάτεξ, μαλακό και ανθεκτικό στις καταπονήσεις.	τεμ.	2.500

- Κατασκευασμένο από 100% ίνες πολυπροπυλενίου, τύπου SSMMS, κατάλληλο για αποστείρωση σε κλιβάνους ατμού και πλάσματος.
- Βάρους τουλάχιστον 50gr/m² -3gr/m² για ισχυρή αντοχή στο σκίσιμο.
- Να είναι σε εναλλασσόμενη μορφή δύο χρωμάτων (μπλε-πράσινο) για εύκολη αναγνώριση κατεστραμμένου περιτυλίγματος.
- Ελεύθερο ινιδίων, απουσία μηχανικής μνήμης, να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό.
- Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά.
- Να είναι ελεύθερο χημικών και ερεθιστικών ουσιών όπως λάτεξ, φθαλικών ενώσεων κ.α.

26PROC019011985 2026-05-14

- Συμβατό με κλιβάνους πλάσματος και να κατατεθεί πιστοποιητικό συμβατότητας/καταλληλότητας του χαρτιού από τουλάχιστον δύο κατασκευαστές κλιβάνων πλάσματος.
- Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 745/2017.
- Να διατίθεται συσκευασμένο εσωτερικά σε πλαστική σακούλα για προστασία από την σκόνη με έντυπο στοιχείων της παρτίδας για την ιχνηλασιμότητα αυτής, ενώ εξωτερικά σε χαρτοκιβώτιο με δυνατότητα στοίβαξης.
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής-λήξης και ο αριθμός παρτίδας, ο οίκος κατασκευής, η ονομασία και ο κωδικός εργοστασίου του είδους, το CE, ο κωδικός UDI κ.λπ.
- Να κατατεθούν για την τεχνική αξιολόγηση του είδους, επί ποινή απόρριψης σε μη προσκόμιση τους τα εξής δικαιολογητικά στα Αγγλικά με την πιστή τους μετάφραση στα Ελληνικά : το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) του κατασκευαστή του χαρτιού με σαφή αναφορά στα πρότυπα ελέγχου EN ή ISO και στον κωδικό εργοστασίου του προσφερόμενου υλικού προς απόδειξη, αντίγραφο του CE σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό MDR 2017/745 με σαφή αναφορά στον κωδικό του προσφερόμενου προϊόντος, αντίγραφο της καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ, οδηγίες χρήσης, αντίγραφο της ετικέτας, το εν ισχύ πιστοποιητικό διαχείρισης της ποιότητας του κατασκευαστή και του διανομέα κατά ISO 13485 και ότι άλλο ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΦΙΛΤΡΑ - ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ			
31	31845	1311	Χαρτί non woven εναλλασσόμενο	Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές- συμφώνως προς ISO 11607-1 EN 868- και να διαθέτει CE ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. 100x100cm Υδρόφοβο και αντιστατικό ελεύθερο χημικών ερεθιστικών ουσιών όπως λατέξ, μαλακό και ανθεκτικό στις καταπονήσεις.	τεμ.	1.000

- Κατασκευασμένο από 100% ίνες πολυπροπυλενίου, τύπου SSMMS, κατάλληλο για αποστείρωση σε κλιβάνους ατμού και πλάσματος.
- Βάρους τουλάχιστον 50gr/m² -3gr/m² για ισχυρή αντοχή στο σκίσιμο.
- Να είναι σε εναλλασσόμενη μορφή δύο χρωμάτων (μπλε-πράσινο) για εύκολη αναγνώριση κατεστραμμένου περιτυλίγματος.
- Ελεύθερο ινιδίων, απουσία μηχανικής μνήμης, να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό.
- Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά.
- Να είναι ελεύθερο χημικών και ερεθιστικών ουσιών όπως λάτεξ, φθαλικών ενώσεων κ.α.
- Συμβατό με κλιβάνους πλάσματος και να κατατεθεί πιστοποιητικό συμβατότητας/καταλληλότητας του χαρτιού από τουλάχιστον δύο κατασκευαστές κλιβάνων πλάσματος.
- Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 745/2017.
- Να διατίθεται συσκευασμένο εσωτερικά σε πλαστική σακούλα για προστασία από την σκόνη με έντυπο στοιχείων της παρτίδας για την ιχνηλασιμότητα αυτής, ενώ εξωτερικά σε χαρτοκιβώτιο με δυνατότητα στοίβαξης.
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής-λήξης και ο αριθμός παρτίδας, ο οίκος κατασκευής, η ονομασία και ο κωδικός εργοστασίου του είδους, το CE, ο κωδικός UDI κ.λπ.
- Να κατατεθούν για την τεχνική αξιολόγηση του είδους, επί ποινή απόρριψης σε μη προσκόμιση τους τα εξής δικαιολογητικά στα Αγγλικά με την πιστή τους μετάφραση στα Ελληνικά : το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) του κατασκευαστή του χαρτιού με σαφή αναφορά στα πρότυπα ελέγχου EN ή ISO και στον κωδικό εργοστασίου του προσφερόμενου υλικού προς απόδειξη, αντίγραφο του CE σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό MDR 2017/745 με σαφή αναφορά στον κωδικό του προσφερόμενου προϊόντος, αντίγραφο της καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ, οδηγίες χρήσης, αντίγραφο της ετικέτας, το εν ισχύ πιστοποιητικό διαχείρισης της ποιότητας του κατασκευαστή και του διανομέα κατά ISO 13485 και ότι άλλο ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΦΙΛΤΡΑ - ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ			
32	36900	1311	Χαρτί non woven εναλλασσόμενο	Πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές- συμφώνως προς ISO 11607-1 EN 868- και διαθέτει CE. ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. 120x120cm Υδρόφοβο και αντιστατικό ελεύθερο χημικών ερεθιστικών ουσιών όπως λάτεξ, μαλακό και ανθεκτικό στις καταπονήσεις	τεμ.	800

- Κατασκευασμένο από 100% ίνες πολυπροπυλενίου, τύπου SSMMS, κατάλληλο για αποστείρωση σε κλιβάνους ατμού και πλάσματος.
- Βάρους τουλάχιστον 50gr/m² -3gr/m² για ισχυρή αντοχή στο σκίσιμο.
- Να είναι σε εναλλασσόμενη μορφή δύο χρωμάτων (μπλε- πράσινο) για εύκολη αναγνώριση κατεστραμμένου περιτυλίγματος.
- Ελεύθερο ινιδίων, απουσία μηχανικής μνήμης, να μην παράγει στατικό ηλεκτρισμό.
- Να είναι υδρόφοβο, αδιαπέραστο στα υγρά.
- Να είναι ελεύθερο χημικών και ερεθιστικών ουσιών όπως λάτεξ, φθαλικών ενώσεων κ.α.
- Συμβατό με κλιβάνους πλάσματος και να κατατεθεί πιστοποιητικό συμβατότητας/καταλληλότητας του χαρτιού από τουλάχιστον δύο κατασκευαστές κλιβάνων πλάσματος.
- Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 745/2017.
- Να διατίθεται συσκευασμένο εσωτερικά σε πλαστική σακούλα για προστασία από την σκόνη με έντυπο στοιχείων της παρτίδας για την ιχνηλασιμότητα αυτής, ενώ εξωτερικά σε χαρτοκιβώτιο με δυνατότητα στοιβαξης.
- Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής-λήξης και ο αριθμός παρτίδας, ο οίκος κατασκευής, η ονομασία και ο κωδικός εργοστασίου του είδους, το CE, ο κωδικός UDI κ.λπ.
- Να κατατεθούν για την τεχνική αξιολόγηση του είδους, επί ποινή απόρριψης σε μη προσκόμιση τους τα εξής δικαιολογητικά στα Αγγλικά με την πιστή τους μετάφραση στα Ελληνικά : το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) του κατασκευαστή του χαρτιού με σαφή αναφορά στα πρότυπα ελέγχου EN ή ISO και στον κωδικό εργοστασίου του προσφερόμενου υλικού προς απόδειξη, αντίγραφο του CE σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό MDR 2017/745 με σαφή αναφορά στον κωδικό του προσφερόμενου προϊόντος, αντίγραφο της καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ, οδηγίες χρήσης, αντίγραφο της ετικέτας, το εν ισχύ πιστοποιητικό διαχείρισης της ποιότητας του κατασκευαστή και του διανομέα κατά ISO 13485 και ότι άλλο ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΦΙΛΤΡΑ - ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ			
33	47183	1311	Χαρτί non woven εναλλασσόμενο	Να πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές και να είναι σύμφωνος προς ISO 11607-1 EN 868- και να διαθέτει CE ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Υδρόφοβο και αντιστατικό ελεύθερο χημικών ερεθιστικών ουσιών όπως λάτεξ, μαλακό και ανθεκτικό στις καταπονήσεις (βάρος 75gr) 140x140cm για βαριά φορτία.	φύλλα	240

- Να είναι 100% συνθετικό 5 στρωμάτων πολυπροπυλενίου (SSMMS) με βάρος χαρτιού 75gr/m² για ισχυρή αντοχή στο σκίσιμο.
- Να είναι σε εναλλασσόμενη μορφή δύο χρωμάτων (μπλε- πράσινο) για εύκολη αναγνώριση κατεστραμμένου περιτυλίγματος.
- Να είναι υδρόφοβο και αντιστατικό.
- Με απουσία μηχανικής μνήμης.
- Να μην αφήνει ινίδια.
- Να είναι ελεύθερο χημικών και ερεθιστικών ουσιών όπως λάτεξ, φθαλικών ενώσεων κ.α.
- Να είναι ανθεκτικό στις καταπονήσεις και μαλακό.
- Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868-1,2 EN ISO 11607-1
- Να φέρει σήμανση CE σε εναρμόνιση με τον Κανονισμό 2017/745 (MDR) και να κατατεθεί αντίγραφο αυτού.

26PROC019011985 2026-05-14

Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής-λήξης και ο αριθμός παρτίδας.

Εσωτερικά να είναι συσκευασμένα σε νάιλον για προστασία από την σκόνη και να υπάρχει έντυπο με τα στοιχεία της παρτίδας για αρχειοθέτηση και εξωτερικά σε σκληρό χαρτοκιβώτιο με δυνατότητα στοίβαξης .

Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την μετάφραση του στα Ελληνικά, το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) του κατασκευαστή με σαφή αναφορά στα πρότυπα ελέγχου (EN, ISO) και τα ISO 13485 και ISO 14001(περιβαντολλογικό) του παραγωγού και του διανομέα καθώς και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΦΙΛΤΡΑ - ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ			
34	33175	1311	Χαρτί επίστρωσης δίσκων trayliner	κατά EN ISO 11607-1 κατασκευαστικό ISO 13 ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔ. Αντιστατικό ελεύθερο latex με ταχεία και υψηλή απορροφητικότητα της υγρασίας κατάλληλο για κλιβάνους ατμού και πλάσματος 50cmx25cm	τεμ	1.600

Χαρτί επίστρωσης δίσκων (tray liner) κατασκευασμένο από 100% ίνες πολυπροπυλενίου, πυκνών στρώσεων και βάρους ≥ 60 gr/m².

Να έχει ταχεία και υψηλή απορροφητικότητα της υγρασίας, τουλάχιστον 400% του βάρους του και να μην σκίζεται μετά τη δοκιμασία αποστείρωσης.

Να είναι κατάλληλο για χρήση σε κλιβάνους ατμού και πλάσματος.

Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 11607-1.

Να είναι μαλακό για να εφαρμόζει στο εσωτερικό του δίσκου χωρίς να κόβει τα χέρια ή να τσαλακώνει.

Αντιστατικό, ελεύθερο λάτεξ και φθαλικών ενώσεων (DEHP).

Να φέρει σήμανση CE σε εναρμόνιση με τον Κανονισμό 2017/745 (MDR) και να κατατεθεί αντίγραφο αυτού.

Εσωτερικά να είναι συσκευασμένα σε νάιλον για προστασία από την σκόνη και να υπάρχει έντυπο με τα στοιχεία της παρτίδας για αρχειοθέτηση και εξωτερικά σε σκληρό χαρτοκιβώτιο με δυνατότητα στοίβαξης .

Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο με την μετάφραση του στα Ελληνικά, το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) του κατασκευαστή με αναφορά στα πρότυπα EN, ISO που πληροί, οι οδηγίες χρήσης του είδους στα Αγγλικά και Ελληνικά και το εν ισχύ κατασκευαστικό ISO 13485:2016 και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			ΦΙΛΤΡΑ - ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ			
36	33173	1261	Ετικέτες ιχνηλασιμότητας τριών (3) γραμμών με χημικό δείκτη κατά ISO 11140	ISO9001 Να συνοδεύεται από ετικετογράφο με δωρεάν παραχώρηση	τεμ.	15

Οι ετικέτες να είναι αυτοκόλλητες, μεγάλων διαστάσεων 22 x 31 mm - 0,5mm, ειδικής κατασκευής για να μην αλλοιώνονται σε συνθήκες αποστείρωσης (υψηλή θερμοκρασία, υγρασία κτλ.)

Να έχουν 3 σειρές εκτύπωσης

Να είναι διπλής επικόλλησης ώστε μετά τη χρήση των υλικών, να κολλιούνται στο φάκελο του ασθενούς και να επιτυγχάνεται η ιχνηλασιμότητα του αποστειρωμένου φορτίου.

Η κόλλα των ετικετών να είναι υψηλής ποιότητας κατάλληλη για επικόλληση σε χαρτί, μέταλλο, ύφασμα και πλαστικό. Οι ετικέτες να διαθέτουν χρωματικό χημικό δείκτη που μεταβάλλει το χρώμα του όταν έχει περάσει από διαδικασία αποστείρωσης με ατμό. Η μεταβολή του χρώματος να παραμένει αναλλοίωτη για τουλάχιστον πέντε χρόνια (να παρέχεται εργοστασιακή βεβαίωση).

Να είναι ελεύθερες φυσικού λάτεξ, ο δείκτης να είναι τύπου 1 και να εναρμονίζεται με το ISO 11140-1.

26PROC019011985 2026-05-14

Η εκτύπωση και επικόλληση των ετικετών σήμανσης της να γίνεται με τη χρήση κατάλληλης συσκευής εκτύπωσης, η οποία να προσφέρεται.

Το μελάνι της συσκευής να περιλαμβάνεται στην προσφορά του συστήματος.

Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, και το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή ISO 13485.

Απαραίτητη η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης του υλικού από αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας για συνεργασία με τους χρήστες, για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων στην εφαρμογή των ετικετών και στην χρήση του ετικετογράφου (να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση).

Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο με την μετάφραση του στα Ελληνικά, το εν ισχύ κατασκευαστικό ISO 13485:2016 και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			Αναλώσιμα προστατευτικά/καθαριστικά	ISO13485/16		
52	45142	1381	Αφρός εργαλείων ενζυματικός	CE14001 για Rimmers	τεμ.	4

Ενζυματικός αφρός για αποφυγή στεγνώματος του αίματος πάνω στην επιφάνεια των εργαλείων.

Έτοιμος προς χρήση, να περιέχει μίγμα ανιονικών και αμφοτερικών τασιενεργών ως καθαριστικές ουσίες καθώς και ένζυμα.

Να μην επισμαίνεται ως οξειδωτικό, διαβρωτικό, καυστικό για τα υλικά και μη ερεθιστικό για τον χρήστη (να κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του σκευάσματος στα Αγγλικά με την Ελληνική μετάφραση του).

Να είναι βακτηριοστατικό ώστε να μην επιτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και να μπορεί να παραμείνει με ασφάλεια επάνω στα εργαλεία έως και 72 ώρες π.χ. εργαλεία Σαββατοκύριακου.

Να διατίθεται σε συσκευασία έως 1 λίτρο με σύστημα ψεκασμού αφρού.

Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους τα πρωτότυπα ξενόγλωσσα (Αγγλικά) με την πιστή μετάφραση τους στην Ελληνική τα εξής δικαιολογητικά: α) το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, β) το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την Κανονισμό EC 1907/2006 και το CLP, γ) οι απαιτούμενες εγκρίσεις (CE, PCN κ.λπ), δ) το οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος και ε) τα εν ισχύ πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 13485, ISO 14001 του κατασκευαστή και του διανομέα

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			Αναλώσιμα προστατευτικά/καθαριστικά	ISO13485/16		
53	45141	1381	Spray αφαίρεσης υπλειμμάτων κόλλας		τεμ.	1

Να είναι σε μορφή spray 300-400ml.

Να αφαιρεί επίμονους ρύπους και τα υπολείμματα κόλλας από κολλητικές ταινίες και ετικέτες από τα container και του δίσκους.

Μετά τη χρήση να μην αφήνει σημάδια ή υπολείμματα.

Να έχει ευχάριστο άρωμα.

Να κατατεθεί ξενόγλωσσο τεχνικό φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά και το ισχύον πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 13485 του εργοστασίου κατασκευής και του διανομέα.

A/A	ΚΩΔ. ΝΟΣ	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ
			Αναλώσιμα προστατευτικά/καθαριστικά	ISO13485/16		
54	33933	1311	Σπρέι με λάδι για inox επιφάνειες	CE 14001 ISO9001-14001	τεμ των 750ml	3

Σε μορφή σπρέι με βάση ιατρικά έλαια υψηλής καθαρότητας για τον καθαρισμό των ανοξειδωτων επιφανειών.

Να είναι άσμο μη τοξικό κατάλληλο για χρήση σε όλες τις ανοξειδωτες επιφάνειες.

Να μην περιέχει αλκοόλες, χλώριο ή οξειδωτικούς παράγοντες.

Να αφαιρεί στίγματα και δαχτυλιές και να μην χρειάζεται ξέβγαλμα μετά την εφαρμογή.

Επίσης κατάλληλο για ψεκασμό σε κλειδαριές, μεντεσέδες και αρθρώσεις.

Να διατίθεται σε συσκευασίες έως 1000 ml με σύστημα ψεκασμού.

Με καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. εφόσον απαιτείται.

Να κατατεθεί ξενόγλωσσο (Αγγλικό) τεχνικό φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και ISO 14001 του εργοστασίου κατασκευής.

Κατά την υποβολή της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Σας επισημαίνουμε ότι πρέπει οι προσφορές σας, να ΜΗΝ ξεπερνούν τις τιμές του Π.Τ. για όσα είδη υπάρχουν και για τα οποία παρακαλείσθε να μας αναγράφετε και τους αντίστοιχους κωδικούς ταυτοποίησης.

Επίσης:

*Να υπάρχει συνημμένη **Υπεύθυνη Δήλωση:***

α) εάν τα προσφερόμενα είδη ΔΕΝ εντάσσονται στο Π.Τ.

β) για την παράγραφο 1 του άρθρ.73 του ν.4412/16 «αποδεικτικά μέσα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του ν. 4412/2016» εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016.

γ) του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή στην οποία θα αναφέρεται:

- ❖ όλους τους ασφαλιστικούς φορείς ως προς τους οποίους υποχρεούται ο οικονομικός φορέας σε καταβολή εισφορών – με ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών,*
- ❖ ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,*
- ❖ ότι στη διαδικασία κατάθεσης της προσφοράς δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης*
- ❖ ότι η προσφορά σας συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Επίσης ότι έχετε λάβει γνώση για τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.*

Για την παράγραφο 2 του άρθρ.73 του ν.4412/16, θα κατατεθεί Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και περιμένουμε την κατάθεση της προσφοράς σας, σε ηλεκτρονική μορφή στο mail: asigala@vardakeio.gov.gr, εντός 5 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

μ

«

»