

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Γουμένισσα 18.05.2026

Αρ. Πρωτ.: 3279

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μαυροπούλου 9
 61300 Γουμένισσα
 Πληροφορίες : Αμοιρίδου Μαρία
 Τηλέφωνο : 23433 50338
 E-mail : prom4@gngoum.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Θέμα: Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων αιμοληψίας για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.
 Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς**

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις :
 - α) του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) "Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 - β) του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007)"Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 - γ) του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις".
 - δ) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
- Το υπ' Αρ. Πρωτ. 2641/22-04-2026 αίτημα του Βιοπαθολογικού – Βιοχημικού Τμήματος του Νοσοκομείου.
- Το υπ' Αρ. Πρωτ. 3231/15-05-2026 έγγραφο του Βιοπαθολογικού – Βιοχημικού Τμήματος του Νοσοκομείου.
- Το γεγονός ότι η προμήθεια των ειδών είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Αποφασίζει

Την προμήθεια συστημάτων αιμοληψίας με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχοντας ως κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει τιμής**, όπως αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Σωληνάκια βιοχημικά με gel των 5 ml για σύστημα κενού αέρος	ΤΕΜΑΧΙΑ	8000
2	Σωληνάκια αιματολογικά των 2 ml για σύστημα κενού αέρος	ΤΕΜΑΧΙΑ	8000
3	Σωληνάκια για προθρομβίνη κενού αέρος των 1,8 ml	ΤΕΜΑΧΙΑ	1000
4	Βελόνες αιμοληψιών	ΤΕΜΑΧΙΑ	4500
5	Υποδοχείς βελονών	ΤΕΜΑΧΙΑ	4500

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Τα παραπάνω είδη πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου ώστε να αποτελούν ομάδα για να υπάρχει πλήρης συμβατότητα βελόνας – υποδοχέα και σωληναρίων αιμοληψίας .Για περισσότερες διευκρινήσεις καλέστε το Βιοπαθολογικό – Βιοχημικό Τμήμα του Νοσοκομείου στον αριθμό τηλεφώνου 2343350354.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ**

(σωληνάκια αίματος υπό κενό, βελόνες – πεταλούδες αιμοληψίας κ.λπ.)

ΓΕΝΙΚΑ:

1. Όλα τα είδη της ακόλουθης ομάδας ΝΑ αποτελούν «Σύστημα ασφαλούς συλλογής αίματος» σύμφωνα με το Π.Δ. 6/2013, ΦΕΚ.15/21-3-2013 και την Ευρωπαϊκή οδηγία EFLM ν 1.1/10/2017 παρ.3.9,σελ.12.
2. Η επιλογή και κατακύρωση, σε προμηθευτή ΝΑ γίνει συνολικά για όλα τα είδη της ομάδας, λόγω του ότι πρέπει να αποτελούν ομοιογενές λειτουργικό σύστημα.
3. Τα είδη αυτά πρέπει ΝΑ είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου ώστε να αποτελούν ομάδα για να υπάρχει πλήρης συμβατότητα βελόνας – υποδοχέα και σωληναρίων αιμοληψίας κενού αέρος (πιστοποιημένη αναλογία αίματος – προσθέτου, σωστή πλήρωση σωληναρίων, ελαχιστοποίηση λανθασμένων δειγμάτων).

Για τον λόγο αυτό δεν θα γίνουν αποδεκτές οι μεμονωμένες προσφορές των εταιρειών, παρά μόνο οι προσφορές που αφορούν στο σύνολο των υλικών.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΕΙΔΗ:**ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ**

Οι Υποδοχείς σωληναρίων:

-ΝΑ είναι με σύστημα αυτόματης απόρριψης βελονών αιμοληψίας, βελονών αιμοληψίας ασφαλείας και πεταλούδων αιμοληψίας.

ΣΥΝΟΛΟ: 9.000/Ετος

ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

Οι Βελόνες αιμοληψίας - διατήρησης σωληναρίων κενού:

-ΝΑ είναι με ενσωματωμένο μη αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα και διπλή ασφάλιση της βελόνας, 21G x 1¼.

-Η βελόνα διάτρησης των σωληναρίων ΝΑ μην δύναται να αποσπασθεί από την βελόνα αιμοληψίας για λόγους ασφαλείας.

-Να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, η μέθοδος αποστείρωσης, η χώρα προέλευσης και η ημερομηνία λήξης.

-Η ασφάλιση της βελόνας ΝΑ γίνεται με το ένα χέρι, ταυτόχρονα με την έξοδο από την φλέβα, με εύκολο τρόπο, εμφανή και μη αναστρέψιμα.

-ΝΑ είναι χωρίς ενσωματωμένο υποδοχέα σωληναρίων.

-ΝΑ είναι αποστειρωμένες χωρίς ατομική συσκευασία για εύκολη χρήση.

ΣΥΝΟΛΟ/ ΕΤΟΣ: ΣΥΝΟΛΟ: 9.000/Ετος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΗΞΗΣ**

Τα Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης:

- ΝΑ είναι αποστειρωμένα, συνθετικά, διπλού τοιχώματος (PET ΚΑΙ ΡΤ), ολικής πληρώσεως, με αντιπηκτικό SODIUM CITRATE 3,2% - 0,109M, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς,
- ΝΑ αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης.
- ΝΑ είναι διαστάσεων 13X75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm,
- ΝΑ είναι χωρητικότητας 1,8 ml.

ΣΥΝΟΛΟ: 1.000/Έτος

ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΜΕ GEL

Τα Φιαλίδια βιοχημικών προσδιορισμών:

- ΝΑ είναι κενού, αποστειρωμένα, συνθετικά, με επιταχυντή πήξεως και gel διαχωρισμού σε ειδική υδροδυναμική μορφή για γρήγορο και ακριβή διαχωρισμό.
- ΝΑ είναι με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς.
- ΝΑ αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, ή μέθοδος αποστείρωσης, η ημερομηνία λήξης.
- ΝΑ είναι διαστάσεων 13X100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm
- ΝΑ είναι χωρητικότητας 5ml.

ΣΥΝΟΛΟ: 15.000/Έτος

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Τα Φιαλίδια γενικής αίματος:

- ΝΑ είναι κενού αέρα, αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το
- ΝΑ αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης, -ΝΑ είναι διαστάσεων 13X75mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.
- ΝΑ είναι χωρητικότητας 2ml με αντιπηκτικό EDTA K2 - K3.

ΣΥΝΟΛΟ: 10.000/Έτος

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Παρακαλούμε να αναφέρεται η ισχύς των προσφορών και οι τιμές να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών.

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία να αποστείλει την οικονομική προσφορά της έως την **Πέμπτη 21.05.2026** και ώρα **14:00 μ.μ.** στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση (**e-mail**) στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου μας.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη
Οργανική Μονάδα «ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ»**

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ