



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Ορθή επαν.:

Βαθμός προτεραιότητας:

Τόπος:

Ημερομηνία: 08-05-2026

Αριθ. Πρωτ. : 73356

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 9<sup>ΗΣ</sup> ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : 6ο χλμ Αλεξ/πολης – Θεσ/νικης  
Ταχ. Κώδικας : 68100  
Πληροφορίες : Φανή Δρακίδου  
Τηλέφωνο : 2551089361  
E-mail : f.drakidou@ekab.gr

- ΠΡΟΣ:**
- FIRST AID SHOP O.E.**  
sales@firstaidshop.gr
  - V & L VIOLAK INTERNATIONAL A.E.**  
sec3@violak.gr
  - ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε.Ε.**  
germanos@otenet.gr
  - MILONAS HEALTH A.E.**  
info@milonashealth.gr
  - EUROMART S.A.**  
euromartsa@euromartsa.com
  - Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.**  
info@pharmamedihelp.gr
  - BBD ΝΙΚ. ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
info@bbdmedical.com
  - ΧΑΡΜΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.**  
harmanis@otenet.gr
  - TELEFLEX MEDICAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.**  
paris.dallas@teleflex.com
  - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Ι.Κ.Ε.**  
sales2@digas.gr
  - ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε.**  
info@inexmedical.gr
  - ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.**  
ag.diag1@gmail.com
  - ΕΒΡΟΣΟΦΤ ΞΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**  
vxiotidis@yahoo.de
  - ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.**  
info@deltamedical.gr
  - ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.**  
offers@ygeiodynamiki.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ****ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2  
ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ «ΕΚΑΒ» - ΝΠΔΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	<b>ΑΕ 15</b> (αριθμ. πρωτοκ.: 70334/ 05-05-2026
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: <b>29/05/2026</b> , ΗΜΕΡΑ: <b>ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ</b> , ΩΡΑ: <b>14:00</b> μ.μ.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: <b>02/06/2026</b> , ΗΜΕΡΑ: <b>ΤΡΙΤΗ</b> , ΩΡΑ: <b>10:30</b> π.μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ</b>
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
CPV	33760000-5, 33192000-2, 33140000-3, 18930000-7, 33141310-6, 33141200-2, 33194100-7, 33141110-4, 33157110-9, 33141119-7, 34000000-7
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να συμμετέχει για κάθε ομάδα ειδών χωριστά, με την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών και της ποσότητας της αντίστοιχης ομάδας. Η προσφορά απαιτείται να συνοδεύεται από ΔΕΙΓΜΑΤΑ για το σύνολο των ειδών.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΝΟΛΟ: 20.093,60€ πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 23.8722,11€
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	90 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΔΑΜ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	26REQ018948156
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Α.Λ.Ε.	<b>32302030000001</b>
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΔΑ	2025  9ΘΣ1ΟΡ1Π-Λ70
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ έχει οριστεί με την υπ' αριθ. ΕΚΑΒ ΣΥΝ. 47/16-12-2025, Θέμα 48 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ	<b>ΝΤΑΠΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ</b> ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2551089352 e-mail: m.ntaptaki@ekab.gr

Το ΕΚΑΒ Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, κατόπιν του υπ' αριθμ. **ΑΕ 15** (αριθμ. πρωτοκ.: 70334/05-05-2026) αιτήματος προμήθειας, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια **ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει **προσφορά με δείγμα για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ανά ομάδα**, έως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, σύμφωνα με τον κατωτέρω επισυναπτόμενο πίνακα:

<b>1η Ομάδα ΑΛΕ: 32302030000001</b>							
A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. 24%	Συνολική δαπάνη
1	ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΕΥΚΟΣ (συσκευασία 5 κιλών)	33760000-5	1.000 κιλά	2,45€	2.450,00€	588,00€	3.038,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.450,00€	588,00€	3.038,00€
<b>Τεχνικές προδιαγραφές:</b> Για το είδος Νο 1: ΣΥΝ. 14/03-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ75ΣΟΡ1Π-ΧΗΚ)							
<b>2η Ομάδα ΑΛΕ: 32302030000001</b>							
A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. 24%	Συνολική δαπάνη
1	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ I GEL Νο 1	33192000-2	20	55,00€	1.100,00€	264,00€	1.364,00€
2	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ I GEL Νο 1,5	33192000-2	20	55,00€	1.100,00€	264,00€	1.364,00€
3	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ I GEL Νο 2	33192000-2	20	55,00€	1.100,00€	264,00€	1.364,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					3.300,00€	792,00€	4.092,00€
<b>Τεχνικές προδιαγραφές:</b> Για τα είδη Νο 1, Νο 2 και Νο 3: ΣΥΝ. 19/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6Λ7ΘΟΡ1Π-ΧΩ5)							
<b>3η Ομάδα ΑΛΕ: 32302030000001</b>							
A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. 6%	Συνολική δαπάνη
1	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ (1b των 50 τεμ.) SOLUS V2)	33140000-3	1.000	0,36€	360,00€	21,60€	381,60€
2	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ (1b των 50 τεμ.) CONTOUR CARE	33140000-3	700	0,36€	252,00€	15,12€	267,12€
3	ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΑΚΧΑΡΟΜΕΤΡΟΥ	33140000-3	500	0,36€	180,00€	10,80€	190,80€

	(1b των 50 τεμ.) WELLION GALILEO						
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					792,00€	47,52€	839,52€
<b>Τεχνικές προδιαγραφές:</b> Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Καλύπτονται με την τεκμηριωμένη και ακριβή περιγραφή του είδους και βάση της λειτουργικής απαίτησης της συσκευής που θα χρησιμοποιηθεί το είδος. Ν. 4412/2016 άρθρο 54 § 3γ και Π.Δ.118/2007 (Α150) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.							
<b>4η Ομάδα ΑΛΕ: 32302030000001</b>							
A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. 24% ή 13%	Συνολική δαπάνη
1	ΤΣΑΝΤΑ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ	18930000-7	15	180,00€	2.700,00€	648,00€	3.348,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.700,00€	648,00€	3.348,00€
<b>Τεχνικές προδιαγραφές:</b> Για το είδος Νο 1: Τεύχος 2016, Νο 114							
<b>5η Ομάδα ΑΛΕ: 32302030000001</b>							
A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. 13%	Συνολική δαπάνη
1	ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓ ΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ, No 0: 100 τεμ. No 1: 50 τεμ. No 2: 50 τεμ. No 3: 200 τεμ. No 4: 200 τεμ. No 5: 200 τεμ.	33140000-3	800	0,70€	560,00€	72,80€	632,80€
2	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ CUFF, No 6: 40 τεμ. No 6,5: 40 τεμ. No 8: 20 τεμ. No 8,5: 20 τεμ. No 9: 20 τεμ.	33140000-3	140	1,77€	247,80€	32,214€	280,014€
3	ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΩΡΙΣ CUFF, No 3,5	33140000-3	40	1,77€	70,80€	9,204€	80,004€
4	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ 10x10 cm	33140000-3	40	25,00€	1.000,00€	130,00€	1.130,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					1.878,60€	244,22€	2.122,82€
<b>Τεχνικές προδιαγραφές:</b> - Για το είδος Νο 1: ΣΥΝ. 32/21-07-2022 ΑΔΑ: 990ΙΟΡ1Π-7ΚΙ - Για το είδος Νο 2: ΣΥΝ. 14/03-04-2023 ΑΔΑ: Ψ75ΣΟΡ1Π-ΧΗΚ - Για το είδος Νο 3: Τεύχος 2016 Νο 49 (για το νούμερο Νο 3,5) - Για το είδος Νο 4: ΣΥΝ. 39/31-10-2023 ΑΔΑ: 675ΚΟΡ1Π-ΘΥΩ							

<b>6η Ομάδα ΑΛΕ: 32302030000001</b>							
<b>A/A</b>	<b>Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας</b>	<b>CPV</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>Ενδεικτική Τιμή μονάδας</b>	<b>Εκτιμώμενη αξία</b>	<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	<b>Συνολική δαπάνη</b>
1	ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	33192000-2	200	7,00€	1.400,00€	182,00€	1.582,00€
2	ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΚΟΛΑΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΚΑ	33192000-2	100	7,00€	700,00€	91,00€	791,00€
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>					<b>2.100,00€</b>	<b>273,00€</b>	<b>2.373,00€</b>
<b>Τεχνικές προδιαγραφές: Για τα είδη: ΣΥΝ. 35/11-10-2022 ΑΔΑ: ΨΧΔΔΟΡ1Π-ΦΜΗ</b>							
<b>7η Ομάδα ΑΛΕ: 32302030000001</b>							
<b>A/A</b>	<b>Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας</b>	<b>CPV</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>Ενδεικτική Τιμή μονάδας</b>	<b>Εκτιμώμενη αξία</b>	<b>Φ.Π.Α. 24% ή 13%</b>	<b>Συνολική δαπάνη</b>
1	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2ml	33141310-6	200	0,50€	100,00€	24,00€ 24%	124,00€
2	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml	33141310-6	400	0,20€	80,00€	19,20€ 24%	99,20€
3	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml	33141310-6	400	0,10€	40,00€	9,60€ 24%	49,60€
4	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml	33141310-6	300	0,10€	30,00€	7,20€ 24%	37,20€
5	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60ml	33141310-6	100	0,35€	35,00€	4,55€ 13%	39,55€
6	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡ ΑΣ 20G	33141310-6	350	2,20€	770,00€	100,10€ 13%	870,10€
7	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡ ΑΣ 22G	33141310-6	150	2,20€	330,00€	42,90€ 13%	372,90€
8	ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡ ΑΣ 24G	33141310-6	150	2,20€	330,00€	42,90€ 13%	372,90€
9	ΚΛΙΠ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ	33140000-3	150	0,35€	52,50€	12,60€ 24%	65,10€
10	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ No 8	33141200-2	100	0,26€	26,00€	3,38€ 13%	29,38€
11	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ No 10	33141200-2	100	0,26€	26,00€	3,38€ 13%	29,38€
12	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ No 12	33141200-2	100	0,26€	26,00€	3,38€ 13%	29,38€
13	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ No 14	33141200-2	150	0,26€	39,00€	5,07€ 13%	44,07€

14	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ No 16	33141200-2	150	0,26€	39,00€	5,07€ 13%	44,07€
15	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ No 18	33141200-2	150	0,26€	39,00€	5,07€ 13%	44,07€
16	ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ	33140000-3	1.000	0,12€	120,00€	28,80€ 24%	148,80€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.082,50€	317,20€	2.399,70€

**Τεχνικές προδιαγραφές:** - Για τα είδη Νο 1 έως Νο 5: ΣΥΝ. 19/16-05-2023 ΑΔΑ: 6Λ7ΘΟΡ1Π-ΧΩ5  
 - Για τα είδη Νο 6 έως Νο 8: ΣΥΝ. 32/21-07-2022 ΑΔΑ: 990ΙΟΡ1Π-7ΚΙ  
 - Για το είδος Νο 9: ΣΥΝ. 32/21-07-2022 ΑΔΑ: 990ΙΟΡ1Π-7ΚΙ  
 - Για τα είδη Νο 10 έως Νο 15: ΣΥΝ. 32/21-07-2022 ΑΔΑ: 990ΙΟΡ1Π-7ΚΙ  
 - Για το είδος Νο 16: ΣΥΝ. 14/03-04-2023 ΑΔΑ: Ψ75ΣΟΡ1Π-ΧΗΚ

#### 8η Ομάδα ΑΛΕ: 32302030000001

A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. 24%	Συνολική δαπάνη
1	ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ	33194100-7	500	0,25€	125,00€	30,00€ 24%	155,00€
2	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ 100 cm	33194100-7	300	0,25€	75,00€	18,00€ 24%	93,00€
3	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 8 cm	33141110-4	600	0,42€	252,00€	32,76€ 13%	284,76€
4	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 10 cm	33141110-4	550	0,35€	192,50€	25,025€ 13%	217,525€
5	ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 20 cm	33141110-4	150	0,89€	133,50€	17,355€ 13%	150,855€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					778,00€	123,14€	901,14€

**Τεχνικές προδιαγραφές:** - Για το είδος Νο 1: ΣΥΝ. 39/09-11-2022 ΑΔΑ: ΨΙ9ΨΟΡ1Π-ΘΝΙ  
 - Για το είδος Νο 2: ΣΥΝ. 35/11-10-2022 ΑΔΑ: ΨΧΔΔΟΡ1Π-ΦΜΗ  
 - Για τα είδη Νο 3, Νο 4, Νο 5: ΣΥΝ. 32/21-07-2022 ΑΔΑ: 990ΙΟΡ1Π-7ΚΙ

#### 9η Ομάδα ΑΛΕ: 32302030000001

A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. 24%	Συνολική δαπάνη
1	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	33157110-9	600	1,25€	750,00€	180,00€	930,00€
2	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	33157110-9	1.000	0,50€	500,00€	120,00€	620,00€

	ΑΠΛΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ						
3	ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ) ΟΞΥΓΟΝΟΥ	33157110-9	1.000	0,33€	330,00€	79,20€	409,20€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					1.580,00€	379,20€	1.959,20€
<b>Τεχνικές προδιαγραφές:</b> - Για το είδος Νο 1: ΣΥΝ. 14/03-04-2023 ΑΔΑ: Ψ75ΣΟΡ1Π-ΧΗΚ - Για το είδος Νο 2: Τεύχος 2016 Νο 183 - Για το είδος Νο 3: ΣΥΝ. 13/28-03-2023 ΑΔΑ: ΨΛΓΕΟΡ1Π-ΦΞΦ							
<b>10η Ομάδα ΑΛΕ: 32302030000001</b>							
A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. 13%	Συνολική δαπάνη
1	ΓΑΖΑ 10x10cm ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ	33141119-7	150	3,55€	532,50€	69,225€	601,725€
2	ΓΑΖΑ 10x10cm ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ	33141119-7	30.000	0,03€	900,00€	117,00€	1.017,00€
3	ΓΑΖΑ 10x10cm ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ	33141119-7	1.000	0,16€	160,00€	20,80€	180,80€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					1.592,50€	207,03€	1.799,53€
<b>Τεχνικές προδιαγραφές:</b> - Για το είδος Νο 1: ΣΥΝ. 39/31-10-2023 ΑΔΑ: 675ΚΟΡ1Π-ΘΥΩ - Για το είδος Νο 2: ΣΥΝ. 32/21-07-2022 ΑΔΑ: 990ΙΟΡ1Π-7ΚΙ - Για το είδος Νο 3: ΣΥΝ. 13/28-03-2023 ΑΔΑ: ΨΛΓΕΟΡ1Π-ΦΞΦ							
<b>11η Ομάδα ΑΛΕ: 32302030000001</b>							
A/A	Περιγραφή Αγαθού ή Υπηρεσίας	CPV	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή μονάδας	Εκτιμώμενη αξία	Φ.Π.Α. 13%	Συνολική δαπάνη
1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣ ΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	34000000-7	10	84,00€	840,00€	109,20€	949,20€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					840,00€	109,20€	949,20€
<b>Τεχνικές προδιαγραφές:</b> Για το είδος Νο 1: Τεύχος 2016, Νο 16							

**Ι. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ**

- Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέχρι την ημέρα και ώρα που ορίζονται στην παρούσα, στο πρωτόκολλο του Ε.Κ.Α.Β. (1ος όροφος) σε κλειστό φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:
  - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, 6<sup>ο</sup> ΧΛΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Κ. 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΔΡΑΓΑΝΑ.
  - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
  - Ο αριθμός της μικροπρομήθειας **ΑΕ 15 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ), ΟΜΑΔΑ**

..... Η' ΟΜΑΔΕΣ....., το αντικείμενο του διαγωνισμού και την Αρμόδια Επιτροπή προμήθειας η οποία διενεργεί το Διαγωνισμό.

- Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος.
2. Οι προσφορές που θα αποσταλούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται.
  3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρων θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα.
  4. Η μειοδοσία γίνεται ανά ομάδα, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).
  5. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να συμμετέχει για κάθε ομάδα ειδών χωριστά, με την προϋπόθεση και επί ποινή αποκλεισμού, ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών της αντίστοιχης ομάδας.
  6. Ο συμμετέχων δύναται να υποβάλλει προσφορά/προσφορές για κάθε μία από τις έντεκα (11) ομάδες, υποβάλλοντας και συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Προσφορές οι οποίες δεν περιλαμβάνουν με σαφήνεια το σύνολο του αριθμού των ειδών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
  7. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να εκφράζονται σε Ευρώ και να δίνονται ανά μονάδα, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών και κάθε άλλη δαπάνη επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
  8. Το τίμημα της οικονομικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, διαφορετικά η προσφορά θεωρείται απαράδεκτη.
  9. Εναλλακτικές προσφορές και αναπροσαρμογή των τιμών δε γίνονται δεκτές.
  10. Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
  11. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης η αναθέτουσα αρχή έχει την δυνατότητα να ζητήσει διευκρινήσεις από τους προσφέροντες σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας.
  12. Χρόνος παράδοσης: έως τριάντα (30) ημέρες από την ανακοίνωση κατακύρωσης ή την υπογραφή της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
  13. Τόπος παράδοσης: στο κτίριο του Παραρτήματος στην Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη.

## II. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ

1. **Υπεύθυνη Δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Προσάρτημα που ακολουθεί, υπογεγραμμένη από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο, όπως προκύπτει από το καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

**A.** Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση του παραρτήματος.

**Β.** Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι ίση ή μεταγενέστερη του χρόνου δημοσίευσης της πρόσκλησης (δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).

**Γ.** Την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:

- οι διαχειριστές στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
- ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.)
- ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για τους Συνεταιρισμούς.
- ο νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου.
- κάθε μέλος σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας.

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων η Υπεύθυνη Δήλωση βρίσκεται στο τέλος της παρούσης πρόσκλησης.

**2. Οικονομική προσφορά,** η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς την ομάδα (π.χ. 1<sup>η</sup> Ομάδα) για την οποία υποβάλλουν προσφορά. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν για κάθε ομάδα χωριστά με την προϋπόθεση και επί ποινή αποκλεισμού, ότι στην προσφορά του θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών και της ποσότητας αυτών, της αντίστοιχης ομάδας. Στην κάθε προσφορά θα πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά των τεχνικών προδιαγραφών.

**3. Τεχνική προσφορά,** η οποία θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται και θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά πιστοποιητικά που ζητούνται.

### III. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα και σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
2. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση email.
3. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.
4. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία, την παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων και την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Προμηθευτή και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του.
5. Ο προμηθευτής υπόκειται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.

6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.
7. Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 20174/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τις σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

#### IV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί με e-mail τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αποστολή του email τα κάτωθι δικαιολογητικά.

**1. Απόσπασμα** του σχετικού μητρώου, όπως του **ποινικού μητρώου** ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, **που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του**. Η προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος, αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
- β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
- γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
- δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

**2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή (σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους), από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσο αφορά στην:**

**α) καταβολή φόρων.** Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, υποβάλλεται αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την ΑΑΔΕ το οποίο θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο έκδοσης «για κάθε νόμιμη χρήση».

**β) καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική).** Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, υποβάλλεται πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ, το οποίο θα πρέπει να αναφέρει ως λόγο έκδοσης «για

συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ».

Σημείωση: Σε περίπτωση νομικών προσώπων, το πιστοποιητικό αφορά το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

**3. Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας (να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του).** Το παρόν εκδίδεται online (Υπουργείο Δικαιοσύνης ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ)

**4. Νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης (να έχουν εκδοθεί 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους) :**

α) Ισχύον καταστατικό (τελευταίο κωδικοποιημένο),

β) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ (μεταβολών) που θα αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού του φορέα.

γ) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί αναλυτικής εκπροσώπησης στο οποίο θα φαίνεται ο διαχειριστής του φορέα, καθώς και

**5) Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης»** από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (όπως εμφανίζονται στο taxis net).

#### **V. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης, κοινοποιεί ειδική πρόσκληση προκειμένου να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντας του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) μέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.



## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### 1η Ομάδα

#### **Λευκός χαρτοβάμβακας**

- Να αποτελείται από 100% λευκό χημικό πολτό, με απαλή υφή και να είναι κατάλληλος για νοσοκομειακή χρήση.
- Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα να είναι ομοιόμορφα, χωρίς τοπικά αραιώματα και σχισίματα.
- Να έχει βάρος 18 gr/m<sup>2</sup> (ανοχή ±5%)
- Να έχει αντοχή σε εφελκυσμό, βάσει του ISO 1924.
- Να έχει διαστάσεις ανά φύλλο περίπου 55 X 40 cm
- Να εμφανίζει απορροφητικότητα σύμφωνη με TAPPI-T432m-82
- Να έχει τέφρα κατά ISO 2144
- Το προς προμήθεια υλικό να είναι συσκευασμένο σε πακέτα των 5 kg έκαστο, προστατευμένα σε χαρτοκιβώτια, με τα φύλλα διπλωμένα μέσα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία
- Τα υλικά συσκευασίας να μην επηρεάζουν το περιεχόμενο και να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν κατά την μεταφορά
- Στην συσκευασία να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: το εργοστάσιο παραγωγής (επωνυμία και τόπος), το είδος του περιεχομένου και τη σύστασή του, οι διαστάσεις των φύλλων και το καθαρό βάρος
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

### 2η Ομάδα

#### **Υπεργλωττιδική συσκευή διαχείρισης αεραγωγού**

- Να είναι συσκευή 2ης γενιάς (2<sup>nd</sup> generation), ατραυματική, με cuff από ζελέ (gel), χωρίς προσθήκη αέρα
- Με cuff από θερμοπλαστικό ελαστικό ζελέ το οποίο να θερμαίνεται εντός του ασθενή και λειτουργώντας ως αρνητικό εκμαγείο στις εσωτερικές δομές, να παρέχει μοναδικό ανατομικό σφράγισμα σε οποιοσδήποτε φαρυγγικές, λαρυγγικές και περιλαρυγγικές δομές
- Με έχει πεπλατυσμένο σχήμα που να παρέχει στρεπτική ακαμψία
- Να διαθέτει ειδική επιγλωττιδική βάση και ενσωματωμένη προστασία από δάγκωμα (bite block)
- Να διαθέτει ειδικό κανάλι για αναρρόφηση γαστρικών υγρών
- Να επιδέχεται δια μέσω του σωλήνα του, ενδοτραχειακό σωλήνα
- Να διατίθεται σε Νο 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 και 5.0
- Να είναι latex free
- Να είναι μίας χρήσης

- Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία
- Να διαθέτει CE mark
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 ή/και 13485

### **3η Ομάδα**

#### **Ταινίες σακχαρόμετρου**

Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Καλύπτονται με την τεκμηριωμένη και ακριβή περιγραφή του είδους και βάση της λειτουργικής απαίτησης της συσκευής που θα χρησιμοποιηθεί το είδος. Ν. 4412/2016 άρθρο 54 § 3γ και Π.δ.118/2007 (Α150) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

### **4η Ομάδα**

#### **Τσάντα Α' βοηθειών, μικρή**

- Η τσάντα να είναι κατασκευασμένη από αδιάβροχο ύφασμα, υψηλής αντοχής
- Να διαθέτει εσωτερικές θήκες, καθώς επίσης και δύο εξωτερικές πλαϊνές και μια εμπρόσθια, κατάλληλες για την αποθήκευση υγειονομικού υλικού.
- Να διαθέτει εσωτερικά χωρίσματα
- Να διαθέτει ιμάντα ανάρτησης στον ώμο καθώς και χειρολαβές, για την εύκολη και ασφαλή μεταφορά της
- Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 30 lit και διαστάσεις όχι μικρότερες από 550 X 250 X 250 mm
- Να είναι έντονου χρωματισμού (κατά προτίμηση πορτοκαλί ή κόκκινη) και να φέρει φωτο-αντανεκλαστικές λωρίδες σήμανσης
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001

### **5η Ομάδα**

#### **Είδος 1: Στοματοφαρυγγικός αγωγός**

- Να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό υλικό, αποστειρωμένοι και μη τραυματικοί
- Να διατίθεται σε όλα τα μεγέθη: 0, 1, 2, 3, 4 και 5
- Να διαθέτει χρωματικές ενδείξεις ανά μέγεθος
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και ξεχωριστό κουτί για κάθε μέγεθος, και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485:2016.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να αναγράφεται στην συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

#### **Είδος 2: Ενδοτραχειακός σωλήνας με cuff**

- Να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό latex free, εύκαμπτο μη τοξικό υλικό και αποστειρωμένος
- Να διατίθεται στα μεγέθη: 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8,5, 9

- Να διαθέτει διαβαθμίσεις
- Να αναγράφει στο σώμα της συσκευής ή στην συσκευασία της, την ημερομηνία αποστείρωσης, με ημερομηνία λήξεως τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
- Να έχει ακτινοσκοιερή γραμμή
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και ξεχωριστό κουτί για κάθε μέγεθος, και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

### **Είδος 3: Ενδοτραχειακός σωλήνας χωρίς cuff**

- Να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό εύκαμπτο μη τοξικό υλικό και αποστειρωμένος
- Να διατίθεται στα μεγέθη: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5
- Να διαθέτει διαβαθμίσεις
- Να αναγράφει στο σώμα της συσκευής ή στην συσκευασία της, την ημερομηνία αποστείρωσης, με ημερομηνία λήξεως της τουλάχιστον δέκα οχτώ μήνες (18) από την παράδοση
- Να έχει ακτινοσκοιερή γραμμή
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και ξεχωριστό κουτί για κάθε μέγεθος, και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

### **Είδος 4: Αιμοστατική γάζα**

- Να είναι σχεδιασμένη για να σταματάει γρήγορα τις δυνητικά θανατηφόρες αιμορραγίες
- Να είναι απλή στη χρήση, εξαιρετικά αποτελεσματική και ασφαλής
- Να είναι συσκευασμένη σε πρακτική συσκευασία που ανοίγει εύκολα
- Να μην προκαλεί επιπλοκές στον ανθρώπινο οργανισμό
- Να αφαιρείται εύκολα από το τραύμα με απλή πλύση αποστειρωμένου ορού
- Να παρέχει αντιμικροβιακή προστασία στην πληγή
- Να είναι εγκεκριμένο ως ιατρικό προϊόν Class III Medical Device
- Να έχει διαστάσεις 10 X 10 cm
- Να δίδεται σε αποστειρωμένη ατομική συσκευασία
- Η αποστείρωση να καλύπτει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος και τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία

παράδοσης

- Να διαθέτει τις παρακάτω πιστοποιήσεις: CE, FDA, Class III Medical Device
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485

### **6η Ομάδα**

#### **Είδος 1: Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα ενηλίκων**

- Το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό (π.χ. προπυλένιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική επένδυση από ατραυματικό και μαλακό υλικό
- Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο τραχειοτομίας)
- Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό για εξέταση M.R.I και C.T.
- Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος αυχένα ενηλίκων με εύκολο μηχανισμό προσαρμογής καθ' ύψος
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

#### **Είδος 2: Συσκευή ακινητοποίησης αυχένα, παιδών**

- Το κέλυφος να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό και υποαλλεργικό υλικό (π.χ. προπυλένιο, πολυαιθυλένιο) και να διαθέτει εσωτερικά ειδική επένδυση από ατραυματικό και μαλακό υλικό
- Να εξασφαλίζει πρόσβαση στην περιοχή του λάρυγγα (π.χ. για έλεγχο τραχειοτομίας)
- Να είναι ακτινοδιαπερατό και συμβατό για εξέταση M.R.I και C.T.
- Να είναι επίπεδο όταν δεν χρησιμοποιείται για εύκολη αποθήκευση
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να μπορεί να προσαρμόζεται σε κάθε μέγεθος αυχένα νηπίων, παιδών και μικρόσωμων ενηλίκων, με εύκολο μηχανισμό προσαρμογής καθ' ύψος
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Το υλικό να διατίθεται σε ατομική συσκευασία
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

### **7η Ομάδα**

#### **Είδη 1,2, 3, 4 και 5: Σύριγγες**

- Να είναι μιας χρήσεως και σε ατομική συσκευασία ανά σύριγγα
- Το σετ σύριγγα – βελόνα να είναι αποστειρωμένο
- Στην συσκευασία να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης καθώς και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης
- Να είναι εφοδιασμένη με ελαστικό παρέμβυσμα για την επίτευξη στεγανότητας κατά την κίνηση του εμβόλου
- Τα υλικά κατασκευής να είναι το πολυπροπυλένιο για τον κύλινδρο, ολυαιθυλένιο για το έμβολο και το καουτσούκ σιλικονισμένο για το ελαστικό παρέμβυσμα
- Η αποστείρωση να έχει πραγματοποιηθεί με αιθυλενοξείδιο
- Να προσφερθούν τα μεγέθη: 1, 2, 5, 10, 20 και 60 ml
- Να έχει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485
- Όλα τα παραπάνω να είναι σύμφωνα με το ΦΕΚ 681/Β' 8-8-91
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

#### **Είδη 6, 7 και 8: Φλεβοκαθετήρες ασφαλείας**

- Να είναι κατασκευασμένος από ισοσυμβατό υλικό και να μην διαστέλλεται με την θερμοκρασία του σώματος.
- Να διατίθεται στα μεγέθη: 14, 16, 17, 18, 20, 22 και 24 G.
- Ο χειρισμός του να είναι ο ίδιος με αυτόν ενός απλού φλεβοκαθετήρα με βαλβίδα, προκειμένου να μην απαιτείται επιπλέον εκπαίδευση των χρηστών για τον επιτυχή χειρισμό του.
- Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης.
- Να διαθέτει βιδωτό συνδετικό τύπου Luer Lock, για την ασφαλή χορήγηση φαρμάκων.
- Να είναι ακτινοσκοπικός και να μπορεί να παραμένει στον ασθενή για τουλάχιστον 48 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή.
- Ο οδηγός στυλεός να έχει πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα ώστε να επιτυγχάνει την άμεση φλεβοκέντηση χωρίς να χρειάζεται παραπάνω της μιας προσπάθειας. Αυτό είναι απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση του κόστους και της ταλαιπωρίας του ασθενούς από την τρώση των αγγείων.
- Να διαθέτει λεπτά τοιχώματα με δυνατότητα υψηλής παροχής ώστε να μην αυξομειώνεται η ροή και να μην δημιουργείται μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα.
- Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή φλεβοκέντηση.
- Να διαθέτει μηχανισμό ασφάλισης της βελόνας, ο οποίος κατά την απόσυρση της βελόνας από τον φλεβοκαθετήρα μετά την φλεβοκέντηση, ασφαλίζει αποτελεσματικά το αιχμηρό άκρο της, προς αποφυγή τραυματισμών.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.

- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485:2016.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση».

#### **Είδος 9: Κλιπ ομφάλιου λώρου**

- Να είναι κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό
- Να είναι μιας χρήσης
- Να φέρεται σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένο και με ημερομηνία λήξης
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485:2016.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

#### **Είδος 10, 11, 12, 13, 14 και 15: Καθετήρας αναρρόφησης (τύπου NELATON)**

- Να έχει ειδική επεξεργασία του άκρου (σιλικονούχο) και να είναι ατραυματικό
- Να διαθέτει βαλβίδα για τον έλεγχο της αναρρόφησης
- Να προσφερθεί στα μεγέθη: 8, 10, 12, 14, 16 και 18
- Να είναι μιας χρήσης
- Να έχει ανοιχτό άκρο και δύο πλαϊνές τρύπες μειώνοντας την επικινδυνότητα λόγω τραυματισμού των ιστών και την φραγή του σωλήνα
- Να είναι αποστειρωμένος και το μήκος του να είναι τουλάχιστον 50 cm
- Να είναι εμποτισμένος με ειδικό υγρό για την απαλή και γρήγορη είσοδό του στον τραχειοσωλήνα
- Η συσκευή κατά την παράδοση να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485:2016.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

#### **Είδος 16: Νεφροειδές**

- Να είναι μιας χρήσεως
- Να έχει ικανοποιητικό βάθος
- Η μία πλευρά του να έχει κοίλωμα, έτσι ώστε να προσαρμόζεται εύκολα στο πηγούνι του ασθενούς
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να διατίθεται σε συσκευασία των πενήντα (50) τεμαχίων τουλάχιστον **03-04-2023**

#### **8η Ομάδα**

##### **Είδος 1: Συσκευή ενδοφλέβιας χορήγησης υγρών**

- Να είναι διαφανής, λεία και απαλλαγμένη από ξένα σώματα
- Όλα τα τμήματά της να έχουν ικανοποιητική αντοχή σε συνηθισμένες μηχανικές πιέσεις
- Να είναι στείρα και ελεύθερη πυρετογόνων
- Το προστατευτικό κάλυμμα να παραμένει στη θέση του μέχρι τη χρήση και να απομακρύνεται εύκολα
- Το ρύγχος διάτρησης να είναι κατάλληλο για το τρύπημα της φιάλης ως προς τη σκληρότητα και την κωνικότητα και σύμφωνα με το ISO 8536/4. Να έχει επιφάνεια λεία, άκρο αιχμηρό και οι χρωστικές ουσίες του πλαστικού να μην περιέχουν κάδμιο
- Ο αεραγωγός να φέρει φίλτρο κατακράτησης μικροβίων, κατά προτίμηση από Teflon, το οποίο να διατηρεί ανεμπόδιστη τη ροή του υγρού, να είναι υδρόφοβο και να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αέρα
- Η παροχή του σταγονοθαλάμου σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20°C) να είναι 20 σταγόνες =  $1 \pm 0,1$  gr περίπου. Η απόσταση μεταξύ του άκρου του σταγονοσωλήνα και της εξόδου να μην είναι μικρότερη από 40 mm. Η απόσταση μεταξύ του σταγονοσωλήνα και του φίλτρου να μην είναι μικρότερη από 20 mm. Το τοίχωμα του σταγονοθαλάμου δεν θα πρέπει να πλησιάζει περισσότερο από 5 mm το τέλος του σωλήνα. Ο σωλήνας θα πρέπει να ρίχνει 20 σταγόνες από απεσταγμένο νερό θερμοκρασίας 20 °C με συνεχή ροή και να μεταφέρει όγκο  $1 + 0,1$  ml με ταχύτητα ροής  $50 + 5$  σταγόνες/min
- Το φίλτρο υγρού να έχει οπωσδήποτε διάμετρο πόρων μικρότερη ή ίση με 10 μm, ώστε να κατακρατεί τουλάχιστον το 80% τουλάχιστον των σωματιδίων του ελαστικού που πιθανόν δημιουργούνται κατά την διάτρηση της φιάλης
- Ο κύριος σωλήνας να είναι εύκαμπτος, διαφανής και άχρωμος
- Το μήκος του χωρίς τον σταγονοθάλαμο να είναι τουλάχιστον 160 cm
- Να είναι ισοπαχής (ίδια εσωτερική διάμετρος καθ' όλο το μήκος της), με διάμετρο  $3 \pm 0,1$  mm, και να αντέχει ελκτική δύναμη ίση με 15 N για χρόνο 15 sec
- Ο ρυθμιστής (τύπου adelberg) να είναι ανοιχτός κατά την αποθήκευση
- Στο τμήμα για την προσθήκη των φαρμάκων δεν πρέπει να παρατηρείται διαρροή αέρα μετά από την απομάκρυνση βελόνης 0,6 mm.
- Στο τμήμα σύνδεσης (με εσωτερικό κώνο τύπου LUER LOCK) να μην υπάρχει διαφυγή αέρα
- Η συσκευή να μην παρουσιάζει διαρροή όταν με το ένα άκρο κλειστό διοχετευτεί από το άλλο άκρο αέρας υπό πίεση 200 mbar
- Η συσκευή να διαθέτει "Υ" έτσι ώστε να υπάρχει μια επιπλέον δίοδος για τη χορήγηση
- Να είναι κατασκευασμένες από πρώτες ύλες που πληρούν το πρότυπο ISO 8536/4
- Η αποστείρωση να γίνεται οπωσδήποτε μετά τη συσκευασία του προϊόντος και να μην αλλοιώνεται αυτή κατά τη διαδικασία της αποστείρωσης
- Δεν θα γίνονται αποδεκτές συσκευές στις οποίες διατρέεται η συσκευασία για τη δίοδο του αερίου αποστείρωσης
- Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία πρέπει να έχουν πόρους οι οποίοι να επιτρέπουν τη δίοδο του αερίου αποστείρωσης, όχι όμως την είσοδο μικροοργανισμών. Αυτά πρέπει να είναι ατοξικά και να μην αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο. Να

επιτρέπουν τον οπτικό έλεγχο του περιεχομένου και να σφραγίζονται με ομαλή συγκόλληση

- Στη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να αναφέρονται – επισημαίνονται και οπωσδήποτε στην ελληνική γλώσσα, τα παρακάτω:
  - Ονομασία συσκευής
  - Εμπορική ονομασία του εργοστασίου κατασκευής
  - Επωνυμία υπευθύνου κυκλοφορίας
  - Επεξηγήσεις (γραπτές ή και με εικόνες) για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής
  - Ενδείξεις ότι η συσκευή είναι στείρα, ελεύθερη πυρετογόνων και μιας χρήσης
  - Η μέθοδος αποστείρωσης
  - Η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής
  - Ενδείξεις για το πώς χρησιμοποιείται η συσκευή συμπεριλαμβανομένης και της προειδοποίησης να γίνεται έλεγχος κατά πόσο η συσκευή είναι άθικτη
  - Ένδειξη για το ότι η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χορήγηση αίματος ή παραγώγων αυτού
  - Χαρακτηρισμός της παρτίδας
  - Η επισήμανση ότι 20 σταγόνες απεσταγμένου νερού του σωλήνα του σταγονοθαλάμου μεταφέρουν όγκο  $1 \pm 0,1$  ml
  - Η επισήμανση ότι η συσκευή θα πρέπει να καταστρέφεται μετά την χρήση
- Η συσκευή κατά την παράδοση να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης
- Η συσκευασία και οι επισυμάνσεις σε αυτήν, να είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO 8536/4
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση».

## **Είδος 2: Προέκταση ορού**

- Να είναι μιας χρήσεως
- Να διαθέτει «αρσενικό και «θηλυκό» άκρο, χάριν της δυνατότητας προέκτασης
- Να είναι μιας χρήσης και αποστειρωμένη
- Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία ανθεκτική προκειμένου να μη σκίζεται
- Το μήκος της να είναι περίπου 70cm
- Να αναφερθεί η ημερομηνία πραγματοποίησης της αποστείρωσης, με διάρκεια ισχύος της τελευταίας τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.
- Να είναι κατασκευασμένη από υλικό που δε προκαλεί αλλεργίες ή οποιαδήποτε άλλη αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού
- Το προσφερόμενο υλικό να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001 ή/και 13485.
- Με τη παράδοση του υλικού να δοθούν: ο αριθμός της παρτίδας και ο εργοστασιακός κωδικός παραγωγής του μεγέθους

- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά»

### **Είδος 3, 4 και 5: Ελαστικός επίδεσμος**

- Να έχει σύνθεση 70% βαμβάκι – 30% συνθετικά νήματα
- Να είναι κατασκευασμένος με στήμονα: 130 κλωστές/10 cm, κρόκη 94 κλωστές/10 cm και βάρος 65+/-3 gr/m<sup>2</sup>
- Οι παρυφές του επιδέσμου είναι υφασμένες σε μορφή ούγκιας και όχι κομμένες
- Να είναι ατομικά συσκευασμένος σε σελοφάν που να φέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και επισημάνσεις
- Ο αριθμός των συνδετήρων να είναι:
  - Ένας (1) για επιδέσμους πλάτους 6-8 cm
  - Δύο (2) για επιδέσμους πλάτους 10-12 cm
  - Τρεις (3) για επιδέσμους πλάτους 15-20 cm
- Να μπορεί να πλυθεί και να αποστειρωθεί στους 135 °C
- Να έχει καλή ελαστικότητα
- Να είναι κατασκευασμένος από υποαλλεργικό υλικό
- Να επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος
- Να είναι συμβατός με τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες
- Να διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485:2016.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες μετά την παράδοση

### **9η Ομάδα**

#### **Είδος 1: Μάσκα χορήγησης O<sub>2</sub> μη επαναεισπνοής, ενηλίκων**

- Να είναι κατασκευασμένη από μαλακό, ατοξικό πλαστικό υλικό
- Να είναι άχρωμη και διαφανής
- Να έχει ρυθμιζόμενο επιρίνιο μεταλλικό έλασμα για να είναι εφικτή η σωστή εφαρμογή της μάσκας και να εμποδίζει τις διαρροές O<sub>2</sub> και κατάλληλη για όλα τα μεγέθη προσώπου ενηλίκων
- Να φέρει σωλήνα μήκους 2 m, με εσωτερικές αυλακώσεις που να προστατεύουν από διακοπή παροχής O<sub>2</sub> σε περίπτωση τσακίσματός του
- Επί της μάσκας να υπάρχουν οι κατάλληλες βαλβίδες ροής
- Ο αποθεματικός ασκός να είναι υψηλής αντοχής έναντι του σκισίματος
- Όλο το σετ να είναι μιας χρήσης
- Το σετ να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

### **Είδος 2: Μάσκα χορήγησης O<sub>2</sub> απλή, ενηλίκων**

- Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό
- Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομική κατασκευή για το πηγούνι
- Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπου ενηλίκων
- Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση της μάσκας στη κεφαλή
- Να διαθέτει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για τη συγκράτηση της μάσκας στη κεφαλή
- Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους 1,8 m και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο
- Να είναι σε ατομική συσκευασία
- Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O<sub>2</sub>
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

### **Είδος 3: Ρινικός καθετήρας O<sub>2</sub>**

- Να είναι κατασκευασμένος από άριστο, μαλακό και ατοξικό υλικό
- Να είναι μιας χρήσεως
- Να διατηρείται στην θέση τοποθετήσεώς του, προκειμένου να μην υπάρχουν απώλειες
- Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε σε περίπτωση κάμψης του σε κατά 90° να μην διακόπτεται η παροχή O<sub>2</sub>
- Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος έτσι ώστε κατά την χρήση του να επιτρέπει στον ασθενή να μιλά με άνεση
- Να έχει σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,80 m
- Το σημείο σύνδεσης με την παροχή O<sub>2</sub> να είναι από κατάλληλο υλικό έτσι ώστε κατά την σύνδεση να είναι εύχρηστο και να μην υπάρχουν απώλειες
- Το επιρίνιο να είναι από μαλακό υλικό, ατραυματικό, με σχετικά μικρό αυλό και να προσαρμόζονται άνετα στον εκάστοτε ασθενή, χωρίς να προκαλούν ερεθισμούς
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

## **10η Ομάδα**

### **Είδος 1: Γάζα εγκαυμάτων**

- Να είναι αποστειρωμένη και συσκευασμένη σε ειδικό φάκελο αλουμινίου, εμποτισμένη με gel ειδικής βακτηριοστατικής σύνθεσης προκειμένου να είναι κατάλληλη για ανακούφιση, πυροπροστασία και απεγκλωβισμό
- Το υλικό κατασκευής να είναι μη τοξικό και να μην κολλάει στο δέρμα

- Να μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι και 50 °C
- Να διατίθεται (κατόπιν αιτήματος), σε διαστάσεις 10 x 10 cm, 20 x 20 cm, 20 x 45 cm καθώς και ως κουβέρτα εγκαυμάτων διαστάσεων 2,45 x 1,45 m
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

### **Είδος 2: Απλή μη αποστειρωμένη γάζα**

- Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι
- Να προσφερθεί σε διαστάσεις 10X10 cm
- Να έχει αριθμό κλωστών 18 (+/-2 κλωστές ανά cm<sup>2</sup>) και υψηλή απορροφητικότητα (ο χρόνος εμβάπτισης σε υγρό να είναι 4-5 sec)
- Να μην είναι αλκαλική και όξινη
- Να είναι ελεύθερη από κόλλα και να μην έχει χρωστικές ουσίες
- Οι υδατοδιαλυτές ουσίες να μην ξεπερνούν το 3,65% και οι διαλυτές σε αιθέρα ουσίες το 0,5%
- Η υγρασία της να είναι μικρότερη από 7%
- Οι αναδιπλώσεις στα άκρα να είναι μεγάλες έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να μείνουν ινίδια ή ξέφτια στο ανοιχτό τραύμα του ασθενούς
- Η συσκευασία να είναι των εκατό (100) τεμαχίων ανά πακέτο
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485:2016.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

### **Είδος 3: Αποστειρωμένη γάζα**

- Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι
- Να έχει διαστάσεις 10X10 cm και δώδεκα (12) αναδιπλώσεις για το μέγεθος αυτό
- Να αναγράφεται στην συσκευασία της, η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης
- Να έχει αρκετό αριθμό κλωστών/cm<sup>2</sup> ώστε το βάρος της να είναι 15-16 gr/m<sup>2</sup>, και υψηλή απορροφητικότητα (ο χρόνος εμβάπτισης σε υγρό να είναι 4-5 sec)
- Να μην είναι αλκαλική και όξινη
- Να είναι ελεύθερη από κόλλα και να μην έχει χρωστικές ουσίες
- Οι υδατοδιαλυτές ουσίες να μην ξεπερνούν το 3,65% και οι διαλυτές σε αιθέρα ουσίες το 0,5%
- Η υγρασία της να είναι μικρότερη από 7%
- Οι αναδιπλώσεις στα άκρα να είναι μεγάλες έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να μείνουν ινίδια ή ξέφτια στο ανοιχτό τραύμα του ασθενούς

- Η συσκευασία να είναι των δέκα (10) τεμαχίων ανά πακέτο
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και 13485
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

### **11η Ομάδα**

#### **Είδος 1: Σύστημα ακινητοποίησης κεφαλής**

- Να προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους σανίδας ακινητοποίησης αλλά να έχει και την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και ως ανεξάρτητο σύστημα
- Να είναι κατασκευασμένο από υλικό ακτινοδιαπερατό
- Να μην απορροφά υγρά και να καθαρίζεται εύκολα
- Να διαθέτει ανοίγματα για τ' αυτιά στο πλάι
- Να αποτελείται από: μία βάση, δύο ρυθμιζόμενα πλαϊνά σώματα στήριξης κεφαλής, δύο ιμάντες ακινητοποίησης κεφαλής πολλαπλών χρήσεων που δένουν με VELCRO
- Να φέρει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.
- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ [www.dianveia.gov.gr](http://www.dianveia.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ ([www.eprocurement.gov.gr](http://www.eprocurement.gov.gr)), καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής [www.ekab.gr](http://www.ekab.gr).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΕΚΑΒ-9 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ**

**ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΩΤΗΣ**

### **ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ**



**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)							
ΠΡΟΣ(1):							
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης(2):							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:		Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους (Άρθρο 73, παρ. 1):

- α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- β) Ενεργητική δωροδοκία,
- γ) Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,
- δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
- ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
- στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,

2. α) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης μου ή του ελληνικού δικαίου (Άρθρο 73,παρ.2, Ν.4412/2016):

β) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης μου ή του ελληνικού δικαίου (Άρθρο 73,παρ.2, Ν.4412/2016).

3. Είμαι σε θέση εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωση μου.

4. Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και αναλαμβάνω ρητώς την δέσμευση να εκτελέσω την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της.

5. Τα στοιχεία που αναφέρονται και συνυποβάλλονται με την προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

6. Παιραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του ΕΚΑΒ για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.

Ημερομηνία: ... / ... / 20...

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.