



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Γ.Ν. – Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Γουμένισσα 21.05.2026

Αρ. Πρωτ.: **3392**

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μαυροπούλου 9
 61300 Γουμένισσα
 Πληροφορίες : Αμοιρίδου Μαρία
 Τηλέφωνο : 23433 50338
 E-mail : prom4@gngoum.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Έρευνα αγοράς με πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντιδραστηρίων για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
 - α) του Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) "Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 - β) του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007)"Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 - γ) του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις".
 - δ) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τα υπ' Αρ. Πρωτ. 3376/21.05.2026 αίτημα του Βιοπαθολογικού – Βιοχημικού Τμήματος του Νοσοκομείου.
3. Το γεγονός ότι η προμήθεια των ειδών είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Αποφασίζει

Την προμήθεια αντιδραστηρίων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχοντας ως κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει τιμής**, όπως αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ 11	ΤΕΜΑΧΙΑ	2600
2	RA-TEST ΓΙΑ 100 ΤΕΣΤ	ΚΟΥΤΙ	1
3	ΑΣΤΟ ΓΙΑ 100 ΤΕΣΤ	ΚΟΥΤΙ	1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΥΡΩΝ (11 ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ)

Οι διαγνωστικές ταινίες πρέπει:

-ΝΑ είναι κατάλληλες για την ποιοτική και ημι-ποσοτική ανίχνευση έντεκα (11) παραμέτρων: Ασκορβικό οξύ, Γλυκόζη, Χολερυθρίνη, Κετόνες, Ειδικό Βάρος, Αίμα, pH, Πρωτεΐνη, Ουροχολινογόνο, Νιτρώδη και Λευκοκύτταρα.

- ΝΑ είναι στερεωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπεται η διάχυση των χημικών ουσιών από το ένα πεδίο στο άλλο κατά τη διάρκεια της διαβροχής. Η τεχνολογία αυτή είναι απαραίτητη για την αποφυγή του φαινομένου της «χρωματικής ανάμειξης», διασφαλίζοντας την καθαρότητα της οπτικής ανάγνωσης.

-ΝΑ διαθέτει είτε ειδικό πεδίο ελέγχου Ασκορβικού οξέος, είτε τεχνολογία που εξουδετερώνει την παρεμβολή του, ώστε να μην αλλοιώνονται τα αποτελέσματα στις παραμέτρους Αίμα, Γλυκόζη και Νιτρώδη.

- Το φιαλίδιο πρέπει ΝΑ διαθέτει πώμα ασφαλείας (Airtight Cap) με ενσωματωμένη ποσότητα ξηραντικού υλικού για την προστασία των ταινιών από την υγρασία μέχρι και την τελευταία χρήση.

-Το χρωματικό διάγραμμα (color chart) στην εξωτερική πλευρά του φιαλιδίου πρέπει ΝΑ είναι εκτυπωμένο με ανεξίτηλα χρώματα υψηλής ανάλυσης, ώστε να επιτρέπεται η εύκολη και ακριβής σύγκριση με την ταινία.

-Ο προμηθευτής υποχρεούται ΝΑ καταθέσει το Φύλλο Δεδομένων (Data Sheet) του κατασκευαστή, όπου θα αναγράφονται σαφώς τα Όρια Ανίχνευσης (Detection Limits / Sensitivities) για κάθε παράμετρο.

-Το προϊόν πρέπει ΝΑ φέρει σήμανση CE (IVD) για διαγνωστική χρήση in vitro.

-Ο κατασκευαστικός οίκος πρέπει ΝΑ είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων).

-Το προϊόν ΝΑ μπορεί να διαβαστεί δια γυμνού οφθαλμού καθώς και να έχει δυνατότητα διαβάσματος από συσκευή μικρής αλλά και μεγάλης παραγωγικότητας (συνεχούς φόρτωσης) με οθόνη αφής, εκτυπωτή, μνήμη αποτελεσμάτων και η οποία να μπορεί να συνδεθεί στο LIS. Επίσης ΝΑ μπορεί να δεχθεί ταινίες ούρων μέχρι και 14 παραμέτρων για μελλοντική αναβάθμιση της εξέτασης.

Για την οριστική αξιολόγηση, Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εάν οι εταιρείες αποστείλουν ένα δείγμα (φιαλίδιο) του προτεινόμενου προϊόντος.

Το δείγμα θα εξεταστεί ως προς:

1. Την ταχύτητα εμφάνισης των χρωμάτων.
2. Την ευκρίνεια των χρωματικών αλλαγών.
3. Την σχετική ακαμψία του πλαστικού στελέχους (firmness) για ευκολία στη χρήση.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Παρακαλούμε να αναφέρεται η ισχύς των προσφορών και οι τιμές να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών και η ημερομηνία λήξης των ειδών να είναι μετά το πέρας του 2027.

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία να αποστείλει την οικονομική προσφορά της έως την **Τετάρτη 27.05.2026** και ώρα **14:00 μ.μ.** στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση (**e-mail**) στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου μας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
με αρμοδιότητα στην
Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα
«ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ»

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ