



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ &  
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ  
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  
ΤΗΛ.: 210 7265000

Αθήνα, 25/05/2026

Αρ. Πρωτ.: 4049

Ανάρτηση σε: 1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
2. ΚΗΜΔΗΣ  
3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**  
**ΔΙΑΚ. 10/2026**  
**για την προμήθεια ιατρικών γαντιών για ένα έτος**  
**CPV: 18424300-0**

Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και την κείμενη σχετική νομοθεσία.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» όπως σήμερα ισχύει.
3. Το με αρ. πρωτ 2466/27-03-2026 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού του Νοσοκομείου, για την προμήθεια ιατρικών γαντιών μίας χρήσης για ένα έτος (ΑΔΑΜ: 26REQ018724361).
4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΚΑΠΥ 1994/11-5-2021 πρακτικό της επιτροπής σύνταξης Τεχνικών προδιαγραφών για το είδος ιατρικά γάντια μαζί με την έγκριση του Δ.Σ. της (πρακτικό 58/13-05-2021, παρ. 10).
5. Την με αρ. Πράξης 1881//30-04-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (Θέμα 9ο - ΑΔΑ: 9ΜΝ146907Μ-ΤΚΤ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η διενέργεια σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

**προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει οικονομική προσφορά για την προμήθεια ιατρικών γαντιών για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα ενός έτους και σύμφωνα με τις ποσότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείμενο της Διακήρυξης και στα Παραρτήματα αυτής.**

## Αναθέτουσα αρχή και αντικείμενο σύμβασης

### Στοιχεία αναθέτουσας αρχής

Επωνυμία	Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «Ανδρέας Συγγρός»
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	090009795
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση	1015.E00164.001
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5
Πόλη	ΑΘΗΝΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός	16121
Τηλέφωνο	210 7240044
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	<a href="mailto:promithion@syggros.gr">promithion@syggros.gr</a>
Αρμόδιος για πληροφορίες	Εμμανουήλ Α. Βασιλάκης
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	<a href="http://www.syggros.gr">www.syggros.gr</a>

### Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο, αποτελεί ΝΠΔΔ, ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και είναι μη κεντρική αναθέτουσα αρχή.

### Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία.

### Αντικείμενο της προμήθειας

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι ιατρικά γάντια όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Πρόσκλησης.

### Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €20.446,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 21.672,76 με αξία ΦΠΑ €1.226,76). Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 18424300-0.

### Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

### Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

### Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με ΑΛΕ 3230203000 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Φορέα. Έχει εκδοθεί η απόφαση η με ΑΔΑ: 6ΧΡ746907Μ-Φ2Φ (ΑΔΑΜ: 26REQ019086195) για την ανάληψη υποχρέωσης έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026 και έλαβε α/α 120 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων, βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

### Υποδιαίρεση σε τμήματα

**Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών του κάθε Τμήματος. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα Τμήματα (όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ). Δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται προσφορές που περιλαμβάνουν μέρος της ζητούμενης ποσότητας ανά είδος ή μέρη Τμημάτων.**

### Κριτήριο κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής ανά Τμήμα, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και εφόσον τα ζητούμενα δείγματα, κριθούν κατάλληλα από την αρμόδια Επιτροπή.

### Υποβολή προσφορών

#### Χρονικό Διάστημα και τόπος υποβολής προσφορών

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και μέχρι την **Τρίτη 09/06/2026 και ώρα 11.30 π.μ.** στο αρμόδιο για την παραλαβή τους Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 1<sup>ος</sup> όροφος). Προσφορές που υποβάλλονται πριν ή μετά από το αναφερόμενο χρονικό διάστημα ή προσφορές που δεν έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου δεν γίνονται αποδεκτές.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

#### Περιεχόμενο προσφορών

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο που θα περιέχει τρεις (3) ξεχωριστούς κλειστούς υποφακέλους όπως αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1. η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
2. ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.
3. ο αριθμός της Διακήρυξης.
4. τα στοιχεία του αποστολέα – οικονομικού φορέα (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, e-mail).

Οι τρεις περιεχόμενοι στον κύριο φάκελο της προσφοράς κλειστοί φάκελοι θα πρέπει να περιέχουν (υποχρεωτικά έντυπα σε δύο αντίγραφα και προαιρετικά σε ηλεκτρονική μορφή (δίσκος CD ή δίσκος DVD ή flash drive) ):

- 1) **«Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής»**, ο οποίος περιέχει:
  - A) Υπεύθυνη Δήλωση εις διπλούν του προσφέροντος ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω gov.gr στην οποία θα δηλώνεται ότι:
    - i) Αποδέχεται τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς.
    - ii) Τα προσφερόμενα προϊόντα ικανοποιούν τις παρατιθέμενες στην παρούσα Διακήρυξη τεχνικές απαιτήσεις.
    - iii) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
    - iv) Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
  - B) Πιστοποίηση εκπροσώπησης ΓΕΜΗ.
  - Γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου και των λοιπών μελών του Δ.Σ. της προσφέρουσας εταιρείας.
  - Δ) Φορολογική Ενημερότητα με αιτιολογία έκδοσης «Για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)».
  - E) Ασφαλιστική Ενημερότητα με αιτιολογία έκδοσης «Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου των ΝΠΔΔ».
- 2) **«Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς»**, ο οποίος περιέχει:
  - A) Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη και το Παράρτημα II
  - B) Ξεχωριστό φάκελο ή δέμα το οποίο θα περιέχει δείγματα των προσφερόμενων ειδών (πλήρης συσκευασία ανά πακέτο και όχι μεμονωμένο δείγμα).
- 3) **«Φάκελο «Οικονομικής Προσφοράς»**, ο οποίος περιέχει:
  - A) Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς ανά τμήμα και ανά είδος χωριστά, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στο Παράρτημα III υπόδειγμα. Οι τιμές που θα δοθούν για το κάθε είδος είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα δοθούν απαραίτητα και ανά τεμάχιο, αλλά και συνολικά. Χωριστά θα αναφέρεται και ο Φ.Π.Α.

**Σε ξεχωριστό φάκελο οι προσφέροντες θα υποβάλλουν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος (μία πλήρη συσκευασία – πακέτο).**

#### **Αποσφράγιση προσφορών**

Η αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στο χώρο του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 2<sup>ος</sup> όροφος) την **Τρίτη 09/06/2026 και ώρα 12:00 μεσημβρία.**

#### **Παράδοση των ζητούμενων ειδών**

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά σε ποσότητες που κάθε φορά η αναθέτουσα αρχή θα προσδιορίζει, σε διάστημα 72 ωρών μετά από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

#### **Λοιποί όροι**

Η παρούσα διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς καμία αποζημίωση των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

**Alexandros  
Stratigos** Digitally signed by  
Alexandros Stratigos  
Date: 2026.05.25  
14:13:33 +03'00'

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

**ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Πίνακας ζητούμενων ειδών**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>
1	ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΛΙΟΥ Μ.Χ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ MEDIUM (ΚΟΥΤΙ 100 Τ.Μ.Χ)	τεμάχιο	250.000	0,01859	4.647,50
2	ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΛΙΟΥ Μ.Χ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ LARGE (ΚΟΥΤΙ 100 Τ.Μ.Χ)	τεμάχιο	250.000	0,01859	4.647,50
3	ΓΑΝΤΙΑ LATEX Μ.Χ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ LARGE (ΚΟΥΤΙ 100 Τ.Μ.Χ)	τεμάχιο	100.000	0,0233	2.330,00
4	ΓΑΝΤΙΑ LATEX Μ.Χ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ MEDIUM (ΚΟΥΤΙ 100 Τ.Μ.Χ)	τεμάχιο	100.000	0,0233	2.330,00
5	ΓΑΝΤΙΑ LATEX Μ.Χ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ SMALL (ΚΟΥΤΙ 100 Τ.Μ.Χ)	τεμάχιο	100.000	0,0233	2.330,00
6	ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΙΝΑ (LARGE)	τεμάχιο	200.000	0,00233	466,00
7	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Νο 6,5 (ΚΟΥΤΙ 50 ΖΕΥΓΗ)	ζεύγος	3.000	0,215	645,00
8	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Νο 7 (ΚΟΥΤΙ 50 ΖΕΥΓΗ)	ζεύγος	4.000	0,215	860,00
9	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Νο 7,5 (ΚΟΥΤΙ 50 ΖΕΥΓΗ)	ζεύγος	5.000	0,215	1.075,00
10	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Νο 8 (ΚΟΥΤΙ 50 ΖΕΥΓΗ)	ζεύγος	2.500	0,215	537,50
11	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΜΠΛΕ) ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ (ΠΑΚ.100 ΤΜΧ)	τεμάχιο	25.000	0,0231	577,50
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>1.039.500</b>		<b>20.446,00</b>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τμήματα**

<b>ΤΜΗΜΑ 1</b>					
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b>
1	ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΛΙΟΥ Μ.Χ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ MEDIUM (ΚΟΥΤΙ 100 Τ.Μ.Χ)	τεμάχιο	250.000	0,01859	4.647,50
2	ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΛΙΟΥ Μ.Χ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ LARGE (ΚΟΥΤΙ 100 Τ.Μ.Χ)	τεμάχιο	250.000	0,01859	4.647,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>500.000</b>		<b>9.295,00 €</b>

<b>ΤΜΗΜΑ 2</b>					
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)</b>
3	ΓΑΝΤΙΑ LATEX Μ.Χ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ LARGE (ΚΟΥΤΙ 100 Τ.Μ.Χ)	τεμάχιο	100.000	0,0233	2.330,00
4	ΓΑΝΤΙΑ LATEX Μ.Χ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ MEDIUM (ΚΟΥΤΙ 100 Τ.Μ.Χ)	τεμάχιο	100.000	0,0233	2.330,00
5	ΓΑΝΤΙΑ LATEX Μ.Χ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ SMALL (ΚΟΥΤΙ 100 Τ.Μ.Χ)	τεμάχιο	100.000	0,0233	2.330,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>300.000</b>		<b>6.990,00 €</b>

<b>ΤΜΗΜΑ 3</b>					
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)</b>
6	ΓΑΝΤΙΑ ΚΟΙΝΑ (LARGE)	τεμάχιο	200.000	0,00233	466,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>200.000</b>		<b>466,00 €</b>

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τμήματα**

<b>ΤΜΗΜΑ 4</b>					
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)</b>
7	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Νο 6,5 (ΚΟΥΤΙ 50 ΖΕΥΓΗ)	ζεύγος	3.000	0,215	645,00
8	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Νο 7 (ΚΟΥΤΙ 50 ΖΕΥΓΗ)	ζεύγος	4.000	0,215	860,00
9	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Νο 7,5 (ΚΟΥΤΙ 50 ΖΕΥΓΗ)	ζεύγος	5.000	0,215	1.075,00
10	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΑ ΑΠΟΣΤ/ΝΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ Νο 8 (ΚΟΥΤΙ 50 ΖΕΥΓΗ)	ζεύγος	2.500	0,215	537,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>14.500</b>		<b>3.117,50 €</b>

<b>ΤΜΗΜΑ 5</b>					
<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)</b>
11	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΜΠΛΕ) ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ (ΠΑΚ.100 ΤΜΧ)	τεμάχιο	25.000	0,0231	577,50
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>25.000</b>		<b>577,50 €</b>

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΝΤΙΩΝ

#### ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται σε ένα νοσοκομείο διακρίνονται σε :

- **Εξεταστικά /διαδικαστικά γάντια (Examination/ Procedure Gloves)** : αποστειρωμένα και μη-αποστειρωμένα γάντια από Latex ή άλλο υλικό, που προορίζονται για ιατρικές εξετάσεις, διαγνωστικές και θεραπευτικές διαδικασίες
- **Χειρουργικά γάντια (Surgical gloves)** : αποστειρωμένα, από latex ή άλλο υλικό για χειρουργικές επεμβάσεις, μικροεπεμβάσεις και πράξεις όπου απαιτείται άσηπτη τεχνική.
- **Γάντια Χημειοπροστασίας** αποστειρωμένα ή μη, για παρασκευή ή χορήγηση κυτταροστατικών φαρμάκων και για το χειρισμό χημικών παραγόντων ή ασθενών που έχουν εκτεθεί σε χημικούς παράγοντες

Η κατηγοριοποίηση ως προς τον κίνδυνο ενός ιατρικού γαντιού μιας χρήσης εξετάζεται σε δύο επίπεδα

- α. του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και
- β. του Μέσου Ατομικής Προστασίας (Personal Protective Equipment)

και ορίζεται από :

- την 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9<sup>ης</sup> Μαρτίου 2016 .

Για την ασφάλεια του γαντιού ως ιατροτεχνολογικό προϊόν πρέπει οι τεχνικές προδιαγραφές του να είναι σε συμφωνία με τα μέρη του EN 455 (1,2,3,4) και φέρει σήμανση ως MDD 93/42/EEC .Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/425 ορίζει ΜΑΠ κατηγορίας ΙΙΙ αυτά που χρησιμοποιούνται για προστασία από επικίνδυνες χημικές ουσίες και επιβλαβείς βιολογικούς παράγοντες. Το πρότυπο που εξασφαλίζει την ασφάλεια του επαγγελματία υγείας κατά την επαφή με βλεννογόνους , αίμα και άλλα βιολογικά υγρά και κατά τη διάλυση και χορήγηση χημειοθεραπευτικών -κυτταροτοξικών ουσιών είναι το EN 374 (μέρη 1-2-3-4).

Οι γενικοί όροι για κάθε κατηγορία ιατρικών γαντιών μιας χρήσης είναι οι εξής:

- Για εξεταστικά γάντια κατηγορίας κινδύνου Ι να αποδεικνύεται μέθοδος παραγωγής που εξασφαλίζει επίπεδο ποιότητας τουλάχιστον AQL (Accepted Quality Level) 1,5 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-1:2000, κατώτατα όρια αντοχής και θραύσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-2:2009+A2:2013 και να υπάρχει συμφωνία μεγέθους και διαστάσεων γαντιού (πλάτος και ελάχιστο μήκος) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ίδιου προτύπου.
- Για όλα τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης να πιστοποιείται ο έλεγχος της βιολογικής τους ασφάλειας σε όρους χημικών ουσιών (λόγω χημικής αποστείρωσης- επικάλυψης με λιπαντικά ή ενσωμάτωσης κατά την παραγωγική διαδικασία), ενδοτοξινών και υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών- πεπτιδίων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-3:2006.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές

- Για όλα τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης να αποδεικνύεται η συμφωνία με το πρότυπο EN: 455-4:2009 που ορίζει τις απαιτήσεις και δοκιμές για προσδόκιμο χρόνου ζωής ο οποίος να μην είναι μικρότερος των 3 ετών.
- Για όλα τα ιατρικά γάντια μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται για την διαχείριση επικίνδυνων χημικών ουσιών ή βιολογικών παραγόντων να αναγράφεται στη συσκευασία ο αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού και να είναι σε συμφωνία με τα μέρη του EN 374 όπως κάθε φορά ορίζονται στις ειδικές προδιαγραφές.
- Για τα χειρουργικά γάντια να αποδεικνύεται η συμφωνία με τα πρότυπα EN 455-2:2009+A2:2013 (φυσικές ιδιότητες του γαντιού), EN 455-3:2006 (βιολογική ασφάλεια) , EN: 455-4:2009 (προσδόκιμο χρόνου ζωής προϊόντος). Όσον αφορά την προστασία από διείσδυση μικροοργανισμών να αποδεικνύεται η συμφωνία με το πρότυπο EN 374:2 : 2003 και να είναι επίπεδο ποιότητας AQL (Accepted Quality Level) 0,65 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-1:2000
- Όλα τα γάντια χημειοπροστασίας να είναι γάντια κατηγορίας ΙΙΙ σύμφωνα με τον κανονισμό(ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016.
- Όλα τα γάντια μιας χρήσης να φέρουν σήμανση πιστότητας CE και όπου ορίζεται στις ειδικές προδιαγραφές να αναγράφεται ο αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού.
- Η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο διανομέας του προϊόντος της αλλά και ο αντιπρόσωπος της
- Εταιρείας στην ΕΕ η ο εισαγωγέας εφόσον το εργοστάσιο παραγωγής δε βρίσκεται σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει δήλωση συμμόρφωσης , τεχνικό φάκελο και τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 768/2008 και τον 425/2016.
- Σε κάθε τεχνική προσφορά πρέπει να εμπεριέχονται ανάλογα με την ιδιότητα του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό (κατασκευαστής-εξοσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ εισαγωγέας- διανομέας) τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας. Για όλες τις κατηγορίες γαντιών να προσκομιστούν δείγματα γαντιών στη συσκευασία τους στην επιτροπή αξιολόγησης (όχι μεμονωμένα γάντια).
- Τα γάντια με πούδρα να είναι ομοιόμορφα πουδραρισμένα, με ελάχιστη ποσότητα πούδρας.
- Απαγορεύεται να περιέχουν ή να είναι πουδραρισμένα με πυριτικό μαγνήσιο .
- Η συσκευασία να είναι ασφαλής και ανθεκτική, ώστε να προφυλάσσει τα γάντια από επιμολύνσεις.
- Στα χειρουργικά γάντια να υπάρχει σχετική ένδειξη για τη διάκριση του δεξιού από το αριστερό γάντι στην εσωτερική συσκευασία.
- Στην εξωτερική συσκευασία όλων των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης, πρέπει να αναγράφονται όλες οι σημάνσεις σε συμφωνία με το ISO 15223:2016

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ:

#### 1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

##### 1.1. Αποστειρωμένα εξεταστικά γάντια από φυσικό latex

- Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή.
- Να γράφουν το μέγεθος ( π.χ. small και όχι No π.χ. 7 ώστε να διακρίνονται από τα αποστειρωμένα χειρουργικά γάντια) και δεξί/ αριστερό σε κάθε γάντι.
- Να έχουν ομοιόμορφη επάλειψη με παράγωγο αμύλου για εύκολο φόρεμα

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές

- Να είναι σε συσκευασία ανά ζεύγη και με σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο **ISO 15223:2016**
- Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013 , EN 455-3:2006 EN: 455-4:2009 .
- Να έχουν πιστοποίηση CE και τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού.

### 1.2. Μη αποστειρωμένα εξεταστικά γάντια από φυσικό latex :

- Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009, A2:2013 , EN 455-3:2006, EN: 455-4:2009. Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο EN 420:2003 +A1:2009 σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών .
- Να έχουν πιστοποίηση CE .
- Να έχουν ομοιόμορφη επάλειψη με παράγωγο αμύλου για εύκολο φόρεμα. Μετά την αφαίρεσή του να μην παραμένει μεγάλη ποσότητα πούδρας στην επιφάνεια του χεριού του χρήστη.

**Επιβάλλεται η αποστολή δείγματος (όχι μεμονωμένα γάντια αλλά την προσφερόμενη συσκευασία π.χ. κουτί 100 τεμαχίων) στην Επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης του διαγωνισμού.**

- Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο **ISO 15223:2016** Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι περιέχει πούδρα, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
- Να είναι μη διαπερατά σε υγρά και να υπάρχει το σχετικό σύμβολο στη συσκευασία waterproof.
- Να προσφέρονται σε μεγέθη Small – Medium – Large.

### 1.3. Γάντια εξεταστικά μη αποστειρωμένα , χωρίς πούδρα, νιτριλίου :

- Από 100% συνθετικό υλικό Νιτριλίου, χωρίς πούδρα για χρήση από άτομα με αλλεργία στο latex και διαχείριση χημικών παραγόντων.
- Κατάλληλα για επικίνδυνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας . ( Πρότυπο EN 374 2,3 :2003 ) Να αναφέρονται οι χημικοί παράγοντες ως προς τους οποίους έχουν ελεγχθεί.
- Να πληρούν τα πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013 , EN 455-3:2006 EN: 455-4:2009.
- Με πιστοποίηση CE και τον αριθμό του κοινοποιημένου Οργανισμού.
- Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο **ISO 15223:2016**  
Να αναγράφεται:
  - το υλικό του γαντιού,
  - ότι δεν περιέχει πούδρα,
  - ότι δεν είναι διαπερατά από υγρά,
  - ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος,
  - η διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε Ευρωπαϊκή χώρα, τα πρότυπα EN 455-1, EN455-2, EN455-3 EN 374 2,3.

**Αποστολή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε κλειστή συσκευασία**

- Αποστολή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε κλειστή συσκευασία). Να προσφέρονται σε μεγέθη Small, Medium, Large, X-Large

### 1.4. Γάντια εξεταστικά μη αποστειρωμένα βινυλίου (PVC) χωρίς πούδρα:

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνικές προδιαγραφές

- Να είναι κατασκευασμένα από ελαστικό αρίστης ποιότητας για χρήση στην εκτέλεση σύντομων μη επεμβατικών καθηκόντων και προετοιμασία τροφής.
- Σε συμφωνία με το πρότυπο EN 420:2003 +A1:2009 και το EN 455-2:2009+A2:2013
- Να είναι κατασκευασμένα χωρίς ραφές σε μεγέθη Small- Medium-Large
- Να φοριούνται ανεξαιρέτως στο δεξί ή αριστερό χέρι
- Να φέρουν σήμανση CE

### 2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ

#### 2.1. Χειρουργικά γάντια γενικής χειρουργικής με πούδρα

- Να είναι κατασκευασμένα από φυσικό latex πολύ καλής ποιότητας
- Να έχουν ανατομικό σχήμα για σωστή εφαρμογή, μακριές μανσέτες οι οποίες να έχουν ενισχυμένο πάχος για καλύτερη συγκράτηση στο αντιβράχιο, για να αποφεύγεται η αναδίπλωση.
- Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη (No 6,5-8,5) με ολικό μήκος γαντιού 300 mm για κάθε μέγεθος, (μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση  $\pm 20$ mm)
- Να είναι προ πουδραρισμένα με βίο- απορροφήσιμο άμυλο (όχι πυριτικό μαγνήσιο).
- Να είναι αποστειρωμένα με 3ετή διάρκεια αποστείρωσης . Η διαδικασία της αποστείρωσης πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα.
- Τα προσφερόμενα γάντια:
  - να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  - να φέρουν σε ευκρινή θέση στη συσκευασία του ζεύγους γαντιών τη σήμανση CE και τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού.
- Να αναγράφουν στη συσκευασία:
  - την ημερομηνία παραγωγής,
  - τον τρόπο και τη λήξη της αποστείρωσης,
  - τον αριθμό παρτίδας,
  - τη διεύθυνση του εργοστασίου κατασκευής & του αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
  - τη σήμανση CE με τον αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού πιστοποίησης.
- Κάθε ζεύγος γαντιών να φέρει διπλή ανθεκτική συσκευασία ασφαλείας (εσωτερική σταθερή γαντοθήκη και εξωτερική αδιάβροχη θήκη) .Να υπάρχει διάκριση δεξί - αριστερό και να αναγράφεται στην εσωτερική γαντοθήκη.
- Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
  - EN 455-1 ως προς την ποιότητα κατασκευής ,
  - EN 455-2 ως προς την αντοχή και τις διαστάσεις,
  - EN 455-3 ως προς την ασφάλεια από βιολογικούς κινδύνους, (περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, χημικούς επιταχυντές) κ
  - το πρότυπο EN 374-2:2003 ως προς τη διείσδυση μικροοργανισμών (performance level 3, AQL 0,65).
- Κάθε παρτίδα να συνοδεύεται από τα αποτελέσματα και τα πιστοποιητικά ελέγχου του κοινοποιημένου οργανισμού βάσει των απαιτήσεων των παραπάνω προτύπων

**Να σταλούν δείγματα από κάθε μέγεθος για αξιολόγηση.**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς**

Τόπος, Ημερομηνία

**ΑΠΟ:** ..... (Στοιχεία οικονομικού φορέα)

**ΠΡΟΣ:** ..... (Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής)

**ΘΕΜΑ:** Οικονομική Προσφορά για την προμήθεια γαντιών

**ΤΜΗΜΑ**

**Αριθμός..... . (αναγράφεται ο αριθμός του τμήματος όπως προσδιορίζεται στο παράρτημα II)**

α/α	Περιγραφή	Μον μετ	Ζητ.. ποσότητα	Προσφ. τιμή μονάδας	σύνολο χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Σύνολο με ΦΠΑ
Σύνολο							