

Μ237/2026



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη Διάγυια και
 στο Site της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Ταχ. Διεύθυνση : Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Θ. 1425
 Ταχ. Κώδικας : 41110
 Πληροφορίες : Νταρή Δήμητρα
 Τηλέφωνο : 2413501156
 Ηλ. Διεύθυνση : dari@uhl.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μ237/2026 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 32.565,68€ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

ΣΧΕΤ : 1. Το υπ' αριθ. ΘΕΜΑ ΕΗΔ20/7/30-04-2026 (ΑΔΑ: ΨΕΚ4469060-ΖΙΦ) Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ. με το οποίο εγκρίθηκε η σκοπιμότητα, η διενέργεια, το σχέδιο της παρούσας πρόσκλησης και των όρων αυτής, **με σύντμηση χρόνου 5 ημερών.**
 2. Τη με αριθ. δέσμευσης 2461/0 (ΑΔΑ: 6ΣΣΟ469060-ΞΙΞ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Π.Γ.Ν.Λ. στον ΚΑΕ 1311απ.

| | |
|------------------------------|---|
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: | ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ |
| ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | <u>Έως την 29/05/2026 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:30 στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.</u> |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: | Π.Γ.Ν. Λάρισα, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Μεζούρλο Τ. Κ.41110, Λάρισα |
| ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΤΡΙΤΗ 02/06/2026 |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ: | Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ |
| ΑΔΕ: | 32302030001001 |
| ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: | 33141000-0 «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: | 26.582,00€ χωρίς το Φ.Π.Α. ήτοι 32.565,68€ με το Φ.Π.Α. |

Αντικείμενο της πρόσκλησης για να καλύψει ανάγκες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ είναι η προμήθεια «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.565,68€ με τον Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις για τα κάτωθι υλικά:

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΟΣΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ |
|-----|---------------------|---|-----------------|----------|---|-----|----------|----------|---------------|--------------------------------|
| 1 | 517286 | *ΒΑΡΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΑΡΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 25G ΣΕ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΤΩΝ | TEM | 20 | 115,0000 | 24% | 2.300,00 | 552,00 | 2.852,00 | Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.Σ ΥΓΚΡ.ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ |

| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ/ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΟΣΟ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΠΥ |
|-----|---------------------|--|-----------------|---------------|---|-----|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|
| | | 10ml | | | | | | | | |
| 2 | 550410 | ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΙΡΙΔΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΤΥΠΟΥ MALYUGIN | TEM | 10 | 145,0000 | 24% | 1.450,00 | 348,00 | 1.798,00 | Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.Σ ΥΓΚΡ.ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ |
| 3 | 510755 | ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | TEM | 20 | 6,3500 | 24% | 127,00 | 30,48 | 157,48 | Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.Σ ΥΓΚΡ.ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ |
| 4 | 517010 | ΟΚΤΑΛΙΝΗ C8F18 | TEM | 100 | 70,0000 | 24% | 7.000,00 | 1.680,00 | 8.680,00 | Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.Σ ΥΓΚΡ.ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ |
| 5 | 620012 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ AHMED - FP-7 | TEM | 5 | 720,0000 | 13% | 3.600,00 | 468,00 | 4.068,00 | Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.Σ ΥΓΚΡ.ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ |
| 6 | 591929 | ΕΛΑΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 10ml ΜΕ ΑΚΡΟ LUER LOCK | TEM | 40 | 75,0000 | 24% | 3.000,00 | 720,00 | 3.720,00 | Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.Σ ΥΓΚΡ.ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ |
| 7 | 549989 | ΒΕΛΟΝΑ ΥΠΟΤΕΝΟΝΙΑ (SUB-TENON) 19GA Ή 21 GA | TEM | 60 | 1,5500 | 24% | 93,00 | 22,32 | 115,32 | Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.Σ ΥΓΚΡ.ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ |
| 8 | 550454 | ΕΝΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ CHANDELIER 25GA ΔΙΑΧΥΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ RFID ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | TEM | 24 | 113,0000 | 24% | 2.712,00 | 650,88 | 3.362,88 | Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.Σ ΥΓΚΡ.ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ |
| 9 | 550446 | ΣΤΕΙΛΕΟΣ ENDOLASER ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ | TEM | 30 | 210,0000 | 24% | 6.300,00 | 1.512,00 | 7.812,00 | Δ.Τ. ΝΑ ΠΡΟΣΚ.Σ ΥΓΚΡ.ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | | 309,00 | | | 26.582,00 | 5.983,68 | 32.565,68 | |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 6ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Προδιαγραφές: Έλαιο σιλικόνης βαρύτερο του ύδατος αποστειρωμένο σε γυάλινη σύριγγα περιεχομένου 10 ml, με άκρο luer lock, υψηλής καθαρότητας για την αποφυγή γαλακτοποίησης. Χαμηλής περιεκτικότητας σε oil oxanes, μικρότερη των 3ppm, χωρίς συνθετικά κατάλοιπα, με δείκτη διάθλασης 1,40, ιζώδες 300-4000mpas, επιφανειακή πίεση άνω των 40 mN/m και πυκνότητα 1,02 g/ml. Σε διπλή συσκευασία αποστείρωσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 2: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 6ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Προδιαγραφές: Δακτύλιος ίριδας οφθαλμού τύπου maleugin διαμέτρου 6,25 χιλ. Με ειδικό ενθέτη και 8 σημεία στήριξης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

A/A 3: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 6ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

*Προδιαγραφές: *ΘΕΡΜΟΚΑΥΤΗΡΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ μιας χρήσεως ""ΟΡΤΕΜΡ"" 690C αποστειρωμένοι σε συσκευασία των 10 τεμ"*

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

**A/A 4: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 6ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ**

Προδιαγραφές : Διάλυμα υγρής οκταλίνης (C8F18) σε φιαλίδιο των 5ml, με ιζώδες 0,8 mras, ειδικό βάρος 1.73 - 1.180 g/ml, πίεση ατμών 43 mbar, δείκτη διάθλασης 1,270 και σημείο βρασμού τους 103 βαθμούς Κελσίου. Να περιλαμβάνεται στην συσκευασία σύριγγα και βελόνη 20 gauge.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

**A/A 5: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 6ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ**

"ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ AHMED - FP-7

Βαλβίδες γλανκώματος Ahmed, με μονό δίσκο βαλβίδας, επιφάνεια δίσκου βαλβίδας 184.00 mm², μήκος σωληνίσκου βαλβίδας 25.00 mm, πάχος σωληνίσκου βαλβίδας 23.00G . Απαραίτητες για επεμβάσεις γλανκώματος, οι οποίες δεν αντιρροπούνται με άλλου είδους χειρουργικές επεμβάσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

**A/A 6: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 6ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ**

Έλαιο σιλικόνης αποστειρωμένο σε γυάλινη σύριγγα περιχομένου 10 ml με άκρο luer lock, υψηλής καθαρότητας για την αποφυγή γαλακτοποίησης. Χαμηλής περιεκτικότητας σε oil oxanes, μικρότερη των 3ppm, χωρίς συνθετικά κατάλοιπα, με δείκτη διάθλασης 1,40, ιζώδες 5000 - 5900 mras, επιφανειακή πίεση 44,9 mN/m και πυκνότητα 0,98 g/ml. Σε διπλή συσκευασία αποστείρωσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

**A/A 7: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 6ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ**

*ΒΕΛΟΝΑ ΥΠΟΤΕΝΟΝΙΑ (SUB-TENON) 19GA H 21 GA . *Υποτενοννείου αναισθησίας, πλατείες, αμβλύ άκρο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

**A/A 8: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 4ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ**

Ενδοφωτισμός τύπουChandelier25ga διάχυτος με αυτόματοσύστημα αναγνώρισης RFID μιας χρήσηςσυμβατό μεμηχάνημα ναλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών,επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

**A/A 9: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 6ΜΗΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ**

Στειλός endolaser μιας χρήσης ο οποίος διαθέτει σύστημα αναγνώρισης RFID, ενσωματωμένο ενδοφωτισμό, λαβή με πλήκτρο ολίσθησης ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή ρύθμιση της άρθρωσης της κάνουλας, κάνουλα με συνεχή ρυθμιζόμενη άρθρωση ώστε να επιτυγχάνει ευρύτερη πρόσβαση στην περιφέρεια από ότι με τους συμβατικούς στειλεούς laser και να επιτρέπει την μη υποβοηθούμενη σκληρική πίεση από τον χειρουργό. Ο στειλός να είναι συμβατός με μηχανήματα ναλοειδεκτομής το οποίο διαθέτει αντλία Ventury και περισταλτική με δυνατότητα επιλογής των ανωτέρω αντλιών,επιτρέπει την μεταβολή του κύκλου λειτουργίας (duty cycle) και διαθέτει επίσης διαθερμία και ενσωματωμένο σύστημα endolaser. Να διατίθεται σε ποικιλία διαστάσεων 23g, 25g, 27g.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών
- Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, **σε πρωτότυπη μορφή** τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ**».
- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**».
- Τα οικονομικά στοιχεία, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**».

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

❖ **Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνονται:**

- 1) **Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει**, η οποία υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 13 του Ν. 4497/2017, **όπου να δηλώνεται ότι:**
 - Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

- Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - Η ισχύς της προσφοράς τους είναι έξι (6) μήνες.
 - Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16
 - Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
 - Σε περίπτωση ύπαρξης ελαττωματικού προϊόντος θα προβώ σε άμεση αντικατάστασή του με νέο που να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην πρόσκληση.
- 2) Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, (ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας) **κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/2024 [βλ. και υπ' αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ10ΞΤΒ-ΗΩ) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων»]**
- 3) **Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά**
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

❖ **Στον υποφάκελο της Τεχνικής σας προσφοράς να περιλαμβάνεται:**

- Α) Πλήρης τεχνική περιγραφή και παραπομπή σε αντίστοιχα prospectus των προσφερόμενων ειδών.
Β) Σήμανση CE για όλα τα προσφερόμενα είδη.

Σημείωση: Για διευκόλυνση του έργου των επιτροπών αξιολόγησης αλλά και του τμήματος προμηθειών κατά την υπογραφή των συμβάσεων **το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (USB ή CD προαιρετικά) σε word ή excel**, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού/λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν εντύπως.

❖ **Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:**

- Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών. Στην προσφορά να αναγράφεται η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή, καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών, αν υπάρχει.
- Προαιρετικά τυχόν προηγούμενες συμβάσεις των υλικών με τον Φορέα του Π.Γ.Ν.Α. ως συγκριτικά στοιχεία για τα υλικά που δεν αντιστοιχούν στο Π.Τ. της Ε.Π.Υ. (Ν. 4272/2014 άρθρο 47): «σε περίπτωση που για τα είδη δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρου 24 του ν.3846/2010 καταχωρημένες τιμές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προμήθειες αυτές ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ εφόσον οι τιμές τους ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη». Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη σύμβαση τότε να περιέχονται αντίγραφα τιμολογίων.
- **Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 02/06/2026 και ώρα 10:00 π.μ..**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνομοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Α.. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

- ❖ **Με τη σύναψη σύμβασης θα προσκομιστούν, από τον οικονομικό φορέα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα παραδίδεται στο Οικονομικό Τμήμα.**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 1015.E00273.0001

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:

Μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων των συμβατικών ειδών, η οποία πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο που προκύπτει από το αίτημα προμήθειας. Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους μέσα στο ως άνω χρονικό περιθώριο, η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί ΜΟΝΟ με μονομερή

απόφασή της, να παρατείνει το χρόνο παράδοσης για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για την εξάντλησή τους. Η παράταση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό χρόνο παράδοσης.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο χώρο της διαχείρισης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σε κάθε περίπτωση με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή είτε έπειτα από σχετικό αίτημα του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου.

Σας επισημαίνουμε ότι η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης του χρόνου παράδοσης των υλικών όπου απαιτείται.

Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία σε περίπτωση που υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**

ΜΑΙΡΗ Χ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ