



Καρδίτσα 26-05-2026

Αρίθμ. Πρωτ.: 8948

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Τέρμα Ταυρωπού, 431 00

Διεύθυνση : Διοικητική Οικονομική

Υποδιεύθυνση : Διοικητική Οικονομική

Τμήμα : Οικονομικό

**ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

Γραφείο : Εξωσυμβατικών

Αρμόδια υπάλληλος : Γεωργουσάκη Αθηνά

Τηλέφωνο : 2441351537

Email : exo@1139.syzefxis.gov.gr

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επαναληπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΝ & ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», με ΑΛΕ 31201890000001 CPV:33141620-2 του Γ.Ν. Καρδίτσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.266,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

**Θέτουμε υπόψη σας:**

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
2. Το Ν. 4782/2021(ΦΕΚ 36 Α) 'Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.'
3. Το Άρθρο 127 και 345 ν. 4412/2016 «Έννομη προστασία για δημόσιες συμβάσεις των άρθρων 118 και 119»
4. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
5. Το άρθρο 66 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ 108/Α/26-6-2021) «Πολυετείς υποχρεώσεις - Αντικατάσταση της παρ. 8 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014»

6. Την υπ' αριθμ. 6167/18-06-2024 εγκύκλιο της ΕΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: ΨΔΞ1ΟΞΤΒ-ΙΔΣ, με θέμα: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, (με κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης του Γ.Ν. Καρδίτσας, ΑΑΗΤ 1015.Ε00228.0001).
7. Την Απόφαση Διοικητή 1566/20-11-2025 που εγκρίνει την αναγκαιότητα-σκοπιμότητα Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων)για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του ΤΕΠ &ΤΗΝ του Γ.Ν.Καρδίτσας.
8. Την Απόφαση Δ.Σ 1780/22-12-2026 που εγκρίνει την Διενέργεια καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων)για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΤΕΠ &ΤΙΝ του Γ.Ν.Καρδίτσας.
9. Την υπ'αρ 34/2025 Διακήρυξη του Ανοικτού Διαγωνισμού(κάτω των ορίων) για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του ΤΕΠ &ΤΙΝ του Γ.Ν.Καρδίτσας
10. Την υπ'αριθμ. 68/3/12-02-2026 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Καρδίτσας με την οποία αποφασίζουν την έγκριση επανάληψης της διαγωνιστικής διαδικασίας για τα είδη με α/α 8,9,11,16,17,18,& 19 για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του ΤΕΠ-ΤΗΝ του Γ.Ν.Καρδίτσας όπου που δεν υπήρξε καμία οικονομική προσφορά της υπ'αρ. 34/2025 Διακήρυξης συνολικού ποσού 9.250,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (CPV 39156000-0.) ΚΑΕ 7111, & (CPV 39711130-9) ΚΑΕ 7112.
11. Την υπ'αριθμ. 194/8/12-03-2026 απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Καρδίτσας με την οποία αποφασίζουν α) την έγκριση αναγκαιότητας –σκοπιμότητας έγκριση διενέργειας με επανάληψη του Ανοικτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων), για την προμήθεια «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του νέου ΤΕΠ &ΤΗΝ (CPV 39156000-0. ΚΑΕ 7111, (CPV39711130-9)ΚΑΕ 7112, για τα είδη που δεν υπήρξε καμία οικονομική προσφορά ή δεν κατακυρώθηκαν σε καμία εταιρεία προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.250,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με το Άρθρο 106 Νόμου 4412/2016, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (τεχνικές προδιαγραφές των ειδών με α/α 8,9,11,16,17,18,& 19 για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του ΤΕΠ-ΤΗΝ του Γ.Ν.Καρδίτσας) σύμφωνα και με την την υπ'αρ. 34/2025 Διακήρυξη, β) την έγκριση του σχεδίου Διακήρυξης υπ'αρ. 17/2026 γ)τον ορισμό επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού δ) τονορισμό επιτροπής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του εν λόγω εξοπλισμού.
12. Την υπ'αρ 17/2026 Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού
13. Την υπ'αριθ. 336/17/23-04-2024 απόφαση ΔΣ με την οποία **εγκρίνεται η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος** για την προμήθεια «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του νέου ΤΕΠ & ΤΗΝ (CPV, για τα είδη που δεν υπήρξε καμία οικονομική προσφορά προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.266,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (τεχνικές προδιαγραφές των ειδών με α/α 1,2,3,4,5,&7 της υπ'αρ. 17/2026 Διακήρυξης για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» του ΤΕΠ-ΤΗΝ του Γ.Ν. Καρδίτσας) ΚΑΕ 9749 ΑΛΕ :31201890000001 σύμφωνα με το άρθρο 118/του Ν. 4412/2026
14. Την υπ'αρ. 8948/26-05-2026 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του νέου ΤΕΠ & ΤΗΝ του Γ.Ν.Καρδίτσας.

15. Την Απόφαση Έγκρισης Ανάλυσης Υποχρέωσης του Διατάκτη Διοικητή του Γ.Ν. Καρδίτσας με ΑΑΜΔ 120/2026 (ΑΔΑ Ρ4ΩΣ4690ΒΙ-ΞΝΘ)

#### ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επαναληπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΝ & ΤΕΠ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», με ΑΛΕ 3120189000001 CPV:33141620-2 του Γ.Ν. Καρδίτσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.266,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων/προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικός πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [info@isupplies.gr](mailto:info@isupplies.gr), τηλ: 2103601671.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	Τεμάχιο	2,00000
2	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ	Τεμάχιο	2,00000
3	ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΦΟΡΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ-ΟΞΥΜΕΤΡΑ	Τεμάχιο	2,00000
4	ΛΕΚΑΝΟΣΤΑΤΗΣ ΙΝΟΧ ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ	Τεμάχιο	2,00000
5	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ	Τεμάχιο	8,00000
6	ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΤΩ	Τεμάχιο	10,00000

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**1 ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Προμήθεια τεσσάρων (4) ΨΥΓΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1. Να έχει θερμοστάτη ασφαλείας.
2. Να έχει δυνατότητα αναστροφής της πόρτας.
3. Να έχει ακουστικό και οπτικό συναγερμό.
4. Να φέρει συναγερμό πόρτας.
5. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας λειτουργίας του και η θερμοκρασίας λειτουργίας του να είναι από 1°C έως 8°C.
6. Να έχει αυτόματη απόψυξη.
7. Να είναι χωρητικότητας 45 lt έως 75 lt.
8. Να φέρει φωτισμό LED.
9. Να φέρει τουλάχιστον δύο ράφια.
10. Να φέρει υάλινη πόρτα
11. Να διαθέτει CE & ο κατασκευαστικός οίκος πιστοποιητικό ποιότητας ISO 900

**2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ**

1. Να λειτουργεί με ρυθμιζόμενο κενό από 0.7 bar και άνω και αναρροφητική ικανότητα 40 lt/min τουλάχιστον.
2. Να έχει ρυθμιστή ισχύος καθώς και όργανο (μανόμετρο) για την ένδειξη του κενού.
3. Να έχει δύο φιάλες άρθρωσης με χωρητικότητα 3- 5litπερίπου.
4. Οι φιάλες, καπάκια, σωλήνες κλπ να δύναται να κλιβανιστούν – αποστειρωθούν.
5. Να έχει διακόπτη on – offκαι ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
6. Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις.
7. Να διαθέτει σύστημα διακοπής της αναρρόφησης όταν πληρωθεί η χρησιμοποιούμενη φιάλη.
8. Να είναι τροχήλατη.
9. Θα εκτιμηθεί η στάθμη θορύβου (να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη).
10. Να διαθέτει αντιβακτηριδιακό φίλτρο και υγρασίας.
11. Να λειτουργεί με ρεύμα 220 Vμέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου σε σύνδεση με ρευματολήπτη τύπου σούκο.
12. Να παραδοθεί εγχειρίδιο λειτουργίας στα Ελληνικά.
13. Να έχει CE mark.

**3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ-ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ**

1. Να είναι καινούριο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας και συμπαγούς κατασκευής.
2. Να λειτουργεί σε συνθήκες θερμοκρασίας 0-40 °C.
3. Να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 220-240VACκαι με μπαταρία αυτονομίας τουλάχιστον 4 ωρών. Μετά από μελλοντική αναβάθμιση η μπαταρία να μπορεί να έχει αυτονομία έως και 8 ώρες.

4. Να είναι μικρού όγκου και βάρους όχι μεγαλύτερου από 2,6 kg.
5. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής χωρητικής τεχνολογίας, μεγέθους τουλάχιστον 8 ιντσών και ανάλυσης τουλάχιστον 1024\*768 pixels.
6. Να διαθέτει λειτουργία μοναδικής μέτρησης (SpotCheck) όσο και συνεχούς μέτρησης (Continuous)
7. Να διαθέτει ελληνικό μενού λειτουργίας.
8. Να μετρά και να παρουσιάζει δεδομένα αναίμακτης αρτηριακής πίεσης και οξυμετρίας.
9. Η μέτρηση της αναίμακτης αρτηριακής πίεσης να πραγματοποιείται σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 15 s και να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα από το ISO 80601-2-30
10. Να διαθέτει λειτουργίες χειροκίνητης, αυτόματης και στατιστικής μέτρησης της αναίμακτης πίεσης. Κατά την αυτόματη λειτουργία, ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει κύκλο επανάληψης της μέτρησης διάρκειας από 1 λεπτό έως και 8 ώρες.
11. Να διαθέτει λειτουργία υπολογισμού μέσης τιμής της μέτρησης της αναίμακτης αρτηριακής πίεσης.
12. Να διαθέτει λειτουργία υποβοήθησης φλεβοκέντησης.
13. Να έχει τη δυνατότητα υπολογισμού της ορθοστατικής πίεσης.
14. Η μέτρηση της οξυμετρίας να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα από το ISO 80601-2-61.
15. Να εμφανίζει την τιμή του SpO<sub>2</sub>, καμπύλη πληθυσμογραφήματος καθώς και δείκτη περιφερειακής αιμάτωσης (P.I.).
16. Να διαθέτει εφαρμογή EarlyWarningScore (EWS) για την βέλτιστη δυνατή αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς.
17. Να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα συναγερμών για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους. Οι συναγερμοί να κωδικοποιούνται χρωματικά ανάλογα το επίπεδο σημαντικότητας τους. Πέραν της παρουσίασης του οπτικού συναγερμού στην οθόνη, να διαθέτει ένδειξη LED ώστε πιθανοί συναγερμοί να γίνονται αντιληπτοί και από μεγάλη απόσταση.
18. Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση έως και 5000 ομάδων μετρήσεων ή 240 ωρών συνεχών μετρήσεων με ανάλυση τουλάχιστον ανά 30 s.
19. Να αποθηκεύει δεδομένα φυσιολογικών και τεχνικών συναγερμών, τουλάχιστον 200 στον αριθμό.
20. Να υποστηρίζει σύνδεση με σαρωτή γραμμικού κώδικα σε περίπτωση μελλοντικής αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου.
21. Να συνοδεύεται από τροχήλατη βάση στήριξης του ίδιου οίκου κατασκευής ή από αρθρωτό βραχίονα στήριξης τοίχου.
22. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
23. Τόσο η κατασκευάστρια όσο και η προμηθεύτρια εταιρεία να συμμορφώνονται από τα οριζόμενα από τα ISO 9001, ISO 15001 και ISO 27001.
24. Να πληροί όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να διαθέτει CEMARK με τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία να κατατεθούν.

#### **4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΚΑΝΟΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΟΣ ΙΝΟΧ**

Τροχήλατος λεκανοστάτης

- Να διαθέτει μια αποσπώμενη λεκάνη κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, διαμέτρου 32cm+-2cm
- Να διαθέτει τροχήλατη μεταλλική και επιχρωμένη

- Το ύψος του να ρυθμίζεται από 65-95 cm
- Η βάση του να αποτελείται από 5 ακτίνες και 5 τροχούς για μεγαλύτερη σταθερότητα, δυο από τους οποίους διαθέτουν φρένο

## **5.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΓΑΛΕΟΔΟΣΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ mayo inox**

1. Σκελετός κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι – INOX 304
2. Φέρει ανοξείδωτη επιφάνεια εργασίας, η οποία να φέρει περιμετρικό προστατευτικό γείσο και να μπορεί να αποσπαστεί.
3. Αυξομειούμενου ύψους από 80 έως 120 cm, μέσω συστήματος σταθεροποίησης με βίδα/σφιγκτήρα
4. Φέρει 3 ή 4 τροχούς, εκ των οποίων οι 2 να φέρουν φρένο
5. Διαστάσεις: 45 +- 5 cm x 65 +- 5 cm x 80/120 cm
6. Η προσφορά να συνοδεύεται από σχετικό Prospectus ή φωτογραφίες.

## **6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ ΔΙΠΛΟΣ**

1. Υλικό κατασκευής: Να είναι μεταλλικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι
2. Θέσεις για ορούς: Δυο (2) γάντζους ρυθμιζόμενης θέσης
3. Μήκος γάντζων 60 cm περίπου (+ή -5 cm)
4. Όλες οι επιφάνειες να είναι λείες δίχως γωνίες και κρυφά σημεία για στερέωση ώστε να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πολύ εύκολα
7. Η τοποθέτηση θα γίνει με ευθύνη του προμηθευτή
8. Να διαθέτει σήμανση CE σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

## **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την παραλαβή του κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα (10) συνολικά έτη από την παραλαβή του προϊόντος. Η παραπάνω δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του προμηθευτή και του κατασκευαστικού οίκου και θα αφορά το συγκεκριμένο είδος και διαγωνισμό. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση προσφοράς εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο ετών. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος κατασκευαστής, τότε σχετικά με την διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή – κατασκευαστή

1. Πλήρη, σαφή και αναλυτική «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» στην Ελληνική γλώσσα των δυνατοτήτων που έχει το είδος όπως προσφέρεται.
2. ORIGINAL PROSPECTUS του κατασκευαστή. Φωτοαντίγραφα ή εκτυπώσεις. Σε περίπτωση που η τεχνική περιγραφή επικαλείται στοιχεία ή χαρακτηριστικά που δεν αναγράφονται ή είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθενται άλλα τεχνικά εγχειρίδια του προϊόντος (user manual, service manual, technical manual, product data, service information κ.λπ.), όπου θα τεκμηριώνονται τα επικαλούμενα και όχι επιστολές εκπροσώπων του κατασκευαστικού οίκου.

3. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο κατασκευαστής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας.
4. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι το προσφερόμενο είδος μπορεί να φέρει την σήμανση CE όπου απαιτείτε.
5. Πιστοποιητικό από κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οργανισμό, ότι ο προμηθευτής τηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας.
6. **Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη που του κατακυρώθηκαν εγκαταστημένα σε πλήρη και κανονική λειτουργία στον χώρο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα εντός (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης**

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:**

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
  - α) Κωδικός είδους εταιρείας
  - β) Κωδ. Κατασκευαστή
  - γ) Κατηγορία και περιγραφή υλικού
  - δ) REF Number
  - ε) Κατασκευαστικός οίκος
2. Παρακαλούμε όπως επισυνάψτετε κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies:

**Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, καθώς και ότι:**

1. Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της πρόσκλησης με αρ. πρωτ.
2. Η υποβαλλόμενη προσφορά θα καλύπτει το σύνολο της υπηρεσίας/προμήθειας ανά είδος
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
4. Συμμετέχω με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης
5. Παιραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας.
6. Τηρώ και θα εξακολουθήσω να τηρώ κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγώ, τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

7. Οι προσφορές είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ. (Ν. 3918/11 άρθρο 14) και έχουν ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών (Σε αντίθετη περίπτωση να κατατεθεί ξεχωριστή Υπεύθυνη δήλωση ότι το είδος δεν αντιστοιχεί στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ.)
8. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) προς στους φορείς που είμαι υπόχρεος και στην πληρωμή φόρων και τελών όσον αφορά τις φορολογικές μου υποχρεώσεις.
9. Δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), ii) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο της χώρας εγκατάστασής μου και όπως αναλυτικά ορίζεται στα άρθρα 134 – 135 του ν. 5090/2024 (Α' 30) iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α' 48), iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
10. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας και διαγωγής, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
11. Δεν τελώ σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

12. Δεν τελώ σε πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, ή υπό αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή σε εθνικές διατάξεις νόμου.
13. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά μου είναι ..... με πιστοποίηση του αρμόδιου φορέα.
14. Δεν απασχολώ ή εκμεταλλεύομαι ανηλίκους κάτω των 15 ετών κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας.
15. Κατέχω τις απαραίτητες άδειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την πώληση των σχετικών υλικών και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό για την πραγματοποίηση των εργασιών.
16. Έλαβα υπόψη τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύμβαση.
17. Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου, όπως και κάθε άλλο δικαιολογητικό ή έγγραφο μου ζητηθεί συμπληρωματικά.

Το τεύχος της Πρόσκλησης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (<https://diavgeia.gov.gr>), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ([www.dypethessaly.gr](http://www.dypethessaly.gr))

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης από το τμήμα Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας (τηλ: 2441351304, email: [exo@1139.syzefxis.gov.gr](mailto:exo@1139.syzefxis.gov.gr))

Για ό,τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα πρόσκληση, ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – Διατάξεις».

#### **ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ  
Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**

**ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ**

26PROC019097581 2026-05-26