



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 28/05/2026  
Αρ. Πρωτ.: 10865

ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
ΦΟΡΕΑ

«MEDIC PLAN ΑΕ»

5η Υγειονομική Περιφέρεια  
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας  
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.

ΚΥΜΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΘΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: (όπισθεν υπεραστικών ΚΤΕΛ),  
34100 Χαλκίδα

Τμήμα: Οικονομικό

Γραφείο: Προμηθειών

Υπεύθυνος: Χαραλάμπους Ζωή

Τηλέφωνο: 22213-55831

E-mail: Sup3gnx@chalkidahospital.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**25/2026**

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ  
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ»  
CPV: 42924720-2**

**ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΚΥΜΗΣ-ΚΑΡΥΣΤΟΥ(ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)  
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ**

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (κατάθεση σφραγισμένων προσφορών), με ανάρτηση και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την ανάδειξη παρόχου για την «**Προμήθεια ερμάριο αποθήκευσης και στεγνώματος ενδοσκοπίων**», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 24.800,00€ με ΦΠΑ 24%.

**1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:**

Αναθέτουσα αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας-Κύμης-Καρύστου(μονάδα Χαλκίδας)

Οδός: Περιοχή Βαθροβουνίου

Ταχ.Κωδ.: 34100

Πληροφορίες: Χαραλάμπους Ζωή

Τηλ.: 22213-55831

E-mail: Sup3gnx@chalkidahospital.gr

**2. Πρόσβαση στα έγγραφα:**

Η παρούσα Διακήρυξη θα αναρτηθεί:

- ✓ Στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (<https://diavgeia.gov.gr>)
- ✓ Στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (<http://www.eprocurement.gov.gr>)
- ✓ Στον δικτυακό τόπο της 5<sup>ης</sup> ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (<http://dypethessaly.gr>)
- ✓ Στο δικτυακό τόπο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας (<http://chalkidahospital.gr>)

**3. Κωδικός CPV: 42924720-2****4. Απόφαση του Γ.Ν. Χαλκίδας-Κύμης-Καρύστου(μονάδα Χαλκίδας) για την έγκριση διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:**

- Η αριθμ. 15/26-05-2026 ΘΕΗΔ8 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 94ΨΕ46907Θ-0ΤΡ). Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η Απόφαση με αρ. πρωτ.: 10211/21 -05-2026 ΑΑΜΔ 806/2026, ΑΔΑ: (ΨΖΩ246907Θ-8ΤΞ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026.

**5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:** Προμήθεια ερμάριο αποθήκευσης και στεγνώματος ενδοσκοπίων (CPV: 42924720-2), για την κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Χαλκίδας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 24.800,00€ .

**6. Κριτήριο Κατακύρωσης:** Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

**7. Εναλλακτικές προσφορές:** Δεν γίνονται δεκτές. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

**8. Χρόνος παράδοσης υπηρεσίας:** Η προσήκουσα σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της υπηρεσίας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

**9. Δικαιούμενοι συμμετοχής:** Υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε

- κράτος-μέλος της Ένωσης.
- κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
- τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων.
- τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση.

**10. Υποδιαίρεση σε τμήματα:**

**Ο Ανάδοχος, θα προκύψει από την οικονομικότερη κατατεθείσα προσφορά στο Σύνολο του ζητούμενου είδους .**

**11. Ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης:** Σύμβαση προμήθειας.

**12. Παραλαβή προσφορών:** Η συλλογή προσφορών θα διεξαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας-Κύμης-Καρύστου(μονάδα Χαλκίδας ), Περιοχή Βαθροβουνίου, ΤΚ 34100 Χαλκίδα, στις **04 Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.** από αρμόδια επιτροπή. **Οι** προσφορές, μπορεί να αποστέλλονται, ταχυδρομικώς στην Διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, Περιοχή Βαθροβουνίου, ΤΚ 34100, Χαλκίδα, Τμήμα Πρωτοκόλλου, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη **ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.**

Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται έως **03 Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ.** Προσφορές που κατατίθενται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού δεν θα γίνονται δεκτές και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Οι φάκελοι θα περιέχουν υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς (πρωτότυπο) και υποφάκελο οικονομικής προσφοράς.

Στην τεχνική προσφορά θα αναγράφεται :

- Η προσφερόμενη υπηρεσία, σύμφωνα με το σχετικό 5 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.
- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: Οι προμηθευτές θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ως ακολούθως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ο κάθε ενδιαφερόμενος φορέας, θα καταθέσει την προσφορά του σε φάκελο, όπου σε ξεχωριστό υποφάκελο θα είναι η τεχνική του προσφορά και σε ξεχωριστό υποφάκελο η οικονομική του προσφορά. Σε καμία περίπτωση δεν θα τοποθετηθούν τεχνική και οικονομική προσφορά σε κοινό υποφάκελο. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσφορά του οικονομικού φορέα θα χαρακτηρίζεται ως «απαράδεκτη» και θα απορρίπτεται.

Η αξιολόγηση θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το αριθμ. Π4/13-02-2026 Θ33 (ΑΔΑ:ΕΞ5446907Θ-74Υ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας - Κύμης-Καρύστου(μονάδα Χαλκίδας ).

**13. Χρόνος ισχύος προσφορών:** Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

**14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:** Ελληνική

**15. Χρηματοδότηση:** Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 31201050000001 του προϋπολογισμού του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας- Κύμης-Καρύστου(μονάδα Χαλκίδας )..

**16. Σημειώσεις:**

- α) Σύμφωνα με το αρ.130 του Ν.4270/2014 για αξία σύμβασης μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο.
- β) Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτείται. Η κατάθεση εγγυητικής καλής εκτέλεσης για συμβάσεις άνω των 30.000 ευρώ είναι απαραίτητη. Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 30.000,00 ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.4782/2021 που τροποποιεί το άρθρο 72 του Ν.4412/2016). Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

**17. Ενστάσεις:** Σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4782/2021 που τροποποιεί το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει παρ.20, αρ. 43 του Ν.4605/2019 & παρ.33, αρ. 107 του Ν. 4497/2017.).

**18.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:**

Τις διατάξεις του: Ν.Δ. 496/1974, Ν.2121/1993, Ν. 2198/1994, Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95, Ν.2362/95, Ν.2328/95 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96, Ν.2741/96 και το Ν.2414/96 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1996 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν μετά την έναρξη εφαρμογής των Ν.3310/05 και Ν.3414/2005, Ν. 2469/97, Ν. 2741/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 12 του Ν. 3310/2005, Ν.2859/2000, Π.Δ. 63/05, Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα, Ν. 3527/2007, Ν. 3580/2007, Ν.2955/2001 όπως ισχύει σήμερα, Κ.Ν. 2190/1920, Ν.3604/2007, Ν.3419/2005, Ν.3853/2010, Ν. 2522/97, Ν.2690/99, Ν.2889/2001, Ν.3021/2002, Π.Δ. 166/2003, Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005, Ν. 3377/2005, Ν. 2513/1997, Ν.3580, την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.36392/17-3-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ.545/Β΄/24-3-09), Ν.3548/2007, Ν. 3801/09, Ν. 3846, Ν. 3886/2010, Ν.3897/2010, ΠΔ 113/2010, Ν. 3918/2011, Ν. 3871/2011, Ν. 3979/2011, Ν.4038/2011, Ν. 3984/2011, Ν. 3959/20-04-2011, Ν.3863/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 22 του Ν. 4144/2013, Ν. 3867/2010, Ν.3833/2010, Ν. 3868/2010, Ν.4025/2011, Ν. 4013/2011, Ν.3861/2010, Ν.4024/2011, Ν.4152/2013, Ν.4155/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4412/16, Ν.4254/2014 στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012, Ν.4354/2015, Π.Δ. 28/2015 Ν. 4082/2012, Ν.4052/2012, Ν.4055/2012, Ν.4129/2013, Ν. 4238/2014, Ν.4250/14, Ν.4270/14, Ν.4314/2014, Ν. 4368/2016, Ν.4389/16, ΠΔ 80/16, ΠΔ.38/2017, Ν.4412/16, Ν.4413/16, Ν.4387/2016, Ν. 4447/2016, Ν.4456/2017, 4465/2017, Ν.4472/2017, Ν. 4487/2017, Ν. 4488/2017, Ν.4441/2017, Ν.4497/17, Ν. 4512/2018, Ν.4605/2019, Ν.4608/2019, Ν.4609/2019, Ν.4612/2019, Ν.4622/2019, περ. α.α. παρ.α αρ.31 του Ν.4270/14 (όπως τροποποιήθηκε παρ1α αρ.58 του Ν.4607/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με παρ.1 αρ.125 του Ν.4611/2019), Ν. 4782/2021.

**19. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Ν. 4782/2021 και Ν.4412/16. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Προκήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – Διατάξεις».**

**20. Δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης:** Ο κάθε μειοδότης του διαγωνισμού, με την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Φορολογική Ενημερότητα
- Ασφαλιστική Ενημερότητα
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
- Πιστοποιητικό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) (όπου απαιτείται)

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'**



**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :	Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ				
Ο – Η Όνομα:		Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:					
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:					
Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> :					
Τόπος Γέννησης:					
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:			
Ημερ/νια έκδοσης Ταυτότητας :					
Τόπος Κατοικίας:		Οδός:		Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της διακήρυξης .....

β) Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

γ) Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωσή μου.

δ) Παραιτούμαστε από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.

ε) Συμμετέχουμε με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

ζ) Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ημερομηνία:     /     /       
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ερμάριο αποθήκευσης και στεγνώματος ενδοσκοπίων».**

**(CPV: 42924720-2)».**

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με την ζητούμενη προμήθεια, την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας.

α/ α	Περιγραφή	Τεμ	ΤΙΜΗ Μ.Μ.	ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	Προμήθεια ενός (1) ερμάριου αποθήκευσης και στεγνώματος ενδοσκοπίων	1	20.000,00€	24%	24.800,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>		20.000,00	24%	24.800,00€

Με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Το ερμάριο / συσκευή στεγνώματος να είναι κατάλληλο για στέγνωμα και αποθήκευση σε άσηπτες συνθήκες, έως και 8 ενδοσκοπίων διαφόρων τύπων. Να εξασφαλίζεται χρόνος αποθήκευσης ενδοσκοπίων πάνω από έως και 720 ώρες (30 ημέρες) μετά από ολοκληρωμένη πλύση.
2. Εξωτερικές διαστάσεις: 800 x 800 x 1900 mm (ΜxΒxΥ) περίπου.
3. Ο σκελετός και ο θάλαμος στεγνώματος είναι να κατασκευασμένα από ανοξείδωτο

χάλυβα ποιότητας AISI 304.

4. Να διαθέτει πόρτα από ενισχυμένο γυαλί επιτρέποντας την πλήρη επίβλεψη του υλικού, ανοιγόμενη κατ' επιλογήν από αριστερά ή δεξιά ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου εγκατάστασης. Η πόρτα να διαθέτει κλειδωμα.
5. Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης και αποθήκευσης ενδοσκοπίων όλων των εταιρειών μέσω ειδικών συνδετικών. Να παραδοθούν τέσσερα (4) πλήρη σετ συνδετικών κατάλληλα για τα υπάρχοντα ενδοσκόπια του Γαστρεντερολογικού τμήματος.
6. Να διαθέτει κατάλληλη θερμομόνωση για την ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών. Να διαθέτει επίσης κατάλληλη ηχομόνωση.
7. Το εξωτερικό και εσωτερικό στέγνωμα των ενδοσκοπίων να επιτυγχάνεται με την χρήση θερμού αποστειρωμένου αέρα εντός του θαλάμου ώστε να υπάρχει ασφαλέστερος αερισμός ανά πάσα στιγμή. Τα εσωτερικά κανάλια του ενδοσκοπίου να είναι συνδεδεμένα με το κύκλωμα στεγνώματος. Ο αέρας να καθαρίζεται από διάταξη φίλτρου HEPA H14.
8. Να φέρει συρόμενα καλάθια από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως εξαγόμενα και πλενόμενα, για την εύκολη τοποθέτηση / αφαίρεση των ενδοσκοπίων.
9. Να διαθέτει πίνακα ελέγχου με πλήκτρα αφής, ενδεικτικές λυχνίες LED και ψηφιακή οθόνη LED στην οποία να εμφανίζει βασικές παραμέτρους λειτουργίας (θερμοκρασία, alarms κ.λπ.)
10. Να υπάρχουν οπτικοί και ακουστικοί συναγερμοί για τυχόν δυσλειτουργίες.
11. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 14001 και να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και την Κ.Υ.Α. με αριθμό Η.Π. 23615/651/Ε.103.
12. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 13485 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη. Επίσης να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 27001 ή ισοδύναμο για την αρχή προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
13. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει Πιστοποιητικό ISO 37001 σχετικά με Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της Δωροδοκίας (να κατατεθεί). Επίσης αποδεδειγμένα να πληροί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004, με την κατάθεση του σχετικού Πιστοποιητικού.
14. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485 και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποίηση CE. Να διαθέτει επιπλέον ISO 14001. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
15. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης (για άμεση ανταπόκριση στις βλάβες) με μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης ή βεβαίωση εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο (να κατατεθεί βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής) για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Οι συμμετέχοντες να βεβαιώνουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης με παρουσία τεχνικού) εντός 24ωρου από την αναγγελία βλάβης, το οποίο να τεκμηριώνεται με την ύπαρξη ικανού αριθμού [τουλάχιστον τεσσάρων (4) εκπαιδευμένων τεχνικών στο προσφερόμενο είδος].

## **B. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

### **A. Prospectus και Βεβαιώσεις**

1. Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες), του μητρικού οίκου και να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του.

### **B. Υποστήριξη & ανταλλακτικά**

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στην υπηρεσία ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους (μηχανήματος, κ.λπ.)

- για 10 έτη τουλάχιστον, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Επίσης υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, ότι αναλαμβάνει την δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, και για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση.
  3. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή-κατασκευαστή .
  4. Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των υποσυστημάτων.
  5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του.
  6. Η παραπάνω δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του προμηθευτή και του κατασκευαστικού οίκου **και θα αφορά το συγκεκριμένο είδος και διαγωνισμό**. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση προσφορά εγγύησης καλής λειτουργίας για περίοδο μεγαλύτερη των δυο ετών. Κατά την διάρκεια ισχύος της εγγύησης η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του όλου μηχανήματος, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης, εκτός των αναλωσίμων που αναφέρονται στη διακήρυξη ότι εξαιρούνται. Στη παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή και για τον προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτικά χρονικά διαστήματα αν και όπως ορίζει ο κατασκευαστής, ώστε το μηχάνημα να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά.
  7. Θα συνοδεύονται από:
    - Εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης.
    - Κατάλογο ανταλλακτικών
  8. Με την επιφύλαξη ότι από τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης δεν ορίζεται διαφορετικά μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει συντήρηση και επισκευή του υπό προμήθεια είδους μέχρι την συμπλήρωση δέκα (10) ετών τουλάχιστον από την παραλαβή τους, με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του Κατασκευαστικού Οίκου η οποία θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στη συγκεκριμένη Διακήρυξη.
  9. Να αναφερθεί η τεχνική και επιστημονική υποδομή του τεχνικού προσωπικού που διαθέτει. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την Κατασκευάστρια Εταιρεία, (για τις συγκεκριμένες συσκευές που προσφέρει).
  10. Να παραδοθούν δυο πλήρεις σειρές των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ, όπως ηλεκτρονικά, ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά διαγράμματα, κατάλογοι ανταλλακτικών οδηγίες χρήσεως (USER MANUAL) στην Ελληνική γλώσσα και συντηρήσεως (SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ του οίκου κατασκευής και σε ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.
  11. Οι προμηθευτές θα εκπαιδεύσουν τους νοσηλευτές - ιατρούς στην σωστή χρήση και δυνατότητες των μηχανημάτων-συσκευών, καθώς και εκπαίδευση Τεχνικού-Ηλεκτρονικού (εάν υπάρχει) στην συντήρηση χωρίς αμοιβή.
  12. Η παράδοση θα γίνει το πολύ εντός 40 ημερών (ημερολογιακά) από την υπογραφή της σύμβασης.
  13. Το υπό προμήθεια είδος θα τεθεί σε λειτουργία από τον προμηθευτή με ευθύνη και έξοδα του και θα παραληφθεί μετά από 10 ημέρες τουλάχιστον δοκιμαστικής λειτουργίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές, στο τέλος της οποίας εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα θα γίνει η ποσοτική και ποιοτική του παραλαβή.
  14. Τυχόν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη συνεργασία του υπό προμήθεια είδους με

τον υπάρχοντα εξοπλισμό (εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση) θα αναφέρονται σαφώς στην προσφορά.

15. Το τεχνικό κομμάτι των προσφορών θα πρέπει να καλύπτει αναλυτικά και με σαφήνεια τα οριζόμενα στις προδιαγραφές. Όσον αφορά τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που θα συνοδεύουν την προσφορά, θα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

Προσφορές που δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους παραπάνω όρους και με τους όρους της διακήρυξης, που δεν ικανοποιούν τα αναγραφόμενα στις υπογραμμισμένες παραγράφους και δεν αναφέρονται αναλυτικά σε κάθε παράγραφο των προδιαγραφών σημείο προς σημείο (φύλλο συμμόρφωσης), δεν θα γίνονται αποδεκτές.

**Ο Διοικητής**

**του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας –Κύμης - Καρύστου**

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ι.ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ**