



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**  
**5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»**

Ταχ. Δ/ση: Πολυμέρη 134, 38222  
 Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού  
 Τμήμα: Οικονομικού (Γρ. Προμηθειών)  
 Πληρ.: Δήμητρα Κασάπη  
 Τηλέφωνο: 242135 1156  
 Email: prom@ghv.gr

**ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ**  
**«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)» (CPV 33141000-0)**

Α/Α	ΤΜΗΜΑ	Α/Τ	κωδ	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα	μ.μ.
1	ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	Φ/1192	28485	ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ	700	ΤΜΧ
2	ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	Φ/1975	24845	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ port a cath	500	ΣΕΤ
3	ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ	0/1974	22885	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ - ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ , ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΕΣΤ , ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΩΛΗΝΑ-ΡΟΛΟ.	12	ΡΟΛΑ
				ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΕ 3230203/1311 CPV 33141000-0		

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

α/α 1

**ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΠΩΜΑ**

1. Ρύγχος διάτρησης με αεραγωγό με αντιβακτηριακό φίλτρο και πώμα
2. Διαφανής εύκαμπος σταγονοθάλαμος με φίλτρο κατακράτησης αέρα και δυσδιάλυτων ουσιών 4m στο κάτω μέρος του σταγονομετρικού θαλάμου (από υλικό που αποτρέπει την εισροή αέρα στο σετ, μετά το τέλος του υγρού)
3. Ολισθαίνουν κλείστρο για ρύθμιση ή διακοπή της ροής
4. Ενωματωμένο μη αποσπώμενο εξάρτημα ασφαλείας για την προστασία από την ελεύθερη ροή
5. Περιτρεφόμενη αρσενική σύνδεση luer lock με υδρόφοβο πώμα για προστασία από μολύνσεις
6. Σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένη με αιθυλενοξειδίο DEHP-free, LATEX free

α/α 2

**ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΠΙΡΙΝΙΣΜΟΥ port a cath**

1. Ένα ζεύγος γάντια νιτρίλιου
  2. Πανάκια (3) αλκοολούχα χλωρεξιδίνης 13x18cm
  3. Γάζες ( 4) 5x5 cm
  4. Πεδίο (1) αποστειρωμένο 40x50 cm
  5. Σύριγγες (2) 10ml με φυσιολογικό ορό
  6. Σύριγγα (1) 10ml
- Να είναι όλα μαζί σε μια αποστειρωμένη συσκευασία, απαραίτητη η κατάθεση CE.

α/α 3

Σακούλες ασφαλούς απομάκρυνσης μολυσματικών-κυτταροστατικών, να αποδεικνύεται η ανθεκτικότητά τους με test, να είναι από πολυαιθυλένιο, σε μορφή σωλήνα-ρολό.

1) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α/ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και\_Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
- Την με αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α' 147)»

Το Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» προτίθεται να προβεί στην προκήρυξη μελλοντικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΜΟΝΑΔΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)» (CPV 33141000-0), ΑΛΕ 3230203/1311 όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και καλεί τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα τιμών, να υποβάλλουν τις ενδεικτικές τους προσφορές, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι.

Κατάθεση προσφορών στο e-mail: [prom@ghv.gr](mailto:prom@ghv.gr) μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 04/06/2026 και ώρα 10:00.

Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): <http://civil.dypethessaly.gr> στην διαδρομή: προμήθειες ► Προμήθειες ΠΠΥΥ 2026 ► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.



Ο Διοικητής  
του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ