



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΕΞΗΔΗΣ & ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρμόδια: Α. ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑ
Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14
Τ.Κ.14564 Καλυφτάκη, Κηφισιά
Τηλ.: 2103501548

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1^{ης} ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV: 33162200-5.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 / Α /4-4-05) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Την υπ' αριθ. 17/03-12-13 (θέμα 3^ο) Συνεδρίαση της ΕΚΑΠΥ σχετικά με την «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
4. Τις αποφάσεις της Ολομέλειας της ΕΚΑΠΥ που ελήφθησαν κατά την υπ' αριθ. 68/14-12-2015 (θέμα 6^ο) και υπ' αριθ. 88/07-09-2016 συνεδρίασή της (θέμα 3^ο, 4^ο και 5^ο) αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων.
5. Την υπ' αριθ. 3512/14-9-2015 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Διευκρινήσεις αναφορικά με την διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
6. Την υπ' αριθ. 5657/28-11-2016 εγκύκλιο της ΕΚΑΠΥ «Εγκύκλιος – Για την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και των κριτηρίων ανάθεσης με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»
7. Την υπ' αριθ. 6641/16.04.2025 (ΑΔΑ: ΨΒΟΓ469ΗΔΖ-ΛΕΨ) Απόφαση του Διοικητή περί ορισμού μελών επιτροπής επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών.
8. Το υπ' αριθ. 13846/12.09.2025 πρακτικό της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
9. Την υπ' αριθ. 13866/12.09.2025 (ΑΔΑ: ΨΧΔΨ469ΗΔΖ-8ΒΡ) 1η Δημόσια Διαβούλευση για την επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV: 33162200-5.
10. Το υπ' αριθ. 15007/02.10.2025 διαβιβαστικό έγγραφο προς την Επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών με τις παρατηρήσεις των εταιριών: 1) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. – MEDIPOWER, 2) THE MEDLINE COMPANY ΑΕ, 3) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε., 4) ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝ ΙΚΕ, 5) VISTA NOVUS ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, 6) ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε., 7) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ, 8) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, 9) ΑΧΙΟΝ HEALTH, 10) ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ και 11) ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ.
11. Το υπ' αριθ. 16273/23.10.2025 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις αναθεωρημένες τεχνικές προδιαγραφές.
12. Την υπ' αριθ. 16318/24.10.2025 (ΑΔΑ: 935Φ469ΗΔΖ-ΓΨ3) 2η Δημόσια Διαβούλευση για την επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV: 33162200-5.
13. Το υπ' αριθ. 16761/03.11.2025 διαβιβαστικό έγγραφο προς την Επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών με τις παρατηρήσεις των εταιριών: 1) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε., 2) ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ, 3) MEDI SUP ΑΕ, 4) VISTA NOVUS ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, 5) THE MEDLINE COMPANY ΑΕ, 6) ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝ ΙΚΕ, 7) ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ, 8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, 9) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., 10) MILIMED SA και 11) ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Α.Ε.

14. Το υπ' αριθ. 17283/10.11.2025 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει τις αναθεωρημένες τεχνικές προδιαγραφές.
15. Την υπ' αριθ. 17345/11.11.2025 (ΑΔΑ: 9ΓΘ0469ΗΔΖ-4Γ7) 3η Δημόσια Διαβούλευση για την επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV: 33162200-5.
16. Το υπ' αριθ. 17801/17.11.2025 διαβιβαστικό έγγραφο προς την Επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών με τις παρατηρήσεις των εταιριών: 1) PELMY PLUS MEDICAL, 2) MEDI SUP A.E., 3) SURGILIFE ΕΠΕ, 4) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., 5) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΕ, 6) ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ και 7) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. – MEDIPOWER
17. Το υπ' αριθ. 8790/27.05.2026 έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών με το οποίο καταθέτει συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές.
18. Το γεγονός ότι έχουν ληφθεί υπ' όψιν οι ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές από την ΕΚΑΠΥ, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» (CPV 33162200-5).

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1η Δημόσια διαβούλευση συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV: 33162200-5.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών: α. από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» (<http://www.eprocurement.gov.gr>) και β. από τον ιστότοπο του Νοσοκομείου www.gonkhosp.gr (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους από την επόμενη της ανάρτησης στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων.

Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: dianoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail: dianoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail : dianoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα <https://gonkhosp.gr/> (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις αυτές και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Η τελική απόφαση της επιτροπής προδιαγραφών πρέπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμως αιτιολογημένη, διάλογο των συντακτών της με τουλάχιστον τα εξής έξι (6) στοιχεία: 1) το υλικό που της παραδίδεται από το Τμήμα Προμηθειών 2) τις εν γένει διεθνείς παραδεδεγμένες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα 3) τις παραδοχές της επιστήμης 4) την εμπειρία 5) τυχόν κοινωνικές απαιτήσεις 6) τα αποτελέσματα της διαβούλευσης που προηγήθηκε επί του τελικού σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι αποφάσεις της ΕΚΑΠΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο αυτής. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (<http://www.eprocurement.gov.gr>), στο σύνδεσμο "Διαβουλεύσεις" και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, <https://gonkhosp.gr/> (Τμήμα Προμηθειών-Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ

Προς
Γραφείο Προμηθειών

ΘΕΜΑ: Σύνταξη συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια
“ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ”
CVP: 33162200-5.

Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια “ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΧΕΙΟΥ” CVP: 33162200-5, αποτελείόμενη από τους:

ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΟΚΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμό 6641/16.04.2025 (ΑΔΑ: ΨΒΟΓ469ΗΔΖ-ΛΕΨ)
Απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου περί ορισμού μελών επιτροπής σύνταξης τεχνικών
προδιαγραφών για την προμήθεια “ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ” CVP: 33162200-5
καταθέτει τις συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» CPV: 33162200-5.

1. Χειρουργικός Διπολικός Στεγανοποιητής για διατομή και αιμόσταση ιστών για
ανοικτή ή λαπαροσκοπική χρήση και συνοδός εξοπλισμός.

Να λειτουργεί μέσω ραδιοσυχνοτήτων, σε συνδυασμό με αυτόματη έκπλυση
φυσιολογικού ορού με σκοπό την ψήξη των δύο σταθερών κωνοειδών πόλων
και την αποφυγή απανθράκωσης του ιστού μέσω τεχνολογίας Transcollation με
μέγιστη θερμοκρασία τους 100ο C.

Να είναι συμβατό με υβριδική γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων που συνδυάζει σε
μια κονσόλα, μονοπολική διαθερμία τεχνολογίας πλάσματος και διπολικό
στεγανοποιητή ιστών και αγγείων μέσω συνδυασμού ενέργειας
ραδιοσυχνοτήτων και έγχυσης ορού.

Να διατίθεται στα εξής πλάτη ανάμεσα στους πόλους: 3.4mm-4.0mm-5.0mm-
6.7mm-9.5mm (κωνικά άκρα).

2. Σύστημα Υπερηχητικού Αναρροφητήρα που να διαθέτει πιεζοηλεκτρικά διεγερμένες
χειρολαβές αποδιδόμενης συχνότητας μέχρι και 23 KHz, ισχυρού άκρου (Tough Tissue
Tip). Το σύστημα να φέρει τη δική του αυτόνομη αναρρόφηση. Να παρέχει δυνατότητα
ρύθμισης λειτουργίας για την προστασία αγγείων και υγείων ιστών (Tough Tissue
Technology). Να φέρει ποδοδιακόπτη. Να μην απαιτείται για τη λειτουργία του η χρήση
εξωτερικής αναρρόφησης. Να διαθέτει επιλογή 4 (τεσσάρων) θέσεων για επιλογή του
ιστού που διατέμνεται, κατάλληλο για επιλεκτική κοπή, έκπλυση και αναρρόφηση όγκων
διαφορετική υφής, συμπαγών οργάνων (ήπαρ) και συνοδός εξοπλισμός

- Άκρο tough tissue tip υπερηχητικού αναρροφητήρα 23 KHz αποστειρωμένο μια χρήσης μήκους 7.87 cm διαμέτρου 2 mm
- Προσαρμογέας Μονοπολικής Διαθερμίας για χρήση κατά την κοπή συμπαγών οργάνων σε επεμβάσεις ηπατεκτομής συμβατό με Σύστημα Υπερηχητικού Αναρροφητήρα CUSA.
- Σωληνώσεις πλύσης αναρρόφησης υπερηχητικού αναρροφητήρα με ενσωματωμένο συνδετικό γρήγορη σύνδεσης

3. Thermosphere Technology/Emprint (Microwave βελόνα)

Διαδερμική αντένα εκπομπής μικροκυμάτων έως 150 Watt διαμέτρου 13,8 G ,εσωτερικώς ψυχομένη και κατασκευασμένη από υαλοβάμβακα με τεχνολογία για προκαθορισμένη θερμική σφαιρική κατάλυση Thermosphere Technology (έλεγχο του μαγνητικού πεδίου γύρω από τον όγκο, σύστημα ψύξης της αντένας για την μικρότερη δυνατή γκρίζα ζώνη «passive zone» και ταυτόχρονο έλεγχο των μικροκυμάτων ώστε να μην διοχετεύονται στο ιστό κατά την διάρκεια της εφαρμογής) με ενεργό άκρο 2,8 εκατοστά. Διατίθεται σε διαφορετικά μήκη 15,20 ή 30 εκατοστά . Η αντένα είναι μονής χρήσης, αποστειρωμένη. Συνδέεται με ανάλογη γεννήτρια μικροκυμάτων ισχύς έως 150 Watt με όρια εξόδου +20% και -5%. Η γεννήτρια διαθέτει ειδικό καλώδιο πολλαπλών χρήσεων για την καλύτερη και γρηγορότερη μεταφορά της ενέργειας στον ιστό. Διαθέτει κατάλληλη αντλία για την σωστή ψύξη. Συμπληρωματικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και έναν επιπλέον αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας στον παραπλήσιο ιστό.

Τεχνικές απαιτήσεις

1. Να κατατεθεί για όλα τα είδη πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστή οίκου στα Ελληνικά.
2. Η ημερομηνία λήξεως των εργαλείων να είναι άνω των 2ετών.
3. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης έχει δικαίωμα να ζητήσει δείγματα πέρα από τα ζητούμενα της διακήρυξης αν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο. Λόγος απόρριψης θα αποτελείτο αποτέλεσμα μετά από χρήση σε χειρουργείο ή σε προσομοίωση χειρουργείου.
4. Όπου ζητείται εργαλείο και ανταλλακτικές κεφαλές είναι απαραίτητη η προσφορά σε όλους τους άξονες που περιλαμβάνονται (εργαλείου και ανταλλακτικών κεφαλών), επί ποινή απόρριψης.
5. Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι είναι εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της κατηγορίας Η και την τήρηση των διαδικασιών σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση για όλα τα προϊόντα.
6. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια, να προσκομίσει δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας που να δηλώνει ότι η προσφέρουσα θα ενημερώνεται για όλες τις πιθανές ανακλήσεις/αποσύρσεις προϊόντων, σχετικές με τα είδη που έχει προσφέρει στο διαγωνισμό.
7. Η κάθε προσφέρουσα εταιρεία, να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο προσωπικό από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την τεχνική υποστήριξη στο χειρουργείο και εξουσιοδοτημένο τμήμα service για πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό για την κατηγορία Η.
8. Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι τα προϊόντα είναι γνήσια και αμεταχειρίστα.
9. Τα προσφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι κοινοποιημένα στον ΕΟΦ και να διαθέτουν τον αντίστοιχο κωδικό.
10. Επί ποινής αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε προσφερόμενο είδος τα πιστοποιητικά: ISO13485, Δήλωση Συμμόρφωσης, Πιστοποιητικό CE, Πιστοποιητικό Σχεδιασμού CE.
11. Για κάθε είδος και για όλες τις γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να συμπληρωθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπή σε κωδικό και σε σελίδα καταλόγου ή/και τεχνικών φυλλαδίων της κατασκευάστριας εταιρείας. Όλοι οι κωδικοί και οι τεχνικές προδιαγραφές που ζητούνται θα πρέπει να επισημαίνονται στους αντίστοιχους καταλόγους ή/και τα τεχνικά φυλλάδια, που θα επισυνάπτονται. Προσφορές που υποβάλλονται χωρίς να περιλαμβάνονται τα πιο πάνω στοιχεία να απορρίπτονται.
12. Σε κάθε α/α στον οποίο προτείνεται αναλώσιμο που χρήζει εξοπλισμό/γεννήτρια για να λειτουργήσει, ο μειοδότης οφείλει να παραχωρήσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό δωρεάν προς χρήση για όσο διάστημα διαρκέσει η προμήθεια.

Η επιτροπή,
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΡΟΚΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

