



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Π. Μπακογιάννη 2,
36100 Καρπενήσι

Δ/ση: Γραφείο Προμηθειών

Αρ. υπάλληλος: Παρούτσα Μαρία

Τηλέφωνο: 22373-50168

E-mail : maparoutsas@1140.syzefxis.gov.gr

Καρπενήσι 29-05-2026

Αρ. Πρωτ.: 4308

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Έρευνα αγοράς για την προμήθεια «τροχήλατου εξεταστικού φωτισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Καρπενησίου.

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και λοιπές τροποποιήσεις αυτού,
- το άρθρο 6 και το άρθρο 118 του ανωτέρω νόμου,
- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Νοσοκομείου για την προμήθεια τροχήλατου εξεταστικού φωτισμού,

το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου **προσκαλεί** τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν **ενδεικτικές οικονομικές προσφορές**, στο πλαίσιο έρευνας αγοράς, για την προμήθεια τροχήλατου εξεταστικού φωτισμού.

Η προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης μέσω έρευνα αγοράς, έχοντας ως κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, όπως αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:

Εντάσσεται στον CPV 33167000-8 (Τροχήλατος εξεταστικός προβολέας)

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ: 31201040000001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Τροχήλατο εξεταστικό φως	τεμάχιο	1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας LED και πληροί τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ασφαλείας.
- Να φέρεται σε τροχήλατη βάση τεσσάρων τροχών, δύο εκ των οποίων να φέρου φρένο.
- Το σύστημα του βραχίονα να παρέχει μεγάλη ευκολία κίνησης και σταθερότητα στην επιθυμητή θέση χωρίς την χρήση φρένων.
- Το σώμα του προβολέα να είναι μικρού όγκου και βάρους. Να είναι απολύτως στεγανό (IP 42), έχει λείες επιφάνειες για λόγους υγιεινής και τέτοιο σχήμα η κορυφή του ώστε διευκολύνεται απολύτως η ροή του αέρα σε ύπαρξη κλιματισμού LAMINAR FLOW
- Η μετακίνηση του πεδίου εστίασης του προβολέα να επιτυγχάνεται μέσω αποστειρώσιμης αποσπώμενης χειρολαβής.
- Ο προβολέας να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- ένταση φωτισμού 100.000 - 110.000 lux.
 - χρωματική θερμοκρασία 4.300 - 4.350
 - διάμετρος πεδίου φωτισμού 17 - 19 cm
 - δείκτης χρώματος Ra 99 τουλάχιστον
 - δείκτης χρώματος R9 99 τουλάχιστον
 - βάθος φωτισμού (L1/L2) στο 20% : 800/800 mm τουλάχιστον
 - βάθος φωτισμού (L1/L2) στο 60% : 600/300 mm τουλάχιστον
 - διάρκεια ζωής των LED 60.000 ώρες τουλάχιστον
 - ρύθμιση ύψους : 1.300 - 1.350 mm τουλάχιστον
 - συνολικό ύψος : 2.200 - 2.300 mm τουλάχιστον
 - απόσταση εργασίας χωρίς επανεστίαση (στο 20%): 180 – 1.800 mm τουλάχιστον
 - απόσταση εργασίας χωρίς επανεστίαση (στο 60%): 400 – 1.300 mm τουλάχιστον
7. Η ρύθμιση της έντασης φωτισμού, να επιτυγχάνεται μέσω κομβίων επί του φωτιστικού σώματος.
8. Να κατατεθούν εργοστασιακά πιστοποιητικά ISO 13485:2016, καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 (Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων – Data security), ISO 13485:2016 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) και ISO 27701:2019 «Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας». Επίσης, η προμηθεύτρια εταιρεία να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004

Παρακαλούμε οι προσφορές να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών (εφόσον υπάρχει) και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον :

- Τιμή μονάδας και συνολική τιμή (πλέον Φ.Π.Α.)
- Χρόνο παράδοσης
- Χρόνος ισχύος των προσφορών: τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
- Πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Υποβολή προσφορών:

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία να αποστείλει την οικονομική προσφορά της έως την **Δευτέρα 08-06-2026** και ώρα **11:00 π.μ.** στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση (**e-mail**) στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου μας.

Λοιπές διευκρινίσεις:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά τη διενέργεια έρευνας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για τη συλλογή στοιχείων και τον προσδιορισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Δεν συνιστά δέσμευση του Νοσοκομείου για την ανάθεση σύμβασης ούτε υποκαθιστά διαδικασία ανάθεσης ή διαγωνισμού.

Η Διοικήτρια
του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου

Κοντοπάνου Ουρανία