



, 11/06/2026

. .: 5909

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες: Μανωλά Δ.
Ταχ. Δ/ση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Τηλέφωνο: 22853-60506
e-mail: dmanola@naxoshospital.gov.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΩΝ ΓΑΖΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΓΝ-ΚΥ ΝΑΞΟΥ

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου

I. Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως:

1. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
2. Την 99864/15-12-25 (ΑΔΑ: 6Ξ2346ΝΛΣΞ-446) εγκύκλιο της ΓΓΕ σχετικά με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν.4412/16.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
4. Τον Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) “Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Π.Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
6. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/Α81/04.04.2005): Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, του άρθρου 13 του 3918/2011 (ΦΕΚ ‘Α 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ ‘Β 777).
7. Τον Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α’): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

II. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:

1. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β’1157/10-04-2012) Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.
2. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 11172/7-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Λήξη της Θητείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ (διασυνδεδεμένου με το Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ

και ΠΡΩΙΟ»), ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑΣ και διορισμός νέου Αναπληρωτή Διοικητή, ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ» ΦΕΚ 213/12-3-2025 ΥΟΔΔ.

3. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.12501/14-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Διορισμός κοινού Διοικητή στα διασυνδεόμενα Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» & Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», ΦΕΚ 283/21-3-2025 ΥΟΔΔ.
4. Την με Αριθ. 3927/22-04-2025 Απόφαση του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεόμενων Γ. Ν. Σύρου “ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ” και Γ.Ν. – Κ. Υ. Νάξου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου κ. Μιχαήλ Ι. Τσαντουλή (ΦΕΚ 2225 Β/08-05-2025). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αν. Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας της Νοσοκομειακής Μονάδας, χωρίς αυτό να συνιστά δικαίωμα παράλληλης άσκησης καθηκόντων.
5. Το υπ’ αριθ.πρωτ. **5819/09-06-2026** αίτημα της Προϊσταμένης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝ-ΚΥ Νάξου
6. Το γεγονός ότι η προμήθεια είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ , ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΩΝ ΓΑΖΩΝ** >> για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, σύμφωνα με τις κατωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με **απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος**, με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής**, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	45936	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2ΟΛΕΠΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ	Τεμ.	50
2.	45245	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ	Τεμ	150
3.	45939	ΑΦΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ RIMMERS	Τεμ	3
4.	47163	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 14ΜΜ Χ50ΜΜ	Τεμ	100
5.	47165	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 9 ΜΜΧ50 ΜΜ	Τεμ	100
6.	47164	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 6ΜΜ Χ25,4ΜΜ	Τεμ	100
7.	ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ	ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΕΣ ΓΑΖΕΣ 10Χ10 cm	Τεμ	500

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

45936	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΖΟΛΕΠΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> . Βιολογικοί δείκτες ταχείας ερμηνείας για κύκλους σε κλιβάνους ατμού με δυναμική αφαίρεση αέρα [κενού] στους 121-134 βαθμούς. . Να είναι άμεσης επώασης μετά την αποστείρωση και τα αποτελέσματα της επώασης να παρέχονται σε 15-20 λεπτά το μέγιστο . . Συνοδεύει με επωαστήρα τουλάχιστο 4 θέσεων με ψηφιακό οπτικό σύστημα αντίστροφη μέτρηση για όλες τις θέσεις με την οπτική και ηχητική ένδειξη αποτελεσμάτων και δυνατότητα εκτύπωσης αυτών. . Τεχνικές προδιαγραφές: Αμπούλες με σπόρους <i>geobacillus-στεαροθερμόφιλου</i> ρΗ1 X10⁶ ,με αυτοκόλλητη ετικέτα χημικού δείκτη . . Να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές σύμφωνα προς EN ISO 11138-1:2017, EN ISO 11138-3:2017 και ISO 11140-1:201. . Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) τεχνικό φυλλάδιο του επωαστήρα με την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά. . Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τον παρεχόμενο εξοπλισμό εντός 24ωρου στην οποία θα περιλαμβάνεται και η αντικατάστασή του, όταν χρειάζεται, το ανωτέρω να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση.
45245	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ	<ul style="list-style-type: none"> . Βιολογικοί δείκτες ωριαίας ερμηνείας για κύκλους σε κλιβάνους ατμού με δυναμική αφαίρεση αέρα [κενού] στους 121-134 βαθμούς. . Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα από επώαση 1 ώρας. . Συνοδεύει με επωαστήρα τουλάχιστον 8 θέσεων με ψηφιακό οπτικό σύστημα αντίστροφη μέτρηση για όλες τις θέσεις με την οπτική και ηχητική ένδειξη αποτελεσμάτων και δυνατότητα εκτύπωσης αυτών. . Τεχνικές προδιαγραφές: Αμπούλες με σπόρους <i>geobacillus-στεαροθερμόφιλου</i> ρΗ1 X10⁶ ,με αυτοκόλλητη ετικέτα χημικού δείκτη . . Να πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές σύμφωνα προς EN ISO 11138-1:2017, EN ISO 11138-3:2017 και ISO 11140-1:201. . Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) τεχνικό φυλλάδιο του επωαστήρα με την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά. . Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τον παρεχόμενο εξοπλισμό εντός 24ωρου στην οποία θα περιλαμβάνεται και η αντικατάστασή του, όταν χρειάζεται, το ανωτέρω να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση.

45939	ΑΦ ΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕ ΣΩΛΙΝΑΚΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ RIMMERS	<p>Ενζυματικός αφρός για αποφυγή στεγνώματος του αίματος πάνω στην επιφάνεια των εργαλείων.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Έτοιμος προς χρήσης, να περιέχει μίγμα ανιονικών και αμφοτερικών τασιενεργών ως καθαριστικές ουσίες καθώς και ένζυμα. • Να μην επισημαίνεται ως οξειδωτικό, διαβρωτικό, καυστικό για τα υλικά και μη ερεθιστικό για τον χρήστη (να κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του σκευάσματος στα Αγγλικά με την Ελληνική μετάφραση του). • Να είναι βακτηριοστατικό ώστε να μην επιτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και να μπορεί να παραμείνει με ασφάλεια επάνω στα εργαλεία έως και 72 ώρες .Να είναι σε δοχείο υπό πίεση ,με σωληνάκι προέκτασης για να εισχωρεί στους αυλούς των εργαλείων και τις αναρροφήσεις • Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους τα πρωτότυπα ξενόγλωσσα (Αγγλικά) με την πιστή μετάφραση τους στην Ελληνική τα εξής δικαιολογητικά: α) το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, β) το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την Κανονισμό EC 1907/2006 και το CLP, γ) οι απαιτούμενες εγκρίσεις (CE, Ε.Μ.Χ.Π κ.λπ), δ) το οικοτοξικολογικό προφίλ του προϊόντος και ε) τα εν ισχύ κατασκευαστικά πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
<ul style="list-style-type: none"> • 47163 • 47165 • 47164 	<ul style="list-style-type: none"> • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 14MM X50MM • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 9 MMX50 MM • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΚΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 6MM X25,4MM 	<ul style="list-style-type: none"> • Θήκες για την προστασία ευαίσθητων χειρουργικών εργαλείων κατασκευασμένες από θερμοανθεκτικό πλαστικό. • Να διαθέτουν οπές για καλή διείσδυση του ατμού, με μικρή ποσότητα λιπαντικής ουσίας συμβατή με αποστείρωση σε ατμό • Εσωτερικά της θήκης να υπάρχουν εξοχές ώστε το εργαλείο να μην εφάπτεται με το πλαστικό και να μπορεί να έρχεται σε επαφή με το αποστειρωτικό μέσο. • Να είναι ελεύθερες λάτεξ. • Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά και το ισχύον πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας ISO 13485 του εργοστασίου κατασκευής
NEO ΕΙΔΟ Σ	Βαζελινούχες γάζες 10X10 cm	<ul style="list-style-type: none"> •Επιθέματα χωρίς δραστικές ουσίες από βαμβακερό ύφασμα αραιής πλέξης. Να είναι διαπερατά στον αέρα και στις εκκρίσεις, εμποτισμένα με ουδέτερη αλοιφή σε μεγάλη ποσότητα ώστε να μην απομακρύνεται ακόμη και σε έντονη εξίδρωση. Να κόβονται εύκολα στις επιθυμητές διαστάσεις. •Η αλοιφή να περιέχει: Λευκή βαζελίνη, εστέρα διγλυκεριδίων από, μονοκαρβονικά και δικαρβονικά λιπαρά οξέα, συνθετικό κερί •Να είναι κατάλληλο για Χρήσεις: Για τη γενική θεραπεία τραυμάτων, ιδίως για τη διατήρηση της ελαστικότητας της επιφάνειας και των άκρων του τραύματος, π.χ. για μεγάλης έκτασης εκδορές ή κοψίματα καθώς και εγκαύματα ή εγκαύματα από ζεματιστό νερό, στην πλαστική και αισθητική χειρουργική, στην εξαγωγή ονύχων, σε επεμβάσεις φίμωσης κ.ά. Για την κάλυψη της δότριας και της λήπτριας περιοχής σε μεταμοσχεύσεις δέρματος και για τη συγκράτηση δερματικών μοσχευμάτων μερικού πάχους. Να είναι κατάλληλο επίσης για τη δερματολογία καθώς και για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα ή με ευαισθησία σε φάρμακα •Διαστάσεις: 10 x 10 cm

Τόπος και χρόνος παράδοσης

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη στο **Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου**, στην διεύθυνση: Χώρα Νάξου, Τ.Κ 84300, **με δική του χρέωση**. Η προμήθεια των ανωτέρω θα γίνει εξ' ολοκλήρου για την ποσότητα που αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης και κατόπιν παραγγελίας από το ΓΝ-ΚΥ Νάξου στην οποία θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα παράδοσης της παραγγελθείσας ποσότητας. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Τεχνική Προσφορά

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

Οικονομική Προσφορά

Προσφορές υποβάλλονται για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά παρουσιάζονται στην εν λόγω έρευνα αγοράς. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες. Τέλος, οι προσφερόμενες τιμές να είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και να μην αναπροσαρμόζονται.

Ειδικό Όροι συμμετοχής

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Η προμήθεια του είδους δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τους οποίους και συμφωνεί.

Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες **ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ** μαζί με την προσφορά τους :

1. Να καταθέσουν την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερόμενων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τη διαγωνιστική διαδικασία ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.
2. Να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.4, του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώσουν ότι :
 - 2.1 τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή,

- 2.2 έλαβαν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλόγως θα τηρήσουν,
- 2.3 αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί,
- 2.4 ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016,
- 2.5 παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης, ακύρωσης ή επανάληψης της διαδικασίας, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων.

III. Λοιπά Στοιχεία της προς Ανάθεση Προμήθειας

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή), εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο δέχεται τις προσφορές μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>. Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 18/06/2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ , ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΕΣ ΓΑΖΕΣ». ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΜΗΣ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ

-