



26PROC019200958 2026-06-10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

**ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ**

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ**  
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

### ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

**υπ' αριθμ. 73/2026**

Επωνυμία	ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	090024750
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης	1015.E00215.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	Στίλπωνος Κυριακίδη 1
Πόλη	Θεσσαλονίκη
Ταχυδρομικός Κωδικός	54636
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS	EL522
Τηλέφωνο	2313-303146
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	<a href="mailto:prom2@ahepahosp.gr">prom2@ahepahosp.gr</a>
Αρμόδιος για πληροφορίες	Μαρία Στάικου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	<a href="http://www.ahepahosp.gr">www.ahepahosp.gr</a>
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)	-

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, σε συνέχεια:

- Του υπ' αριθμ. πρωτ. **11618/24.03.2026** εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, για την αναγκαιότητα προμήθειας εύκαμπτου ρινοφαρυγγοσκόπιου για την ΩΡΛ Κλινική του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, που επισυνάπτονται σε αυτό.
- Της υπ' αριθ. **685/09.06.2026 (ΑΔΑ: 6ΧΩΗ469064-Β53)** Απόφασης Διοικητή του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
- Της υπ' αριθ. **848/10.06.2026 (ΑΔΑ: 99ΡΟ469064-ΑΚ8)** Απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ για το έτος 2026.

Προς το σκοπό αυτό, απευθύνει πρόσκληση προς την εταιρεία :

**KARL STORZ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΠΕ,**

**ΔΙΕΥΘ:** Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 34, Θεσσαλονίκη,

**ΤΚ:** 54248

**ΤΗΛ:** 2310304868

**ΗΛ.ΤΑΧ:** [info-gr@karlstorz.com](mailto:info-gr@karlstorz.com)

να υποβάλει οικονομοτεχνική προσφορά, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:	<b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ</b>
Κατηγορία CPV	33124100-6 «Συσκευές διαγνωστικής»
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	<b>ΕΦΑΠΑΞ</b>
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	<b>10.000,00€</b> πλέον ΦΠΑ ( <b>12.400,00€</b> συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) <b>ΑΛΕ 31201040000001</b>
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	Στο παραπάνω πλαίσιο καλείτε ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση <a href="mailto:prom2@ahepahosp.gr">prom2@ahepahosp.gr</a> την προσφορά. Η προσφορά πρέπει απαραίτητως να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι προσφορές θα απορριφθούν).
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	Η διαδικασία κατάθεσης προσφοράς ξεκινά με την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης. Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της έγγραφης σφραγισμένης προσφοράς ορίζετε σε έξι (6) ημέρες από την ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ ήτοι μέχρι την <b>Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00</b> , στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Η αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει την <b>17<sup>η</sup> Ιουνίου 2026</b> ημέρα <b>Τέταρτη</b> και ώρα <b>10:00</b> , στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:	<p>Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Την <b>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</b>, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του <b>Παραρτήματος Α</b> και</li><li>- Την <b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</b>, δηλαδή τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, ως εξής:<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.</li><li>➤ Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού ελεύθερου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση.</li><li>➤ Σε ιδιαίτερη στήλη θα πρέπει να αναγράφεται ο αναλογούν ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από το Νοσοκομείο.</li></ul></li></ul> <p>Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου.</p>

<b>ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ</b>	<p>Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 παρακαλούμε να προσκομίσετε τα παρακάτω:</p> <p>α. <b>Απόσπασμα ποινικού μητρώου</b> από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.</p> <p>β. <b>Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής</b> ότι ήταν και είναι ενήμεροι τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ως προς τις <u>φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης</u>. Τα πιστοποιητικά να είναι σε ισχύ μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.</p> <p>γ. <b>Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας</b> από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Ειδικά για τη διαδικασία εξυγίανσης προσκομίζεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ότι τηρούνται οι όροι της συμφωνίας εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό να είναι έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης.</p> <p>δ. <b>Υπεύθυνη Δήλωση του</b>, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/2024.</p> <p>ε. <b>Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου</b> με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους/αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλαμβάνει το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Επίσης, να προκύπτει η εγγραφή του, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης..</p>
<b>ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:</b>	<p>Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες <b>για εκατόν είκοσι (120) ημέρες</b> από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.</p> <p>Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος <b>απορρίπτεται ως απαράδεκτη</b>.</p>
<b>ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:</b>	<p>Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)</li><li>• Στην ιστοσελίδα του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (<a href="http://www.ahepahosp.gr">www.ahepahosp.gr</a>)</li></ul>

Θεσσαλονίκη, 10.06.2026

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**Εύκαμπτου Ρινοφαρυγγολαρυγγοσκοπίου,**  
**με Φορητή πηγή φωτισμού Led****Γενικά**

- Να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές και να βεβαιώνονται από τα επίσημα προσπέκτους του οίκου.
  - Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τριών (3) ετών.
  - Όλα τα προσφερόμενα να είναι του ίδιου οίκου για λόγους ομοιογένειας, συμβατότητας και ασφαλούς χρήσης
  - Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα.
  - Να περιλαμβάνεται βαλίτσα φύλαξης/μεταφοράς, βαλβίδα εξίσωσης πίεσης και ελεγκτή διαρροής
- A. Να περιλαμβάνεται εύκαμπτο ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο, το οποίο:
1. Να διαθέτει υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες και φακούς
  2. Να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά ώστε να αποτελεί ένα στιβαρό εργαλείο διασφαλίζοντας τη μεγάλη διάρκεια ζωής του
  3. Να έχει μήκος εργασίας 30 cm
  4. Να έχει εξωτερική διάμετρο 3,5 mm
  5. Να έχει αντικειμενικό φακό 0° και εύρος γωνίας οράσεως 70°
  6. Να εκτελεί γωνιώσεις του άκρου 180° πάνω και 90° κάτω
  7. Να κλιβανίζεται σε αέριο και πλάσμα και να εμβαπτίζεται πλήρως σε απολυμαντικά υγρά.
- B. Να περιλαμβάνεται φορητή πηγή ενδοσκοπίων τεχνολογίας LED, η οποία:
1. Να μπορεί να συνδεθεί εύκολα και γρήγορα τόσο με άκαμπτα όσο και με εύκαμπτα ενδοσκόπια
  2. Να παρέχει λευκό φωτισμό με ένταση φωτεινότητας  $\geq 110$  lm
  3. Να έχει θερμοκρασία χρώματος  $\geq 6000$  °K
  4. Να έχει δυνατότητα αύξησης της έντασης της φωτεινότητας για ορισμένη περίοδο
  5. Το βάρος της να είναι περίπου 150 g με τις μπαταρίες
  6. Να παρέχει ειδοποίηση στο χρήστη όταν τελειώνει η διάρκεια ζωής της μπαταρίας
  7. Να είναι κατάλληλη για επιφανειακή απολύμανση
  8. Η διάρκεια ζωής της λυχνίας να είναι  $\geq 50.000$  ώρες

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

1. Τα είδη θα εγκατασταθούν και θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με φροντίδα και δαπάνη του Προμηθευτή, σε χώρους, που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας ασθενών, χειριστών, και περιβάλλοντος.
2. Με υπεύθυνη δήλωση να αναφερθεί η ημερομηνία κατασκευής και διάθεσης του εξοπλισμού.
3. Ο εξοπλισμός να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει **σήμανση CE**.
4. Να συνοδεύεται η τεχνική προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες θα αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο.
5. Με τη σύναψη της σύμβασης να παραδοθούν τα πρωτότυπα εγχειρίδια χειρισμού και service, τις οδηγίες επισκευής

και συντήρησης σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

6. Να περιγραφεί το αναλυτικό πρόγραμμα συντηρήσεων, όπου απαιτείται, που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, να διευκρινιστούν σαφώς οι χρόνοι και το είδος των συντηρήσεων που πρέπει να κάνει ο αντιπρόσωπος ή και ενδεχομένως ο χρήστης.

7. Με την προσφορά ο διαγωνιζόμενος θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων, τριών (3) ετών, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών και αναλωσίμων συντήρησης & επισκευής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο. Ο χρόνος της εγγύησης θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Στην διάρκεια της εγγύησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη εκπαίδευση προσωπικού. Στην εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του αναδόχου για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, ώστε τα μηχανήματα να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας και να δοθεί σχετικό πρόγραμμα τακτικής συντήρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

8. Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεώνεται, εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, να μπορεί να συναφθεί συμβόλαιο συντήρησης ώστε το νοσοκομείο να είναι πλήρως καλυμμένο σε ανταλλακτικά και service και πιστοποίηση του εξοπλισμού. Η πλήρης συντήρηση των μηχανημάτων θα εκτελείται μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών τουλάχιστον από την οριστική παραλαβή αυτών, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής ανά είδος, την οποία θα έχει καθορίσει επ' ακριβώς οπωσδήποτε στην αρχική οικονομική του προσφορά. Το εν λόγω κόστος, που δεσμεύει με ρητή δήλωσή του τον ανάδοχο σε μελλοντική σύναψη συμβάσεων και μέχρι την συμπλήρωση δεκαετούς λειτουργίας, δεν επιδέχεται άλλη αναπροσαρμογή πλην του μέσου δείκτη τιμών καταναλωτή του 12μήνου Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου του προγενέστερου έτους, που δίνει η ΕΛΣΤΑΤ. Επιπρόσθετα κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο συμβαλλομένων δύναται η διάρκεια της σύμβασης να είναι άνω του ενός έτους.

9. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα τουλάχιστον (10) συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού, με υπεύθυνη δήλωσή του.

10. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται με κάθε λεπτομέρεια (όχι μονολεκτικά) και με την σειρά, που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των τεχνικών μας προδιαγραφών. Επιπλέον, η αναδρομή σε ξενόγλωσσα φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια, δηλώσεις του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων θα γίνεται με σαφή αναφορά στην παράγραφο του εγγράφου, όπου εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά.

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει πλήρη εκπαίδευση στους χρήστες επί της λειτουργίας του εξοπλισμού και επί της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του. Επίσης, υποχρεούται να πραγματοποιήσει εκπαίδευση στο Τεχνικό Προσωπικό και του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον φορέα. Η εν λόγω εκπαίδευση προτείνεται να πραγματοποιηθεί πριν την ημέρα οριστικής παραλαβής εάν δύναται το αντίστοιχο τμήμα, διαφορετικά εντός του χρόνου εγγύησης ή και αργότερα. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει με την τεχνική του προσφορά πρόγραμμα εκπαίδευσης.

12. Ο ανάδοχος οφείλει την πλήρη τεχνική εκπαίδευση στους τεχνικούς του Νοσοκομείου στον κατασκευαστικό οίκο με παροχή κωδικών πρόσβασης και των απαραίτητων πιστοποιητικών. Σχετικά με την εκπαίδευση ο ανάδοχος οφείλει να αναλάβει το οικονομικό κόστος μεταφοράς (αεροπορικών εισιτηρίων, ταξί κλπ, από και προς το αεροδρόμιο), έξοδα διαμονής και σίτισης εξοκλήρου χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης των τεχνικών η εκπαίδευση θα διεξάγεται εντός Ελλάδος.

12. Οι εταιρείες, που δεν είναι οι ίδιες κατασκευάστριες των ειδών, αλλά διακινητές αυτών, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών που απαιτούνται για τους ίδιους και για τις κατασκευάστριες εταιρείες που αντιπροσωπεύουν, πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση **ΔΥ/8Δ/ΓΠ1348/04(ΦΕΚ 32Β/16-1-04)** περί διακίνησης Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

13. Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά **ISO 9001:2015** και

14. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει **EN ISO 13485:2016** με πεδίο πιστοποίησης την εισαγωγή , εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συντήρηση»

15. Η προμηθεύτρια εταιρεία είναι υπεύθυνη για την απεγκατάσταση του παλαιού εξοπλισμού – όπου απαιτείται- και απομάκρυνσή του σε χώρο εντός του Νοσοκομείου , που θα υποδειχθεί από την Τεχνική υπηρεσία. Οι εργασίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τον προμηθευτή. Ο προμηθευτής οφείλει να έχει ασφαλισμένο και εκπαιδευμένο το προσωπικό του .

16. Πριν την παραλαβή του εξοπλισμού στο Νοσοκομείο ,υποχρεωτικά και απαραίτητα για την ορθή παρακολούθηση του εξοπλισμού σε όλη την διάρκεια ζωής του, εκπρόσωπος της εταιρείας οφείλει να παρουσιαστεί στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

- I. να συμπληρώσει την καρτέλα μηχανήματος/ων με όλα τα στοιχεία ταυτότητας του εξοπλισμού και
- II. να παραδώσει όλα τα service και user manual σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή
- III. να καταθέσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης των τεχνικών
- IV. να καταθέσει το πρόγραμμα εκπαίδευσης των χρηστών
- V. να καταθέσει πρόγραμμα προληπτικών συντηρήσεων, όπου απαιτείται.

**ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ - ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**