



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό – Γραφείο Προμηθειών
 ΤΑΧ/ΚΗ. Δ/ΝΣΗ : Ευαγγελιστρίας 128
 ΠΛΗΡΟΦ.: Γκριλλας Διονύσιος
 ΤΗΛ/ΦΑΞ :2622 360167
 E-mail : grafiopromithion@yahoo.gr

Αμαλιάδα, 25-06-2026
Αριθ. Πρωτ. : 6295

ΠΡΟΣ: MEDAPP HEALTHCARE
TECHNOLOGY IKE

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας,

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων για την θεραπεία κύστης κόκκυγος, συριγγίων, αιμορροϊδων, ραγάδων δακτυλίου **CPV:331690000-2**

Σχετικά

1. Ο Ν. 3329/05
2. Ο Ν.4152/2013
3. Ο Ν.4250/2014
4. Ο Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
5. Ο Ν. 4782/2021 άρθρα 50 & 53
6. την υπ. αριθμ. Γ2γ/3263/25-02-2025 (Β'1104) κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας – Οικονομικών και Υγείας «καθορισμός ποσού, τρόπου και χρόνου υπολογισμού και διαδικασίας επιβολής και απόδοσης του ποσού έκπτωσης (rebate) για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα προϊόντα αντιδραστηρίων του άρθρου 72 του ν. 5129/2024(Α' 124)
7. Η Υπ. αριθμ. 200/25-06-2026 (ΑΔΑ:ΨΛ1Γ4690ΒΠ-1ΚΞ) Πράξη της Αν. Διοικήτριας του Γ.Ν Ηλείας-Ν.Μ Αμαλιάδας

Παρακαλούμε, σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, για την υποβολή οικονομοτεχνικής προσφοράς, εντός **δέκα (10)** ημερών, για την προμήθεια για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων για την θεραπεία κύστης κόκκυγος, συριγγίων, αιμορροϊδων, ραγάδων δακτυλίου **CPV:331690000-2** , προϋπολογισθείσας δαπάνης **3.208,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) αναλυτικά σύμφωνα με το κάτωθι πίνακα:**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΣΕ €/ΤΕΜ. ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	Καθετήρας οπτικής ίνας κυκλικής παροχής ενέργειας laser.	2	600,00€	1.200,00€

2.	Καθετήρας οπτικής ίνας κυκλικής παροχής ενέργειας laser.	2	600,00€	1.200,00€
3.	Όργανο για τον εντοπισμό και καθαρισμό περιεδρικών συριγγίων.	4	100,00€	400,00€
Σύνολο μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.: 2.800,00€				
Φ.Π.Α. 24%: 672,00€				
Σύνολο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%: 3.472,00€				

Τμήμα που αιτείται το υλικό : Χειρουργική Κλινική

Τρόπος υποβολής προσφορών :

Με κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Σημειώνεται ότι :

1. Η τεχνική προσφορά (κατατίθεται σε κλειστό φάκελο εντός του κυρίου φακέλου της προσφοράς) θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο "Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές" του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. **Απαραίτητη και η συμπλήρωση του φύλλου συμμόρφωσης όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι.** Η οικονομική προσφορά κατατίθεται σε κλειστό φάκελο εντός του κυρίου φακέλου της προσφοράς) σε δύο 2 αντίτυπα (πρωτότυπο-αντίγραφο) συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα πρόσκληση κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι: Στην προσφορά να αναγράφονται (εφόσον υπάρχει), ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτά. **Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται.**
2. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα : α) κωδικό αιτήματος νοσοκομείου, β) κωδικό είδους εταιρείας, γ) κωδικό παραγωγού (εφόσον υπάρχει), δ) κατηγορία και περιγραφή υλικού, ε) προέλευση
3. Στην προσφορά να αναγράφονται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτά. **Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.**
4. **Με τον ανάδοχο θα συναφθεί σύμβαση.**
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης υλικών.
6. **Οι παραγγελίες θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με της ανάγκες της Ν.Μ Αμαλιάδας**
7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

8. Οι προδιαγραφές των προσφερόμενων προϊόντων θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα οριζόμενα Παράρτημα Ι.
9. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το νοσοκομείο.
10. **Χρόνος ισχύος προσφορών** : Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
11. **Τρόπος παράδοσης - παραλαβής** :
- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση **Ηλεκτρονικών τιμολογίων** σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΚΥΑ 52445 ΕΞ /φεκ Β' 2385/12-04-2023).Αριθμός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης : **1015.Ε00208.0001**
 - Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
 - Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της επιτροπής παραλαβής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν άμεσα.
12. **Ειδικοί όροι συμμετοχής** :
- Ο προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
 - Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση/ανάθεση.
 - Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.
13. Ο συμμετέχων **υποχρεούται** να καταθέσει :
- Α. Φορολογική Ενημερότητα
- Β. Ασφαλιστική Ενημερότητα
- Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με το αρθρ 73 του Ν. 4412/2016

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ
Γ.Ν ΗΛΕΙΑΣ - Ν. Μ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α΄

A/A1 Οπτική ίνα κυκλικής παροχής ενέργειας laser:

- Καθετήρας οπτικής ίνας κυκλικής εκπομπής ενέργειας υπό γωνία 60° με διάμετρο πυρήνα 600μm και μήκος 2,5 μέτρα}. Να διαθέτει διαβάθμιση ανά 1cm έως τα 20cm και τύπο σύνδεσης SMA 905. Ο καθετήρας οπτικής ίνας να είναι συμβατός με φορητή γεννήτρια διαδίκου λέιζερ τύπου GaAlAs, η οποία να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταριά, να εκπέμπει ενέργεια σε μήκος κύματος 1470nm, με μέγιστη ισχύ 12watt. Να έχει δυνατότητα επιλογής καθετήρα οπτικής ίνας με διάμετρο πυρήνα 400μm ή 600μm. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής η έγγραφη δέσμευση της παρουσίας αποδεδειγμένα πιστοποιημένου συνεργάτη και η δωρεάν παροχή φορητής γεννήτριας διοδικού λέιζερ, η οποία να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, να εκπέμπει ενέργεια σε μήκος κύματος 1470nm με μέγιστη ισχύ έως και 12 watt για την πραγματοποίηση του χειρουργείου.

A/A2 Οπτική ίνα κωνικής παροχής ενέργειας Laser:

- Καθετήρας οπτικής ίνας κωνικής εκπομπής ενέργειας με διάμετρο πυρήνα 545μm και μήκος 2,5μ. Κατάλληλη για τη θεραπεία αιμορροΐδων. Να διαθέτει ειδικό καθηλωτικό για σταθεροποίηση βελόνας 14g και τύπο σύνδεσης SMA 905. Ο καθετήρας οπτικής ίνας να είναι συμβατός με φορητή γεννήτρια διοδικού λέιζερ τύπου GaAlAs η οποία να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, να εκπέμπει ενέργεια μήκος κύματος 1470nm με μέγιστη ισχύ 12watt. Να έχει δυνατότητα επιλογής καθετήρα οπτικής ίνας με διάμετρο πυρήνα 400μm ή 600μm. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής η έγγραφη δέσμευση της παρουσίας αποδεδειγμένα πιστοποιημένου συνεργάτη και η δωρεάν παροχή φορητής γεννήτριας διοδικού λέιζερ, η οποία να διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, να εκπέμπει ενέργεια σε μήκος κύματος 1470nm με μέγιστη ισχύ έως και 12 watt για την πραγματοποίηση του χειρουργείου.

A/A3 Όργανο για τον εντοπισμό και καθαρισμό περιεδρικών συριγγίων.

- Όργανο για τον εντοπισμό και καθαρισμό περιεδρικών συριγγίων μήκους 30 cm αποτελούμενο από ημιεύκαμπτο σύρμα και ειδικό βουρτσάκι στη μέση μήκους 4cm και διαμέτρου 0,4cm.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ