

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της 135^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός – Πολυκλινική» στις 1-7-2026

ΘΕΜΑ 10^{ον} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 155/2026 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 279.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%, ΑΔΕ 31201050000001.

Τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου η με αριθμ. πρωτ. 11/07/1678/21246/1-07-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, σχετική με το παραπάνω θέμα, η οποία αναφέρει :

Όσον αφορά το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. 27 Απόφαση της 57^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στις 11-6-2025 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΕ4690ΩΧ-Σ96) εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ» με τη διαδικασία διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων, συνολικού προϋπολογισμού 225.000,00€ πλέον ΦΠΑ, από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Οι υπογεγραμμένες τεχνικές προδιαγραφές για την ανωτέρω προμήθεια αναρτήθηκαν προς Δημόσια Διαβούλευση στο ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό αριθμό 2025ΔΙΑΒ30927, με χρονική περίοδο ανάρτησης από 21-07-2025 έως 05-08-2025.

Με την αριθμ. πρωτ. 36894-24/09/2025 Απόφαση της Διοικήτριας 1^{ης} Υ.ΠΕ. Αττικής (ΑΔΑ: ΨΨΙΒ469Η26-Ζ1Κ) εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 279.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ακολούθως, υποβλήθηκε το από 19/02/2026 ηλεκτρονικό μήνυμα από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας περί διαβίβασης των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών και εν συνεχεία ελήφθη η με αριθμό απόφασης 443/2026-24/02/2026 δέσμευση της προϋπολογισθείσας δαπάνης (ΑΔΑ: ΡΚΛΔ4690ΩΧ-7Ψ0), ΑΛΕ 31201050000001 για το προρρηθέν ποσό.

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενσωματώθηκαν στο υπ' αριθμ. 155/2026 τεύχος διακήρυξης του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 279.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Στις 02-06-2026 δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 26PROC019132270 2026-06-02 καθώς και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου η, με αριθμό 155/2026, Διακήρυξη για την ανωτέρω προμήθεια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 07-07-2026 και ώρα 15:00 και με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», την 10/07/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Το τεύχος της Διακήρυξης με τα συνημμένα αρχεία του διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην Ηλεκτρονική Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 470032 στις 02-06-2026. Προκήρυξη της σύμβασης με αριθμό 371865-2026 (ΑΔΑΜ: 26PROC019131776) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 02-06-2026.

Κατά της ως άνω Διακήρυξης ασκήθηκε από την εταιρεία ΑΡΗΤΗ ΑΕ η με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1104/2026 προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά όρων της με αριθμό 155/2026 Διακήρυξης.

Ειδικότερα:

(Α) Με το 2^ο λόγο προδικαστικής προσφυγής η εταιρεία ΑΡΗΤΗ ΑΕ διατείνεται, μεταξύ άλλων, ότι συντρέχει αντιφατικότητα όρων της διακήρυξης οι οποίοι αφορούν το ποσοστό του κόστους συντήρησης των υπό προμήθεια μηχανημάτων και της βάσης υπολογισμού του.

Διευκρινίζεται πως εκ παραδρομής αναφέρεται στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της Διακήρυξης ότι το ετήσιο κόστος Συντήρησης (μετά τη λήξη της προσφερόμενης περιόδου Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας») δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% της συνολικής τιμής της προσφοράς του Αναδόχου και στον όρο 6.2 των ειδικών όρων ότι η σύμβαση συντήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής δαπάνης της προμήθειας.

Με τον 3^ο λόγο προδικαστικής προσφυγής η προσφεύγουσα διατείνεται ότι συντρέχει αντιφατικότητα μεταξύ των όρων 2.1, 3.2, 3.5 και 5.2 των ειδικών όρων του Παραρτήματος ΙΙ -Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 155/2026 Διακήρυξης.

Διευκρινίζεται πως εκ παραδρομής αναφέρεται στον όρο 2.1 των ειδικών όρων του Παραρτήματος ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 155/2026 Διακήρυξης ότι τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία θα πρέπει να είναι επιβεβαιωμένα/τεκμηριωμένα από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο ή των θυγατρικό οίκο αυτού στην Ελλάδα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

εισηγείται

1^{ον} Την τροποποίηση του Εντύπου Οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙV της με αριθμό 155/2026 Διακήρυξης στο σημείο αυτού που αναφέρεται ότι *«Το ετήσιο κόστος Συντήρησης (μετά τη λήξη της προσφερόμενης περιόδου Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας») δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% της συνολικής τιμής της προσφοράς του Αναδόχου»*, τη διόρθωσή του επί το ορθόν μόνο ως προς το ανωτέρω ποσοστό από 10% σε 15%, οπότε το σχετικό σημείο του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙV της άνω Διακήρυξης έδει όπως διαμορφωθεί ως ακολούθως: *«Το ετήσιο κόστος Συντήρησης (μετά τη λήξη της προσφερόμενης περιόδου Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας») δεν δύναται να υπερβαίνει το 15% της συνολικής τιμής της προσφοράς του Αναδόχου»*,

2^{ον} Την τροποποίηση του όρου 6.2 των Ειδικών όρων του Παραρτήματος ΙΙ-Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 155/2026 Διακήρυξης στο σημείο αυτού που αναφέρεται ότι *«Η σύμβαση συντήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής δαπάνης της προμήθειας και θα είναι σύμφωνη με το επισυναπτόμενο σχέδιο σύμβασης στη διακήρυξη»*, τη διόρθωσή του επί το ορθόν μόνο ως προς τη βάση υπολογισμού του ανωτέρω ποσοστού, οπότε το σχετικό σημείο του όρου 6.2 των Ειδικών όρων του Παραρτήματος ΙΙ-Τεχνικές Προδιαγραφές της άνω Διακήρυξης έδει όπως διαμορφωθεί ως ακολούθως: *«Η σύμβαση συντήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής τιμής της προσφοράς του Αναδόχου και θα είναι σύμφωνη με το επισυναπτόμενο σχέδιο σύμβασης στη διακήρυξη»* και

3^{ον} Την τροποποίηση του όρου 2.1 των ειδικών όρων του Παραρτήματος ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 155/2026 Διακήρυξης ο οποίος ορίζει ότι *«2.1. Όλα τα σχετικά συνυποβαλλόμενα, με την προσφορά στοιχεία, προκειμένου να κριθούν, χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα-τεκμηριωμένα από τον αντίστοιχο μητρικό κατασκευαστικό οίκο ή κατ' ελάχιστον από τον επίσημα αναγνωρισμένο στη χώρα μας και σε πλήρη λειτουργία επί τριετία τουλάχιστον θυγατρικό οίκο, ο οποίος θα διαθέτει οπωσδήποτε και την αναγκαία οικονομοτεχνική ανάπτυξη-υποδομή στην Ελλάδα»*, τη διόρθωση επί το ορθόν ως προς την αναφορά στο θυγατρικό οίκο, οπότε ο όρος 2.1 των ειδικών όρων του Παραρτήματος ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές της άνω Διακήρυξης έδει όπως διαμορφωθεί ως ακολούθως: *«2.1. Όλα τα σχετικά συνυποβαλλόμενα, με την προσφορά στοιχεία, προκειμένου να κριθούν, χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα-τεκμηριωμένα από τον αντίστοιχο μητρικό κατασκευαστικό οίκο ή/και από τον νομίμως ορισμένο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/745»*.

Παρακαλούμε για δική σας απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Την υπ' αριθμ. 27 απόφαση της 57^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στις 11-6-2025 (ΑΔΑ: Ψ3ΝΕ4690ΩΧ-Σ96) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ» με τη διαδικασία διενέργειας Ανοίχτου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων.
3. Την αριθμ. πρωτ. 36894-24/09/2025 Απόφαση της Διοικήτριας 1^{ης} Υ.ΠΕ. Αττικής (ΑΔΑ: ΨΨΙΒ469Η26-Ζ1Κ) με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 279.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
4. Το υπ' αριθμ. 155/2026 τεύχος διακήρυξης του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 279.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
5. Τη με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 1104/2026 προδικαστική προσφυγή της Εταιρείας ΑΡΗΤΗ Α.Ε. ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά όρων της με αριθμό 155/2026 Διακήρυξης.
6. Την κείμενη νομοθεσία

μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του, **ομόφωνα**

α π ο φ α σ ί ζ ε ι :

1. Την τροποποίηση του Εντύπου Οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV της με αριθμό 155/2026 Διακήρυξης στο σημείο

αυτού που αναφέρεται ότι «Το ετήσιο κόστος Συντήρησης (μετά τη λήξη της προσφερόμενης περιόδου Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας») δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% της συνολικής τιμής της προσφοράς του Αναδόχου», τη διόρθωσή του επί το ορθόν μόνο ως προς το ανωτέρω ποσοστό από 10% σε 15%, οπότε το σχετικό σημείο του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος IV της άνω Διακήρυξης έδει όπως διαμορφωθεί ως ακολούθως: «Το ετήσιο κόστος Συντήρησης (μετά τη λήξη της προσφερόμενης περιόδου Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας») δεν δύναται να υπερβαίνει το 15% της συνολικής τιμής της προσφοράς του Αναδόχου»,

2. Την τροποποίηση του όρου 6.2 των Ειδικών όρων του Παραρτήματος II-Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 155/2026 Διακήρυξης στο σημείο αυτού που αναφέρεται ότι «Η σύμβαση συντήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής δαπάνης της προμήθειας και θα είναι σύμφωνη με το επισυναπτόμενο σχέδιο σύμβασης στη διακήρυξη», τη διόρθωσή του επί το ορθόν μόνο ως προς τη βάση υπολογισμού του ανωτέρω ποσοστού, οπότε το σχετικό σημείο του όρου 6.2 των Ειδικών όρων του Παραρτήματος II-Τεχνικές Προδιαγραφές της άνω Διακήρυξης έδει όπως διαμορφωθεί ως ακολούθως: «Η σύμβαση συντήρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της συνολικής τιμής της προσφοράς του Αναδόχου και θα είναι σύμφωνη με το επισυναπτόμενο σχέδιο σύμβασης στη διακήρυξη» και

3. Την τροποποίηση του όρου 2.1 των ειδικών όρων του Παραρτήματος II – Τεχνικές Προδιαγραφές της με αριθμό 155/2026 Διακήρυξης ο οποίος ορίζει ότι «2.1. Όλα τα σχετικά συνυποβαλλόμενα, με την προσφορά στοιχεία, προκειμένου να κριθούν, χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα-τεκμηριωμένα από τον αντίστοιχο μητρικό κατασκευαστικό οίκο ή κατ' ελάχιστον από τον επίσημα αναγνωρισμένο στη χώρα μας και σε πλήρη λειτουργία επί τριετία τουλάχιστον θυγατρικό οίκο, ο οποίος θα διαθέτει οπωσδήποτε και την αναγκαία οικονομοτεχνική ανάπτυξη-υποδομή στην Ελλάδα», τη διόρθωση επί το ορθόν ως προς την αναφορά στο θυγατρικό οίκο, οπότε ο όρος 2.1 των ειδικών όρων του Παραρτήματος II – Τεχνικές Προδιαγραφές της άνω Διακήρυξης έδει όπως διαμορφωθεί ως ακολούθως: «2.1. Όλα τα σχετικά συνυποβαλλόμενα, με την προσφορά στοιχεία, προκειμένου να κριθούν, χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα-τεκμηριωμένα από τον αντίστοιχο μητρικό κατασκευαστικό οίκο ή/και από τον νομίμως ορισμένο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/745».

4. Τη μετάθεση Α) της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον άνω διαγωνισμό για την 22-09-2026 ημέρα Τρίτη

και ώρα 15:00 και Β) της ημερομηνίας διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού για την ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» για την 24-09-2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

5. Την ανάρτηση της απόφασης στο Διαδίκτυο.

6. Η Υποδιεύθυνση Οικονομικού /Τμήμα Προμηθειών να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν.Α. « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2026

Γεωργία Κανέλλου-Κοντογιάννη
Γραμματέας Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή:

Γραφείο Αναπλ. Διοικητή
Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας
Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Οικονομικό
Τμήμα Προμηθειών

