



Ορθή επαν.:

Βαθμός προτεραιότητας:

Τόπος: Λάρισα

Ημερομηνία: 08-07-2026

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αριθ. Πρωτ. : 110019

Ταχ. Δ/ση : Μεζούρλο, Π.Γ.Ν.Λ, Λάρισα
Ταχ. Κώδικας : 41110
Πληροφορίες : Αθανάσιος Λιτσάκος
Τηλέφωνο : 2410 685 230
E-mail : a.litsakos@ekab.gr

ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για την προμήθεια ρινικών καθετήρων οξυγόνου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Το Παράρτημα ΕΚΑΒ Λάρισας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ιδίως τα άρθρα 118 και 120), προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν οικονομική προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας **Ρινικών Καθετήρων Οξυγόνου (γυαλάκια)**.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Αρ. Πρωτ. 96840/18-06-2026 (ΑΔΑ: 62ΣΠΟΡ1Π-9Λ3) και η δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Φορέα (Α.Λ.Ε. 3230203).

Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά ή εφάπαξ ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα, με σταθερή τιμή μονάδας, **μέχρι την εξάντληση του συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού**.

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΟΥΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ)

Α/α	Περιγραφή Είδους	Μονάδα Μέτρησης	Ενδεικτική Ποσότητα	Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας (€) (Προ ΦΠΑ)	Συνολική Αξία (€) (Προ ΦΠΑ)
1	Ρινικοί Καθετήρες (Medical grade, anti-kink, αποστειρωμένοι)	Τεμάχιο	{Έως 4.000 τεμάχια}	{Συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα	

Ανώτατο Προϋπολογισθέν Ποσό Σύμβασης: 582,80 € (χωρίς ΦΠΑ).

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή μονάδας ανά τεμάχιο).

Η παρούσα προμήθεια θα εκτελεστεί με βάση την προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά τεμάχιο. Λόγω αντικειμενικών αναγκών και διακυμάνσεων στην αναλώσιμη δραστηριότητα

του Φορέα, το ΕΚΑΒ διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει και να πληρώσει τον ανάδοχο τμηματικά, αποκλειστικά και μόνο για τις ποσότητες που θα παραγγελθούν και θα παραδοθούν οριστικά. Ο ανάδοχος δεν διατηρεί δικαίωμα αποζημίωσης για το τμήμα του προϋπολογισμού που τυχόν θα παραμείνει ανεκτέλεστο.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προσφερόμενοι ρινικοί καθετήρες οξυγόνου πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού τις κάτωθι προδιαγραφές:

1. Υλικό κατασκευής: Να είναι κατασκευασμένοι από άριστο, μαλακό και ατοξικό υλικό ιατρικής χρήσης.
2. Χρήση: Να είναι αυστηρά μιας χρήσεως, αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία.
3. Σταθερότητα: Να διατηρούνται σταθερά στη θέση τοποθετήσεώς τους κατά τη χρήση, προκειμένου να μην υπάρχουν απώλειες οξυγόνου.
4. Αντοχή σωλήνα: Ο σωλήνας μεταφοράς να είναι κατασκευασμένος (anti-kink) έτσι ώστε σε περίπτωση κάμψης του ακόμη και κατά 90°, να μην διακόπτεται η παροχή οξυγόνου (O_2).
5. Λειτουργικότητα: Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος έτσι ώστε κατά την εφαρμογή του να επιτρέπει στον ασθενή να μιλά με άνεση.
6. Μήκος σωλήνα: Να διαθέτει σωλήνα μεταφοράς μήκους τουλάχιστον 1,80 μέτρων (m).
7. Σύνδεση: Το σημείο σύνδεσης με την παροχή οξυγόνου (O_2) να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο, εύκαμπτο υλικό, ώστε κατά τη σύνδεση να είναι εύχρηστο, σταθερό και να μην παρουσιάζει απώλειες.
8. Επιρίνιο: Το επιρίνιο εξάρτημα (under-nose prong) να είναι από ιδιαίτερα μαλακό υλικό, ατραυματικό, με σχετικά μικρό αυλό, ώστε να προσαρμόζεται άνετα στον εκάστοτε ασθενή χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς ή κακώσεις του βλεννογόνου.
9. Πιστοποίηση Προϊόντος: Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark, η οποία να αποδεικνύεται από τα αντίστοιχα έγγραφα.
10. Πιστοποίηση Εταιρειών: Η κατασκευάστρια εταιρεία καθώς και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 ή/και ISO 13485 για τη διαχείριση ποιότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
11. Υποβολή Δικαιολογητικών: Να κατατεθούν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά ποιότητας και καταλληλότητας (CE, ISO).
12. Διάρκεια Ζωής: Τα υλικά να έχουν διάρκεια ζωής (expiry date) τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους στον Φορέα.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: ekab5@ekab.gr μέχρι την 20-07-2026 και ώρα 14.30.

Μαζί με την Οικονομική Προσφορά (όπου θα δηλώνεται η προσφερόμενη τιμή τεμαχίου προ ΦΠΑ), οι φορείς πρέπει να συνυποβάλουν:

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι: «δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού

της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης».

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (για συμμετοχή σε διαγωνισμό / είσπραξη χρημάτων).
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ).
4. Το Φύλλο Συμμόρφωσης

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A	Απαιτούμενη Τεχνική Προδιαγραφή Πρόσκλησης	Συμμόρφωση(ΝΑΙ / ΟΧΙ)	Παραπομπή της Προσφοράς (Φύλλο/Σελίδα Prospectus ή Πιστοποιητικού)
1	Να είναι κατασκευασμένος από άριστο, μαλακό και ατοξικό υλικό ιατρικής χρήσης.		
2	Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένος σε ατομική συσκευασία.		
3	Να διατηρείται σταθερά στη θέση τοποθέτησέως του, προκειμένου να μην υπάρχουν απώλειες O_2 .		
4	Ο σωλήνας να είναι κατασκευασμένος (anti-kink) έτσι ώστε σε περίπτωση κάμψης του κατά 90° , να μην διακόπτεται η παροχή O_2 .		
5	Να είναι κατάλληλα σχεδιασμένος έτσι ώστε κατά τη χρήση του να επιτρέπει στον ασθενή να μιλά με άνεση.		
6	Να έχει σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,80 m		

A/A	Απαιτούμενη Τεχνική Προδιαγραφή Πρόσκλησης	Συμμόρφωση(ΝΑΙ / ΟΧΙ)	Παραπομπή της Προσφοράς (Φύλλο/Σελίδα Prospectus ή Πιστοποιητικού)
7	Το σημείο σύνδεσης με την παροχή O_2 να είναι από κατάλληλο υλικό, ώστε κατά τη σύνδεση να είναι εύχρηστο και να μην υπάρχουν απώλειες.		
8	Το επιρίνιο εξάρτημα να είναι από μαλακό υλικό, ατραυματικό, με σχετικά μικρό αυλό και να προσαρμόζεται άνετα στον εκάστοτε ασθενή, χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς.		
9	Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark.		
10	Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485.		
11	Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά (CE, ISO) εντός του		
12	Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση στον Φορέα.		

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ

Α/Α

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

