



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

**ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
Ταχ. Κώδικας : 22131
Πληροφορίες : Ιωάννης Τράκας
Τηλέφωνο : 2710-221186
E-mail : i.trakas@ekab.gr

Ορθή επαν.: Click or tap here to enter text.

Βαθμός προτεραιότητας:

Τόπος: Τρίπολη

Ημερομηνία: 13-07-2026

Αριθ. Πρωτ. : 112157

ΠΡΟΣ :

1. Β & Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ
info@mantzaris.com
2. ΠΑΛΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε
info@palmosmedical.gr
3. ΠΝΟΗ Α.Ε
info@pnoi.gr
4. ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε
antisel@antisel.gr
5. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΓΚΑΣ Ι.Κ.Ε
athens@digas.gr
6. Medical24
info@medical24.gr
7. Δ. ΚΟΡΤΕΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
dcor@cmedical.gr

**ΘΕΜΑ : Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για το ΕΚΑΒ
Τρίπολης**

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	“ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ” ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ν.4412/2016 ΑΡΘΡΟ 120 ΠΑΡ 3
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/07/2026 ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ, ΩΡΑ:11.00 Π.Μ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
CPV	3144000-2, 31711140

ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	27.152,00€ ΠΡΟ ΦΠΑ 33.668,48€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	180 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	107326/03-07-2026
Α.Λ.Ε	2410108
Α/Α ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	1015.E00035.0001
ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΛΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 10ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΑΒ. ΟΠΩΣ ΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝ. 48/23-12-2025 ΘΕΜΑ ΕΗΔ 7.	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Ιωάννης Τράκας Τηλ. 2710221186

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των ειδών όπως περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα, σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη που διαθέτει η εταιρεία σας έως την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Ι. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1. Οι προσφορές του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με το **N 4412/2016**, και θα απευθύνονται στην αρμόδια επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δ Σ του Ε.Κ.Α.Β.
2. Οι προσφορές αποστέλλονται ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στο γραφείο Γραμματείας (πρωτόκολλο) του ΕΚΑΒ Τρίπολης (Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131, τηλ. 2710221187) πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Παράρτημα Τρίπολης

Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

Ο αριθμός πρωτοκόλλου του πρωτογενούς αιτήματος

Τα είδη στα οποία αναφέρεται η προσφορά

Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ

Α) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, συμπληρωμένη σύμφωνα με το Προσάρτημα που ακολουθεί.

(Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ).

Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

Γ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ) ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

(Για τα είδη που έχουν τεχνικές προδιαγραφές)

3. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος προσφέρει να αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς επίσης συμπληρώνοντας και υπογράφοντας και τα φύλλα συμμόρφωσης που βρίσκονται στο τέλος της πρόσκλησης .

Έξοδα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών επιβαρύνουν τον προμηθευτή.

Η μειοδοσία γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

4. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να έχουν σαφή παραπομπή στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (με παραπομπή στο υλικό ίδιο ή αντίστοιχο τον α/α, περιγραφή, τιμή κ.λ.π.).

Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο Τιμών πρέπει να γίνεται σαφής μνεία προς τούτο.

5. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μόνο για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων ανά είδος.

Επισημάνση: Οι τελικές τιμές που θα προκύψουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες θα αξιολογηθούν από την Υπηρεσία μας πριν την κατακύρωση, προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση συνέχισης ή μη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Χρόνος παράδοσης: παράδοση εντός ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ημερών από την ζήτησή τους με την ανακοίνωση κατακύρωσης ή από την υπογραφή της σύμβασης όπου αυτή απαιτείται ,όταν συντάξει και θα αποστείλει το Παράρτημα του ΕΚΑΒ Τρίπολης στον Προμηθευτή.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ,ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.ekab.gr.

II. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα και σύμφωνα με το Ν. 4412/16.

2. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με e-mail.

3. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016

4. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Προμηθευτή και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του.

5.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της από την εν λόγω προμήθεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.

Επίσης το ΕΚΑΒ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα λύσης της παρούσης αζημίως και χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε περίπτωση που η προμήθεια των ειδών που περιγράφονται ανωτέρω αποφασιστεί από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ να γίνεται με άλλον τρόπο.

6. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

7. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α' 188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα έγγραφα της σύμβασης του [άρθρου 53](#) μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

8. Όποιο στοιχείο ή όρος δεν αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, καλύπτεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2017/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής, καθώς και τις σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ (€)	Φ.Π.Α 24% (€)	ΣΥΝ/ΚΟ ΠΟΣΟ (€)
1	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR ZOLL M SERIES	3144000-2	4	300,00	1.200,00	288,00	1.488,00
2	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR LIFEGAIN CU	3144000-2	7	450,00	3.150,00	756,00	3.906,00
3	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR LIFERAK 1000	3144000-2	14	350,00	4.900,00	1.176,00	6.076,00
4	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR LIFERAK 15	3144000-2	4	300,00	1.200,00	288,00	1.488,00
5	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR LIFEGAIN CU	31158100-9	2	600,00	1.200,00	288,00	1.488,00
6	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ MONITOR MINDDRAY BENEHEART	3144000-2	4	430,00	1.720,00	412,80	2.132,80
7	ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ BENEHEART D60	30197641-1	24	3,00	72,00	17,28	89,28
8	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ MONITOR UP-7000 CREATIVE MEDICAL	3144000-2	1	300,00	300,00	72,00	372,00
9	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR Nihon Kohden Cardiolife TEC 5631	3144000-2	1	240,00	240,00	57,6	297,6
10	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BOSCAROL 3000	3144000-2	4	180,00	720,00	172,8	892,8
11	ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)	31711140-6	300	41,50 €	12.450,00	2.988,00	15.438,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ					27.152,0000	6.516,48	33.668,48

IV.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**1. ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕ Α/Α :1,2,3,4,5,6,7,8,9,10**

Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Καλύπτονται με την τεκμηριωμένη και ακριβή περιγραφή του είδους και βάση της λειτουργικής απαίτησης της συσκευής που θα χρησιμοποιηθεί το είδος.

11. Ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων απινίδωσης & βηματοδότησης για αυτόματο απινιδωτή τύπου AED Plus Zoll, ενηλίκων

- ☑ Να αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες αυτοκόλλητες πλάκες μέσω των οποίων θα μεταφέρεται η ενέργεια κατά την διάρκεια της απινίδωσης
- ☑ Να μπορούν να συνδεθούν με τον απινιδωτή χωρίς προσθήκη μετατροπέα (adaptor)
- ☑ Τα δύο ηλεκτρόδια του ζεύγους να είναι διαφορετικού μεγέθους και σχήματος και να αναγράφουν καθώς και να απεικονίζουν τα σωστά σημεία τοποθέτησής τους, ώστε να αποφεύγονται λάθη κατά την τοποθέτηση
- ☑ Τα ηλεκτρόδια να φέρουν αγωγίμες πλάκες κατασκευασμένες από κασσίτερο
- ☑ Τα ηλεκτρόδια να έχουν ειδικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα την μείωση των εγκαυμάτων Η χορήγηση της ενέργειας να γίνεται με κατεύθυνση από το κέντρο του ηλεκτροδίου προς την περιφέρειά του
- ☑ Να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο επικαλυμμένο εσωτερικά από φύλλα μετάλλου προκειμένου να επιβραδυνθεί στο ελάχιστο η αλλοίωσή τους με την πάροδο του χρόνου
- ☑ Να μπορούν να είναι συνδεδεμένα με τον απινιδωτή έτοιμα προς χρήση, χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί η συσκευασία τους
- ☑ Να αναφερθούν το σχήμα και οι διαστάσεις των δύο ηλεκτροδίων sternum και apex προκειμένου να είναι συμβατές με τις τεχνικές προδιαγραφές του απινιδωτή, τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του και τα διεθνή πρότυπα
- ☑ Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο ηλεκτρόδιο απινίδωση, λήψη ΗΚΓ και βηματοδότηση
- ☑ Να διαθέτουν όλα τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τα καθιστούν κατάλληλα και ασφαλή για χρήση
- ☑ Να είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του απινιδωτή, εάν το ζεύγος ηλεκτροδίων θα χρησιμοποιηθεί με συσκευή για την οποία είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας της
- ☑ **Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίσουν δείγμα του προς προμήθεια υλικού, το οποίο θα δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια χρήσης του καθώς και η αποδοτικότητά του**
- ☑ Η διάρκεια ζωής τους να είναι τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση
- ☑ Η προμηθεύτρια και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη
- ☑ Να διαθέτει CE mark
- ☑ Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά

Απαιτείται δείγμα.

IV. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ (€)	Φ.Π.Α 24% (€)	ΣΥΝ/ΚΟ ΠΟΣΟ (€)
1	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR ZOLL M SERIES	3144000-2					
2	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR LIFEGAIN CU	3144000-2					
3	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR LIFERAK 1000	3144000-2					
4	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR LIGERAK 15	3144000-2					
5	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR LIFEGAIN CU	31158100-9					
6	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ MONITOR MINDRAY BENEHEART	3144000-2					
7	ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ BENEHEART D60	30197641-1					
8	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ MONITOR UP-7000 CREATIVE MEDICAL	3144000-2					
9	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ MONITOR Nihon Kohden Cardiolife TEC 5631	3144000-2					
10	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ BOSCAROL 3000	3144000-2					
11	ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ZOLL(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)	31711140-6					
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ							

- Η παρούσα προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες προσημερούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
- Αναλαμβάνω την δέσμευση ότι θα εκτελέσω την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :									
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:									
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:									
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :									
Τόπος Γέννησης:									
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Εις βάρος μου δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1)

β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48 δ) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΕΕ L 309/15/25.11.2005) τις διατάξεις της Οδηγίας

2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ L 214/29/4.8.2006), οι οποίες ενσωματώνονται με το ν. 3691/2008 (Α' 166) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν.2331/1995 (Α' 173), όπως ισχύουν.

2. α) Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας

εγκατάστασής μου.

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ /ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
-----	-----------------------	-------------------------	--

β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος μου διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου

γ) Δεν έχω καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή μου.

δ) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική μου ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.

ε) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις 75 2016-06-27 διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.

στ) Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής μου ή του ελληνικού δικαίου.

ζ) Δεν είμαι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχω παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

η) Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές όπως αναγράφονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Είμαι σε θέση, εφόσον μου ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχω κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαμβάνει η δήλωσή μου.

Ημερομηνία:/...../20.....

Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

1	Να αποτελούνται από δύο ανεξάρτητες αυτοκόλλητες πλάκες μέσω των οποίων θα μεταφέρεται η ενέργεια κατά την διάρκεια της απινίδωσης		
2	Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες		
3	Να μπορούν να συνδεθούν με τον απινιδωτή χωρίς προσθήκη μετατροπέα (adaptor)		
4	Τα δύο ηλεκτρόδια του ζεύγους να αναγράφουν καθώς και να απεικονίζουν τα σημεία τοποθέτησής τους		
5	Τα ηλεκτρόδια να έχουν ειδικό σχεδιασμό με αποτέλεσμα την μείωση των εγκαυμάτων		
6	Να είναι συσκευασμένα σε ειδικό φάκελο προκειμένου να επιβραδυνθεί στο ελάχιστο η αλλοίωσή τους με την πάροδο του χρόνου		
7	Να μπορούν να είναι συνδεδεμένα με τον απινιδωτή έτοιμα προς χρήση, χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί η συσκευασία τους		
8	Να αναφερθούν το σχήμα και οι διαστάσεις των δύο ηλεκτροδίων sternum και apex προκειμένου να είναι συμβατές με τις τεχνικές προδιαγραφές του απινιδωτή, τις απαιτήσεις του κατασκευαστή του και τα διεθνή πρότυπα		
9	Να μπορεί να πραγματοποιείται με το ίδιο ηλεκτρόδιο απινίδωση και λήψη ΗΚΓ		
10	Να είναι δοκιμασμένα για χρήση με διφασική τεχνολογία απινίδωσης μέχρι και 360 Joules		
11	Το μήκος καλωδίου να είναι τουλάχιστον 100 cm		
12	Η συνολική αγωγίμη επιφάνεια και των δύο ηλεκτροδίων να είναι τουλάχιστον 100 cm ²		
13	Να διαθέτουν όλα τις απαραίτητες πιστοποιήσεις που τα καθιστούν κατάλληλα και ασφαλή για χρήση		
14	Να είναι απαραίτητη η ύπαρξη έγκρισης καταλληλότητας από τον κατασκευαστή του απινιδωτή, εάν το ζεύγος ηλεκτροδίων θα χρησιμοποιηθεί με συσκευή για την οποία είναι σε ισχύ η εγγύηση καλής λειτουργίας της		
15	Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να προσκομίσουν δείγμα του προς προμήθεια υλικού, το οποίο θα δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες προκειμένου να ελεγχθεί η ασφάλεια χρήσης του καθώς και η αποδοτικότητά του		
16	Η διάρκεια ζωής τους να είναι τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση		
17	Να διαθέτει CE mark		
18	Η προμηθεύτρια και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή/και ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη		
19	Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά		

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για το είδος με α/α : 11 Ζεύγος αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων & βηματοδότησης για αυτόματο απινιδωτή τύπου AED Plus Zoll , ενηλίκων