



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.ΠΕ.
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ**



Ημερομηνία: 09/07/2026
Αρ. Πρωτ.: 11058

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό
Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10
Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες
Πληροφορίες : Ειρήνη Φίλη
Τηλέφωνο : 26643 60215
Fax : 26640 22204
E-mail : filie@GNFiliaton.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 28.507,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
γ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).
δ) Ο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», (Φ.Ε.Κ. 36/Α/9-03-2021).
ε) Την με αριθμ. **20^η/23-06-2026 Θέμα 3^ο** απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν **κλειστή προσφορά** και τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Ποινικό Μητρώο), **για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ για το Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Φιλιατών**, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις **21-07-2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Φιλιατών.**

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω όρους :

α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι, δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντα/οικονομικού φορέα τελεσίδικη απόφαση για τους ακόλουθους λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24^{ης} Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της ΕΕ (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L της 31.7.2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 200/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26^{ης} Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 200/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.
- για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία:

- Να δηλώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

- Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλείσται από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλείσται από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η προμήθεια **ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ**, ήτοι :

A/A	Κωδικός REF	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΜΗΜΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣ/ΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΤ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	410000801	Σετ προσωρινού ευθύ καθετήρα αιμοκάθαρσης 12fr διπλού αυλού με ευθείς προεκτάσεις κατάλληλου για αιμοδιήθηση, πλάσμαφαίρεση και έγχυση	MTN	47,50 €	40	1.900,00 €	24%	456,00 €	2.356,00 €
2	740000802	Σετ προσωρινού ευθύ καθετήρα αιμοκάθαρσης 12fr διπλού αυλού με κεκαμμένες προεκτάσεις κατάλληλου για αιμοδιήθηση, πλάσμαφαίρεση και έγχυση	MTN	47,50 €	20	950,00 €	24%	228,00 €	1.178,00 €
3	405099369	Σετ μόνιμου καθετήρα αιμοκάθαρσης κατάλληλου για αιμοδιήθηση, πλάσμαφαίρεση και έγχυση 14,5 FR, 23 CM	MTN	260,00 €	4	1.040,00 €	13%	135,20 €	1.175,20 €
4	41901147	Σετ μόνιμου καθετήρα αιμοκάθαρσης κατάλληλου για αιμοδιήθηση, πλάσμαφαίρεση και έγχυση 14,5 FR, 28 CM	MTN	260,00 €	6	1.560,00 €	13%	202,80 €	1.762,80 €

5	41901088	Φίλτρα Αιμοπροσρόφησης HA 130	MTN	195,00 €	100	19.500,00 €	13%	2.535,00 €	22.035,00 €
						24.950,00 €		3.557,00 €	28.507,00 €

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

1) Σετ προσωρινού ευθύ καθετήρα αιμοκάθαρσης 12fr διπλού αυλού με ευθείς προεκτάσεις κατάλληλου για αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση και έγχυση.

- Να είναι κατασκευασμένος από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη και να φέρει αυλό σχήματος double-d, για βελτίωση της ροής και μείωση της αρτηριακής πίεσης.
- Να είναι ακτινοσκοπικός και να έχει τυπωμένα εκατοστά κατά μήκος του άξονα του.
- Να διαθέτει οπές περιμετρικά του άξονα κομμένες με λείζερ για μείωση της πιθανότητας εμφάνισης πρήγματος.
- Να διαθέτει μαλακό ατραυματικό άκρο διαφορετικού χρώματος.
- Να διαθέτει υποδοχείς από ανθεκτικό σκληρό υλικό ultem. Στο σετ να συμπεριλαμβάνονται επίσης: βελόνα εισαγωγής 18g x7cm, οδηγός σύρμα 70cm με μεγάλη αντοχή στο τσάκισμα και δυνατότητα προώθησης με τον αντίχειρα, διαστολείς 10fr και 12fr, 2 αυτοκόλλητα επιθέματα telfa και 2 καπάκια.
- Εμφυτεύσιμο μήκος 20 cm.

2) Σετ προσωρινού ευθύ καθετήρα αιμοκάθαρσης 12fr διπλού αυλού με κεκαμμένες προεκτάσεις κατάλληλου για αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση και έγχυση

- Να είναι κατασκευασμένος από θερμοευαίσθητη πολυουρεθάνη και να φέρει αυλό σχήματος double-d, για βελτίωση της ροής και μείωση της αρτηριακής πίεσης.
- Να είναι ακτινοσκοπικός και να έχει τυπωμένα εκατοστά κατά μήκος του άξονα του.
- Να διαθέτει οπές περιμετρικά του άξονα κομμένες με λείζερ για μείωση της πιθανότητας εμφάνισης πρήγματος.
- Να διαθέτει μαλακό ατραυματικό άκρο διαφορετικού χρώματος.
- Να διαθέτει υποδοχείς από ανθεκτικό σκληρό υλικό ultem. Στο σετ να συμπεριλαμβάνονται επίσης: βελόνα εισαγωγής 18g x7cm, οδηγός σύρμα 70cm με μεγάλη αντοχή στο τσάκισμα και δυνατότητα προώθησης με τον αντίχειρα, διαστολείς 10fr και 12fr, 2 αυτοκόλλητα επιθέματα telfa και 2 καπάκια.
- Εμφυτεύσιμο μήκος 16 cm και 20 cm

3-4) Μόνιμοι καθετήρες αιμοκάθαρσης :

- Σετ μόνιμου καθετήρα αιμοκάθαρσης κατάλληλου για αιμοδιήθηση, πλασμαφαίρεση και έγχυση.
- Να είναι κατασκευής διπλού αυλού σε διάταξη διπλού D για βέλτιστη ροή σε χαμηλότερες πιέσεις.
- Να διαθέτει ακτινοσκοπική ταινία σήμανσης βολφραμίου.

- Να φέρει πλευρικές οπές κομμένες με laser και συμμετρικό άκρο σε σχήματος Z, για να εμφανίζει ποσοστό επανακυκλοφορίας κατά την αναστροφή λειτουργίας μόλις στο 1%.
- Ο καθετήρας να είναι κατασκευασμένος από καρμποθάνη και να διαθέτει προέκταση από σιλικόνη για να έχει μεγαλύτερη αντοχή στο τσάκισμα. Να φέρει εγχρώμους υποδοχείς ultem luer lock και halkey roberts clamps, με τυπωμένους τους όγκους πλήρωσης με ηπαρίνη.
- Να διαθέτει εισαγωγή με βαλβίδα για να εμποδίζεται η απώλεια αίματος και η είσοδος αέρα.
- Το σετ να περιέχει: 1 καθετήρα 14.5fr, 1 εισαγωγή 16fr με βαλβίδα πολυτετραφλουοροαιθυλένιο, 1 διχαλωτό κανάλι, 1 12fr διαστολέα, 1 14fr διαστολέα, 2 καπάκια για τις θέσεις έγχυσης, 1 βελόνα εισαγωγής 18gauge, 1 οδηγό σύρμα 1/ευθύ 0.15 x 70cm, 1 σύριγγα 12 cc, 1 #11 νυστέρι, 2 telfa αυτοκόλλητα επιθέματα και 4 γάζες.
- Εμφυτεύσιμο μήκος (μήκος μέχρι το Cuff) : 23 cm με συνολικό μήκος 40 cm
- Εμφυτεύσιμο μήκος (μήκος μέχρι το Cuff) : 28 cm με συνολικό μήκος 45 cm

5) Φίλτρα Αιμοπροσρόφησης:

Ειδικό σετ αιμοπροσρόφησης (φύσιγγα-συνδετική γραμμή) για επιπλοκές αιμοκάθαρσης.

- Το σετ θα πρέπει να περιέχει ειδική φύσιγγα ρητίνης ουδέτερων μακροπόρων και γραμμή σύνδεσης.
- Η ρητίνη να είναι νέας τεχνολογίας secondary cross linking.
- Η μέθοδος αποστείρωσης να είναι ακτινοβολία γ.
- Παρακαλώ να συμπεριληφθούν μελέτες σχετικές με την βιοσυμβατότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.
- Να είναι μιας χρήσεως.
- Να είναι αποστειρωμένα.
- Να είναι ατομικά συσκευασμένα.
- Να πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.
- Να φέρει CE.
- Να είναι κατάλληλο και συμβατό για τοποθέτηση στα μηχανήματα της μονάδας μας.
- Να έχει ευέλικτη εφαρμογή σε διάφορες τεχνικές αιμοκάθαρσης όπως: HD, HDF και CVVH.
- Να απομακρύνει αποτελεσματικά μέσου μοριακού βάρους και συνδεδεμένες με πρωτεΐνες ουραιμικές τοξίνες όπως: β_2 - MG, Παραθορμόνη, Λεπτίνη, TNF, IL, CRP, AGEs, Hcy και Ras και να αντιμετωπίζει τις επιπλοκές της αιμοκάθαρσης.

Χρεώνεται στον ΑΛΕ 32302030000001

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ILIANA KAINTASI
Διοικήτρια
09.07.2026 11:52

