



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τ.Κ. 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ: 27213-63128, 130
E-MAIL:promithies@nosokomeiokalamatas.gr

ΠΡΟΣ: 1. DRAEGER HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
2. ΚΑΧΙΩΝΗΣ Α. Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΟΕ
3.ΒΙΟ-ΤΕCH ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
4. ΚΙ CONSTRUCTIONS ΚΑΧΙΩΝΗΣ Α. -Π.
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ Ο.Ε
5. BMG EQUIPMENT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.67/2026

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ο. Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Οργανική Μονάδα Καλαμάτας) ΑΦΜ: 998995401
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία 04/08/2026 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα: 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Γ.Ν Μεσσηνίας , Αντικάλαμος Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΑΗΤ	1015.E00251.0001 (Ο.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.)	3.2.3.09.06.001 (ΚΑΕ 1439)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Τακτικός Προϋπολογισμός
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	44523300-5
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	12.198,10€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	1 ΕΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:**Τις Διατάξεις:**

- 1.Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.Του Ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007).
- 3.Του Ν. 4052/1-03-2012.Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις
- 4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 5.Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
- 6.Του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'74/26-03-2014), άρθρο 1 (περί κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων.
- 7.Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α'/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 8.Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α'/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Της υπ' αριθμ. Πρωτ. 99864/15-12-2025 Εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας Απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του αρ. 118 του ν. 4412/2016.

Τις Αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθμ. **30/02-08-2024 (Θ:32)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθμ. **19/28-04-2026 (Θ: ΕΗΔ26)** Απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας σχετικά με την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού.
3. Την με αρ. **19978/13-07-2026 (ΑΔΑ: 63ΦΣ4690ΒΦ-Θ58)** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για την Ο.Μ Καλαμάτας.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **14965/25-05-2026** Απόφαση Διοικητή επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης διαγωνισμό για την προμήθεια **ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ** ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Οργανικής Μονάδας Καλαμάτας) συνολικού προϋπολογισμού **12.198,10€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής** ως ο κάτωθι πίνακας:

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ								
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ CPV: 44523300-5 ΚΑΕ: 1439								
Α/Α	ΕΙΔΟΣ		Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

	ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ							
7	ΜΠΑΤΑΡΙΑ για καρδιογράφο CARDIOLINE AR 1200 VIEW		TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	100,00	100,00	124,00
8	ΜΠΑΤΑΡΙΑ για καρδιογράφο CARDIOLINE AR 2100 VIEW		TMX	2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	130,00	260,00	322,40
11	ΜΠΑΤΑΡΙΑ για καρδιογράφο COMEN CM 1200B		TMX	2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	120,00	240,00	297,60
12	ΜΠΑΤΑΡΙΑ για καρδιογράφο COMEN CM 1200A		TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	120,00	120,00	148,80
	ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ							
14	Καλώδιο - Προέκταση για αισθητήρες SPO ₂ για απινιδωτή NIHON KOHDEN (TEC 5621K)		TMX	2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	28,19	56,38	69,91
16	Αισθητήρας παιδιατρικός Πολλαπλών Χρήσεων SPO ₂ (Δακτύλου) για απινιδωτή NIHON KOHDEN (TEC 5621K)		TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	31,99	31,99	39,67
17	Μπαταρία για απινιδωτή NIHON KOHDEN (TEC 5621K)		TMX	5	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	120,00	600,00	744,00
18	Τριπολικό Καλώδιο ECG για απινιδωτή NIHON KOHDEN (TEC 7721K)		TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	31,00	31,00	38,44
19	Τριπολικό Καλώδιο ECG για απινιδωτή MARQUETTE - HELLIGE (CARDIOSERV)		TMX	10	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	30,79	307,90	381,80
20	ΜΠΑΤΑΡΙΑ για απινιδωτή MARQUETTE - HELLIGE (CARDIOSERV)		TMX	4	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	100,00	400,00	496,00
23	Αισθητήρας Ενηλίκων Πολλαπλών Χρήσεων SPO ₂ (Δακτύλου) για απινιδωτή PHILIPS HEARTSTART (M 3535A)		TMX	2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	26,00	52,00	64,48
25	ΜΠΑΤΑΡΙΑ για απινιδωτή PHILIPS HEARTSTART (M 3535A)		TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	150,00	150,00	186,00
	ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΙ							
28	ΜΠΑΤΑΡΙΑ για καρδιοτοκογράφο GE HEALTHCARE (COROMETRICS)		TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	120,00	120,00	148,80
31	ΜΠΑΤΑΡΙΑ καρδιοτοκογράφο COMEN STAR5000/C21		TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	120,00	120,00	148,80
	ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΙΕΣΜΕΤΡΟ / ΟΞΥΜΕΤΡΟ							
	Monitor EDAN im3							

32	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor EDAN im3		TMX	4	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	27,59	110,36	136,85
37	Μπαταρία για monitor EDAN im3		TMX	3	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	150,00	450,00	558,00
	Monitor COMEN NC5							
38	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor COMEN NC5		TMX	3	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	27,60	82,80	102,67
43	Μπαταρία για monitor COMEN NC5		TMX	2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	150,00	300,00	372,00
	Monitor JERRY III							
44	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor JERRY III		TMX	2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	27,60	55,20	68,45
49	Αισθητήρας Ενηλίκων Πολλαπλών Χρήσεων SPO₂ (Δακτύλου) για monitor JERRY III		TMX	4	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	42,00	168,00	208,32
50	Αισθητήρας παιδιατρικός Πολλαπλών Χρήσεων SPO ₂ (Δακτύλου) για monitor JERRY III		TMX	5	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	55,00	275,00	341,00
	MONITOR ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ / ΦΟΡΗΤΑ							
	Monitor BSM 6701K και LIFE SCOPE CU 172R NIHON KOHDEN							
65	Μπαταρία για monitor LIFE SCOPE CU 172R NIHON KOHDEN		TMX	4	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	150,00	600,00	744,00
	Monitor INFINITY DELTA SERIES / DRAGER							
70	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor INFINITY DELTA SERIES		TMX	4	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	25,89	103,56	128,41
72	Περιχειρίδα ενηλίκων μέγεθος (M) πολλαπλών χρήσεων για monitor INFINITY DELTA SERIES		TMX	10	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	12,99	129,90	161,08
73	Περιχειρίδα ενηλίκων μέγεθος (L) πολλαπλών χρήσεων για monitor INFINITY DELTA SERIES		TMX	15	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	10,00	150,00	186,00
77	Καλώδιο - Προέκταση για SpO ₂ για αισθητήρες για monitor DRAGER		TMX	2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	35,00	70,00	86,80
	Monitor EDAN ELITE V8 + IM20							
80	Καλώδιο - Προέκταση για αισθητήρες SpO ₂ για monitor EDAN ELITE V8 + IM20		TMX	2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	31,00	62,00	76,88
82	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor EDAN ELITE V8 + IM20		TMX	2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	26,55	53,10	65,84
	Monitor EDAN iM50							
94	Μπαταρία για monitor EDAN iM50		TMX	2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	150,00	300,00	372,00
	Monitor PHILIPS EFFICIA CM100							

96	Καλώδιο - Προέκταση για αισθητήρες SpO ₂ για monitor PHILIPS EFFICIA CM100	TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	69,99	69,99	86,79
97	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων ενήλικων , μανταλάκι δακτύλου για monitor PHILIPS EFFICIA CM100	TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	71,00	71,00	88,04
98	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor PHILIPS EFFICIA CM100	TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	26,60	26,60	32,98
	Monitor HUNTLEIGH SC 1200						
104	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων ενήλικων , μανταλάκι δακτύλου για monitor HUNTLEIGH SC 1200	TMX	20	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	32,00	640,00	793,60
110	Μπαταρία για monitor HUNTLEIGH SC 1200	TMX	5	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	150,00	750,00	930,00
	Monitor COMEN STAR 8000						
	Monitor DASH 4000						
122	Περιχειρίδα ενήλικων μέγεθος (S) πολλαπλών χρήσεων για monitor DASH 4000	TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	26,00	26,00	32,24
124	Περιχειρίδα ενήλικων μέγεθος (L) πολλαπλών χρήσεων για monitor DASH 4000	TMX	2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	11,00	22,00	27,28
	Monitor SOMO VITAL SIGNS PO2000G						
127	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων παιδιατρικός, μανταλάκι δακτύλου για monitor SOMO VITAL SIGNS PO2000G	TMX	2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	25,00	50,00	62,00
128	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor SOMO VITAL SIGNS PO2000G	TMX	2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	26,10	52,20	64,73
	Monitor PHILIPS Xper Flex Cardio FC2010						
134	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor PHILIPS Xper Flex Cardio FC2010	TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	26,00	26,00	32,24
	Monitor SUN 603 S						
140	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων ενήλικων, μανταλάκι δακτύλου για monitor r SUN 603 S	TMX	2	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	77,00	154,00	190,96
141	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor SUN 603 S	TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	26,20	26,20	32,49
	ΟΞΥΜΕΤΡΑ						
146	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων ενήλικων, μανταλάκι δακτύλου για οξύμετρο general meditech G1B	TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	26,00	26,00	32,24
147	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων παιδιατρικός, μανταλάκι δακτύλου για οξύμετρο general meditech G1B	TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	32,00	32,00	39,68
148	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων παιδιατρικός, μανταλάκι δακτύλου για οξύμετρο BCI SPECTRO 2	TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	36,00	36,00	44,64

149	Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων παιδιατρικός, μανταλάκι δακτύλου για οξύμετρο GIMA OXY-50	TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	39,00	39,00	48,36
150	Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων ενήλικων, μανταλάκι δακτύλου για οξύμετρο Handheld pulse oximeter	TMX	1	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	31,00	31,00	38,44
	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ						
	GE HEALTHCARE ENGSTROM PRO						
155	Βαλβίδα εκπνοής πλήρης για αναπνευστήρα ENGSTROM PRO	TMX	4	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	370,00	1480,00	1835,20
156	Αισθητήρας ροής πολλαπλών χρήσεων για αναπνευστήρα ENGSTROM PRO	TMX	4	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	120,00	480,00	595,20
	DRAEGER SAVINA 300						
163	Δοκιμαστικός ασκός με αντίσταση 1l, πολλαπλών χρήσεων για αναπνευστήρες DRAEGER	TMX	3	ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ	100,00	300,00	372,00
						9.837,18	12.198,10

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή : Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας (Οργανική Μονάδα Καλαμάτας) Διεύθυνση Αντικάλamos Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27213-63128,130,
E-mail: promithies@nosokomeiokalamatas.gr Πληροφορίες: Α. Αγγελή

2. Τόπος-Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Πρωτόκολλο Οργανικής Μονάδας Καλαμάτας	03/08/2026 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 14:30	Οργανική Μονάδα Καλαμάτας, Αντικάλamos Μεσσηνίας, Τ.Κ 24100, Καλαμάτα	04/08/2026 Ημέρα ΤΡΙΤΗ Ώρα: 10:00π.μ.

Οι προσκληθέντες οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι τις **03/08/2026** ημέρα **ΔΕΥΤΕΡΑ** 14:30μ.μ. στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Διευθ.: Αντικάλamos Μεσσηνίας, ΤΚ 24100, Καλαμάτα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της, Διευθ.: Αντικάλamos Μεσσηνίας ΤΚ 24100, Καλαμάτα, στις **04/08/2026**, ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **10:00π.μ.**

3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση:
<http://www.eprocurement.gov.gr>, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
 Καταναλωτή.

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. **Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. και αφορά αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

β. **Φορολογική ενημερότητα**

γ. **Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. **Αντίγραφο ποινικού μητρώου**

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β,γ και δ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

1. Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.
- Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές είναι δυνατό:

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και **03/08/2026 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 14:30**

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Οργανικής Μονάδας με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη **«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»**.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και πρέπει να μονογράφονται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.

2.3. Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού.

2.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

3.1. Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

3.2. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.3. Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε ένα στάδιο, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

- Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
- Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
- Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
- Ανάδειξη αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, προσθήκες ή διορθώσεις.

Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για κάθε είδος ξεχωριστά, χωρίς Φ.Π.Α.

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης.

8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
- Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
- Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ

Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

- Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον υπάρχει.

- Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
6. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
7. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται.
8. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται.
9. Ορίζει χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
10. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται
 - Προσφορές που κατατίθενται μετά την **03/08/2026 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 14:30**, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
 - Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατό είκοσι ημέρες (120) .

10. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α'/2016), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του Ν.4782/2021.

11. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, **προσκομίζοντας μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε περίπτωση που έχουν λήξει τα ήδη κατατεθέντα :**

- Φορολογική ενημερότητα.
- Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους φορείς ασφάλισης του προσωπικού της επιχείρησης.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, **κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου**. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των υλικών **γίνεται εξολοκλήρου ή τμηματικά** ανάλογα με τις ανάγκες και κατόπιν παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα.

Η παραλαβή πραγματοποιείται από τις αρμόδιες επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό σύμφωνα με το άρθρο 221 , παρ.11β του Ν.441/2016.

Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

13. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της ανωτέρω προμήθειας, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το άρθρο 13. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Αναδόχου και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, να εκδίδουν και να υποβάλλουν **ηλεκτρονικά τιμολόγια** (για συμβάσεις άνω των 2.500,00€), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του ν. 4601/2019, της υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, καθώς και της ΚΥΑ 100792 ΕΞ 2025 (ΦΕΚ Β' 2988/17.06.2025), όπως ισχύουν, περί υποχρεωτικής υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια διαβιβάζονται μέσω πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης και μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, με χρήση του Κωδικού Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (**ΑΑΗΤ**): **1015.Ε00251.0001**

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής

νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν 4412/2016.

4. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.

Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.

15. ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ' ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

Η ανωτέρω πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

A /A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ	
7	ΜΠΑΤΑΡΙΑ για καρδιογράφο CARDIOLINE AR	-Η μπαταρία να είναι κατάλληλη - πιστοποιημένα συμβατή για καρδιογράφο

	1200 VIEW	CARDIOLINE AR 1200 VIEW - Να φέρει σήμανση CE
8	ΜΠΑΤΑΡΙΑ για καρδιογράφο CARDIOLINE AR 2100 VIEW	-Η μπαταρία να είναι κατάλληλη - πιστοποιημένα συμβατή για καρδιογράφο CARDIOLINE AR 2100 VIEW - Να φέρει σήμανση CE
1 1	ΜΠΑΤΑΡΙΑ για καρδιογράφο COMEN CM 1200B	-Η μπαταρία να είναι κατάλληλη - πιστοποιημένα συμβατή για καρδιογράφο COMEN CM 1200B - Να φέρει σήμανση CE
1 2	ΜΠΑΤΑΡΙΑ για καρδιογράφο COMEN CM 1200A	-Η μπαταρία να είναι κατάλληλη-πιστοποιημένα συμβατή για καρδιογράφο COMEN CM 1200A 11,1V/2200mA - Να φέρει σήμανση CE
	ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ	
1 4	Καλώδιο - Προέκταση για αισθητήρες SPO ₂ για απινιδωτή NIHON KOHDEN (TEC 5621K)	-Το καλώδιο να είναι κατάλληλο-πιστοποιημένα συμβατό για απινιδωτή NIHON KOHDEN (TEC 5621K) -Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
1 6	Αισθητήρας παιδιατρικός Πολλαπλών Χρήσεων SPO ₂ (Δακτύλου) για απινιδωτή NIHON KOHDEN (TEC 5621K)	-Ο αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων παιδιατρικός, μανταλάκι δακτύλου ,να είναι κατάλληλος-πιστοποιημένα συμβατός, για απινιδωτή NIHON KOHDEN (TEC 5621K) - Να φέρει σήμανση CE
1 7	Μπαταρία για απινιδωτή NIHON KOHDEN (TEC 5621K)	-Η μπαταρία να είναι κατάλληλη - πιστοποιημένα συμβατή για απινιδωτή NIHON KOHDEN (TEC 5621K) - Να φέρει σήμανση CE
1	Τριπολικό Καλώδιο ECG για απινιδωτή NIHON KOHDEN	- Το καλώδιο να είναι κατάλληλο-πιστοποιημένα συμβατό για απινιδωτή NIHON

8	(TEC 7721K)	KOHDEN (TEC 7721K) - Να έχει απόληξη κλιπ ή κουμπωτή. - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
1 9	Τριπολικό Καλώδιο ECG για απινιδωτή MARQUETTE - HELLIGE (CARDIOSERV)	- Το καλώδιο να είναι κατάλληλο - πιστοποιημένα συμβατό για απινιδωτή MARQUETTE - HELLIGE (CARDIOSERV) - Να έχει απόληξη κλιπ ή κουμπωτή. - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
2 0	ΜΠΑΤΑΡΙΑ για απινιδωτή MARQUETTE - HELLIGE (CARDIOSERV)	- Η μπαταρία να είναι κατάλληλη - πιστοποιημένα συμβατή για απινιδωτή MARQUETTE - HELLIGE (CARDIOSERV) - Να φέρει σήμανση CE
2 3	Αισθητήρας Ενηλίκων Πολλαπλών Χρήσεων SPO ₂ (Δακτύλου) για απινιδωτή PHILIPS HEARTSTART (M 3535A)	- Ο Αισθητήρας Ενηλίκων Πολλαπλών Χρήσεων SPO ₂ (Δακτύλου) να είναι κατάλληλος-πιστοποιημένα συμβατός για απινιδωτή PHILIPS HEARTSTART (M 3535A) - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
2 5	ΜΠΑΤΑΡΙΑ για απινιδωτή PHILIPS HEARTSTART (M 3535A)	- Η μπαταρία να είναι κατάλληλη-πιστοποιημένα συμβατή για απινιδωτή PHILIPS HEARTSTART (M 3535A) - Να φέρει σήμανση CE
	ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΙ	
2 8	ΜΠΑΤΑΡΙΑ για καρδιοτοκογράφο GE HEALTHCARE (COROMETRICS)	- Η μπαταρία να είναι κατάλληλη - πιστοποιημένα συμβατή για καρδιοτοκογράφο GE HEALTHCARE (COROMETRICS) - Να φέρει σήμανση CE
3 1	ΜΠΑΤΑΡΙΑ καρδιοτοκογράφο COMEN	- Η μπαταρία να είναι κατάλληλη - πιστοποιημένα συμβατή για καρδιοτοκογράφο

	STAR5000/C21	COMEN STAR5000/C21 - Να φέρει σήμανση CE
	MONITOR ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ/ ΟΞΥΜΕΤΡΟ	
	Monitor EDAN im3	
3 2	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor EDAN im3	- Ο σωλήνας προέκτασης να είναι κατάλληλος-πιστοποιημένα συμβατός για monitor EDAN im3 - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
3 7	Μπαταρία για monitor EDAN im3	-Η μπαταρία να είναι κατάλληλη - πιστοποιημένα συμβατή για monitor EDAN im3 - Να φέρει σήμανση CE
	Monitor COMEN NC5	
3 8	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor COMEN NC5	- Ο σωλήνας προέκτασης να είναι κατάλληλος-πιστοποιημένα συμβατός για monitor COMEN NC5 - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
4 3	Μπαταρία για monitor COMEN NC5	-Η μπαταρία να είναι κατάλληλη-πιστοποιημένα συμβατή για monitor COMEN NC5 - Να φέρει σήμανση CE
	Monitor JERRY III	
4 4	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor JERRY III	- Ο σωλήνας προέκτασης να είναι κατάλληλος-πιστοποιημένα συμβατός για monitor JERRY III - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
4 9	Αισθητήρας Ενηλίκων Πολλαπλών Χρήσεων SPO ₂	- Ο Αισθητήρας Ενηλίκων Πολλαπλών Χρήσεων SPO ₂ (Δακτύλου)να είναι κατάλληλος-

	(Δακτύλου) για monitor JERRY III	πιστοποιημένα συμβατός για monitor JERRY III - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
50	Αισθητήρας παιδιατρικός Πολλαπλών Χρήσεων SPO ₂ (Δακτύλου) για monitor JERRY III	- Ο Αισθητήρας παιδιατρικός Πολλαπλών Χρήσεων SPO ₂ (Δακτύλου) να είναι κατάλληλος- πιστοποιημένα συμβατός για monitor JERRY III - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
	MONITOR ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ / ΦΟΡΗΤΑ	
	Monitor BSM 6701K και LIFE SCOPE CU 172R NIHON KOHDEN	
65	Μπαταρία για monitor LIFE SCOPE CU 172R NIHON KOHDEN	- Η Μπαταρία να είναι κατάλληλος για monitor LIFE SCOPE CU 172R NIHON KOHDEN - Να φέρει σήμανση CE
	Monitor INFINITY DELTA SERIES / DRAGER	
70	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor INFINITY DELTA SERIES	- Ο σωλήνας προέκτασης να είναι κατάλληλος- πιστοποιημένα συμβατός για monitor INFINITY DELTA SERIES - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
72	Περιχειρίδα ενηλίκων μέγεθος (M) πολλαπλών χρήσεων για monitor INFINITY DELTA SERIES	- Η περιχειρίδα να είναι κατάλληλη - πιστοποιημένα συμβατή για monitor INFINITY DELTA SERIES - Μέγεθος M, για περίμετρο μπράτσου περίπου 21-33 cm - Να διαθέτει κατάλληλα συνδετικά για το σωλήνας προέκτασης αναίμακτη πίεση - Να είναι κατασκευασμένη από υψηλής

		ποιότητας υλικά - Να είναι δερματολογικά ελεγμένα για την αποφυγή αντιδράσεων με το δέρμα, κατασκευασμένα χωρίς latex και χωρίς PVC.. - Να έχει ειδική ένδειξη για ακριβή τοποθέτηση στην περιφέρεια του βραχίονα. - Να διαθέτει κλείσιμο Velcro. - Να φέρει σήμανση CE
7 3	Περιχειρίδα ενηλίκων μέγεθος (L) πολλαπλών χρήσεων για monitor INFINITY DELTA SERIES	- Η περιχειρίδα να είναι κατάλληλη - πιστοποιημένα συμβατή για monitor INFINITY DELTA SERIES - Μέγεθος L, για περίμετρο μπράτσου περίπου 25-35 cm - Να διαθέτει κατάλληλα συνδετικά για το σωλήνα προέκτασης αναίμακτη πίεση - Να είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας υλικά - Να είναι δερματολογικά ελεγμένες για την αποφυγή αντιδράσεων με το δέρμα, κατασκευασμένα χωρίς latex και χωρίς PVC.. - Να έχει ειδική ένδειξη για ακριβή τοποθέτηση στην περιφέρεια του βραχίονα. - Να διαθέτει κλείσιμο Velcro. - Να φέρει σήμανση CE
7 7	Καλώδιο - Προέκταση για SpO₂ για αισθητήρες για monitor DRAGER	- Το καλώδιο προέκτασης SpO₂ να είναι κατάλληλο— πιστοποιημένα συμβατό για monitor DRAGER, αισθητήρες τεχνολογίας Nellcore. - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
	Monitor EDAN ELITE V8 + IM20	
8	Καλώδιο - Προέκταση για	-Το καλώδιο να είναι κατάλληλο –

0	αισθητήρες SpO ₂ για monitor EDAN ELITE V8 + IM20	πιστοποιημένα συμβατό για monitor EDAN ELITE V8 + IM20 - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
8 2	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor EDAN ELITE V8 + IM20	- Ο σωλήνας προέκτασης να είναι κατάλληλος – πιστοποιημένα συμβατός για monitor EDAN ELITE V8 + IM20 - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
	Monitor EDAN iM50	
9 4	Μπαταρία για monitor EDAN iM50	- Η μπαταρία να είναι κατάλληλη – πιστοποιημένα συμβατή για monitor EDAN iM50 - Να φέρει σήμανση CE
	Monitor PHILIPS EFFICIA CM100	
9 6	Καλώδιο - Προέκταση για αισθητήρες SpO ₂ για monitor PHILIPS EFFICIA CM100	- Το καλώδιο να είναι κατάλληλο – πιστοποιημένα συμβατό για monitor PHILIPS EFFICIA CM100 - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
9 7	Αισθητήρας SpO ₂ πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων , μανταλάκι δακτύλου για monitor PHILIPS EFFICIA CM100	- Αισθητήρας SpO₂ πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων, μανταλάκι δακτύλου κατάλληλος – πιστοποιημένα συμβατός για monitor PHILIPS EFFICIA CM100 - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
9 8	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor PHILIPS EFFICIA CM100	- Ο σωλήνας προέκτασης να είναι κατάλληλος – πιστοποιημένα συμβατός για monitor PHILIPS EFFICIA CM100 - Μήκους 3m περίπου

		- Να φέρει σήμανση CE
	Monitor HUNTLEIGH SC 1200	
1 04	Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων ενήλικων , μανταλάκι δακτύλου για monitor HUNTLEIGH SC 1200	- Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων ενήλικων, μανταλάκι δακτύλου κατάλληλος – πιστοποιημένα συμβατός για monitor HUNTLEIGH SC 1200 - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
1 10	Μπαταρία για monitor HUNTLEIGH SC 1200	- Η μπαταρία να είναι κατάλληλη – πιστοποιημένα συμβατή για monitor HUNTLEIGH SC 1200 - Να φέρει σήμανση CE
	Monitor COMEN STAR 8000	
	Monitor DASH 4000	
1 22	Περιχειρίδα ενήλικων μέγεθος (S) πολλαπλών χρήσεων για monitor DASH 4000	- Η περιχειρίδα να είναι διπλού αυλού, κατάλληλη– πιστοποιημένα συμβατή για monitor DASH 4000 - Μέγεθος S, για περίμετρο μπράτσου περίπου 15-22 cm - Να διαθέτει κατάλληλα συνδετικά για το σωλήνα προέκτασης αναίμακτη πίεση - Να είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας υλικά - Να είναι δερματολογικά ελεγμένες για την αποφυγή αντιδράσεων με το δέρμα, κατασκευασμένη χωρίς latex και χωρίς PVC. - Να έχει ειδική ένδειξη για ακριβή τοποθέτηση στην περιφέρεια του βραχίονα. - Να διαθέτει κλείσιμο Velcro. - Να φέρει σήμανση CE

1 24	Περιχειρίδα ενηλίκων μέγεθος (L) πολλαπλών χρήσεων για monitor DASH 4000	- Η περιχειρίδα να είναι διπλού αυλού, κατάλληλη– πιστοποιημένα συμβατή για monitor DASH 4000 - Μέγεθος L, για περίμετρο μπράτσου περίπου 25-35 cm - Να διαθέτει κατάλληλα συνδετικά για το σωλήνας προέκτασης αναίμακτη πίεση - Να είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας υλικά - Να είναι δερματολογικά ελεγμένες για την αποφυγή αντιδράσεων με το δέρμα, κατασκευασμένη χωρίς latex και χωρίς PVC. - Να έχει ειδική ένδειξη για ακριβή τοποθέτηση στην περιφέρεια του βραχίονα. - Να διαθέτει κλείσιμο Velcro. - Να φέρει σήμανση C
	Monitor SOMO VITAL SIGNS PO2000G	
1 27	Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων παιδιατρικός, μανταλάκι δακτύλου για monitor SOMO VITAL SIGNS PO2000G	- Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων παιδιατρικός, μανταλάκι δακτύλου κατάλληλος– πιστοποιημένα συμβατός για monitor SOMO VITAL SIGNS PO2000G - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
1 28	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor SOMO VITAL SIGNS PO2000G	- Ο σωλήνας προέκτασης να είναι κατάλληλος– πιστοποιημένα συμβατός για monitor SOMO VITAL SIGNS PO2000G - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
	Monitor PHILIPS Xper Flex Cardio FC2010	
1	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor	- Ο σωλήνας προέκτασης να είναι κατάλληλος– πιστοποιημένα συμβατός για monitor PHILIPS

34	PHILIPS Xper Flex Cardio FC2010	Xper Flex Cardio FC2010 - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
	Monitor SUN 603 S	
1 40	Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων , μανταλάκι δακτύλου για monitor SUN 603 S	- Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων, μανταλάκι δακτύλου κατάλληλος – πιστοποιημένα συμβατός για monitor SUN 603 S - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
1 41	Σωλήνας προέκτασης για αναίμακτη πίεση για monitor SUN 603 S	- Ο σωλήνας προέκτασης να είναι κατάλληλος– πιστοποιημένα συμβατός για monitor SUN 603 S - Μήκους 3m περίπου - Να φέρει σήμανση CE
	ΟΞΥΜΕΤΡΑ	
1 46	Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων, μανταλάκι δακτύλου για οξύμετρο general meditech G1B	- Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων, μανταλάκι δακτύλου κατάλληλος – πιστοποιημένα συμβατός για οξύμετρο general meditech G1B - Να φέρει σήμανση CE
1 47	Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων παιδιατρικός, μανταλάκι δακτύλου για οξύμετρο general meditech G1B	- Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων παιδιατρικός, μανταλάκι δακτύλου κατάλληλος– πιστοποιημένα συμβατός για οξύμετρο general meditech G1B - Να φέρει σήμανση CE
1 48	Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων παιδιατρικός, μανταλάκι δακτύλου για οξύμετρο BCI SPECTRO 2	- Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων παιδιατρικός, μανταλάκι δακτύλου κατάλληλος – πιστοποιημένα συμβατός για οξύμετρο BCI SPECTRO 2 - Να φέρει σήμανση CE

1 49	Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων παιδιατρικός, μανταλάκι δακτύλου για οξύμετρο GIMA OXY-50	- Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων παιδιατρικός, μανταλάκι δακτύλου κατάλληλος-πιστοποιημένα συμβατός για οξύμετρο GIMA OXY-50 - Να φέρει σήμανση CE
1 50	Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων, μανταλάκι δακτύλου για οξύμετρο Handheld pulse oximeter	- Αισθητήρας SpO2 πολλαπλών χρήσεων ενηλίκων, μανταλάκι δακτύλου κατάλληλος – πιστοποιημένα συμβατός για οξύμετρο Handheld pulse oximeter - Να φέρει σήμανση CE
	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ	
	GE HEALTHCARE ENGSTROM PRO	
1 55	Βαλβίδα εκπνοής πλήρης για αναπνευστήρα ENGSTROM PRO	- Η Βαλβίδα εκπνοής να είναι πλήρης (Περιλαμβάνει : θήκη, αισθητήρα, διάφραγμα) , κατάλληλη, - πιστοποιημένα συμβατή για αναπνευστήρα ENGSTROM PRO - Να φέρει σήμανση CE
1 56	Αισθητήρας ροής πολλαπλών χρήσεων για αναπνευστήρα ENGSTROM PRO	- Ο Αισθητήρας ροής να είναι κατάλληλος-πιστοποιημένα συμβατός για αναπνευστήρα ENGSTROM PRO - Να φέρει σήμανση CE
	DRAEGER SAVINA 300	
1 63	Δοκιμαστικός ασκός με αντίσταση 1l, πολλαπλών χρήσεων για αναπνευστήρες DRAEGER	- Δοκιμαστικός ασκός με αντίσταση 1l , πολλαπλών χρήσεων κατάλληλος- πιστοποιημένα συμβατός για αναπνευστήρες DRAEGER - Να είναι κλιβανιζόμενος κατασκευασμένος από ανθεκτικά υλικά ,χωρίς latex, κατάλληλος για των αυτοέλεγχο των αναπνευστήρων. - Να διαθέτει θήκη –κάλυμμα. - Να φέρει σήμανση CE

Ακριβές Αντίγραφο
Διοικητής
ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γ.Ν. Μεσσηνίας