

ΑΔΑ:

ΑΔΑΜ:

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού και βιοχημικού αναλυτή μετά συνοδού εξοπλισμού (υλικά ποιοτικού ελέγχου - βαθμονομητές - αναλώσιμα υλικά), σύμφωνα με τον πίνακα ειδών/ποσοτήτων και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α, για τις ανάγκες τριμήνου του Βιοχημικού - Ανοσολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, με τη διαδικασία συλλογής προσφορών .

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/16 και τις λοιπές διατάξεις κείμενης νομοθεσίας

β. Την με Αρ. Πρωτ.471/15-07-2026 εισήγηση του Εργαστηρίου Ι. Βιοπαθολογίας Γ.Ν. Θήρας

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 25.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α

Κριτήριο αξιολόγησης	Ημερομηνία δημοσίευσης ΔΙΑΥΓΕΙΑ -ΚΗΜΔΗΣ
Χαμηλότερη Τιμή	15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΩΡΑ
Ανοιχτές προσφορές στο mail: supplies@santorini-hospital.gr	ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026	12 ^η ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού και βιοχημικού αναλυτή μετά συνοδού εξοπλισμού (υλικά ποιοτικού ελέγχου - βαθμονομητές - αναλώσιμα υλικά), σύμφωνα με τον πίνακα ειδών/ποσοτήτων και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α, για τις ανάγκες τριμήνου του Βιοχημικού - Ανοσολογικού Εργαστηρίου του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, με τη διαδικασία συλλογής προσφορών σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ/ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικού και βιοχημικού αναλυτή μετά συνοδού εξοπλισμού (υλικά ποιοτικού ελέγχου - βαθμονομητές - αναλώσιμα υλικά) για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, με τη μέθοδο συλλογής προσφορών. CPV: 33696500-0 – Αντιδραστήρια εργαστηρίων.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1	Free T3	300
2	Free T4	400
3	TSH	200
4	Thyroglobulin	200
5	Thyroglobulin Antibody II	500
6	TPO Antibody	200
7	Vitamin B12	300
8	Folate	300
9	PTH	200
10	25(OH) Vitamin D	300
11	t-PSA	200
12	HBs Ag	200
13	HCV Ab	200
14	HIV	200
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΛΗΘΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1	Αλκαλική Φωσφατάση (ALP)	1240
2	Αμυλάση	1200
3	Φερριτίνη	1600
4	LDH	5120
5	Ολικά Λευκώματα	3000
6	γ-GT	1000
7	Μαγνήσιο	2000
8	Ουρία	2480
9	Σάκχαρο	7320
10	Χολερυθρίνη Άμεση	920
11	Χοληστερίνη HDL	740
12	Οξαλοξική τρανσαμινάση (AST)/SGOT	2400
13	Πυροσταφυλική τρανσαμινάση (ALT)/SGPT	2520
14	CPK	1840

15	CK-MB	920
16	HbA1c	900
17	CRP	2760
18	Ασβέστιο	2800
19	Φώσφορος	2360
20	ΚΑΛΙΟ	7000
21	ΝΑΤΡΙΟ	7000
22	ΧΛΩΡΙΟ	7000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

CPV – Προδιαγραφές – Διαδικασία: Για την παρούσα προμήθεια χρησιμοποιείται ο κωδικός CPV 33696500-0 (Αντιδραστήρια εργαστηρίων). Οι τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α έχουν διατυπωθεί κατά τρόπο ώστε να μην κατευθύνουν σε συγκεκριμένο κατασκευαστή, προϊόν ή τεχνολογία (μη φωτογραφικές προδιαγραφές) και να διασφαλίζουν τον ευρύτερο δυνατό ανταγωνισμό, σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Δεδομένου ότι η προμήθεια διενεργείται με τη μέθοδο της συλλογής προσφορών, βάσει του εσωτερικού Κανονισμού Προμηθειών της ΑΕΜΥ Α.Ε. και εντός των οικείων ορίων εκτιμώμενης αξίας, δεν προβλέπεται στάδιο υποβολής ενστάσεων κατά την έννοια του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016. Οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια και πληρότητα, ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη υποβολής ερωτημάτων/διευκρινίσεων εκ μέρους των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής να ζητήσει διευκρινίσεις επί των υποβληθεισών προσφορών, χωρίς αυτό να μεταβάλλει τη φύση ή το περιεχόμενό τους.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Οι κάτωθι προδιαγραφές αποτελούν τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του συνοδού εξοπλισμού. Έχουν διατυπωθεί κατά τρόπο μη φωτογραφικό, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο κατασκευαστή/προϊόν, ώστε να διασφαλίζεται ο ευρύτερος δυνατός ανταγωνισμός. Ο προσφέρων συμπληρώνει τη στήλη «Απάντηση Προμηθευτή» με ΝΑΙ/ΟΧΙ και παραθέτει τεκμηρίωση/παραπομπή σε επίσημο τεχνικό φυλλάδιο ή prospectus του κατασκευαστή.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥ ΤΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Ο προσφερόμενος αναλυτής να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, τυχαίας προσπέλασης (random access) και να στηρίζεται στη μέθοδο της χημειοφωταύγειας. Να έχει τη δυνατότητα να μετρά τις ζητούμενες εξετάσεις, καθώς και δείκτες σήψης νέας γενιάς (π.χ. PCT, IL-6), εφόσον απαιτηθεί.	ΝΑΙ		
2	Να είναι μικρού όγκου και βάρους, επιτραπέζιος, αυτοτελής μονάδα και όχι σύνθεση περισσότερων μονάδων.	ΝΑΙ		

3	Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 100 εξετάσεις ανά ώρα.	NAI		
4	Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων χωρίς διακοπή της λειτουργίας του. Να διαθέτει δυνατότητα αρχικής φόρτωσης τουλάχιστον 60 δειγμάτων.	NAI		
5	Να μετρά τα επείγοντα δείγματα (STAT) οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς περιορισμένο αριθμό θέσεων για τα επείγοντα δείγματα.	NAI		
6	Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 24 διαφορετικών εξετάσεων, ανεξαρτήτως είδους εξέτασης.	NAI		
7	Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανίχνευσης της στάθμης των δειγμάτων και να προειδοποιεί με οπτικό σήμα πριν εξαντληθεί οποιοδήποτε αντιδραστήριο/αναλώσιμο και πριν λήξει η καμπύλη βαθμονόμησης.	NAI		
8	Να διαθέτει ενσωματωμένο ψυγείο για τη φύλαξη των αντιδραστηρίων, τουλάχιστον 24 θέσεων, σε θερμοκρασία μικρότερη των 12°C.	NAI		
9	Να έχει δυνατότητα εκτέλεσης Reflex Testing.	NAI		
10	Οι καμπύλες βαθμονόμησης να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια, με βαθμονόμηση τουλάχιστον 6 σημείων. Οι βαθμονομητές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικές παρτίδες (LOT) αντιδραστηρίων.	NAI		
11	Να διαθέτει ενσωματωμένο πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου.	NAI		
12	Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης barcode για δείγματα, αντιδραστήρια και calibrators.	NAI		
13	Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης πηγματος και δυνατότητα εντοπισμού/επισήμανσης βλαβών με ενδείξεις επί της οθόνης.	NAI		
14	Η συσκευασία των αντιδραστηρίων να διαθέτει κατάλληλο κάλυμμα (όχι πρόσθετο) ώστε να αποφεύγεται η εξάτμιση ή πιθανή επιμόλυνση μετά το πρώτο άνοιγμα, επί του αναλυτή.	NAI		
15	Να υποστηρίζεται από σύστημα σταθεροποίησης τάσης (UPS), με δαπάνη του μειοδότη.	NAI		
16	Να έχει δυνατότητα αρχειοθέτησης αποτελεσμάτων τουλάχιστον 30.000 δειγμάτων και να δύναται να συνδεθεί με το σύστημα διαχείρισης αποτελεσμάτων (LIS) του Εργαστηρίου.	NAI		
17	Τα αντιδραστήρια να είναι υγρά, έτοιμα προς χρήση (χωρίς ανασύσταση) και για κάθε εξέταση να απαιτείται μόνο ένας φορέας αντιδραστηρίου.	NAI		
18	Τα αντιδραστήρια να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατευθείαν από το ψυγείο, χωρίς ενδιάμεσα στάδια προετοιμασίας. Οι βαθμονομητές να είναι, στην πλειοψηφία τους, έτοιμοι προς χρήση.	NAI		
19	Στις αναγραφόμενες εξετάσεις να έχει συμπεριληφθεί ο απαιτούμενος αριθμός εξετάσεων και για τον έλεγχο ποιότητας και τη βαθμονόμηση του αναλυτή. Να μη ληφθεί υπόψη η σταθερότητα της συσκευασίας των αντιδραστηρίων μετά το άνοιγμα για τον υπολογισμό των προσφερόμενων συσκευασιών.	NAI		
20	Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης όπου θα απαντώνται μία προς μία όλες οι ανωτέρω προδιαγραφές, τεκμηριωμένες με παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια/prospectus του	NAI		

	κατασκευαστή. Να κατατεθούν οι οδηγίες χρήσης του αναλυτή και όλων των προσφερόμενων ειδών στα Ελληνικά.			
21	Όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια να φέρουν σήμανση CE. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.	ΝΑΙ		
22	Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει πλήρες τμήμα service και αποδεδειγμένη εμπειρία στους αυτόματους ανοσολογικούς αναλυτές. Προς απόδειξη, ο προμηθευτής να καταθέσει κατάσταση εγκατεστημένων αναλυτών ίδιου κατασκευαστή/τεχνολογίας σε τουλάχιστον δύο (2) δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα, καθώς και πρόταση κάλυψης service για το εργαστήριο.	ΝΑΙ		
23	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χειριστές του οργάνου, στον χώρο του Εργαστηρίου.	ΝΑΙ		
24	Να έχει δυνατότητα αμφίδρομης σύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα του εργαστηρίου (LIS)· ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον ανάδοχο του LIS το πρωτόκολλο διασύνδεσης για την υλοποίησή της.	ΝΑΙ		

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Οι κάτωθι προδιαγραφές αποτελούν τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του συνοδού εξοπλισμού. Έχουν διατυπωθεί κατά τρόπο μη φωτογραφικό, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο κατασκευαστή/προϊόν, ώστε να διασφαλίζεται ο ευρύτερος δυνατός ανταγωνισμός. Ο προσφέρων συμπληρώνει τη στήλη «Απάντηση Προμηθευτή» με ΝΑΙ/ΟΧΙ και παραθέτει τεκμηρίωση/παραπομπή σε επίσημο τεχνικό φυλλάδιο ή prospectus του κατασκευαστή.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ Η (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ / ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Να είναι τυχαίας επιλογής δειγμάτων τύπου Random Access, σύγχρονης τεχνολογίας, επιδαπέδιος, με σήμανση CE.	ΝΑΙ		
2	Η μέγιστη παραγωγικότητα να αποδίδει τουλάχιστον 400 αποτελέσματα φωτομετρικών εξετάσεων/ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι ηλεκτρολύτες.	ΝΑΙ		
3	Να διαθέτει μονάδα μέτρησης ηλεκτρολυτών Na, K, Cl με ανεξάρτητα ηλεκτρόδια, αντικαθιστάμενα χωρίς εργαλεία από τον χειριστή, παραγωγικότητας τουλάχιστον 400 εξετάσεων/ώρα, με διάρκεια ζωής ηλεκτροδίων τουλάχιστον 6 μηνών. Τα λοιπά αναλώσιμα (λάμπα φωτομέτρου, αναδευτήρες, ρύγχη δειγματοληψίας, σύριγγες ακριβείας) να αντικαθίστανται χωρίς εργαλεία και με ελάχιστες κινήσεις.	ΝΑΙ		
4	Να διαθέτει ενσωματωμένο ψυγείο φύλαξης αντιδραστηρίων τουλάχιστον 76 θέσεων, ενιαίο για όλα τα αντιδραστήρια (R1 και R2).	ΝΑΙ		
5	Να διαθέτει δειγματολήπτη συνεχούς φόρτωσης, δυναμικότητας τουλάχιστον 80 δειγμάτων σε πρωτογενή σωληνάρια και cups, με ανάγνωση barcode, σε δειγματοφορείς 10 θέσεων που δέχονται όλα τα είδη δειγμάτων ταυτόχρονα, με ξεχωριστούς φορείς για ποιοτικό έλεγχο και βαθμονόμηση.	ΝΑΙ		
6	Οι απαιτήσεις σε όγκο ορού/δείγματος να είναι οι ελάχιστες δυνατές.	ΝΑΙ		
7	Το ρύγχος δειγματοληψίας να είναι διαφορετικό από αυτό της διανομής αντιδραστηρίων.	ΝΑΙ		
8	Να διαθέτει διαδικασίες διασφάλισης έναντι επιμολύνσεων από δείγμα σε δείγμα και από αντιδραστήριο σε αντιδραστήριο.	ΝΑΙ		
9	Να εκτελεί αυτόματη επανάληψη και αρραίωση/συμπύκνωση δειγμάτων εκτός ορίων γραμμικότητας ή επιθυμητών ορίων, χωρίς παρέμβαση του χειριστή.	ΝΑΙ		
10	Να λειτουργεί με μόνιμες, γυάλινες, μικρού όγκου, αυτοπλενόμενες κυψελίδες, με τουλάχιστον 13 μήκη κύματος (340-800 nm) και όγκο αντίδρασης 90-350 μL. Ο προμηθευτής να προσφέρει κατάλληλο σύστημα παροχής καθαρού νερού συνδεδεμένο με τον αναλυτή.	ΝΑΙ		
11	Να εξασφαλίζεται θερμοκρασιακό εύρος $\leq \pm 0,3^{\circ}\text{C}$ στο περιβάλλον των κυψελίδων. Να είναι ξηρού λουτρού για αποφυγή διαρροών.	ΝΑΙ		

12	Να διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου (π.χ. twin plot, Westgard rules, Levey-Jennings).	NAI		
13	Να διαθέτει αυτοματισμούς όπως reflex testing και δείκτες ορού, δυνατότητα φόρτωσης STAT δειγμάτων ανά πάσα στιγμή χωρίς αφαίρεση δειγμάτων από τον δειγματολήπτη, και ψυχόμενο χώρο φύλαξης βαθμονομητών/υλικών ποιοτικού ελέγχου.	NAI		
14	Ο αναλυτής να ελέγχει τα δείγματα για λιπαιμία, ίκτερο, αιμόλυση και θρόμβο/πήγμα, με σχετικές επισημάνσεις ανά εξέταση.	NAI		
15	Να έχει δυνατότητα υπολογισμού κατανάλωσης αντιδραστηρίων ανά εξέταση, με επιμερισμό ανά τύπο ανάλυσης. Ο χρόνος μεταξύ δύο βαθμονομήσεων να είναι τουλάχιστον 30 ημέρες για την πλειοψηφία (>70%) των ζητούμενων εξετάσεων. Το αναλυτικό εύρος της CRP να φτάνει έως τα 48 mg/dL.	NAI		
16	Να διαθέτει αρχείο καταγραφής διαδικασιών συντήρησης (ημερήσιας, εβδομαδιαίας, μηνιαίας) και να ενημερώνει τον χειριστή για την ενδεικνυόμενη ημερομηνία κάθε εργασίας.	NAI		
17	Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό πληροφοριακό σύστημα (LIS).	NAI		
18	Να λειτουργεί υπό τάση 220V· να προσφερθεί σύστημα UPS.	NAI		
19	Οι διαστάσεις του προσφερόμενου αναλυτή να είναι ενδεικτικά έως 1,5 μ. σε μήκος και 0,85 μ. σε πλάτος, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα εγκατάστασης στον υφιστάμενο χώρο του εργαστηρίου, χωρίς παρέμβαση στην υφιστάμενη διαμόρφωσή του· σε περίπτωση απόκλισης, ο προσφέρων να τεκμηριώνει τη δυνατότητα εγκατάστασης.	NAI		
20	Η προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει πλήρες τμήμα service και αποδεδειγμένη εμπειρία στους αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές, με δυνατότητα άμεσης τεχνικής υποστήριξης (επιτόπιας ή εξ αποστάσεως) εντός εύλογου χρόνου από την αναγγελία βλάβης, λαμβανομένης υπόψη της νησιωτικότητας του Γ.Ν. Θήρας. Προς απόδειξη, να καταθέσει κατάσταση εγκατεστημένων αναλυτών ίδιου κατασκευαστή/τεχνολογίας που χρησιμοποιούν τα ίδια αντιδραστήρια σε τουλάχιστον δύο (2) Ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, καθώς και πρόταση κάλυψης service.	NAI		
21	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δωρεάν τους χειριστές του οργάνου, στον χώρο του Εργαστηρίου.	NAI		
22	Το λογισμικό του αναλυτή να είναι στα Ελληνικά (να κατατεθεί σχετικό screenshot). Να κατατεθούν στα Ελληνικά οι οδηγίες χρήσης αναλυτή, αντιδραστηρίων και λοιπών υλικών, με αναφορά στον χρόνο σταθερότητας και τις επιδόσεις ακρίβειας/επαναληψιμότητας.	NAI		
23	Να εκτελεί τις εξετάσεις που αναφέρονται στον πίνακα ειδών/ποσοτήτων του Παραρτήματος Α.	NAI		
24	Να αναφερθούν οι επιπλέον παράμετροι που εκτελεί ο αναλυτής πέραν των ζητούμενων.	NAI		
25	Στις αναγραφόμενες εξετάσεις να έχει συμπεριληφθεί ο απαιτούμενος αριθμός εξετάσεων και για τον έλεγχο ποιότητας και τη βαθμονόμηση του αναλυτή. Να μη ληφθεί	NAI		

	υπόψη η σταθερότητα του αντιδραστηρίου μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, με εξαίρεση την κρεατινίνη.			
26	Όλα τα τεχνικά στοιχεία να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα εγχειρίδια λειτουργίας/τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή ή/και prospectus. Να κατατεθούν σε αναζητήσιμη μορφή PDF τα εγχειρίδια λειτουργίας στην Ελληνική, οι οδηγίες χρήσης αντιδραστηρίων στην Ελληνική, και τα πρωτόκολλα εφαρμογής (Ελληνικά ή Αγγλικά).	ΝΑΙ		

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- Ισχύς Προσφορών: 60 ημέρες κατ' ελάχιστο.
- Αποστολή προσφορών: Ανοιχτές προσφορές στο -email: supplies@santorini-hospital.gr έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 12^η ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ
- Τρόπος Πληρωμής: Με δέσμευση του ποσού από τον ΚΑΕ 25.01.21.80 (Αντιδραστήρια -Αναλώσιμα Υλικά Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ) του προϋπολογισμού έτους χρήσης **2026** του Γ.Ν. Θήρας και εντός 60 ημερών από την έκδοση τιμολογίου και την οριστική παραλαβή των ειδών.
- Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον ανάδοχο.
- Στην υποβληθείσα προσφορά θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά θα πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή .
- Για ποσά πάνω από 1.500€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας και για ποσά πάνω από 3.000€ είναι απαραίτητη η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται στην έκδοση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 ΚΥΑ «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» ΦΕΚ 2385/τ. Β'/12.04.2023.

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ

& ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΕΜΥ ΑΕ

ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ