

№876 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.9033/14-07-2026

A/A	Σειρά	Αριθμός	Τμήμα	Κωδικός	Ονομασία Είδους	M.M.	Ποσότητα	Μιτκή Αξία	Ημ/νία Κατάθεσης Προσφορών	Κριτήριο 1
1	Α	2108	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	802297	ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ BODYGUARD 323	TEM	1,0000	4.500,00		ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις :										

Το Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" για την κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για τα ανωτέρω είδη, για την επείγουσα προμήθεια με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 5 εργάσιμες μετά την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Τρόπος υποβολής προσφορών : prom_ elpis@elpis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 20 39 112

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1) Η προσφορά πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, email, το συντελεστή ΦΠΑ (ιδίαιτα αν αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 24%) και να έχει την παρακάτω μορφή:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ
------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------	------	-------------------	---------------------------------------

2) Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται -επί ποινή απόρριψης - ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας το Νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

3) Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει αυτή του παρατηρητηρίου, η προσφορά υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στην στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Το Νοσοκομείο:
α) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται -επί ποινή απόρριψης - να το αποστέλουν άμεσα.

β) δεν δεσμεύεται στην μερική ή ολική προμήθεια των ποσοτήτων των ανωτέρω ειδών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ**

- Η αντλία να είναι καινούργια αμεταχειρίστη και να παραδοθεί έτοιμη προς λειτουργία.
- Η αντλία έγχυσης υγρών να συνδυάζει χαρακτηριστικά υψηλά απόδοσης με εύκολη και αξιόπιστη λειτουργία.
- Να διαθέτει τουλάχιστον 5 διαφορετικά προγράμματα : Continuous (Συνεχές), 25-Steps, T.P.N., Intermittent (διακοπτόμενο) και PCA.
- Η αντλία να έχει βάρος λιγότερο του ενός (1) κιλού, μικρών διαστάσεων, η λειτουργία της να βασίζεται σε μικροεπεξεργαστές, να είναι φιλική προς το χρήστη και υψηλής απόδοσης και να τροφοδοτείται από ρεύμα δικτύου πόλης 220- 240 v / 50-60 Hz μέσω κοινού τριπολικού καλωδίου
- Να προσφέρεται με επαναφορτιζόμενη μπαταρία LI-ION, που να εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία για 15 ώρες τουλάχιστον με ρυθμό έγχυσης 15 ml/h.
- Να είναι κατάλληλη για ενδοφλέβιες εγχύσεις υγρών, διαλυμάτων φαρμάκων και αίματος. Να μπορεί να εφαρμοστεί σε φλέβες και αρτηρίες. Να είναι κατάλληλη για υποδόρια, ενδοφλέβια και παρεντερική χορήγηση.
- Να έχει υψηλό επίπεδο ακρίβειας $\pm 5\%$ και γραμμικότητας, ακόμη και σε έγχυση χαμηλού επιπέδου.
- Να διαθέτει έγχρωμη ψηφιακή οθόνη, υψηλής ανάλυσης, στην οποία να εμφανίζονται οδηγίες χρήσης και ρυθμίσεις.
- Να επιτρέπει τη ρύθμιση του ρυθμού έγχυσης ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής (από 0.1 έως 1200 ml/h)
- Να διαθέτει επιλογή όγκου έγχυσης ή χρόνου έγχυσης.
- Να διαθέτει τους ακόλουθους συναγερμούς : τέλος προγράμματος, χαμηλή μπαταρία, τέλος μπαταρίας, ανίχνευση αέρα, έμφραξη, ανοιχτή πόρτα, αντλία χωρίς παρακολούθηση, εσωτερική δυσλειτουργία, κλείδωμα. Οι συναγερμοί να συνοδεύονται με ακουστικό τόνο.
- Να διαθέτει ρύθμιση της πίεσης έμφραξης στις τιμές 100-1500mmHg σε βήματα των 10mmHg.
- Να διαθέτει ρύθμιση της ευαισθησίας ανίχνευσης αέρα από 0,1 έως 2 ml.
- Να διαθέτει φορτιστή για δυνατότητα λειτουργίας με ρεύμα AC, ενώ φορτίζεται η μπαταρία.
- Να παρέχει δυνατότητα ασύρματης συνδεσιμότητας μέσω Wi-Fi.
- Να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης για ρυθμίσεις από εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Να είναι σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά Standards ασφαλείας και να διαθέτει CE. Προστασία IPX3. Ταξινόμηση CF, Class II.
- Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα δηλώσει ο προμηθευτής θα αναγράφονται και σε πρωτότυπα προσπέκτους και τεχνικά φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας. Για το σκοπό αυτό με ποινή αποκλεισμού, κάθε προμηθευτής θα συντάξει φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης όπου θα απαντώνται με σαφήνεια όλα τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία με αριθμημένες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δυο χρόνια.
- Ο προμηθευτής να έχει οργανωμένο τμήμα service με άμεση ανταπόκριση και δυνατότητα παροχής ανταλλακτικών, αναλωσίμων, τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.
- Να συνοδεύεται από πλήρες εγχειρίδιο χρήσεως και συντήρησης μαζί με όλα τα απαραίτητα σχεδιαγράμματα, ώστε να είναι δυνατή η συντήρησή του.
- Ο προμηθευτής να αναλάβει την πλήρη εκπαίδευση των χειριστών και τεχνικών πάνω στη σωστή λειτουργία του μηχανήματος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.500,00 € + ΦΠΑ