



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
ΓΝ-Κ.Υ Καρύστου _ ΓΝ-Κ.Υ Κύμης

Ημερομηνία: 17/07/2026
Αρ. Πρωτ.: 14736

Ταχ. Δ/ση: Θέση Βαθροβουνίου (όπισθεν ΚΤΕΛ), Χαλκίδα
Διεύθυνση: Διοικητική Οικονομική Υπηρεσία
Τμήμα: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: ΜΠΟΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2221355882
E-mail: sup2@chalkidahospital.gr

Προς:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ,ΦΥΣΙΓΓΑ ΑΙΜΟΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.

Σχετ.: Τα αριθμ. πρωτ.:14063/13-07-2026, αίτημα της Διαχείρισης Υλικού.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε την προσφορά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email:sup2@chalkidahospital.gr](mailto:sup2@chalkidahospital.gr) (με σφραγίδα και υπογραφή), για την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αντιμικροβιακό διάλυμα καθετήρων τετρανατρίου EDTA 4%, έτοιμο προς χρήση σε συσκευασία των 3ml. Να διαθέτει τεκμηριωμένη αντιθρομβωτική, anti-biofilm (διάλυση υφιστάμενου και αποτροπή δημιουργίας biofilm), αντιμικροβιακή δράση έναντι Gram-θετικών, Gram-αρνητικών βακτηρίων και μυκήτων. Να κατατεθούν σχετικές κλινικές μελέτες. Να μην περιέχει αντιβιοτικές ουσίες, ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη μικροβιακής αντοχής. Να είναι κατάλληλο για χρήση σε καθετήρες αιμοκάθαρσης και κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες, χωρίς φθορά των υλικών τους. Να διατίθεται σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία, κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση. Να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο και οδηγίες χρήσης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.	120 τμχ.

2	Φύσιγγα αιμοπροσρόφησης με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: Προηγμένο σύστημα αιμοπροσρόφησης (φύσιγγα και συνδετική γραμμή) με εκλεκτική δέσμευση ενδοτοξίνης (LPS) και κυτταροκινών τρίτης γενιάς. Συνδυασμένη δράση: - Επιλεκτική απομάκρυνση λιποπολυσακχαριτών (LPS). - Μη-επιλεκτική προσρόφηση κυτταροκινών, μυοσφαιρίνης, κυτταρικών υπολειμμάτων, ενδογενών και εξωγενών τοξικών ουσιών, μέσω πολυμερούς πλεγματικής δομής. Η συσκευή να είναι μη-πυρετογόνος, αποστειρωμένη με ακτινοβολία γάμμα, μίας χρήσης, απαλλαγμένη από τοξικές ουσίες και συσκευασμένη σε ατομική συσκευασία. Να είναι συμβατό με όλα τα συστήματα RRT, ECMO ή τεχνητής κυκλοφορίας, με δυνατότητα χρήσης είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό. Να κατατεθούν μελέτες.	2 τμχ.
---	--	--------

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την **Τετάρτη 22-07-2026**.

Η τιμή να δίδεται ανά Τεμάχιο και ο ΦΠΑ να αναγράφεται χωριστά.

Να διατίθεται το είδος ετοιμοπαράδοτο.

Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα φέρουν σήμανση CE, το οποίο θα αναγράφεται στην προσφορά σας.

Οι τιμές των υλικών στις προσφορές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν αυτές που υπάρχουν στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ.

Στην προσφορά να αναγράφεται τον α/α του παρατηρητηρίου της ΕΠΥ αν υπάρχει.

Σε περίπτωση που στην προσφορά σας αναγράφεται ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ θα καταθέσετε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι τουλάχιστον για δώδεκα (12) μήνες, το οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς όπως και ο χρόνος παράδοσης αυτών.

**Η Διοικητική Διευθύντρια
του Γενικού Νοσοκομείου
Χαλκίδας**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΑΡΑΚΗ