

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΣΣΕΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9427/22-07-2026

A/A	Σειρά	Αριθμός	Τμήμα	Κωδικός	Ονομασία Είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Μιτκή Αξία	Ημ/νία Κατάθεσης Προσφορών	Κριτήριο 1
1			ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	300974-1	ΑΝΤΑΛΛ. ΚΑΣΣΕΤΑ 10 ΚΛΙΠ ΚΑΘΗΛ. ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 5mmΑΠΟΡΡ. ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΡΕΛΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΒΙΔΑΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΚΗΣ	ΤΕΜ	4,0000			ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις :										
2			ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	300974	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΗΛ. ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 5mmΜΕ 30 ΑΠΟΡΡ. ΚΛΙΠ ΑΠΟ ΡΕΛΑ ΣΧΗΜΑ ΒΙΔΑΣΜΕ ΠΤΕΡ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΜΨΗΣΓΙΑ ΛΑΠΑΡ/ΚΗ & ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ	ΤΕΜ	1,0000			ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Παρατηρήσεις :										

Το Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" για την κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για τα ανωτέρω είδη, για την επείγουσα προμήθεια με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 2 εργάσιμες μετά την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Τρόπος υποβολής προσφορών : prom_ elpis@elpis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 20 39 112

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1) Η προσφορά πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, email, το συντελεστή ΦΠΑ (ιδίαιταιρα αν αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 24%) και να έχει την παρακάτω μορφή:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ
------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------	------	-------------------	---------------------------------------

2) Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται -επί ποινή απόρριψης - ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας το Νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

3) Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει αυτή του παρατηρητηρίου, η προσφορά υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στην στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Το Νοσοκομείο:
α) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται -επί ποινή απόρριψης - να το αποστέλουν άμεσα.

β) δεν δεσμεύεται στην μερική ή ολική προμήθεια των ποσοτήτων των ανωτέρω ειδών.

· Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

·

300974

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΤΕΙΛΕΟ 5mm ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΟ 65°. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡ/ΚΗ & ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΦΕΡΕΙ 30 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΚΛΙΠ ΑΠΟ PGLA ΣΧΗΜΑ ΒΙΔΑΣ ΥΨΟΥΣ 5,1mm ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ.

300974-1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΜΕ 10 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ ΚΛΙΠ ΑΠΟ PGLA ΣΧΗΜΑ ΒΙΔΑΣ ΥΨΟΥΣ 5,1mm ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ.

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ