

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΒΙΟΣΥΜΒ.ΒΙΟΑΠΟΡ. ΣΤΕΓ. ΜΗΤΡΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. 9471/22-06-2026

A/A	Σειρά	Αριθμός	Τμήμα	Κωδικός	Ονομασία Είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Μιτκή Αξία	Ημ/νία Κατάθεσης Προσφορών	Κριτήριο 1
1			ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ	301353-1	ΠΛΗΡΩΣ ΒΙΟΣΥΜΒ., ΒΙΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣ., ΣΤΕΓΑΝΟΠ. ΜΗΤΡΑ ΜΕ ΚΥΨΕΛ. ΜΙΚΡΟΠΟΡΟΥΣ, ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΟΥΣ ΠΟΛΥΣΚΧΑΡ. ΥΔΑΤΟΔΙΑΛ. ΧΙΤΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚ. ΝΑΤΡΙΟΥ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤ. ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΦΥΤ. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΗΧΑΝ.ΔΡΑΣΗΣ. ΔΙΑΣΤ.: 5 x 8cm	TEM	2,0000			ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Το Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ" για την κάλυψη των άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για τα ανωτέρω είδη, για την επείγουσα προμήθεια με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και την συλλογή προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία δεν μπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων : 2 εργάσιμες μετά την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Τρόπος υποβολής προσφορών : prom_elpis@elpis.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 213 20 39 112

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1) Η προσφορά πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, πληρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλεφωνο, φαξ, email, το συντελεστή ΦΠΑ (ιδίαιταιρα αν αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 24%) και να έχει την παρακάτω μορφή:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	GMDN	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ	ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 180 ΗΜΕΡΕΣ
------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------	------	-------------------	---------------------------------------

2) Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται -επί ποινή απόρριψης - ο χρόνος παράδοσης των προσφερομένων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας το Νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

3) Σε περίπτωση που η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει αυτή του παρατηρητηρίου, η προσφορά υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στην στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Το Νοσοκομείο:
α) διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα προκειμένου να αξιολογήσει τις προσφορές και οι συμμετέχουσες εταιρείες υποχρεούνται -επί ποινή απόρριψης - να το αποστείλουν άμεσα.

β) δεν δεσμεύεται στην μερική ή ολική προμήθεια των ποσοτήτων των ανωτέρω ειδών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

301353-Ι

Πλήρως βιοσυμβατή, βιοαπορροφήσιμη στεγανοποιητική μήτρα με κυψελοειδείς μικροπόρους, από μακρομοριακούς πολυσακχαρίτες υδροδιαλυτής χιτοζάνης και άλατος υαλουργικού νατρίου, με αιμοστατικές και αντισυμφυτικές ιδιότητες και πολλαπλό μηχανισμό δράσης.

Να μετατρέπεται άμεσα σε διαφανές ελαστικό πήκτωμα (σε λιγότερο από 1 λεπτό) που καλύπτει άμεσα, σφραγίζει και στεγανοποιεί την επιφάνεια του τραύματος επιτυγχάνοντας παράλληλα αιμόσταση αλλά και αποτροπή δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων. Αποδομείται και απορροφάται πλήρως μέσα σε 4-8 εβδομάδες, χωρίς να αφήνει υπολείμματα που μπορεί να προκαλέσουν αντίδραση ξένου σώματος. Με ουδέτερο pH (7.4), προάγει την επούλωση.

Διαστάσεις 5cm x 8cm, 5cm x 10cm, 8cm x 10cm

ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ