



**ΔΙΟΙΚΗΣΗ
3^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΑ, 24/07/2026
Αρ. Πρωτ.: ΕΞΕ 9004

Γρεβενά : 24-07-2026

Αρ.Πρωτ.

**ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Περιοχή Στρατοπέδου
Τηλέφωνο 2462350312
E-mail: prom1@nosgrevenon.gr**

ΠΡΟΣ:ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΡΙΘΜ. 23/2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την προμήθεια υγειονομικού υλικού «Αναπνευστικές Συσκευές Οξυγόνου – Μάσκες» για χρονικό διάστημα δύο (2) έτη, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.835,18€ (συμπερ. ΦΠΑ 6% & 24%), με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους, προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 2.917,59€ (συμπερ. ΦΠΑ 6% & 24%), για τις ανάγκες του Γ.Ν. Γρεβενών

Το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 (Α'147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν.3580/07 (ΦΕΚ Α 134/18-6-2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» .
3. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
4. Την αριθμ.Π1/3305 τ.β. ΦΕΚ 1789/12-11-2010 «Σύναψη εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ.5,12,13 και 16) του Ν.2286/95.
5. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014).
6. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
7. Τον Ν.4782/2021(Α'36) Έκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία".
8. Την με αρ.πρωτ. 7186/335^η/23-06-2026 (ΑΔΑ:9ΦΤ54690ΒΨ-ΦΧΜ) , Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού υλικού «Αναπνευστικές Συσκευές Οξυγόνου – Μάσκες» για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 5.835,18€ (συμπερ. ΦΠΑ 6% & 24%) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Γρεβενών».
9. Την αρ.πρωτ. 8910/23-07-2026 (ΑΔΑ ΨΟ574690ΒΨ-Π70) Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης α/α 1052, Κωδ. Προϋπ. 32302030000001 του Γ. Ν. Γρεβενών.
10. Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου μας.

ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ

Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών Ανάδειξης αναδόχου Ενδιαφέροντος για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΜΑΣΚΕΣ» για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.835,18€ (συμπερ. ΦΠΑ 6% & 24%), με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) έτους , προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 2.917,59€ (συμπερ. ΦΠΑ 6% & 24%)για τις ανάγκες του Γ.Ν. Γρεβενών».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

A/A	Περιγραφή Είδους	Τιμή Μονάδος με ΦΠΑ	ΦΠΑ	Ποσότητα	Αξία
1	ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	0,4883	24 %	1500	732,45
2	ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΩΝ • Νεογνών SMALL • ΠΑΙΔΩΝ MEDIUM • ΠΑΙΔΩΝ LARGE	1,2400 0,4810 0,574	24 %	• Νεογνών SMALL 200 τεμάχια • ΠΑΙΔΩΝ MEDIUM 700 τεμάχια • ΠΑΙΔΩΝ LARGE 300 τεμάχια Σύνολο 1200 τεμάχια	248,00 336,70 172,20
3	ΜΑΣΚΑ Ο2 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	0,3551	24 %	500	177,55
4	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓ Ο2 ΜΕ VENTURI+ΣΩΛ με δυνατότητα για FiO2 60%	0,8308	24 %	300	249,24
5	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓ. Ο2 ΡΗΝΙΚΕΣ ΓΙΑΛΑΚ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	0,2102	24 %	1500	315,30
6	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓ. Ο2 ΡΗΝΙΚΕΣ ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΠΑΙΔΩΝ	0,6200	24 %	20	12,40
7	ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ FFP2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ / KN95	0,0494	6%	10000	494,00
8	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	1,7975	24 %	100	179,75
				ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ	2.917,59

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για δύο (2) έτη, για την ανωτέρω προμήθεια, ανέρχεται στο ποσό **5.835,18€** με Φ.Π.Α και βαραίνει την με Κωδ. Προϋπ.: 32302030000001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2026,2027,2028.

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Γ.Ν. Γρεβενών (Περιοχή Στρατοπέδου , Γρεβενά, Τ.Κ.51100) ως την **Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 και ώρα 14:30 μ.μ.** αναγράφοντας:

1. Στον τίτλο την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
2. Περιγραφή της πρόσκλησης
3. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
4. Τα στοιχεία του αποστολέα
5. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ»

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την **Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 και ώρα 09:30πμ** από την αρμόδια υπηρεσία και οι εν λόγω προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή.

Ισχύς προσφορών: Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι 365 ημερολογιακές ημέρες , προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΥΟ (2) ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ

Α) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

- **Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- **Φορολογική ενημερότητα.** (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του).
- **Ασφαλιστική ενημερότητα.** (άρθρο 80 παρ.2 του ν.4412/2016). Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του.
- **Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό** της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί ως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι:

1. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα με αυτούς.
3. Παραίτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 365 ημέρες ημερολογιακές προσμετρώμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Τεχνική προσφορά: Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Α' της παρούσας.

Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης.

Β) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»

Οικονομική προσφορά: Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α και με Φ.Π.Α.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προσφορές που ζητούν την απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές.

Προσφορές που οι τιμές υπερβαίνουν της προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Ο **τελικός ανάδοχος** προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4412/2016.

- **α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- **β. Φορολογική ενημερότητα.** (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του).
- **γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.** (άρθρο 80 παρ.2 του ν.4412/2016). Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του.
- **δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό** της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί ως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη των συμμετεχόντων.

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.nosgrevnon.gr./ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ>.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή.

Ο χρόνος διάρκειας της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα προαίρεσης ενός (1) έτους ακόμη μετά από απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Γρεβενών με τις αντίστοιχες προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου και το ίδιο φυσικό αντικείμενο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις-προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127,205 & 205Α του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
2. Ο Ανάδοχος με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑΒΡΑΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	• Διαφανής, μαλακή, άνετη για τον ασθενή • Να συνδέεται εύκολα με ροόμετρο οξυγόνου και να μην αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. • Νεφελοποίηση των 5ml σε 10min. • Μεγάλες πλευρικές οπές. • Το ποτήρι νεφελοποίησης να είναι χωρητικότητας άνω των 5ml και ο σωλήνας μήκους τουλάχιστον 180cm. • Αποτελεσματική νεφελοποίηση ακόμα όταν ο ασθενής είναι σε ήπια θέση.
2.	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΩΝ (MEDIUM - LARGE & ΝΕΟΓΝΙΚΗ)	• Διαφανής, μαλακή, άνετη για τον ασθενή. • Να συνδέεται εύκολα με ροόμετρο οξυγόνου και να μην αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. • Νεφελοποίηση των 5ml σε 10min. • Μεγάλες πλευρικές οπές. • Το ποτήρι νεφελοποίησης να είναι χωρητικότητας άνω των 5ml και ο σωλήνας μήκους τουλάχιστον 180cm. • Αποτελεσματική νεφελοποίηση ακόμα όταν ο ασθενής είναι σε ήπια θέση.
3.	ΜΑΣΚΑ O2 ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	• Διαφανή ελαστική μάσκα για παροχή οξυγόνου με επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο, άνετη για τον ασθενή. • Κατάλληλη για σύνδεση με φιάλη οξυγόνου ή συμπυκνωτή οξυγόνου για λήψη οξυγονοθεραπείας. • Να έχει αυξομειούμενη ελαστική ταινία για την συγκράτηση της μάσκας στην κεφαλή. • Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται με πλαστικό μακρύ σωλήνα μήκους τουλάχιστον 180εκ. που συνδέεται εύκολα σε υψηλές ροές.
4.	ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓ O2 ΜΕ VENTURI+ΣΩΛ με δυνατότητα για FiO2 60%	• Διάφανης, μαλακή, με άψογη εφαρμογή στο πρόσωπο, άνετη για τον ασθενή, με μακρύ σωλήνα τουλάχιστον 180εκ, που συνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές. • Αξιόπιστη ποσότητα οξυγόνου με δυνατότητα πολλών διαβαθμίσεων από 24% μέχρι 60% με τη χαμηλότερη δυνατή ροή οξυγόνου. Με ξεχωριστό συνδετικό μεταξύ μάσκας και παροχής

		οξυγόνου για την κάθε διαβάθμιση συγκέντρωσης οξυγόνου.
5.	ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ	• Άνετη για τον ασθενή, με ρινικές χοάνες από μαλακό υλικό με ανατομικό σχήμα. • Με επιφάνεια σταθεροποίησης στο άνω χείλος του ασθενή. • Με δαχτυλίδι που ενώνει τους δυο σωλήνες κάτω από το γνάθο του ασθενή. • Με μακρύ σωλήνα 180εκ, που συνδέεται εύκολα με ροόμετρο οξυγόνου
6.	ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ) ΠΑΙΔΩΝ	• Άνετη για τον ασθενή, με ρινικές χοάνες από μαλακό υλικό με ανατομικό σχήμα. • Με επιφάνεια σταθεροποίησης στο άνω χείλος του ασθενή. • Με δαχτυλίδι που ενώνει τους δυο σωλήνες κάτω από το γνάθο του ασθενή. • Με μακρύ σωλήνα 180εκ, που συνδέεται εύκολα με ροόμετρο οξυγόνου
7.	ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ FFP2 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ/KN95	• Να είναι μιας χρήσης • Να διαθέτει επίπεδο προστασίας :FFP2/KN95, Φιλτράρει το 95% βλαβερών ουσιών & σωματιδίων με διάμετρο >0,3μικρα. • Να διαθέτει απαλή επίστρωση για αποφυγή ερεθισμών του δέρματος. • Να διαθέτει κλιπ μύτης μεταλλικό. • Να διαθέτει ελαστικούς ιμάντες στήριξης στα αυτιά. • Να είναι αναδιπλούμενη , ανατομική, συμβατή με όλα τα πρόσωπα. • Να είναι πιστοποιημένη με σήμα CE
8.	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	• Διαφανής, άνετη για τον ασθενή, με άψογη εφαρμογή, από μαλακό υλικό με στρογγυλές άκρες. • Ο ασκός συνδέεται με τη μάσκα με βαλβίδα μη επανεισπνοής και η μάσκα και η μάσκα να φέρει πλαϊνές βαλβίδες μη επανεισπνοής. • Η μάσκα συνδέεται με τον ασκό. Φέρει σωλήνα σύνδεσης με την παροχή οξυγόνου, μήκους τουλάχιστον 180εκ.