



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Ταχ. Δ/ση: Πολυμέρη 134, 38222
Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικού (Γρ. Προμηθειών)
Πληρ.: Αρετή Κασιάρα
Τηλέφωνο: 242135-1133
Email: prom@ghv.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά (CPV 33141000-0)»

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α/ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.

Το Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» προτίθεται να προβεί στην προκήρυξη μελλοντικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά (CPV 33141700-7)» **ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΜΗΝΩΝ** όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και καλεί τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα τιμών, να υποβάλλουν τις ενδεικτικές τους προσφορές, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι. Κατάθεση προσφορών στο e-mail: prom@ghv.gr μέχρι την Παρασκευή 07-08-2026 και ώρα 15:00, αναγράφοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος τον αρ.πρωτ. της παρούσας έρευνας αγοράς.

Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): <http://civil.dypethessaly.gr> στην διαδρομή: προμήθειες ► Προμήθειες ΠΠΥΥ 2026 ► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΚΩΔ ΑΠΟΘ.	ΕΙΔΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	0000027572	Επίθεμα αντιμικροβιακό, αυτοκόλλητο διαφανές, με ενσωματωμένη γέλη χλωρεξιδίνης 2% για στήριξη Κ.Φ.Κ.Να φέρει CE MARK ΚΛΑΣΗΣ III ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΚΤΗΡΑΙΜΙΩΝ ΚΑΤΑ 50% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, Διάστ.περίπου 8*10cm	Τεμάχιο	4.000
2	0000024890	ΓΑΖΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΑΙΑΣ ΥΦΑΝΣΗΣ 10Χ30cm ΜΕ ΑΦΘΟΝΗ ΛΙΠΑΡΗ ΟΥΣΙΑ(ΒΑΖΕΛΙΝΗ Ή ΠΑΡΑΦΙΝΗ)	Τεμάχιο	4.000

Τεχνική περιγραφή:

1. Αποστειρωμένο διαφανές αντιμικροβιακό αυτοκόλλητο επίθεμα εμποτισμένο με γέλη γλουκονικής χλωρεξιδίνης CHG 2%.
 - Να χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση ΚΦΚ καθετήρων.
 - Να διαθέτει δύο (2) μη υφασμάτινες ταινίες συγκράτησης του καθετήρα για ασφαλή χρήση, μία (1) για τη σήμανση της ημερομηνίας αλλαγής του επιθέματος και διπλή κάλυψη της μεμβράνης, προς ενίσχυση της προστασίας του από εξωτερικούς παράγοντες.
 - Να υποστηρίζεται απο κλινική μελέτη που να αποδεικνύει μείωση των μικροβιαμιών σχετιζόμενων με τον κεντρικό φλεβικό καθετήρα (catheter-related bloodstream infection: CRBSI) σε νοσοκομειακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων ΜΕΘ, σε ασθενείς με κεντρικό φλεβικό καθετήρα.
 - Να είναι αδιάβροχο και αποστειρωμένο για προστασία από εξωτερικούς παράγοντες όπως υγρά , βακτήρια και ιούς.
 - Να πληροί τα επίπεδα αναπνευστικότητας MVTR βάσει του ISO – 13726.
 - Να διαθέτει πιστοποιημένη βιοσυμβατότητα βάσει του ISO-10993 χωρίς να προκαλεί κυτταροτοξικότητα, ερεθισμό και ευαισθησία.
 - Να έχει την δυνατότητα να παραμείνει έως και 7 ημέρες, δημιουργώντας αντιμικροβιακό και αντικό φραγμό, χωρίς να αλλοιωθεί η αποτελεσματικότητα του.
 - Να φέρει σήμανση CE βάση της κατηγορίας III των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
 - Να φέρει επάνω στην συσκευασία του όλες τις απαιτούμενες ενδείξεις για την ταυτοποίηση του (κατασκευαστής, έδρα παραγωγής, κλπ) βάση του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/745 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 2017 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

2. Γάζα παραφίνης με χλωρεξιδίνη Β.Ρ. 0,5% w/w.

Αντιμικροβιακή παραφινούχα γάζα εμποτισμένη με χλωρεξιδίνη 0,5% για χρήση επί εγκαυμάτων, ελκών, δερματικών μοσχευμάτων και τραυμάτων. Να είναι κατασκευασμένη από διάτρητη γάζα βάμβακος, διαπερατή στο εξίδρωμα του τραύματος. Να διαθέτει αποδεδειγμένη αντιμικροβιακή δράση έναντι ευρέος φάσματος βακτηριών, όπως θετικών και αρνητικών κατά Gram βακτηριών κ.α. Να διατίθεται σε συσκευασία αλουμινίου και να είναι αποστειρωμένη με γ' ακτινοβολία. Να μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μέγεθος και να φέρει σήμανση CE Class III βάσει της κατηγοριοποίησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Διαστάσεις 10cm x 10cm. Να κατατίθεται δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι προμηθεύτρια εταιρεία είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια για την διακίνηση των προϊόντων της στα Ελληνικά Νοσοκομεία, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο Νοσοκομείο καθώς και η τήρηση όλων των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος

Η τιμή εκάστου υλικού δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (όπου αυτό αναφέρεται στο παρατηρητήριο, επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό του Παρατηρητηρίου τιμών ή σε διαφορετική περίπτωση δήλωση μη ύπαρξης του υλικού στο Παρατηρητήριο τιμών).

Ο Διοικητής

του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»



ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ