



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ**

Τμήμα: Οικονομικού
Γραφείο: Προμηθειών
Πληρ.: Π.Σαμψωνίδου
Ταχ.Δ/νση: 25^{ης} Μαΐου 152, 68300
Τηλ.: 25533-50330/329
e-mail: Promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το σύστημα επούλωσης τραυμάτων με την μέθοδο της αρνητικής πίεσης, με αντλία φορητή καθώς και με ολοκληρωμένο σύστημα αρνητικής πίεσης μιας χρήσης(CPV 33140000-3), για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος (17.053,92€ με φπα για το πρώτο έτος και 17.053,92€ με φπα για την ετήσια προαίρεση), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης για τα δύο έτη: 34.107,84€ με ΦΠΑ 13% και 24%(29.030,00€ πλέον ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή».

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. 35/2026

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	Προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου με αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το σύστημα επούλωσης τραυμάτων με την μέθοδο της αρνητικής πίεσης, με αντλία φορητή καθώς και με ολοκληρωμένο σύστημα αρνητικής πίεσης μιας χρήσης, σύμφωνα με τις ποσότητες, όπως ορίζονται αυτές στο παράρτημα της παρούσας.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ/Δ.Σ.	Την <u>Θ.2^ο/Δ.Σ. 21^{ης}/22-07-2026</u> απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια του Γ.Ν.Διδυμοτείχου με αναλώσιμο υγειονομικό υλικό για το σύστημα επούλωσης τραυμάτων με την μέθοδο της αρνητικής πίεσης, με αντλία φορητή καθώς και με ολοκληρωμένο σύστημα αρνητικής πίεσης μιας χρήσης(CPV 33140000-3), για χρονικό διάστημα ενός(1) έτους και με δικαίωμα προαίρεσης ένα επιπλέον έτος (17.053,92€ με φπα για το πρώτο έτος και 17.053,92€ με

	φπα για την ετήσια προαίρεση), συνολικής ενδεικτικής δαπάνης για τα δύο έτη: 34.107,84€ με ΦΠΑ 13% και 24%(29.030,00€ πλέον ΦΠΑ) και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή».(ΑΔΑ :ΨΜΓΧ4690Β9-ΑΩΙ)
ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, 25^{ης} Μαΐου 152, Τ.Κ. 68300 Διδ/χο, στο Γραφείο Προμηθειών, πληροφορίες στο τηλέφωνο 25533-50330/329. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Η προσφορά θα πρέπει: (α) Να υποβληθεί σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την αριθμ. 35/2026 έρευνα αγοράς για την προμήθεια με αναλώσιμο υγειονομικό υλικό επούλωσης τραυμάτων » για κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου και να παραδοθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. (β) Η προσφορά να φέρει ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ΥΠΟΓΡΑΦΗ του νόμιμου εκπροσώπου. (γ) <u>Να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές, όπως αυτές παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας στο οποίο περιγράφονται ακριβώς οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές.</u> (δ) Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει: ▪ την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, με τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. ▪ την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, ως εξής: ✓ Συμπεριλαμβάνουν την προσφερόμενη τιμή. Στις τιμές αυτές είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. ✓ Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται. ✓ Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε Euro. Θα αναγράφονται δεκαριθμητικώς και ολογράφως. ✓ Η τιμή θα δίνεται με Φ.Π.Α. και χωρίς Φ.Π.Α. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.. ✓ <u>Η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.</u> ✓ <u>Οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς εφόσον αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.</u> ✓ (ε) Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης <u>απορρίπτονται ως απαράδεκτες.</u>

	▪ Η διαδικασία κατάθεσης προσφορών ξεκινά μετά την ανάρτηση του παρόντος. ▪ Υποβολή προσφορών: έως Τρίτη, 18-08-2026 ώρα 14:30 στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. ▪ Χρόνος Διενέργειας: Τετάρτη 19-08-2026 ώρα 10:00 π.μ. <u>Η προθεσμία υποβολής των προσφορών τηρείται απαρέγκλιτα</u>
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν επτά και ογδόντα τέσσερα ευρώ (34.107,84€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	CPV33140000-3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	<u>Δώδεκα (12) μήνες.</u> Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου <u>απορρίπτεται ως απαράδεκτη.</u>
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Ένα (1) έτος και με δικαίωμα προαίρεσης ενός επιπλέον έτους.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	<u>Η κατακύρωση θα γίνει στην εταιρεία που θα καταθέσει την οικονομικότερη προσφορά στο σύνολο της ομάδας. (1α-1β-1γ, 3α-3β-3γ) Στην κατάθεση της προσφοράς όμως θα πρέπει να εμφανίζετε ξεχωριστά η τιμή για το κάθε είδος.</u>
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	<u>Με την υποβολή της προσφοράς,</u> ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα: • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως: (1) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές (2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (3) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου • Ασφαλιστική Ενημερότητα • Φορολογική Ενημερότητα. • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: - Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. - Για Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει

επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.

- **Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, υπογεγραμμένη με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και να δηλώνεται ότι:**

1. αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
2. η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κι έχετε λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.
3. παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016.
4. δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, σύμφωνα με την περ. γ του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4488/2017.
5. συμμετέχετε με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό.
6. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με την τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα, όπως αυτά απαιτούνται σύμφωνα με το συνημμένο.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική προσφορά, να αναφέρουν για κάθε είδος, εκτός από τεχνική περιγραφή του είδους και τα παρακάτω:

Α. α/α τον κωδικό είδους του Νοσοκομείου

Β. τον κωδικό είδους της εταιρείας

Γ. Την τεχνική περιγραφή του είδους

Δ. την εμπορική ονομασία –μάρκα- κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους

Ε. τη συσκευασία

Ζ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ

Όλοι οι προσφέροντες **πρέπει μαζί με τις προσφορές τους να καταθέσουν δείγματα**, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απολύτως επαρκή.

Τα δείγματα θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με την προϋπόθεση ότι το αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται στο φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία.

	Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη ΔΕΙΓΜΑΤΑ και θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού. Θα πρέπει να κατατεθεί <u>ένα δείγμα από το κάθε είδος</u>, εκτός κι αν η φύση ή η αξία του δεν το επιτρέπει, σε αυτή την περίπτωση ο προσφέρων θα καταθέτει prospectus και θα το αιτιολογεί γραπτώς και εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης θα επιδείξει το είδος. Σε κάθε δείγμα ή Prospectus θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής : 1) Το όνομα του προμηθευτή 2) Ο κωδ. αριθ. του είδους σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση της πρόσκλησης. Η αξία των δειγμάτων που λαμβάνονται από την Υπηρεσία, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά <u>θα πρέπει να είναι σε ισχύ</u> τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου επικαιροποιημένο.									
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	Ορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.									
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την πληρωμή πρέπει απαραίτητως να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα στην οικονομική υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου: (α)Πρωτόκολλο παραλαβής των ειδών υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. (β)Τιμολόγιο πώλησης. (γ)Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτά ζητηθούν από τηνΥπηρεσία. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι: <table><tr><td>1</td><td>ΕΑΔΗΣΥ 0,1%</td><td>0,10%</td></tr><tr><td>2</td><td>ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ</td><td>2%</td></tr><tr><td>3</td><td>ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ</td><td>4%</td></tr></table> Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.	1	ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	0,10%	2	ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2%	3	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4%
1	ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	0,10%								
2	ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2%								
3	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4%								

	Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
ΔΗΜΟΣΙΕΥ ΣΗ	Η παρούσα πρόσκληση θα είναι ανηρτημένη: ▪ Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.et.diavgeia.gov.gr ▪ Στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) www.eprocurement.gov.gr ▪ Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.did-hosp.gr

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1α	25304/203	Σετ σπόγγου Αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης Medium, 18*12,5*3,3cm	Το σετ σπόγγου αργύρου(ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) συστήματος αρνητικής πίεσης, να περιέχει: σπόγγο με εμποτισμένο με άργυρο ομοιογενώς καταμεμημένο στη δομή του, να είναι αποστειρωμένο, με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, με αποστειρωμένο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητο δίσκο αναρρόφησης και φίλτρο αποφυγή δυσσομίας καθώς και αυτοκόλλητες μεμβράνες αποστειρωμένες διαφανείς για αεροστεγή αποκλεισμό του τραύματος του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να είναι ατομικά αποστειρωμένα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για πλήρη συμβατότητα.	TEM	24	121,00	2.904,00	13%	3.281,52
1β	25304/130	Σετ σπόγγου Αργύρου συστήματος αρνητικής πίεσης Large, 26*15*3,3cm	Το σετ σπόγγου αργύρου(ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) συστήματος αρνητικής πίεσης, να περιέχει: σπόγγο με εμποτισμένο με άργυρο ομοιογενώς καταμεμημένο στη δομή του, να είναι αποστειρωμένο, με λειασμένους πόρους για μείωση του πόνου κατά την αφαίρεση, με αποστειρωμένο σωλήνα αναρρόφησης του εξιδρώματος με αυτοκόλλητο δίσκο αναρρόφησης και φίλτρο αποφυγή δυσσομίας καθώς και αυτοκόλλητες μεμβράνες αποστειρωμένες διαφανείς για αεροστεγή αποκλεισμό του τραύματος του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. Να είναι ατομικά αποστειρωμένα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για πλήρη συμβατότητα.	TEM	24	141,00	3.384,00	13%	3.823,92
1γ	25303	Δοχείο συλλογής κλειστού τύπου, χωρητικότητας 1200ml	Δοχείο συλλογής κλειστού τύπου το οποίο να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία και τα υπόλοιπα αναλώσιμα για την τέλεια προσαρμογή με το αντίστοιχο σετ σπόγγων. Να περιέχει ένα ή δυο ζελοποιητές που μετατρέπουν το εξίδρωμα σε τζελ καθώς και ένα ζελοποιητή με άνθρακα για την εξουδετέρωση των οσμών. Πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος, να αναγράφεται η διαβάθμιση σε ml και να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία.	TEM	24	88,00	2.112,00	24%	2.618,88

2	30916	Σύστημα αρνητικής πίεσης μιας χρήσης για θεραπεία 15 ημερών	Σύστημα αρνητικής πίεσης μιας χρήσης , για θεραπεία 15 ημερών. Να αποτελείται από τα κάτωθι μέρη: 1) Φορητή επαναφορτιζόμενη αντλία μιας χρήσης. Να διαθέτει λειτουργία συνεχόμενης και εναλλασσόμενης θεραπείας αρνητικής πίεσης με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης - 125mmHg και - 80mmHg. Να διαθέτει 3 οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της. 2) 5 αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα. Τα επιθέματα να διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις: α)10X30εκ. και να περιλαμβάνουν ταινίες στήριξης για επιπρόσθετη στεγανοποίηση. 3) 2 κάνιστρα 70ml, 4) θήκη μεταφοράς και 5) τροφοδοτικό φόρτισης.	4	860,00	3.440,00	24%	4.265,60	
3α	31232/239	Σετ με σπόγγους πολυουρεθάνης σε σχήμα σπείρας κατάλληλο και για λειτουργία πλύσεων(ΣΕΤ αφρώδες επίθεμα σε σχήμα σπείρας για έκπλυση μεγάλου μεγέθους(18*20*1,5εκ)*2)	Σετ με σπόγγους πολυουρεθάνης σε σχήμα σπείρας, κατάλληλο και για την λειτουργία πλύσεων. Περιλαμβάνει δύο σπόγγους πολυουρεθάνης σε σχήμα σπείρας, με δομή κυψέλης με πόρους 400-600 microns, με μεμβράνες πολυουρεθάνης διαφανείς για σφράγιση, διπλό σωλήνα αναρρόφησης με ενσωματωμένο αυτοκόλλητο δίσκο για σύνδεση στο τραύμα, κλείστρα και βιδωτούς αντάπτορες για σύνδεση με το δοχείο συλλογής και την αντλία έκπλυσης.	TEM	5	160,00	800,00	13%	904,00

3β	31233	Σετ διαχείρισης χειρουργικών τομών, μεγέθους (24,5*5*1εκ.)large	Το σετ να περιλαμβάνει σπόγγο πολυουθεράνης, με αυτοκόλλητο πλέγμα σιλικόνης 30*10 εκ. για να προσαρμόζεται στο τραύμα με δομή κυψέλης 400-600 microns, και μεμβράνες πολυουθεράνης διαφανείς για σφράγιση. Να έχει ενσωματωμένο σωλήνα αναρρόφησης από σιλικόνη, κλείστρο και βιδωτό αντάπτορα για σύνδεση με το δοχείο	TEM	5	300,00	1.500,00	13%	1.695,00
3γ	25303/221	Δοχείο συλλογής εκκρίσεων 1000ml.	Δοχείο συλλογής εκκρίσεων 1000 ml με ενσωματωμένο φίλτρο αντεπίστροφη βαλβίδα (για αποφυγή διαρροών) και υλικό ζελοποίησης ώστε το εισερχόμενο εξίδρωμα να μετατρέπεται σε τζέλ. Να διαθέτει αισθητήρα πλήρωσης , με αυτόματη ενεργοποίηση συναγερμού και διακοπή λειτουργίας , για την προστασία της συσκευής. Το δοχείο να φέρει ειδικούς συνδέσμου για να συνδέεται σταθερά απευθείας στη συσκευή αρνητικής πίεσης, ώστε να είναι πιο εύκολη η χρήση του συστήματος από περιπατητικούς ασθενείς. Το δοχείο να έχει διαβάθμιση ανά 100ml. Να έχει ενσωματωμένους σωλήνες σιλικόνης με κλείστρο και αντάπτορες , για εύκολη σύνδεση σε συσκευή και τραύμα.	TEM	5	75,00	375,00	24%	465,00
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ							14.515,00		17.053,92
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ							29.030,00		34.107,84

➤ Όλα τα προσφερόμενα είδη να φέρουν σήμανση CE.

1α – 1β

Τα επιμέρους τμήματα του σετ να έχουν την δική τους ξεχωριστή συσκευασία, η οποία να περιέχει:

- την εμπορική επωνυμία
- χώρα κατασκευάστριας εταιρείας
- εμπορικό κωδικό –περιγραφή προϊόντος
- κωδικός παρτίδας
- ένδειξη ασφαλούς οριακής χρήσης με βάση το ΦΕΚ αρ.φυλ.2198 2/10/2009(αρ.ΔΥ 8δ/Γ.Π.οικ.)

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ(για τα είδη 1α-1β-1γ)

(Η Συσκευή παραχωρείται δωρεάν ανά περιστατικό)

Τα χαρακτηριστικά της συσκευής να είναι:

- Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης έως 230mmHg.
- Δυνατότητα επιλογής συνεχόμενης, διαλείπουσας και εναλλασσόμενης ρύθμισης της ροής της πίεσης
- Δυνατότητα ηχητικών και οπτικών συναγερμών, με διαφορετική χρωματική ένδειξη.
- Δυνατότητα ελέγχου πίεσης στον πυθμένα του τραύματος
- Ελαφριά αντλία με βάρος έως 750 γρ και φορητή για δυνατότητα μεταφοράς κατά την χρήση από περιπατητικούς ασθενείς.
- Λειτουργικό αντλίας στα ελληνικά με εύκολη πλοήγηση.
- Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της αντλίας.
- Ανεξαρτησία λειτουργίας της αντλίας από 12 έως 24 ώρες με επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Φίλτρο στην αντλία για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία.
- Να φέρει CE MARK.
- Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και τοποθέτησης στο κρεβάτι

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ(για τα είδη 3α-3β-3γ)

(Η Συσκευή παραχωρείται δωρεάν ανά περιστατικό)

Τα χαρακτηριστικά της συσκευής να είναι:

- Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης από -20 έως 250mmHg.
- Η συσκευή να διαθέτει μενού λειτουργίας σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
- Η συσκευή να διαθέτει οθόνη αφής για τις ρυθμίσεις της λειτουργίας της.
- Δυνατότητα για τέσσερις λειτουργίες :
 1. Συνεχόμενη λειτουργία
 2. Διαλειπόμενη λειτουργία
 3. Λειτουργία ενστάλαξης
 4. Ενστάλαξη με διαλειπόμενη λειτουργία
- Το βάρος της αντλίας να μην ξεπερνά τα 600γρ για άνεση και φορητότητα. .
- Δυνατότητα μεγάλης αυτονομίας λόγω της μπαταρίας Li-ON περίπου 12 ώρες.

- Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος να υπάρχει δυνατότητα επίλυσης του από εκπαιδευμένο άτομο της εταιρείας .
 - Σε περίπτωση ανάγκης θεραπείας εκτός του νοσοκομείου, η συσκευή να μπορεί ν παραχωρηθεί, εφόσον ενημερωθεί εκπρόσωπος της εταιρείας.
 - Να φέρει CE MARK.
- ✓ Η κατακύρωση θα γίνει στην εταιρεία που θα καταθέσει την οικονομικότερη προσφορά στο σύνολο της ομάδας.(1α-1β-1γ, 3α-3β-3γ) Στην κατάθεση της προσφοράς όμως θα πρέπει να εμφανίζετε ξεχωριστά η τιμή για το κάθε είδος.