

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληροφορίες: Αγορίτσα Νικολάου
Ταχ.Διεύθυνση: Συνταγμ.Κεφαλοπούλου 17
Βαθύ ΤΚ.83100 Σάμος
Τηλ.: 2273351141
E-mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr
Δ/νση Διαδικτύου Υπηρεσίας :
www.nosokomeiosamou.gov.gr

ΣΑΜΟΣ : 04-08-2026
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 11084

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια των ειδών « Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό τροχήλατο και επιτραπέζιο οξύμετρο» (CPV: 33123100-9-33100000-1), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕΣ 713100 του Προϋπολογισμού του Γ.Ν. Σάμου.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ	Ημερομηνία:	19-08-2026	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.	1.544,40€ με 17% ΦΠΑ
	Ημέρα:	ΤΕΤΑΡΤΗ		
	Ώρα:	12:00 μ.μ.		

Το Γ.Ν. Σάμου έχοντας υπόψιν:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-06-2007).

2. Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36^Α/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
3. Του Ν.4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" άρθρο 118.
4. Του Ν.4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 "Διοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις ,συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα".
5. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Τις υπ' αριθμ. 13^η/2018 απόφαση Δ.Σ. περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών.
7. Την υπ' αριθμ. 11080/04-08-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ : 6ΑΓΒ46907Ξ-Ν4Φ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για την προμήθεια για « Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό τροχήλατο και επιτραπέζιο οξύμετρο» (CPV: 33123100-9-33100000-1) για το Γ.Ν. Σάμου.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Συνολικό κόστος (ευρώ)
1	Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό τροχήλατο	Τεμάχιο	2	1.000,00€
2	Παλμικό οξύμετρο επιτραπέζιο	Τεμάχιο	1	320,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 17%			1.320,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ

- να διαθέτει στιβαρή βάση.
 - καλαθάκι τοποθέτησης παρελκόμενων και χειρολαβή μεταφοράς.
 - να μπορεί να λειτουργεί με ρεύμα αλλά και με ενσωματωμένες μπαταρίες και αντάπτορα για φόρτιση.
 - να έχει μεγάλη ακρίβεια στις μετρήσεις πίεσεως.
 - να μπορεί να εκτελεί 200 μετρήσεις μετά από πλήρη φόρτιση.
 - να μπορεί να εκτελεί μετρήσεις με αυτόματο και χειροκίνητο τρόπο.
 - να διαθέτει ευδιάκριτες ψηφιακές ενδείξεις τιμών.
 - να διαθέτει ενδείξεις συστολικής διαστολικής πίεσης καρδιακού ρυθμού και αρρυθμίας.
 - να μπορεί να δεχτεί περιχειρίδες όλων των μεγεθών η να έχει περιχειρίδα που να προσαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη.
 - στην πρώτη περίπτωση να παραδίδεται με δυο περιχειρίδες(μεσαίου μεγέθους , παχύσαρκων η παιδιατρική αν ζητηθεί).
 - να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.
- να συνοδεύετε με εγγύηση 5 ετών και ελληνικές οδηγίες χρήσης.

2. ΟΞΥΜΕΤΡΟ

- Παλμικό οξύμετρο επιτραπέζιο κατάλληλο για τη μη επεμβατική παρακολούθηση του λειτουργικού κορεσμού σε οξυγόνο της αρτηριακής αιμοσφαιρίνης (SpO2) και της συχνότητας των παλμών.
- • Να είναι φορητό, μικρού όγκου και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αντέχει στην σκληρή χρήση, αλλά και σε τυχαίες πτώσεις και κτυπήματα.
- • Να είναι κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά και να διαθέτει τεχνολογία κατάλληλη για την επεξεργασία του σήματος και την απόρριψη παρασίτων κίνησης από κίνηση του ασθενούς.
- • Το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 350 gr.
- • Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες για τουλάχιστον 30 ώρες αυτόνομης συνεχούς λειτουργίας. Να μπορεί κατ' επιλογή να δεχθεί και επιτραπέζια βάση φόρτισης και να λειτουργήσει και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- • Να έχει ένδειξη του επιπέδου φόρτισης των μπαταριών.
- • Να διαθέτει ψηφιακές ενδείξεις LED για ευκολότερη ανάγνωση των μετρήσεων από απόσταση και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού.
- • Να μετράει και να απεικονίζει τις παρακάτω παραμέτρους:
 - Κορεσμό σε οξυγόνο (SpO2)
 - Παλμικό ρυθμό (PR)
 - Αναζήτηση παλμού
 - Κατάσταση μπαταρίας
- • Να μετρά τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης SpO2 από 1 έως 100%.
- • Να μετρά τον καρδιακό παλμό (PR) περίπου από 20 έως 250 bpm.
- • Να διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για τις μετρούμενες παραμέτρους SpO2 και PR.
- • Να περιλαμβάνει αισθητήρα πολλαπλών χρήσεων δακτύλου ενηλίκων ή παιδιών και καλώδιο προέκτασης, μήκους τουλάχιστον 1 μέτρου.
- • Να διαθέτει θήκη προστασίας από πτώσεις και χτυπήματα.
- • Να διαθέτει πιστοποιητικό CE και να πληροί τα διεθνή standard ασφαλείας . Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη . Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08ή EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
- Η προσφορά να σταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική Διεύθυνση : **promithion@1152.syzefxis.gov.gr**
- Η Προσφορά σας να ισχύει για 6 μήνες.
- Η τιμή της προσφοράς σας να μην υπερβαίνει αυτής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και του παρατηρητηρίου τιμών σύμφωνα με την απόφαση επιτροπής προμηθειών υγείας και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του υλικού στο παρατηρητήριο (αν υπάρχει).
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο τιμών να μας δηλώσετε με υπεύθυνη δήλωση ότι το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά σας θα απορρίπτεται.
- Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους, **GMDN, EKAPTY, «οίκος κατασκευής»** και αριθμό μητρώου παρατηρητηρίου (αν υπάρχει).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ