



26PROC019628245 2026-08-13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Τ.Κ. 83100, ΣΑΜΟΣ
Πληρ. Χατζηαντωνίου Ιωάννης
Τηλ.: 2273351347
e-mail:promithion@1152.syzefxis.gov.gr

ΣΑΜΟΣ: 13/08/2026

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 11491

88/2026 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Το Ν.2362/95 «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
2. Το Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των ΠΕΣΥΠ και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
4. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
7. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
8. Τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,
9. Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
10. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
11. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
12. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
13. Τις διατάξεις του Π.Δ/του 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες

26PROC019628245 2026-08-13

14. Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
15. Τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
16. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Α΄ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
17. Το υπ’ αριθμ. 2385/12-04-2023 ΦΕΚ περί «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»

Β. Τις αποφάσεις:

1. Την υπ’ αριθμ. **18^η / 11-08-2026 – Θέμα 19^ο Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ 9ΑΑΕ46907Ξ-ΧΤΟ** που αφορά την έγκριση της διαγωνιστικής διαδικασίας.
2. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ.Ν. Σάμου με **ΑΔΑ: 9ΡΠΧ46907Ξ-ΛΞ1** για την προμήθεια Λοιπού Υγειονομικού και Επιδεσμικού Υλικού μη κατακυρωμένων από προηγούμενους Διαγωνισμούς.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Λοιπού Υγειονομικού και Επιδεσμικού Υλικού μη κατακυρωμένων από προηγούμενους Διαγωνισμούς για ένα έτος. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης **29.517,29 €**.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.	04/09/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα έως 10:00 π.μ.	Γενικό Νοσοκομείο Σάμου	04/09/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα έως 11:00 π.μ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως τις **04/09/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.** και θα απευθύνονται στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, στην οδό Συντ. Κεφαλοπούλου 17 Τ.Κ. 83100.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον τίτλο του διαγωνισμού.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται στον αποστολέα χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η **04/09/2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.**

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) από τριμελή επιτροπή, η οποία θα οριστεί για το σκοπό αυτό.

26PROC019628245 2026-08-13

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το Τμήμα Προμηθειών ή από την ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.

**ΜΕΡΟΣ Α΄
ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

Είναι η προμήθεια Λοιπού Υγειονομικού και Επιδεσμικού Υλικού μη κατακυρωμένα για τις Ανάγκες των Ιατρικών τμημάτων και Κλινικών του ΓΝ Σάμου προϋπολογισμού **29.517,29 €** συμ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας ή μέρος αυτών. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και το παράρτημα αυτής. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση που δοθεί εναλλακτική προσφορά αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα **(180)** ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν κλήρωσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με προϋπόθεση την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016)

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται δεκτές

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

26PROC019628245 2026-08-13**ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου και χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση έναντι του δημοσίου.

Η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση υπογραφής κεντρικών συμβάσεων για διάφορα είδη καθετήρων από την ΕΚΑΠΥ θα διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης των συμβάσεων αυτών που θα υπογραφούν μεταξύ του Γ.Ν. Σάμου και των εκάστοτε αναδόχων από την τωρινή πρόσκληση, χωρίς τη συναίνεση αυτών και χωρίς αυτοί να μπορούν να προβάλλουν καμία αξίωση έναντι του δημοσίου.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους, μετά από σχετική Απόφαση ή μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφίλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412.

Άρθρο 2**ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ**

Αναλογικά οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 -3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείσει οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016

Άρθρο 3**ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.**

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη Προσφορά

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,

γ) ο τίτλος της παρούσας

δ) η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών

26PROC019628245 2026-08-13

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

στ) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα κοινοποιούνται σχετικά έγγραφα

ζ) την ένδειξη « Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Στον φάκελο της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα παρακάτω:

3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Αποδεικτικά Μέσα»

1) Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστέλλουν **Υπεύθυνη δήλωση** (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι:

α. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.

β. Δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό αναγκαστική διαχείριση, και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού ή προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον του ζητηθούν για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

γ. Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του πράξεις επιβολής προστίμου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

δ. Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία(Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία).

ε. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

στ. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Έχει λάβει γνώση για τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

ζ. Παρατείνεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

η. Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί.

θ. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

ι. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απaréγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ια. Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης .

2. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

26PROC019628245 2026-08-13

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

- αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,
- Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με τη εταιρεία.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

5. Απόσπασμα ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών.

6. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων με έκδοση έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού (Ν.4412/2016, άρθρο 80 παρ.2γ και άρθρο 376 παρ.17 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

3.2 «Τεχνική Προσφορά»

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει τα έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας καθώς και φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές.

Οι Προμηθευτές δύνανται να καταθέσουν και τεχνικά φυλλάδια ή prospectus που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

3.3. «Οικονομική Προσφορά»

Θα κατατεθεί οικονομική προσφορά και η αναγραφή της τιμής θα είναι σε Ευρώ(€). Μαζί θα κατατεθεί και η αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή του προσφερόμενου είδους του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή

26PROC019628245 2026-08-13

αλλιώς να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης)

3.3.1 Ισχύς Προσφορών:

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 4**ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών-Αποδεικτικών Μέσων, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), σε μία δημόσια συνεδρίαση την **04/09/2026 στις 11:00 π.μ.** από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές σε κλειστή συνεδρίαση της και συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Δ.Σ. προκειμένου να εκδοθεί απόφαση οριστικού αναδόχου.

Άρθρο 5**ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά, ιδίως όταν:

1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών.
2. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
3. Η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη της τιμής του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει)

Άρθρο 6**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

Άρθρο 7**ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρα βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:

Πυρκαγιά

Πλημμύρα

Σεισμός

Πόλεμος

26PROC019628245 2026-08-13

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

A/A	Ονομασία Υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή	Αξία Καθαρή	% ΦΠΑ	Προϋπ/σμός Δαπάνης
1	ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	m	200	1,4	280	17	327,6
2	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ	ΤΜΧ	300	2	600	17	702
3	ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟ	ΤΜΧ	3000	0,2	600	17	702
4	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PADS ΓΙΑ MONITOR ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ	ΤΜΧ	100	0,4	40	17	46,8
5	ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΤΜΧ	20	10	200	17	234
6	ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 80X20	ΤΜΧ	400	3	1200	17	1404
7	ΠΑΡΑΦΙΛΜ	ΤΜΧ	50	8	400	17	468
8	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΧ	ΤΜΧ	300	2,5	750	17	877,5
9	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡ. ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ	ΤΜΧ	300	10	3000	17	3510
10	ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ	ΤΜΧ	30	15	450	17	526,5
11	ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ	ΤΜΧ	200	0,1	20	9	21,8
12	ΙΣΧΥΡΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 8CM X 7M	ΤΜΧ	150	7,3	1095	9	1193,55
13	ΙΣΧΥΡΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10cmX7m	ΤΜΧ	500	9	4500	9	4905
14	ΙΣΧΥΡΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 12cmX7m	ΤΜΧ	500	11	5500	9	5995

26PROC019628245 2026-08-13

15	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΠΗ 50*60CM	TMX	600	0,7	420	17	491,4
16	ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ	TMX	300	0,4	120	17	140,4
17	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΡΔ/ΦΟ G6B 152mm x 90mm x 160sheets	TMX	100	5	500	17	585
18	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΞΗΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ (2 ΚΟΥΤΙΑ ΤΩΝ 250)	TMX	1000	0,2	200	17	234
19	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 10X12	TMX	64	6	384	9	418,56
20	ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ 15X20	TMX	64	13	832	9	906,88
21	ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΛΗ 10X10 (ΟΧΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ)	TMX	4000	0,1	400	9	436
22	ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΛΗ 10X20 (ΟΧΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ)	TMX	4000	0,3	1200	9	1308
23	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 60 ΜΗΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 90X200	TMX	2000	0,066	132	17	154,44
24	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 60 ΜΗΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 90X250	TMX	2000	0,073	146	17	170,82
25	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 60 ΜΗΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 90X570	TMX	2000	0,158	316	17	369,72
26	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 60 ΜΗΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 130X270	TMX	2000	0,095	190	17	222,3
27	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 60 ΜΗΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 130X380	TMX	2000	0,14	280	17	327,6
28	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 60 ΜΗΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 200X350	TMX	2000	0,188	376	17	439,92
29	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 60 ΜΗΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 250X400	TMX	2000	0,269	538	17	629,46
30	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 60 ΜΗΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 300X450	TMX	1200	0,36	432	17	505,44

26PROC019628245 2026-08-13

	ΓΩΝΙΩΔΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ			1,50			
31	ΣΠΙΡΑΛ	ΤΜΧ	600	€	900	17	1053
32	ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΝΟ 19	ΤΜΧ	2000	0,09	180	17	210,6
		ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ			26181		
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ			29517,29		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

Σωλήνες για αναρρόφηση διαμέτρου 8 mm x 13 mm x 2,5 mm.

2. ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ

Σακουλάκια συλλογής ούρων νεογνικά-παιδικά 100ml μιας χρήσης, αποστειρωμένα, αυτοκόλλητα, κατασκευασμένα από ιατρικό PVC (μη τοξικό), ατομικά συσκευασμένα σε ασφαλή συσκευασία που να φέρουν διαβάθμιση ανά 10ml. Να είναι κατάλληλα για αγόρια και κορίτσια, να προσαρμόζονται ανατομικά στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, να διαθέτουν ευρύχωρη εγκοπή προσαρμογής σχήματος οβάλ (από τη μία πλευρά) και πολύ καλή στεγανοποίηση. Να έχουν πολύ καλή συγκολλητικότητα και να είναι υποαλλεργικά, φιλικά στο δέρμα με ανατομικά σχεδιασμένο «μαξιλαράκι» από αφρολέξ εσωτερικά από την κολλητική τους επιφάνεια έτσι ώστε να τοποθετούνται σωστά και να μην τραυματίζουν. Κατά την αφαίρεσή τους να μην αφήνουν υπολείμματα στην επιφάνεια του δέρματος.

3. ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

- Από μαλακό εύκαμπτο υλικό κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση
- Δυνατότητα ρύθμισης μεγέθους
- Αδιάβροχο
- Υποαλλεργικό
- Αντιμικροβιακό, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση
- Ανθεκτικό σε οινόπνευμα και απολυμαντικά
- Κούμπωμα ασφαλείας
- Αντοχή σε συνθήκες νοσοκομείου έως 60 ημερών
- Λευκό πλαίσιο ικανό για την καταχώρηση των στοιχείων, όπως απαιτείται.
- Διαστάσεις από 25mm-279mm έως 30mm-279mm.

4. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PADS ΓΙΑ MONITOR ΠΑΙΔΙΩΝ

Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια μίας χρήσης, αποστειρωμένα, με GEL, για χρήση σε χειρουργείο, για παρακολούθηση καρδιακής λειτουργίας, τεστ κόπωσης, monitor κ.τ.λ. Να είναι κατασκευασμένα από foam υλικά, να μην περιέχουν PVC και αυτό να επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία με ειδική ένδειξη. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια πρέπει να επιτρέπει τον αερισμό του δέρματος και την εξάτμιση του ιδρώτα του ασθενή. Πρέπει να προσαρμόζεται εύκολα σε όλα τα ανάγλυφα του σώματος, χωρίς να τραβά το δέρμα. Δεν πρέπει να δημιουργεί παράσιτα κατά την κίνηση του ασθενή, να είναι αδιαπέραστο από υγρά και να μπορεί να παραμείνει στο δέρμα πάνω από 24 ώρες χωρίς να

26PROC019628245 2026-08-13

προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα του ασθενή ή προβλήματα αποκόλλησης. Τα ηλεκτρόδια να είναι συσκευασμένα σε επενδυμένους φακέλους, οι οποίοι να τα προστατεύουν από το φως, το κρύο και την ζέστη.

5. ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Διαθερμίες μιας χρήσεως
- αποστειρωμένες με μπαταρία,
- χειροδιακόπτη,
- προστατευτικό κάλυμμα και άκρο
- καυτηριασμού 3,5 cm περίπου 1200cc

6. ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 80Χ20

ΧΑΡΤΙ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ 80Χ20

7. ΠΑΡΑΦΙΛΜ

Ταινία παραφίνης πλάτους περίπου 5 εκ. σε ρολό. Να είναι ανθεκτική και να έχει μεγάλη ελαστικότητα

8. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MEDLINE (surgical clipper charges mod: DYND70800EU)

9. Σετ monitoring με μορφομετατροπέα μιας χρήσεως

1. Πλήρες σύστημα προσυναρμολογημένων συσκευών μιας χρήσης για μέτρηση αιματηρής πίεσης, με ενσωματωμένο το chip και τις προεκτάσεις υψηλής πίεσης σύνδεσης με τον καθετήρα και την συσκευή χορήγησης ηπαρινισμένου ορού.
2. Η μετατροπή του σήματος να γίνεται στο chip χωρίς μεσολάβηση μεμβρανών ή σύνδεση σε ειδική βάση.
3. Να διαθέτει σύστημα για τον έλεγχο των μετρήσεων και ιδανική απόσβεση ταλάντωσης (damping), που να αποδεικνύεται με ανεξάρτητη βιβλιογραφική αναφορά για μεγιστοποίηση της ακρίβειας.
4. Να έχει δυνατότητα να τοποθετηθεί τόσο στο μπράτσο του ασθενούς για ευκολότερη μεταφορά, όσο και σε στατώ.
5. Να μην περιέχουν φθαλικές ενώσεις (non-DEHP).
6. Η γραμμή σύνδεσης να φέρει κόκκινη σήμανση.
7. Επιπρόσθετα η εταιρεία να προμηθεύει τα απαιτούμενα καλώδια τα οποία να συνδέονται απευθείας με τα υπάρχοντα Monitors χωρίς μεσολάβηση βάσης ή άλλου συστήματος που να τα καταστούν δύσχρηστα.

10. ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

26PROC019628245 2026-08-13

Στειλέος τραχειακής διασωλήνωσης 4 x 3,35mm

11. ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

Επίθεμα γάζας με τομή σε σχήμα Υ (για τραχειοστομία) με διαστάσεις 10 x 10 cm.

12. – 14. ΙΣΧΥΡΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ (10 , 12cm x 7m)

Οι ελαστικοί επίδεσμοι είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα καταλλήλου υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ενώσεις), ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμάτινες (υπό μορφή ούγκιας) και όχι κομμένες.

Η επιμήκυνση των ταινιών με σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά (να ακολουθούν κατά προσέγγιση το νόμο της ελαστικής παραμόρφωσης) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 180% του αρχικού μήκους. Η δύναμη που απαιτείται για την επιμήκυνση πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο (min) 10N ανά εκατοστό (cm) δηλούμενου πλάτους.

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα επιμηκύνονται χωρίς ελάττωση του πλάτους. Μετά την επαναφορά από την τάνυση, το μήκος του δοκιμίου δεν θα υπερβαίνει το 50% του μήκους πλήρους τάνυσης.

Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.

Να έχουν χρώμα ανοικτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων για τη στερέωσή τους.

Το βάρος ανά μονάδα επιφάνειας των ελαστικών επιδέσμων δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 70 gr/m²

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το πλάτος των ελαστικών επιδέσμων καθορίζεται σε 10 και 12 εκατοστά (cm) και το αρχικό μήκος σε 2,7 μέτρα (m) περίπου και το τελικό μήκος σε τανισμό 6 μέτρα (m) κατ' ελάχιστο (min).

Κάθε ελαστικός επίδεσμος θα συνοδεύεται και από αριθμό συνδετήρων ως εξής:

Για το πλάτος των 10 cm δύο συνδετήρες

Για το πλάτος των 12 cm δύο συνδετήρες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι ελαστικοί επίδεσμοι θα παραδίδονται σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού, τοποθετημένα σε χαρτοκιβώτια για την αποθήκευσή τους και την προστασία τους από τις καταπονήσεις κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.

Επίσης επί της ατομικής συσκευασίας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία:

-τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)

-το είδος του περιεχομένου

-οι διαστάσεις των ελαστικών επιδέσμων καθώς και το μήκος σε τανισμό

26PROC019628245 2026-08-13

-ο χρόνος κατασκευής

-οδηγίες χρήσεως και πλύσεως στην ελληνική γλώσσα

-ο αριθμός της σύμβασης.

15. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΠΗ 50Χ60CM

- Να είναι αδιάβροχο
- Ενισχυμένο 3 στρωμάτων
- Με οπή
- Διαστάσεις 50x60cm

16. ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΟΥ

Κλιπς ομφάλιου λώρου, πλαστικά αποστειρωμένα, μιας χρήσεως σε μεμονωμένη διαφανή και ανθεκτική συσκευασία. Κατασκευασμένα από λείο και σκληρό υποαλλεργικό πλαστικό χωρίς αιχμηρά

άκρα, απαλλαγμένα από latex σιλκόνη και PVC. Να διαθέτουν :

- Γραμμωτή λαβή.
- Οδοντωτούς σιαγόνες.
- Προστατευτική οπή.
- Διπλό αγκιστρωτό σύστημα ασφαλείας.
- Ειδικό μηχανισμό κλειδώματος (μάνταλο)

17. ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟ G 6 B 152mmX90mmX160Sheets

ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟ G 6 B 152mmX90mmX160Sheets

18. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΞΗΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

- Να φέρουν ένδειξη με την αναμενόμενη αλλαγή του δείκτη (το χημικό χρώμα να είναι σε μεγάλη επιφάνεια).
- Να είναι συμβατοί με τον ξηρό κλίβανο.
- Κάθε πακέτο δεικτών να συνοδεύεται από τεχνικές οδηγίες – πληροφορίες όπως: βασικές παραμέτρους που έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύει, αναμενόμενη αλλαγή μετά την έκθεση στο μέσο αποστείρωσης, ημερομηνία παραγωγής και λήξεως, κωδικός παραγωγής, οδηγίες χρήσεως στην ελληνική γλώσσα, κατασκευαστικός οίκος, καθώς και να φέρει σήμανση CE.
- Το ελάχιστο μήκος του δείκτη να είναι 7 cm.

19. - 20. ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ

1. Να είναι επίθεμα πλέγματος πολυεστέρα εμποτισμένο με βαζελίνη για να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση
2. Να είναι υδροκολλοειδές για να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και να προάγεται η επούλωση.
3. Να έχει αντιμικροβιακό παράγοντα αργύρου (ελεύθερο σουλφαδιαζίνης) περιεκτικότητας 0,35 mg/cm², για να παρέχεται συνεχής αντιμικροβιακή προστασία χωρίς κίνδυνο τοξικότητας, μη κολλητικά.

Διαστάσεις: 10x12εκ. +- 1εκ. και 15x20 εκ. +- 1εκ.

26PROC019628245 2026-08-13
21. – 22. ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΠΛΗ (10Χ10 , 10Χ20)

ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΑΛΛΑΓΩΝ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ.

Επιθέματα γαζας αλλαγών από φυσικό βαμβάκι 100% σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμακοποιίας 18+/-2 κλωστές / cm2. Σε πακέτα των 100 γαζών. Η τιμή είναι ανα πακέτο των 100 γαζών.

23. – 30. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 60 ΜΗΝΩΝ

Θήκες αυτοκόλλητες, για αποστείρωση σε κλίβανο ατμού, Ε.Ο και φορμαλδεΰδης. Κατασκευασμένες από **χαρτί βάρους 70gr/m²**, που ανοίγει χωρίς ινίδια και αντέχει στα βαριά αντικείμενα, και από την άλλη από φιλμ πάχους κατ' ελάχιστον 52μm και βάρους 53gr/m², αποτελούμενη από PET/PP **9 (εννέα) στρώσεων** ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. Με χημικούς δείκτες μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής αλλαγής, εκτός του πεδίου εργασίας, στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς αλλά εκτός της περιοχής εργασίας ώστε να υπάρχει άμεση οπτική επαφή και να εμποδίζεται η διαρροή μελανιών προς το περιεχόμενο. Το χαρτί να είναι μη ανακυκλωμένο που ανθίσταται στην υγρασία και παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας. Να υπάρχει ένδειξη της φοράς ανοίγματος που αποκλείει κατά το άνοιγμα του πακέτου να πέσουν ινίδια στα αποστειρωμένα υλικά. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια να είναι προδιπλωμένη. Η ένωση της ραφής των δυο πλευρών να είναι συνεχής και ομοιόμορφη σε όλο το μήκος, με τριπλή θερμοσυρραφή, πλάτους τουλάχιστον 6mm. **Να κατατίθεται μελέτη ανεξάρτητου φορέα για τον χρόνο διάρκειας της αποστείρωσης (min 60μηνων)**. Να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στις ακόλουθες διαστάσεις :

1.90x200

2.90x250

3.90x570

4.130x270

5.130x380

6.200x350

7.250x400

8.300x450

31. ΓΩΝΙΩΔΗΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΠΙΡΑΛ

- Για κύκλωμα αναισθησίας
 - Μιας χρήσεως
 - Μήκος 20 cm
 - Με γωνία (with elbow) και συνθετικό 22Μ/15F

26PROC019628245 2026-08-13

- Το άλλο άκρο 22F
- Αποστειρωμένη η κλινικώς καθαρά
- Χωρίς πώμα για αναρρόφηση
- Να μην εμπεριέχουν LATEX και PVC

32. ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΜΕΓΕΘΗ 19

Οι πεταλούδες να αποτελούνται από ατραυματική βελόνη σιλικοναρισμένη μέσα έξω λεπτών τοιχωμάτων, με μαλακά εύκαμπτα πτερύγια στηρίξεως, εύκαμπτη μαλακή προέκταση μήκους 30cm από P.V.C. υψηλής ποιότητας με ελάχιστη παρακράτηση υγρού με επιστόμιο luer-lock και πώμα. Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένες σε μέγεθος βελόνας 19G